

锦屏县人民医院影像科西门子设备维保服务 需求公示

一、项目基本信息

项目名称：锦屏县人民医院影像科西门子设备维保服务

项目编号：GZHXMY-2025-K036

采购预算：1685000.00（元）

最高限价：1685000.00（元）

二、公示期限（不少于 2 个工作日）：

时间：2025 - 08 -06 至 2025 - 08 -08

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：政府采购计划表

1、采购人信息

采购单位名称：锦屏县人民医院

项目联系人：欧大棋

联系电话：18788719036

2、代理机构

代理全称：贵州华迅铭阳招标代理有限公司

联系人：龙树平

联系方式：0855-8223008



扫描全能王 创建

需求附件

一、投标人的资格要求:

1. 具有独立承担民事责任的能力:

具备有效的营业执照副本（多证合一的营业执照副本）或事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等属于法人或其他组织机构的相关证明:

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

具体要求: 提供 2023 年度或 2024 年度经合法审计机构出具的财务审计报告或者公司基本开户银行出具的有效资信证明:

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:

具体要求: 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函:

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

具体要求: 提供 2024年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料, 如不需缴纳的, 须出具有效的证明材料:

5. 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录:

具体要求: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(扫描件盖电子公章):

6. 法律、行政法规规定的其他条件:

具体要求: 供应商须承诺: 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中, 如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格, 并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求, 交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

特殊资格要求: 投标人须提供合法有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营备案凭证:



二、采购清单、技术参数及商务要求

编号	内容	备注
一.	64排CT: SOMATOM Perspective 128三年维保服务要求	
1	设备安全检查	
2	设备安全升级	
3	设备质量保证	
4	每年定期保养服务, 提供符合原厂认证标准的保养报告	
5	提供ISO9001和ISO13485质量管理体系认证证书	
6	提供800或400客户服务热线	
7	提供24小时×7天在线电话支持	
8	客户服务中心热线服务每天值班人员≥5人	
9	专职热线支持工程师≥20人	
10	提供辐射安全许可证书	
11	国内专职应用服务团队人数≥20人	
12	提供球管出厂证明	
13	具备远程在线培训平台并提供网址并开放注册	
14	具备5个以上与知名医院合作的培训中心, 配备专门的教室和操作演练的模拟机工作站, 并提供医院名单	
15	具备生产和研发结合的培训中心, 提供地址	
16	能通过互联网连接远程进行故障排除	
17	贵州省内专职工程师人数≥6人, 提供厂家培训证书和在职证明	
18	具有中国境内独立的备品备件库房, 库房数量≥2, 单个库房面积≥800平方米; 提供具体地址、面积、房产证文件、租赁合同	
19	能通过互联网连接在线远程应用支持且可以实时显示操作界面	
20	基于企业互联网连接的远程维修服务	
21	现场人工维修服务	
22	常规备件更换(除球管、探测器、高压油箱及其他厂家产品外的所有备件, 保证原厂原装备件, 更换备件时需提供原厂证明文件, 旧件退回)	
23	能够实时在线查询设备信息和状态	
24	在线报修	
25	在线查询近期保养计划	
26	具备专用工具用以检测CT输出剂量, 保证其符合国家标准, 具备输出剂量校正的能力	
27	具有检验与校正图像质量的工具和能力, 保证CT图像达到出厂标准	
二.	1.5T磁共振: MAGNETOM ESSENZA Dot (≤7500部位/年) 三年维保服务要求	
1	设备安全检查	
2	设备安全升级	
3	设备质量保证	
4	每年定期保养服务, 提供符合原厂认证标准的保养报告	
5	现场人工维修服务	
6	常规备件更换(除磁体、液氦及其他厂家产品外的所有备件, 保证原厂原装备件, 更换备件时需提供原厂证明文件, 旧件退回)	
7	保证开机率≥95%	
三.	DR: Multix Fusion Digital Integrated三年维保服务要求	
1	设备安全检查	
2	设备质量保证	
3	设备安全升级	
4	每年定期保养服务、提供符合原厂认证标准的保养报告	

