

一、项目基本信息

原公告的采购项目编号：P52230020250006VQ

原公告的采购项目名称：黔西南州中医院医用空气加压氧舱及呼吸机等医用设备采购项目

项目序列号：ZFCG20250711001

首次公告日期：2025年07月11日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第四章 招标说明及技术要求	医用空气加压氧舱	医用空气加压氧舱增加第三条要求：三、配置一套与高压氧舱匹配使用的高压氧舱增压机组和从制氧机房到高压氧舱供氧管道 250 米。
	第四章 招标说明及技术要求	医用空气加压氧舱：（七）消防系统★按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响	医用空气加压氧舱：（七）消防系统★按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.mi

2	要求	应时间不大于3S，并在舱内外系统管路上设置手动控制阀，以确保紧急状态下使用。采用一种空气加压氧舱消防水柜技术（提供第三方检测机构出具的检测报告）配备气水罐（容积：2m3）1台。	n），喷水动作响应时间不大于3S，并在舱内外系统管路上设置手动控制阀，以确保紧急状态下使用。配备气水罐（容积：2m3）1台。
3	第四章 招标说明及技术要求	医用空气加压氧舱：★5. 系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。采用一种电动调节阀技术（提供第三方检测机构出具的检测报告）	医用空气加压氧舱：★5. 系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。
4	第四章 招标说明及技术要求	医用空气加压氧舱：★9. 具有一种高压氧舱计算机监控方法。（提供第三方检测机构出具的检测报告）	删除

更正日期：2025年07月16日

三、其他补充事宜

招标文件相应内容作相应变更，请各投标人下载最新的澄清招标文件制作投标文件，如因投标人未按最新的澄清招标文件制作投标文件的，后果自负。

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：黔西南州中医院

地址：贵州省兴义市湖南街36号

项目联系人：夏先生

联系方式：0859-2235680

2、采购代理机构信息

名称：黔西南州恒信工程建设咨询有限公司

地址：贵州省兴义市桔山民族风情街1-15-2号

联系人：龙开放

联系方式：0859-3646396