

单一来源专业人员论证意见汇总表

采购单位	普定县人民医院				
项目名称	普定县人民医院 DSA 球管采购				
专业人员论证意见	同意单一来源采购。				
姓名	蔡晓林	工作单位	省专家库	职称	主任医师
专业人员论证意见	同意采用单一来源采购。				
姓名	柯静	工作单位	省专家库	职称	高工
专业人员论证意见	同意采用单一来源采购。				
姓名	董晓峰	工作单位	省专家库	职称	正高
签名:	董晓峰				
2025 年 7 月 1 日					

单一来源采购专家论证意见

采购单位	普定县人民医院		
项目名称	普定县人民医院 DSA 球管采购		
项目金额	90 万整		
姓 名	工作单位	职 称	电 话
严定峰	普定县人民医院	正高	15117766669

论证意见：DSA 设备，设备型号：SIEMENS Artiszeo III Ceiling 是西门子原厂设备，该设备配备的原装球管，球管型号：CAT PLUS，球管属于 DSA 设备的核心部件，并且该球管具备唯一性与整机配套完全匹配，无其他替代品牌和替代性，由此可最大限度地发挥 DSA 设备的使用性能，故只能购买原厂品牌原型号的球管方能使 DSA 正常工作。由于不同厂家、不同型号的球管具有特殊性、专一性，且该球管无任何第三方厂家球管可替代。

球管属于高值易损部件（球管属于二类医疗器械），不是单独存在能使用的设备，必须要通过国家食品药品监督管理局（CFDA）对球管与 DSA 整机的匹配性测试检验合格，与整机一同注册才能投入使用，以确保安全、高效和更佳图像质量。为了保证设备的匹配性及安全性，且不降低其使用性能，同时也为了防止因球管问题造成设备停机从而影响到医院临床工作需要，同意单一来源采购西门子 DSA 原厂全新球管。

专家签名：严定峰

2025 年 7 月 / 日

单一来源采购专家论证意见

采购单位	普定县人民医院		
项目名称	普定县人民医院 DSA 球管采购		
项目金额	90 万整		
姓 名	工作单位	职 称	电 话
蔡春林	省专家库	主管检验师	

论证意见：DSA 设备，设备型号：SIEMENS Artiszee III Ceiling 是西门子原厂设备，该设备配备的原装球管，球管型号：CAT PLUS，球管属于 DSA 设备的核心部件，并且该球管具备唯一性与整机配套完全匹配，无其他替代品牌和替代性，由此可最大限度地发挥 DSA 设备的使用性能，故只能购买原厂品牌原型号的球管方能使 DSA 正常工作。由于不同厂家、不同型号的球管具有特殊性、专一性，且该球管无任何第三方厂家球管可替代。

球管属于高值易损部件（球管属于二类医疗器械），不是单独存在能使用的设备，必须要通过国家食品药品监督管理局（CFDA）对球管与 DSA 整机的匹配性测试检验合格，与整机一同注册才能投入使用，以确保安全、高效和更佳的图像质量。为了保证设备的匹配性及安全性，且不降低其使用性能，同时也为了防止因球管问题造成设备停机从而影响到医院临床工作需要，同意单一来源采购西门子 DSA 原厂全新球管。

专家签名：蔡春林

2025 年 7 月 1 日

单一来源采购专家论证意见

采购单位	普定县人民医院		
项目名称	普定县人民医院 DSA 球管采购		
项目金额	90 万整		
姓 名	工作单位	职 称	电 话
柯静	省专家库	高工	13985712233

论证意见：

采购方原使用的 DSA 设备为西门子原厂设备，所配备的球管为原装球管，该球管为 DSA 设备核心部件，仅有原厂西门子球管才能与原设备匹配，具有唯一性。

因此，建议采用单一来源方式采购该原装球管。

专家签名：柯静

2025 年 7 月 1 日