

单一来源采购方式专家论证表(模板)

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		张莉莎		联系电话	15685118975
采购项目名称		感染科实验室爱康全自动酶标分析仪维修			
采购项目金额		32640元			
采购品目	序号	品 名	金 额 /单位	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	全自动酶标分析仪维修	32640元	深圳市爱康生物科技股份有限公司	已授权
	2				
申请理由		☐ 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购 ☐ 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☒ 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		爱康全自动酶免仪URANUS AE 95设备2019年安装使用，过保后一直没有通知上门校准维护，近期设备出现1号洗板机不吸液，2号洗板机不排废液，4号加样通道气密性不足以及洗板机各管路脏等问题，严重影响设备洗板速度以及使用体验，科室老师需要定期的手动清理废液有被废液污染的风险，加样通道气密性不好有漏加标本试剂的风险，洗板机各管路脏有可污染洗液导致实验结果出现假阳性的风险，所以需要把上述配件进行更换，更换上述配件，确保全自动酶免仪URANUS AE 95正常运行。 该设备维修项目，爱康全自动酶免仪URANUS AE 95专用配件（抽废液隔膜泵、负压泵、NMP 加样泵组件）的更换。供应商是深圳市爱康生物科技股份有限公司，故该项目申请单一来源流采购。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)		理由一需满足条件 (同时满足)	(1)项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。)		
			(2)项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。		
			(3)因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。		
		理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。		
		理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。		
理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		由原厂提供维修，可以保证配件与设备型号完全匹配，保障设备的性能输出稳定，也能保证设备的测试结果与其他设备检测的结果能相互印证。本此项目维修的金额不超过原合同采购金额的百分之十。		
专家结论		 专家签字：_____ 年 月 日			

注：单一来源采购方式的适用情形附