


单一来源采购方式专家论证表

科室名称		综合ICU			
采购项目名称		飞利浦彩超CX50单次维修			
采购项目预算金额		2万元			
采购品目	序号	品名	预算金额(万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	飞利浦彩超CX50单次维修		贵州迈斯頓医疗科技有限公司	飞利浦原厂授权
申请理由		☒ 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		1. 技术唯一性：该设备的核心成像技术、专有软件算法、核心硬件部件及维修诊断工具均受知识产权保护，由原厂独家掌握。其维修、校准所需的技术参数、专用软件、诊断工具及全新原装备件，仅能从原厂获得。市场上任何非原厂的供应商不具备该型号设备的完整技术资料、专业合规的诊断工具和合法合规可溯源的备件。 2. 安全与质量保障的不可替代性：该设备作为直接涉及患者诊断安全的精密医疗设备，其维修质量关乎诊断准确性。原厂维修由经过严格专业培训的工程师执行，使用原厂认证的全新（或同等质量）备件，遵循制造商全球统一的标准流程和质量控制体系，确保设备性能始终符合安全标准，最大限度降低误诊风险。非原厂维修无法提供同等水平的专业技术、质量控制和合规保障，存在潜在安全隐患。 3. 唯一备件合法合规来源：此次维修涉及的备件为原厂专有设计并生产，仅原厂能提供确保设备性能和安全的原装备件，并确保备件来源合法合规、可溯源。 4. 风险评估：因正常使用设备寿命有限，原厂更加了解设备的维修情况及运行状况，设备出现故障后能快速找出问题并解决问题，辅助临床诊断工作，以免带来医疗安全风险和法律合规风险。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)		理由一需满足条件(同时满足)		(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。) (2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。 (3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	
				该设备的核心成像技术、专有软件算法、核心硬件部件(如探头)及维修诊断工具均受知识产权保护，由原厂独家掌握。其维修、校准所需的技术参数、专用软件、诊断工具及全新原装备件，仅能从原厂合法获得。	
				由于设备为精密医疗诊断设备，设备成像质量与诊断工作密切相关，而超声设备的成像技术和探头具有技术唯一性。	
				此次维修涉及的备件为原厂专有设计并生产，仅原厂能提供确保设备性能和安全的原装备件，并确保备件来源合法合规、可溯源。贵州迈斯頓医疗科技有限公司作为贵州地区飞利浦超声售后业务唯一授权服务商，具有销售渠道唯一性。	
		理由二需满足条件		公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	
理由三需满足条件		发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。			
理由四需满足条件		必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
专家结论		经过讨论决定，一致同意维修。  专家签字:  2025年6月30日			

注：单一来源采购方式的适用情形附后

注：单一来源采购方式的适用情形附后。