




单一来源采购方式专家论证表

科室名称		贵州医科大学附属医院健康体检科			
采购项目名称		日立16排CT (W1038_SUPRIA) 维修			
采购项目预算金额		35000.00元 (人民币大写: 叁万伍仟元整)			
采购品目	序号	品名	预算金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	扫描架控制板	3.5	富士医疗技术服务(上海)有限公司	
申请理由		√理由一: 因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术, 导致只能从某一特定供应商处采购; □理由二: 公共服务项目具有特殊要求, 导致只能从某一特定供应商处采购; √理由三: 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购; □理由四: 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的;			
采购人申请理由具体说明		富士胶片株式会社宣布于2021年3月31日完成对株式会社日立制作所(以下简称“日立”)旗下影像诊断相关业务的收购程序。富士胶片(中国)投资有限公司作为“原日立影像诊断产品”在中华人民共和国境内(包括香港和澳门地区)的排他性独家代理商, 同时负责上述产品的推广、商谈、招投标、销售、展览、提供原厂售后服务及原厂配件, 以及被授权就前述行为进行分包及许可的客户服务, 是“原日立影像诊断产品”唯一官方渠道。富士医疗技术服务(上海)有限公司作为富士胶片(中国)投资有限公司在中国境内的全资子公司, 直接负责提供“原日立影像诊断产品”原厂售后服务及原厂配件。我院健康体检中心使用的SUPRIA CT设备是高值高精技术的设备, 技术复杂, 是医院必备的常用设备; 目前该CT出现故障, 造成设备无法正常使用, 经检测为床面水平移动皮带和扫描架控制板损坏, 其中扫描架控制板为该设备的核心控制部件, 国内无替代的产品。为了保证设备能够快速恢复正常并投入使用, 保证与原有设备一致性、质量可靠性和服务配套的要求, 减少更换配件后对整机使用性能及使用效果的影响, 只能更换设备原厂同一型号的扫描架控制板。且该部件仅能从原厂在中国地区的唯一售后服务公司富士医疗技术服务(上海)有限公司采购。基于以上原因, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三款之规定, 建议本项目采用单一来源采购方式采购。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1)项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务, 而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大, 不能作为单一来源采购的理由。)	该型CT设备为富士医疗(原日立医疗)独家生产, 无其他代工生产厂家, 该配件也是为该整机独家研制的配件, 无其他型号可以代替。		
		(2)项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	该控制板为富士医疗为该型CT专门研制, 非通用配件。无其他选择型号。		
		(3)因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性, 导致无法由其他供应商分别实施或提供, 只能由某一特定的供应商提供。	该配件为专用于该机型电路板, 只有富士医疗在生产, 无其他厂家可提供。故本公司为配件唯一来源厂家。		
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求, 导致只能从某一特定供应商处采购。			
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	该配件在富士医疗技术服务(上海)有限公司仓库有现货, 特快寄递隔日及达, 迅速修复, 可以快速解决医院的急切需求。		
理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。				
专家结论		   专家签字: 至少三位科室专家签字(打印删除) 2021年7月14日			

注: 单一来源采购方式的适用情形附后。

