

2025年10-12月专机专用试剂政府采购采购项目包1（丙乙型PCR探针法、乙型时间分辨）

单一来源采购方式论证专家签到表

采 购 人	贵州医科大学附属医院	代理机构	贵州弘典建设咨询有限公司	
论证时间	2025年07月02日10时00分	论证地点	贵州弘典建设咨询有限公司	
姓 名	身份证号	工作单位	联系电话	时间
何志军	520102196210030038	弘典公司	13985565773	10:30
何志军	52260119660020819	“ ”	13985509889	10:40
何志军	520103196408175255	“ ”	13985012186	10:40

单一来源采购方式专家论证表
(品目4：乙型时间分辨)

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		于欢		联系电话	18786088945
采购项目名称		2025年10-12月专机专用试剂政府采购项目包1			
采购项目金额		16509700.00元			
采购品目	序号	品 名	金 额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	免疫(化学发光试剂)	447.15	贵州泓康源医疗器械有限公司	唯一授权
	2	液基细胞和微生物处理、保存试剂	83.16	贵州卫宁科技有限公司	唯一授权
	3	丙乙型PCR探针法	68.10	广州达安基因股份有限公司	生产厂商
	4	乙型时间分辨	634.90	广州市达瑞生物技术股份有限公司	生产厂商
	5	凝血检测试剂	157.66	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	6	血球XN3000相关检测试剂一批试剂	145.00	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	7	血沉仪相关检测试剂一批	115.00	贵州恒鑫盛源医疗科技有限公司	唯一授权
申请理由	☒ 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；				
采购人申请理由具体说明	ADC400全自动免疫荧光分析系统，该机器用的试剂及耗材都必须由厂家提供的条码识别后开能运行，其它厂家试剂及耗材无法使用。				
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。)	此设备为广州市达瑞生物技术股份有限公司自主研发之ADC400全自动免疫荧光分析系统。该机器用之试剂及耗材都必须由该生产厂家提供，条码识别后方可运行。		
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	该机器用之试剂及耗材都必须由厂家提供，条码识别后方可运行。其它厂家之试剂及耗材无法运行。		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	广州市达瑞生物技术股份有限公司为该产品及试剂之生产厂家。		

	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
专家结论	该试剂及耗材需与显微镜匹配。由于显微镜有技术且不对外开放，为专用机专用。其配件及耗材有不可替代性。建议由原厂单独提供，采用单一来源方式追加采购。 专家签字：何伟华 2015年7月22日		

注：单一来源采购方式的适用情形附后。

单一来源采购方式专家论证表
(品目4: 乙型时间分辨)

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		于欢		联系电话	18786088945
采购项目名称		2025年10-12月专机专用试剂政府采购项目包1			
采购项目金额		16509700.00元			
采购品目	序号	品名	金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	免疫(化学发光试剂)	447.15	贵州泓康源医疗器械有限公司	唯一授权
	2	液基细胞和微生物处理、保存试剂	83.16	贵州卫宁科技有限公司	唯一授权
	3	丙乙型PCR探针法	68.10	广州达安基因股份有限公司	生产厂商
	4	乙型时间分辨	634.90	广州市达瑞生物技术股份有限公司	生产厂商
	5	凝血检测试剂	157.66	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	6	血球XN3000相关检测试剂一批试剂	145.00	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	7	血沉仪相关检测试剂一批	115.00	贵州恒鑫盛源医疗科技有限公司	唯一授权
申请理由		☒ 理由一: 因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术, 导致只能从某一特定供应商处采购; ☐ 理由二: 公共服务项目具有特殊要求, 导致只能从某一特定供应商处采购; ☐ 理由三: 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; ☐ 理由四: 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的;			
采购人申请理由具体说明		ADC400全自动免疫荧光分析系统, 该机器用的试剂及耗材都必须由厂家提供的条码识别后开能运行, 其它厂家试剂及耗材无法使用。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务, 而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大, 不能作为单一来源采购的理由。)	该仪器为广州达瑞生物技术股份有限公司生产, 具有专有技术, 为专机专用, 其他的试剂耗材不能匹配。		
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	由于具有专有技术, 其他的试剂耗材万不可替代		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性, 导致无法由其他供应商分别实施或提供, 只能由某一特定的供应商提供。	只能由广州达瑞生物技术股份有限公司单独提供		

	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
专家结论	该试剂耗材需与仪器匹配，由于其具有专有技术不对外开放，为专机专用，其他产品具不可替代性，建议以原厂商单独提供的单一来源方式进行采购。 专家签字：  2015 年 7 月 2 日		

注：单一来源采购方式的适用情形附后。

单一来源采购方式专家论证表
(品目4: 乙型时间分辨)

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		于欢		联系电话	18786088945
采购项目名称		2025年10-12月专机专用试剂政府采购项目包1			
采购项目金额		16509700.00元			
采购品目	序号	品 名	金 额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	免疫(化学发光试剂)	447.15	贵州泓康源医疗器械有限公司	唯一授权
	2	液基细胞和微生物处理、保存试剂	83.16	贵州卫宁科技有限公司	唯一授权
	3	丙乙型PCR探针法	68.10	广州达安基因股份有限公司	生产厂商
	4	乙型时间分辨	634.90	广州市达瑞生物技术股份有限公司	生产厂商
	5	凝血检测试剂	157.66	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	6	血球XN3000相关检测试剂一批试剂	145.00	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	7	血沉仪相关检测试剂一批	115.00	贵州恒鑫盛源医疗科技有限公司	唯一授权
申请理由	☒ 理由一: 因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术, 导致只能从某一特定供应商处采购; ☐ 理由二: 公共服务项目具有特殊要求, 导致只能从某一特定供应商处采购; ☐ 理由三: 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; ☐ 理由四: 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的;				
采购人申请理由具体说明	ADC400全自动免疫荧光分析系统, 该机器用的试剂及耗材都必须由厂家提供的条码识别后开能运行, 其它厂家试剂及耗材无法使用。				
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务, 而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大, 不能作为单一来源采购的理由。)	业主使用设备为广州市达瑞生物技术股份有限公司生产, 具有技术专有, 为专机专用, 其他相关产品不能匹配。		
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	由于其专有技术, 其他产品不可替代。		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性, 导致无法由其他供应商分别实施或提供, 只能由某一特定的供应商提供。	只能由广州市达瑞生物技术股份有限公司独家提供。		

	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
专家结论	该产品为专机专用，由于具有专有技术，不对第三开放，建议采用单一来源采购。  专家签字：2015 年 7 月 2 日		

注：单一来源采购方式的适用情形附后。