

2025年10-12月专机专用试剂政府采购项目包1（丙乙型PCR探针法、乙型时间分辨）

单一来源采购方式论证专家签到表

采 购 人	贵州医科大学附属医院	代理机构	贵州弘典建设咨询有限公司	
论证时间	2025年07月02日10时00分	论证地点	贵州弘典建设咨询有限公司	
姓 名	身份证号	工作单位	联系电话	时间
何志军	520102196210030038	贵州弘典建设咨询有限公司	13985565773	10:30
何志军	52260119660020819	“ ”	13985509889	10:40
何志军	520103196408175255	“ ”	139855012186	10:40

单一来源采购方式专家论证表 (品目3: 丙乙型PCR探针法)

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		于欢		联系电话	18786088945
采购项目名称		2025年10-12月专机专用试剂政府采购项目包1			
采购项目金额		16509700.00元			
采购品目	序号	品名	金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	免疫(化学发光试剂)	447.15	贵州泓康源医疗器械有限公司	唯一授权
	2	液基细胞和微生物处理、保存试剂	83.16	贵州卫宁科技有限公司	唯一授权
	3	丙乙型PCR探针法	68.10	广州达安基因股份有限公司	生产厂商
	4	乙型时间分辨	634.90	广州市达瑞生物技术股份有限公司	生产厂商
	5	凝血检测试剂	157.66	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	6	血球XN3000相关检测试剂一批试剂	145.00	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	7	血沉仪相关检测试剂一批	115.00	贵州恒鑫盛源医疗科技有限公司	唯一授权
申请理由		☒ 理由一: 因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术, 导致只能从某一特定供应商处采购; ☐ 理由二: 公共服务项目具有特殊要求, 导致只能从某一特定供应商处采购; ☐ 理由三: 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; ☐ 理由四: 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的;			
采购人申请理由具体说明		1、达安基因乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)灵敏度为10IU/mL、线性范围20~1.0x10 ⁹ IU/mL, 为行业内高灵敏度的检测试剂, 且能搭配目前医院现有的DA3200全自动核酸提取仪配套, 无需额外采购其他自动化提取设备。 2、达安基因丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)灵敏度为20IU/mL、线性范围50~1.0x10 ⁸ IU/mL, 为行业内高灵敏度的检测试剂, 且能搭配目前医院现有的DA3200全自动核酸提取仪配套, 无需额外采购其他自动化提取设备。 3、现有设备为广州达安基因股份有限公司中标的DA3200全自动核酸提取仪, 为专机专用设备。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务, 而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大, 不能作为单一来源采购的理由。)	该设备为广州达安基因股份有限公司独有, 具有专有技术, 不对外开放, 其他试剂耗材不能匹配, 为专机专用。		
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	由于具有专有技术, 具有不可替代性。		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性, 导致无法由其他供应商分别实施或提供, 只能由某一特定的供应商提供。	只能由原生产厂商单独提供		

	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
专家结论	该试剂耗材具有专有技术，为专机专用，具有不可替代性。只能由广州达安基因股份有限公司享有提供。故建议以单一来源方式进行采购。 专家签字：  2025年7月2日		

注：单一来源采购方式的适用情形附后。

单一来源采购方式专家论证表
(品目3: 丙乙型PCR探针法)

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		于欢	联系电话		18786088945
采购项目名称		2025年10-12月专机专用试剂政府采购项目包1			
采购项目金额		16509700.00元			
采购品目	序号	品名	金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	免疫(化学发光试剂)	447.15	贵州泓康源医疗器械有限公司	唯一授权
	2	液基细胞和微生物处理、保存试剂	83.16	贵州卫宁科技有限公司	唯一授权
	3	丙乙型PCR探针法	68.10	广州达安基因股份有限公司	生产厂商
	4	乙型时间分辨	634.90	广州市达瑞生物技术股份有限公司	生产厂商
	5	凝血检测试剂	157.66	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	6	血球XN3000相关检测试剂一批试剂	145.00	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	7	血沉仪相关检测试剂一批	115.00	贵州恒鑫盛源医疗科技有限公司	唯一授权
申请理由	☒ 理由一: 因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术, 导致只能从某一特定供应商处采购; ☐ 理由二: 公共服务项目具有特殊要求, 导致只能从某一特定供应商处采购; ☐ 理由三: 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; ☐ 理由四: 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的;				
采购人申请理由具体说明	1、达安基因乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)灵敏度为10IU/mL、线性范围20~1.0x10 ⁹ IU/mL, 为行业内高灵敏度的检测试剂, 且能搭配目前医院现有的DA3200全自动核酸提取仪配套, 无需额外采购其他自动化提取设备。 2、达安基因丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)灵敏度为20IU/mL、线性范围50~1.0x10 ⁸ IU/mL, 为行业内高灵敏度的检测试剂, 且能搭配目前医院现有的DA3200全自动核酸提取仪配套, 无需额外采购其他自动化提取设备。 3、现有设备为广州达安基因股份有限公司中标的DA3200全自动核酸提取仪, 为专机专用设备。				
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)		(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务, 而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大, 不能作为单一来源采购的理由。)	该业主使用设备为广州达安基因股份有限公司生产, 具有专有技术, 不对第三开放, 为专机专用。		
	理由一需满足条件 (同时满足)	(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	由于具有专有技术, 具有不可替代性。		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性, 导致无法由其他供应商分别实施或提供, 只能由某一特定的供应商提供。	只能由原厂厂商单独提供。		

	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
专家结论	该项目具有专有技术，为专用，其他产品不能替代，建议 采用单一来源采购。 专家签字：  2015年7月24日		

注：单一来源采购方式的适用情形附后。

单一来源采购方式专家论证表 (品目3: 丙乙型PCR探针法)

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		于欢	联系电话	18786088945	
采购项目名称		2025年10-12月专机专用试剂政府采购项目包1			
采购项目金额		16509700.00元			
采购品目	序号	品名	金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	免疫(化学发光试剂)	447.15	贵州泓康源医疗器械有限公司	唯一授权
	2	液基细胞和微生物处理、保存试剂	83.16	贵州卫宁科技有限公司	唯一授权
	3	丙乙型PCR探针法	68.10	广州达安基因股份有限公司	生产厂商
	4	乙型时间分辨	634.90	广州市达瑞生物技术股份有限公司	生产厂商
	5	凝血检测试剂	157.66	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	6	血球XN3000相关检测试剂一批试剂	145.00	贵州佳合康商贸有限公司	唯一授权
	7	血沉仪相关检测试剂一批	115.00	贵州恒鑫盛源医疗科技有限公司	唯一授权
申请理由		☒ 理由一: 因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术, 导致只能从某一特定供应商处采购; ☐ 理由二: 公共服务项目具有特殊要求, 导致只能从某一特定供应商处采购; ☐ 理由三: 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; ☐ 理由四: 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的;			
采购人申请理由具体说明		1、达安基因乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)灵敏度为10IU/mL、线性范围20~1.0x10 ⁹ IU/mL, 为行业内高灵敏度的检测试剂, 且能搭配目前医院现有的DA3200全自动核酸提取仪配套, 无需额外采购其他自动化提取设备。 2、达安基因丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)灵敏度为20IU/mL、线性范围50~1.0x10 ⁸ IU/mL, 为行业内高灵敏度的检测试剂, 且能搭配目前医院现有的DA3200全自动核酸提取仪配套, 无需额外采购其他自动化提取设备。 3、现有设备为广州达安基因股份有限公司中标的DA3200全自动核酸提取仪, 为专机专用设备。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)		(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务, 而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大, 不能作为单一来源采购的理由。)	现有设备为广州达安基因股份有限公司中标: DA3200全自动核酸提取仪, 为专机专用。		
	理由一需满足条件 (同时满足)	(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	现有设备为广州达安基因股份有限公司中标: DA3200全自动核酸提取仪, 为专机专用设备, 市场其他产品无法匹配现有设备使用。		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性, 导致无法由其他供应商分别实施或提供, 只能由某一特定的供应商提供。	广州达安基因股份有限公司为该项试剂生产商。		

	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
专家结论	该采购标的具有唯一性，为专用性，是不可替代性，只能由广州达安基因股份有限公司单独提供，故建议采用单一来源方式进行采购。 专家签字：何平 2025 年 7 月 2 日		

注：单一来源采购方式的适用情形附后。