

单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		福泉市第一人民医院			
联系人		陈银霞		联系电话	0854-2468677
采购项目名称		福泉市第一人民医院CT球管采购			
采购项目金额		135万元			
采购品目	序号	品 名	金 额 (万元)	拟定单一来源供应 商名称	授权情况
	1	福泉市第一人民医院CT球管采购	80	贵州兴泉医药有限责任公司	详见“采购人申请理由具体说明”
申请理由		☒ 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		我院28排螺旋CT(佳能品牌Aquilion/Lightning)，在2025年3月20日的例行设备维护检查中，工程师发现系统记录的球管曝光次数已累计达628974次，这表明球管已处于高风险状态，存在随时可能发生故障导致设备停机的风险。通常，该型号球管的使用寿命大约为50万次。鉴于球管是CT机的关键部件，一旦发生故障，将直接影响CT机的正常工作。拟对CT球管采购进行更换采购，因CT机为进口产品，生产厂家为：佳能医疗系统株式会社，因CT球管为Aquilion/LightningCT机的重要组成部分，其他产品无法替代。佳能医疗系统(中国)有限公司是佳能医疗系统株式会社在中国的子公司，负责其在中国的医疗影像设备的研发、销售及售后服务，佳能医疗系统(中国)有限公司针对本项目授权北京天勤安捷科技发展有限公司实施，北京天勤安捷科技发展有限公司授权贵州兴泉医药有限责任公司实施本项目，授权关系链连贯，因此，申请以单一来源方式向贵州兴泉医药有限责任公司进行采购。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件(同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。)	拟采购的球管要配套采购人现使用的佳能品牌28排螺旋CT.球管为CT机的核心部件，需与CT机原厂配套。其它厂家生产的球管无法匹配使用。		
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	拟采购的球管要与原设备管配套使用。具有专有技术，其它厂家无法提供，具有不可替代性。		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	因采购的球管具有专有技术，其它生产厂家无法提供，为保障CT机的性能一致性，建议以单一来源的方式向生产厂家佳能医疗系统(中国)有限公司授权的贵州兴泉医药有限公司采购		
专家结论		综上所述，建议以单一来源方式采购			
		专家签字：陈银霞 2025年7月15日			

单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		福泉市第一人民医院			
联系人		陈银霞		联系电话	0854-2468677
采购项目名称		福泉市第一人民医院CT球管采购			
采购项目金额		135万元			
采购品目	序号	品 名	金 额 (万元)	拟定单一来源供应 商名称	授权情况
	1	福泉市第一人民医院CT球管采购	80	贵州兴泉医药有限 责任公司	详见“采购人申请理由具体说明”
申请理由		☒ 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		我院28排螺旋CT(佳能品牌Aquilion/Lightning)，在2025年3月20日的例行设备维护检查中，工程师发现系统记录的球管曝光次数已累计达628974次，这表明球管已处于高风险状态，存在随时可能发生故障导致设备停机的风险。通常，该型号球管的使用寿命大约为50万次。鉴于球管是CT机的关键部件，一旦发生故障，将直接影响CT机的正常工作。拟对CT球管采购进行更换采购，因CT机为进口产品，生产厂家为：佳能医疗系统株式会社，因CT球管为Aquilion/LightningCT机的重要组成部分，其他产品无法替代。佳能医疗系统(中国)有限公司是佳能医疗系统株式会社在中国的子公司，负责其在中国的医疗影像设备的研发、销售及售后服务，佳能医疗系统(中国)有限公司针对本项目授权北京天勤安捷技术发展有限公司实施，北京天勤安捷技术发展有限公司授权贵州兴泉医药有限责任公司实施本项目，授权关系链连贯，因此，申请以单一来源方式向贵州兴泉医药有限责任公司进行采购。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件(同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。)	该球管为进口佳能品牌 Aquilion Lightning CT专用配件，其专利技术为专用技术，具有不可替代性，国内产品不能替代。		
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	该球管专利技术为液冷金属轴承，功率高达≥5MHU，专利技术具有不可替代性，国内产品不能替代此技术要求。		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	鉴于专利技术具有不可替代性及设备使用便利，建议向佳能医疗系统(中国)有限公司授权北京天勤安捷技术发展有限公司，北京天勤安捷技术发展有限公司授权贵州兴泉医药有限责任公司实施本项目，授权关系链连贯，因此，申请以单一来源方式向贵州兴泉医药有限责任公司进行采购。		
专家结论		建议单一来源采购 专家签字： 2025年7月15日			

单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		福泉市第一人民医院			
联系人		陈银霞		联系电话	0854-2468677
采购项目名称		福泉市第一人民医院CT球管采购			
采购项目金额		135万元			
采购品目	序号	品 名	金 额 (万元)	拟定单一来源供应 商名称	授权情况
	1	福泉市第一人民医院CT球管采购	80	贵州兴泉医药有限责任公司	详见“采购人申请理由具体说明”
申请理由		☒ 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐ 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		我院28排螺旋CT(佳能品牌Aquilion/Lightning)，在2025年3月20日的例行设备维护检查中，工程师发现系统记录的球管曝光次数已累计达628974次，这表明球管已处于高风险状态，存在随时可能发生故障导致设备停机的风险。通常，该型号球管的使用寿命大约为50万次。鉴于球管是CT机的关键部件，一旦发生故障，将直接影响CT机的正常工作。拟对CT球管采购进行更换采购，因CT机为进口产品，生产厂家为：佳能医疗系统株式会社，因CT球管为Aquilion/LightningCT机的重要组成部分，其他产品无法替代。佳能医疗系统(中国)有限公司是佳能医疗系统株式会社在中国的子公司，负责其在中国的医疗影像设备的研发、销售及服务，佳能医疗系统(中国)有限公司针对本项目授权北京天勤安捷技术发展有限公司实施，北京天勤安捷技术发展有限公司授权贵州兴泉医药有限责任公司实施本项目，授权关系链连贯，因此，申请以单一来源方式向贵州兴泉医药有限责任公司进行采购。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件(同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。)	该产品是佳能专机产品，属必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人主观要求		
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	因产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定供应商提供。		
专家结论		建议单一来源采购 专家签字： 2025年7月15日			