

# 单一来源论证会议专家签到表

项目名称: 《2025年新增设备维保项目一》

项目编号: 0637-258102030933

采购单位: 贵州医科大学附属医院

代理机构: 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

时 间: 2025年07月11日

序号	姓名	工作单位	职称	手机	备注
1	高旭	科信	高级	13885086111	
2	吴永高	省及家属	高级	13985059046	
3	肖文	省及家属	中级	13639086633	
4					
5					

# 贵州省综合评标专家库 评标专家资格证书

聘期状态：正常 查询时间：2024-10-24

经审核，您符合《贵州省综合评标专家库管理办法》规定的入库条件，特聘请您为贵州省综合评标专家库评标专家。聘期叁年（2024年07月01日至2027年07月01日）。特发此证。

年满七十周岁自动终止。



发证日期：2024年10月18日



姓名：肖亮

性别：男

出生日期：1963年12月29日

身份证号：520102196312291239

证书编号：GZE241018183733039

评标专业（至少填写一条评标专业）

专业名称	专业选择依据	审核状态
货物类/医疗器材/医疗器具/医用射线防护用品、装置	职称	审核通过
货物类/机电产品类/医疗设备/医用光学器具、仪器及内窥镜设备	职称	审核通过
货物类/机电产品类/医疗设备/医用核素设备	职称	审核通过

# 贵州省评标专家资格证书

Guizhou Bidding Evaluation Experts Certificate

经审定，您符合《中华人民共和国招标投标法》及省人民政府规定的评标专家条件，特聘请您为评标专家，聘期叁年。


年满七十周岁自动终止



发证日期：2017年08月28日

姓名：辛丽梅  
性别：女  
出生年月：1963.11.11  
身份证号：520103196311112020  
证书编号：01B020108001


专业一	机电产品类-医疗设备-医用光学器具、仪器及内窥镜设备
专业二	机电产品类-医疗设备-医用超声仪器及有关设备
专业三	机电产品类-医疗设备-临床检验分析仪器
专业四	医疗器材-医疗器具-手术器械
专业五	医疗器材-医疗器具-医用射线防护用品、装置



### 单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		杨松昌	联系电话	18285147949	
采购项目名称		2025年新增设备维保项目一包1 DSA和CT维保采购			
采购项目金额（万元）		208元/年，维保期：3年			
采购品目	序号	品名	金额（万元/年）	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	西门子CT (SOMATOM go. now) 维保	38	西门子医疗系统有限公司	原设备生产厂家（原厂）
申请理由		<input type="checkbox"/> 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		1、西门子16排CT为精密大型医疗设备，工艺技术复杂，只有经原厂培训的工程师才能胜任维修设备的工作。 2、西门子16排CT是为原厂独家研发生产的，高值备件如球管是和设备一起整机注册的，只有原厂符合医疗器械管理条例规定的全新备件才能满足备件更换的需求，第三方没有生产原厂全新备件的资质及条件，无法提供原厂全新备件，无法满足设备正常维修保养的要求。 3、定期的安全检查及安全升级需要原厂专业的工具及条件，只有原厂具备专业的安全检查及安全升级的能力，以保障设备安全稳定的运行。 4、只有原厂具备应用培训工程师团队，保障设备在出现应用方面的问题时能得到快速处理。 5、CT机配套核心部件如球管、高压发生器、探测器等为高值配件，为原厂独家生产研发，非原厂配件无法保证图像质量和正常运行，因此备件供应具有唯一性。 6、本机配套核心部件如球管、高压发生器、探测器等的调试校准有原厂专用软件和加密，第三方公司无法获得相关授权，因此第三方公司无法保障维修质量。 因此，本项目申请以单一来源方式进行采购。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。（仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。） (2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。 (3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。		西门子16排CT的球管等高值备件属西门子独有的专利技术，是和设备一起注册登记的，只有西门子原厂独有的专利技术才能生产和提供。  具有专有技术性和不可替代性。  该设备的备件和维修服务只有原厂能提供，服务，第三方无法提供。	
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。			
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。			
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
	专家结论	建议采用单一来源方式采购。  专家签字： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">杨松昌</span> <span>25年7月4日</span> </div>			

### 单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		杨松昌	联系电话		18285147949
采购项目名称		2025年新增设备维保项目一包1 DSA和CT维保采购			
采购项目金额（万元）		208元/年，维保期：3年			
采购品目	序号	品名	金额 (万元/年)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	西门子CT (SOMATOM go. now) 维保	38	西门子医疗系统有限公司	原设备生产厂家（原厂）
申请理由		<input type="checkbox"/> 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		1、西门子16排CT为精密大型医疗设备，工艺技术复杂，只有经原厂培训的工程师才能胜任维修设备的工作。 2、西门子16排CT是为原厂独家研发生产的，高值备件如球管是和设备一起整机注册的，只有原厂符合医疗器械管理条例规定的全新备件才能满足备件更换的需求，第三方没有生产原厂全新备件的资质及条件，无法提供原厂全新备件，无法满足设备正常维修保养的要求。 3、定期的安全检查及安全升级需要原厂专业的工具及条件，只有原厂具备专业的安全检查及安全升级的能力，以保障设备安全稳定的运行。 4、只有原厂具备应用培训工程师团队，保障设备在出现应用方面的问题时能得到快速处理。 5、CT机配套核心部件如球管、高压发生器、探测器等为高值配件，为原厂独家生产研发，非原厂配件无法保证图像质量和正常运行，因此备件供应具有唯一性。 6、本机配套核心部件如球管、高压发生器、探测器等的调试校准有原厂专用软件和加密，第三方公司无法获得相关授权，因此第三方公司无法保障维修质量。 因此，本项目申请以单一来源方式进行采购。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。) (2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。 (3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。		西门子CT球管等高压部件为原厂独有技术，其他配件仅能由原厂提供，其他厂家无法提供。 该机型有多项专有技术具有不可替代性。 由于专利及专有技术和服务的独占性，仅能从原厂公司或授权商提供服务，其他供应商无法提供。	
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。			
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。			
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
	专家结论	建议采用单一来源采购方式采购。 专家签字：  2025年7月11日			

### 单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		杨松昌	联系电话	18285147949	
采购项目名称		2025年新增设备维保项目一包1 DSA和CT维保采购			
采购项目金额（万元）		208元/年，维保期：3年			
采购品目	序号	品名	金额 (万元/年)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	西门子CT (SOMATOM go. now) 维保	38	西门子医疗系统有限公司	原设备生产厂家（原厂）
申请理由		<input type="checkbox"/> 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		1、西门子16排CT为精密大型医疗设备，工艺技术复杂，只有经原厂培训的工程师才能胜任维修设备的工作。 2、西门子16排CT是为原厂独家研发生产的，高值备件如球管是和设备一起整机注册的，只有原厂符合医疗器械管理条例规定的全新备件才能满足备件更换的需求，第三方没有生产原厂全新备件的资质及条件，无法提供原厂全新备件，无法满足设备正常维修保养的要求。 3、定期的安全检查及安全升级需要原厂专业的工具及条件，只有原厂具备专业的安全检查及安全升级的能力，以保障设备安全稳定的运行。 4、只有原厂具备应用培训工程师团队，保障设备在出现应用方面的问题时能得到快速处理。 5、CT机配套核心部件如球管、高压发生器、探测器等为高值配件，为原厂独家生产研发，非原厂配件无法保证图像质量和正常运行，因此备件供应具有唯一性。 6、本机配套核心部件如球管、高压发生器、探测器等的调试校准有原厂专用软件和加密，第三方公司无法获得相关授权，因此第三方公司无法保障维修质量。 因此，本项目申请以单一来源方式进行采购。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。) (2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。 (3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。		西门子的CT球管是西门子公司独有的专利技术，注册信息和注册、该球管只有西门子公司原厂提供。 具有独占性和不可替代性 该设备的高压发生器球管维修只有原厂能提供服务，第三方无法提供服务。	
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。			
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。			
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
	专家结论	通过单一来源采购。 专家签字： 杨松昌 2025年7月11日			

### 单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		杨松昌	联系电话	18285147949	
采购项目名称		2025年新增设备维保项目一包1 DSA和CT维保采购			
采购项目金额（万元）		208元/年，维保期：3年			
采购品目	序号	品名	金额（万元/年）	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	西门子DSA (Artis Q bipane) 维保	70	西门子医疗系统有限公司	原设备生产厂家（原厂）
	2	西门子DSA (Artis Q Ceilling) 维保	60		
	3	西门子DSA (Artis Zee III Floor) 维保	40		
<p>申请理由</p> <p><input type="checkbox"/>理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购；</p> <p><input type="checkbox"/>理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购；</p> <p><input type="checkbox"/>理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；</p> <p><input type="checkbox"/>理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；</p>					
<p>采购人申请理由具体说明</p> <p>1. DSA配套核心部件如球管、高压发生器、平板探测器等为高值配件，为原厂独家生产研发，非原厂配件无法保证图像质量和正常运行，因此备件供应具有唯一性。</p> <p>2. 本机配套核心部件如球管、高压发生器、平板探测器等的调试校准有原厂专用软件和加密，第三方公司无法获得相关授权，因此第三方公司无法保障维修质量。</p> <p>3. 第三方公司无正版软件授权，无法做到安全软件更新升级，无法提供安全检查及安全升级。</p> <p>因此，本项目申请以单一来源方式进行采购。</p>					
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	<p>(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。（仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。）</p>		<p>西门子 DSA 设备使用原厂专有软件系统，SA 软件接口，调试校准均需原厂工程师技术支持，非原厂无法完成。</p>	
		<p>(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。</p>		<p>球管、高压发生器、平板探测器等核心部件均由原厂研发，无法用第三方零件替代。</p>	
		<p>(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。</p>		<p>只有西门子公司拥有授权资质符合法规要求，其他供应商无法获得技术支持。</p>	
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。			
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。			
理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。				
<p>专家结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">建议采用单一来源方式采购</p> <p style="text-align: right;">专家签字：  2025年7月11日</p>					

### 单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		杨松昌	联系电话	18285147949	
采购项目名称		2025年新增设备维保项目一包1 DSA和CT维保采购			
采购项目金额（万元）		208元/年，维保期：3年			
采购品目	序号	品名	金额（万元/年）	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	西门子DSA (Artis Q bipane) 维保	70	西门子医疗系统有限公司	原设备生产厂家（原厂）
	2	西门子DSA (Artis Q Ceilling) 维保	60		
	3	西门子DSA (Artis Zee III Floor) 维保	40		
<p>申请理由</p> <p><input type="checkbox"/>理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购；</p> <p><input type="checkbox"/>理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购；</p> <p><input type="checkbox"/>理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；</p> <p><input type="checkbox"/>理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；</p>					
采购人申请理由具体说明		<p>1. DSA配套核心部件如球管、高压发生器、平板探测器等为高值配件，为原厂独家生产研发，非原厂配件无法保证图像质量和正常运行，因此备件供应具有唯一性。</p> <p>2. 本机配套核心部件如球管、高压发生器、平板探测器等的调试校准有原厂专用软件和加密，第三方公司无法获得相关授权，因此第三方公司无法保障维修质量。</p> <p>3. 第三方公司无正版软件授权，无法做到安全软件更新升级，无法提供安全检查及安全升级。</p> <p>因此，本项目申请以单一来源方式进行采购。</p>			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	<p>(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。（仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。）</p> <p>(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。</p> <p>(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。</p>		<p>西门子DSA设备使用原厂独有软件系统 与硬件接口、校准等均需原厂支持和 加密支持，非原厂软件无法保证图像质量 使用。</p> <p>球管、高压发生器等核心部件均为原厂 独家生产，具有独占性和不可替代性 只有原厂公司及其授权有资质的 维修配件供应商能提供支持和维护，第 三方无法提供。</p>	
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。			
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。			
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
	专家结论		<p style="font-size: 2em; text-align: center;">建议采取单一来源方式采购</p> <p style="text-align: right;">专家签字  2025年7月11日</p>		

### 单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		贵州医科大学附属医院			
联系人		杨松昌	联系电话	18285147949	
采购项目名称		2025年新增设备维保项目一包1 DSA和CT维保采购			
采购项目金额（万元）		208元/年，维保期：3年			
采购品目	序号	品名	金额（万元/年）	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	西门子DSA (Artis Q bipane) 维保	70	西门子医疗系统有限公司	原设备生产厂家（原厂）
	2	西门子DSA (Artis Q Ceiling) 维保	60		
	3	西门子DSA (Artis Zee III Floor) 维保	40		
<p>申请理由</p> <p>□理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购；                  □理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购；                  □理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；                  □理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；</p>					
<p>采购人申请理由具体说明</p> <p>1. DSA配套核心部件如球管、高压发生器、平板探测器等为高值配件，为原厂独家生产研发，非原厂配件无法保证图像质量和正常运行，因此备件供应具有唯一性。                  2. 本机配套核心部件如球管、高压发生器、平板探测器等的调试校准有原厂专用软件和加密，第三方公司无法获得相关授权，因此第三方公司无法保障维修质量。                  3. 第三方公司无正版软件授权，无法做到安全软件更新升级，无法提供安全检查及安全升级。                  因此，本项目申请以单一来源方式进行采购。</p>					
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。)  (2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。  (3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。		西门子DSA设备具有专有的软件系统与硬件接口，调试校准需专用工具与加密支持，非原厂无法保障设备功能与图像质量。  球管，高压发生器，平板探测器等核心部件均为原厂独家生产，第三方无法替代。  只有西门子及其授权服务商具有合法配件供应与技术支持，其他供应商无法提供原装配件与渠道。	
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。			
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。			
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
	<p>专家结论</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">建议采用单一来源方式采购。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：  <span style="font-size: 24px; font-family: cursive;">杨松昌</span>      25 年 7 月 11 日</p>				

Confirmation from Manufacturer  
制造商确认函

We, duly authorized to represent and act on behalf of **Siemens Healthineers AG** (hereinafter "SHS"), a company duly organized under the laws of the Federal Republic of Germany and having its principal place of business at Siemensstraße 3, D-91301 Forchheim, Germany, hereby confirm on behalf of SHS:

我们，以下签名人，作为西门子医疗股份公司（一家依照德国法律成立，主要营业地点设在德国佛希海姆，D-91301，西门子大街 3 号的公司）（以下简称“西门子医疗德国”）的正式授权代表，在此代表西门子医疗德国确认：

**Siemens Healthineers Ltd.**

西门子医疗系统有限公司

(a company duly organized under the laws of the People's Republic of China and having its registered address at Room 516, 5<sup>th</sup> Floor, No. 38 Ying Lun Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone)

（一家依照中华人民共和国法律成立、注册地址在中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号五层 516 室的公司）

- (1) is a **manufacturer appointed after-sales services provider in the People's Republic of China** for all types of medical equipment manufactured by SHG (hereinafter the "Products");  
是西门子医疗德国生产的各类医疗器械产品（以下简称“产品”）在中华人民共和国的原厂指定售后服务提供商；
- (2) could, in the **People's Republic of China**, act in its own name and account to  
可以其自身名义在中华人民共和国
  - i) carry out promotion, advertising application, advertising, sale, distribution for the after-sales services of the Products (including, without limitation, repairing and maintenance, provision of spare parts, upgrading services, provision of options, training services etc.);  
从事产品售后服务（包括但不限于维修保养、备件供应、升级服务、选购件供应、培训服务等）的推广、广告申请和发布、销售、经销；
  - ii) authorize sub-distributors to promote, distribute and sell the after-sales services of the Products, and authorize sub-distributors to promote, distribute and sell the after-sales services of the Products, and  
授权下级经销商推广、经销和销售产品售后服务；和
  - iii) on its own or through its appointed service contractors (affiliates or third parties), provide after-sales services for the Products.  
自行或通过指定授权服务分包商（关联公司或第三方）提供产品售后服务。

This Confirmation shall be valid from October. 1, 2024 until September 30, 2025.  
本确认函有效期自2024年10月1日至2025年9月30日止。

**Siemens Healthineers AG**  
西门子医疗股份公司



Name/姓名: Aylin Hanauer/ 艾琳 哈瑙尔  
Title/职务: Controlling Manager Direct Export Sales  
/全球直销出口业务商务经理



Name/姓名: Jiaping Fang/ 方加平  
Title/职务: Sales Manager Direct Export Sales  
/全球直销出口业务销售经理

