

单一来源采购方式专家论证表

科室名称		余庆县人民医院影像科			
采购项目名称		余庆县人民医院佳能CT设备更换球管采购项目			
采购项目预算金额		65万元			
采购品目	序号	品名	预算金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	CT球管	65	佳能医疗系统(中国)有限公司	已授权
申请理由		<input checked="" type="checkbox"/> 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
采购人申请理由具体说明		余庆县人民医院原有的佳能CT（型号：AQUILION/LIGHTNING TSX-036A）的球管使用年限及频次已达到寿命极限，已经不能正常使用，现急需更换。因该CT机只能使用佳能医疗系统株式会社原厂生产的球管（型号：CXB-500B）才能匹配使用，其他品牌不能兼容，所以为了不影响该设备的使用效率，只能从佳能医疗系统株式会社在中国大陆的唯一分销商“佳能医疗系统（中国）有限公司”处采购。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件(同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。 (仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。)	本项目拟采购的CT球管须与余庆县人民医院原有的佳能CT(型号：AQUILION/LIGHTNING TSX-036A)匹配使用，目前市场上没有能替代使用的其它品牌球管，只能使用佳能医疗系统株式会社生产的球管(型号CXB-500B)		
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	CT机必须要通过医院医学影像科工程师向厂家球管与CT球管的匹配性测试检验，佳能球管是符合中华人民共和国医疗器械注册证规定和通过与佳能球管匹配性测试检验的球管，且球管的更换也需要经过厂家的专业工程师进行。		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	该CT机配套球管由佳能医疗系统原厂所生产，其设备的零部件中的精密性和复杂性具有不可替代的专利和专有技术，且佳能公司独有的第三方提供技术和专业的维修、维修工具和第三方提供的CT球管不能与设备兼容且不能确保设备的安全使用，为确保设备的使用寿命和安全使用，只能采购原厂配套球管		


(Handwritten Signature)

理由二 需满足条件	公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购。	
理由三 需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
理由四 需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的	
专家结论	<p>综上所述,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购的,可采用单一来源方式采购”的规定,建议本项目采用单一来源方式从“佳能医疗系统株式会社”在中国大陆的“唯一分销商”佳能医疗系统(中国)有限公司处采购。</p> <p>专家签字: 张华坤</p> <p>2025年 7 月 17 日</p>	

注: 单一来源采购方式的适用情形附后。

单一来源采购方式专家论证表

科室名称		余庆县人民医院影像科			
采购项目名称		余庆县人民医院佳能CT设备更换球管采购项目			
采购项目预算金额		65万元			
采购品目	序号	品名	预算金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	CT球管	65	佳能医疗系统(中国)有限公司	已授权
申请理由		<input checked="" type="checkbox"/> 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
采购人申请理由具体说明		余庆县人民医院原有的佳能CT（型号：AQUILION/LIGHTNING TSX-036A）的球管使用年限及频次已达到寿命极限，已经不能正常使用，现急需更换。因该CT机只能使用佳能医疗系统株式会社原生产的球管（型号：CXB-500B）才能匹配使用，其他品牌不能兼容，所以为了不影响该设备的使用效率，只能从佳能医疗系统株式会社在中国大陆的唯一分销商“佳能医疗系统（中国）有限公司”处采购。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件(同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。 (仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。	本次拟采购的CT球管须与余庆县人民医院原有的佳能CT机(Aquilion Lightning TSX-036A)匹配使用。因该设备为佳能公司自主研发、生产，市场上没有可替代的品牌球管，佳能使用佳能原厂生产的球管。型号为CXB-500B。		
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	CT机必须要通过国家食品药品监督管理局与CT球管的匹配性测试程序。佳能球管符合中华人民共和国国家强制性认证标准，且与佳能CT机匹配性测试程序一致。其他品牌球管无法通过该测试程序。		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	该CT机球管由佳能医疗系统株式会社研发生产，其球管内部零件的精密性和复杂性具有不可替代的专利技术和专有技术，且佳能公司未向第三方单位提供技术支持和售后服务。该球管无法与第三方单位提供的CT球管匹配使用，为确保设备的安全使用，只能采购佳能原厂生产的CT球管。		

理由二 需满足条件	公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购。	
理由三 需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
理由四 需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的	
专家结论	<p>综上所述,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购的,可采用单一来源方式采购”的规定,建议本项目采用单一来源方式从德能国际能源株式会社在中国大陆的唯一分销商“德能国际(中国)有限公司”处进行采购。</p> <p>专家签字: </p> <p>2025年7月17日</p>	

注:单一来源采购方式的适用情形附后。

单一来源采购方式专家论证表

科室名称		余庆县人民医院影像科			
采购项目名称		余庆县人民医院佳能CT设备更换球管采购项目			
采购项目预算金额		65万元			
采购品目	序号	品名	预算金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	CT球管	65	佳能医疗系统(中国)有限公司	已授权
申请理由		<input checked="" type="checkbox"/> 理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； <input type="checkbox"/> 理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
采购人申请理由具体说明		余庆县人民医院原有的佳能CT（型号：AQUILION/LIGHTNING TSX-036A）的球管使用年限及频次已达到寿命极限，已经不能正常使用，现急需更换。因该CT机只能使用佳能医疗系统株式会社原厂生产的球管（型号：CXB-500B）才能匹配使用，其他品牌不能兼容，所以为了不影响该设备的使用效率，只能从佳能医疗系统株式会社在中国大陆的唯一分销商“佳能医疗系统（中国）有限公司”处采购。			
专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。 (仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。	该项目采购的CT球管为余庆县人民医院原有的佳能CT型号AQUILION/LIGHTNING TSX-036A) 匹配使用，目前国内市场上没有可替代该球管的球管，只能使用佳能医疗系统株式会社的球管(型号: CXB-500B)。		
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	CT机球管需要通过国家药品监督管理局对球管整机的一致性测试合格。佳能球管是符合中华人民共和国医疗器械注册证规定并通过与佳能整机一致性测试合格的球管。且球管更换也需要经过严格的培训过程。		
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	该CT配套球管由佳能医疗系统原厂生产，其球管为专利产品，技术的具有不可替代性。第三方CT球管不能与原设备兼容，为保证设备的准确性及使用安全，只能由原厂配套CT球管。		

[Handwritten Signature]

理由二 需满足条件	公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购。	
理由三 需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
理由四 需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的	
专家结论	<p>续《政府采购货物和服务招标投标法》第五十一条：“只能从唯一供应商处采购的，可采用单一来源方式采购。认定，建议本项目采用单一来源方式从佳能医疗系统株式会社^{在中国大陆唯一经销商}“佳能医疗系统(中国)有限公司”处采购。</p> <p>专家签字：  </p> <p>2025年7月17日</p>	

注：单一来源采购方式的适用情形附后。