



招标文件

项目名称：关岭自治县人民医院医疗服务与保障能力提升腹腔镜系统

采购方式：公开招标 采购类别：货物

项目编号：ASHF-24-GLG01

采购人：关岭布依族苗族自治县人民医院

详细地址：关岭自治县关索街道办事处滨河东路 97 号

采购代理机构：安顺汇丰招标采购有限公司

详细地址：安顺市龙泉路银城大厦 13 楼 7 号

二〇二四年五月

目录

第一章 招标公告.....	1
第二章 投标人须知.....	5
第三章 采购需求.....	27
第四章 合同书（参考格式）.....	34
第五章 投标文件格式及附件.....	39

第一章 招标公告

1、项目名称:关岭自治县人民医院医疗服务与保障能力提升腹腔镜系统

2、项目编号: ASHF-24-GLG01

3、项目联系人:李金丹

4、项目联系电话:0851-33525808

5、采购方式:公开招标

6、采购货物或服务情况: (具体要求详见附表)

(1) 采购主要内容: A 包: 2022 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)建设项目 3D 腹腔镜系统; B 包: 2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)建设项目高清腹腔镜系统

(2) 采购数量: 1 批

(3) 采购预算: 370 万元(A 包: 290 万元; B 包: 80 万元)

(4) 简要技术要求、服务和安全要求:

详见招标文件

(5) 交货时间或服务时间: 签订合同之日起国产设备 30 个日历日内完成, 进口设备 60 个日历日内完成安装、调试、验收完毕交付使用;

(6) 交货地点或服务地点: 采购人指定项目地点

(7) 其他事项(如样品提交、现场踏勘等): 无

7、投标供应商资格要求:

(1) 一般资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 具有独立法人资格, 具有独立承担民事责任的能力; **本项目不专门面向中小企业采购。**

供应商须提供的材料: 1) 有效的三证合一工商营业执照副本(或其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明); 2) 企业基本账户信息证明材料; 3) 法定代表人身份证; 4) 被授权委托人身份证; 5) 法定代表人授权书; 6) 企业最近三个月内任意一个月依法纳税的证明材料; 7) 2022 年度经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明; 8) 依法缴纳社会保障资金的证明材料(以企业所在地社保局盖章确认的最近三个月内任意一个月的报名单位为本单位人员缴纳社保的花名册为准, 被授权代表须是上述花名册内人员; 如法定代表人参加报名投标, 须提供近本单位依法缴纳社会保障资金的证明材料或个人社保证明。); 9) 投标单位“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)上查询信用记录的查询结果截图(加盖单位公章格式自拟); 10) 医疗器械生产或经营许可证;

(注: 本项目不接受联合体投标, 以上 1-10 项资料投标人须通过系统在资格核验模块上

传，开标现场由招标人及监督人通过系统在线核验。参与现场开标的投标人，须递交法定代表人或委托代理人本人身份证原件，法定代表人身份证明或授权委托书。）

(2) 特殊资格要求

无

8、获取招标文件信息：

(1) 获取招标文件时间：2024年5月16日00时00分到2024年5月23日23时59分

(2) 获取招标文件地点：登录全国公共资源交易平台（贵州省·安顺市），点击进入“交易平台”后进行招标文件下载

(3) 招标文件获取方式：登录全国公共资源交易平台（贵州省·安顺市），点击进入“交易平台”后进行招标文件下载。（未注册账号的需注册账号后登录）

(4) 招标文件售价：0元

9、投标文件的递交

(1) 投标文件递交的截止时间为2024年6月6日09时30分，地点为安顺市公共资源交易中心（安顺市西秀区武当路与定安大道交叉处东南角）。该项目采用电子开评标，文件递交方式详见公告特别提醒4、5。

(2) 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

10、开标时间（北京时间）：2024年6月6日09时30分

11、开标地点：安顺市公共资源交易中心开标室

12、投标保证金情况

(1) 保证金金额：

关岭自治县人民医院医疗服务与保障能力提升腹腔镜系统 保证金金额：28000元（A包：20000元；B包：8000元）人民币

(2) 投标保证金缴纳时间：2024年5月16日00时00分到2024年6月5日16时00分

(3) 投标保证金交纳方式：保证金不接受现金交纳，单位投标的投标保证金须从单位基本账户转入，个人投标的须从个人账户转入。

(4) 开户银行及账号

单位名称：安顺市公共资源交易中心

开户银行：贵州银行安顺若飞支行

账号：0333001400000001

(5) 本项目的保证金缴纳程序严格执行缴费码机制（详情详见中心通知公告栏《保证金缴纳新流程的通知》）

http://ggzy.anshun.gov.cn/bszn/xtsyzn/202101/t20210113_66135376.html

13、PPP项目：否

14、采购人名称：关岭布依族苗族自治县人民医院

联系地址：关岭自治县关索街道办事处滨河东路 97 号

项目联系人：刘太穆

联系电话：0851-37222979

15、采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

16、采购代理机构全称：安顺汇丰招标采购有限公司

联系地址：安顺市龙泉路银城大厦 13 楼 7 号

项目联系人：李金丹

联系电话：18185306017

邮箱：ashfzb@163.com

传真：

17、其他：

其他未尽事宜请见招标文件

注：投标人缴纳保证金之后可在系统中“保证金入账结果查询”查询保证金入账情况

1、首次进入安顺市公共资源交易中心的投标人，需先到安顺市公共资源交易中心办理入场登记和 CA 证书，然后才能在网上进行报名。

2、投标人应随时关注安顺市公共资源交易中心网站发出的文件澄清或更正等通知内容，如投标人未及时上网查询，后果由投标人自行承担。

3、投标人获取的招标文件内容与从安顺市公共资源交易中心网站获取的文件澄清或更正等通知内容不一致的，以从安顺市公共资源交易中心网站上获取的文件澄清或更正等通知内容为准。

特别提醒：

1、首次进入安顺市公共资源交易中心的投标人，需先到安顺市公共资源交易中心办理入库登记和 CA 证书，然后才能在网上参与投标。

2、投标人应随时关注安顺市公共资源交易中心网站发出的文件澄清或更正等通知内容，如投标人未及时上网查询，后果由投标人自行承担。

3、投标人获取的招标文件内容与从安顺市公共资源交易中心网站获取的文件澄清或更正等通知内容不一致的，以从安顺市公共资源交易中心网站上获取的文件澄清或更正等通知内容为准。

4、本项目采用电子开评标，投标人需持有效 CA 锁或公共资源交易平台移动 APP 数字证书制作电子投标文件并上传到交易系统，且开标当天必须使用制作该电子投标文件的 CA 锁或公共资源交易平台移动 APP 数字证书进行标书解密，投标文件制作工具请在系统登录页面“投标工具下载”处进行下载，电子投标文件制作方式请参照《投标文件制作工具操作手册》。

5、投标人需在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式）。

注：本项目支持远程不见开标方式开标，投标人可根据自身情况选择开标方式，若选择远程不见面方式开标的投标人，请关注招标文件的投标人须知中的相关条款

2024 年 5 月

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名 称：关岭布依族苗族自治县人民医院 地 址：关岭自治县关索街道办事处滨河东路 97 号 联系人：刘太穆 联系方式：0851-37222979
2	采购代理机构	名 称：安顺汇丰招标采购有限公司 地 址：安顺市龙泉路银城大厦 13 楼 7 号 联系人：李金丹 电 话：18185306017
3	采购项目名称	关岭自治县人民医院医疗服务与保障能力提升腹腔镜系统
4	采购文件编号	ASHF-24-GLG01
5	资金来源	财政资金
6	最高限价	370 万元（A 包：290 万元；B 包：80 万元）
7	采购方式	公开招标
8	评标方法	综合评分法
9	合同履行期限、地点	交付时间：详见招标文件第三章； 交货地点：招标人指定地点

序号	条款名称	说明和要求
10	质量要求、验收标准	1、投标人所投国产设备是要求原产地近12个月内生产未经使用过的全新原装设备(含零部件及配件等)，或保证所提供的进口设备是要求原产地近18个月内生产未经使用过的全新原装设备(含零部件及配件等)，表面无划伤、无碰撞等。 2、投标人所投货物及服务应符合或优于招标文件标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。 3、中标人负责设备的现场安装调试和各项技术服务，安装调试完毕后，应依据国家相关标准、规范要求进行试运行，确保试运行合格，并直至各项指标达到招标文件和合同的技术及功能要求。 4、中标人须提供设备安装现场固定项目负责人、技术负责人的姓名及联系方式。 5、中标人免费培训招标人专业操作人员和管理维护保养人员至熟练掌握常规的专业技技术。
11	联合体投标	不接受联合体投标
12	考察现场、标前答疑会	不组织。
13	招标文件澄清	招标人澄清的时间：招标人将在投标截止时间 15 天前将澄清文件在安顺市公共资源交易电子交易服务系统上公布，投标人自行登录系统查阅或下载。
14	投标人提出问题的截止时间	投标截止日 10 日前。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有异议，应在投标截止时间 10日前通过全国公共资源交易平台（贵州省·安顺市）会员系统向招标人提出。但不得留企业名称、联系人、联系电话等，否则视为有串标嫌疑。
15	分包履约	不允许分包
16	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
17	投标截止时间	2024年6月6日09时30分（以媒体公告为准）。
18	投标有效期	60日历天。
19	投标保证金	本招标项目需要提交投标保证金。 投标保证金的缴交比例参照国家关于投标保证金的规定，投标保证金为：2.8万元人民币（A：2万元；B包：8000元）。投标保证金可以是银行支票、电汇、网上银行转账，支票、电汇、网上银行转账须从申请人基本账户开出。支票由申请人进账。 开户银行：贵州银行安顺若飞支行；行号：313711000107；

序号	条款名称	说明和要求
		户名：安顺市公共资源交易中心；账号03330014000000001。 （1）中介机构提交退款申请的，安顺市公共资源交易中心及时办结。中介机构未在规定时间内提交退款申请的，招标人（采购人）委托安顺市公共资源交易中心采取主动退款方式办理 （2）投标保证金可以是银行支票、银行电汇、网上银行转账、支票、银行保函、保证保险等形式。 （3）投标保证金以保函或保证保险等形式递交的，投标人可在贵州省公共资源交易金融服务平台在线开具保函、保证保险等凭证。按照省人民政府办公厅《关于印发贵州省营商环境优化提升工作方案的通知》（黔府办发〔2019〕12号）及省财政厅《关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（黔财采〔2020〕33号）要求，对于综合金融服务平台以外金融机构出具的电子保函，招标人、招标代理机构应当在开标现场进行真伪验证。 （4）在其他金融保险机构开具保函、保证保险等凭证的，须通过系统在招标文件规定的保证金缴纳截止时间前手动上传至系统（操作指导：安顺市公共资源交易中心信息技术部，联系电话：0851-33343719），未上传的，系统将自动识别投标人未缴纳投标保证金，同时凭证原件在开标现场递交至招标人、监督人处进行审查核验。（提交的凭证原件应载有招标人名称、投标单位名称、项目名称、保证金金额、有效期。）投标保证金的缴纳凭证，请各投标人以复印件或扫描件的形式装入投标文件中。 按照《安顺市财政局安顺市工业和信息化局关于转发〈省财政厅 省工业和信息化厅关于转发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知〉的通知》（安市财采〔2021〕21号）的规定，采购人以供应商出具的《中小企业声明函》作为减免相关费用的依据，免除中小企业投标保证金，中小企业免除保证金可在投标报名时系统内选择并免除保证金缴纳。后期由供应商对自己出具的《中小企业声明函》的真实性负责，由财政部门或招投标工程项目有关行政监督部门对中小企业认定作出书面答复。 注：投标保证金具体缴纳流程详见安顺市公共资源交易中心网页通知。 按照《关于对非中小企业参加政府采购活动投标保证金试行企业承诺函的通知》安市财采【2023】10号文件要求，对未预留专门面向中小企业采购的政府采购项目，保证金设置5万元（含5万元）以下的，采取投标保证金承诺函制（保证金承诺函作为投标担保使用方式，承诺函模版详见投标文件格式附件）；供应商可通过采购业务模块——上传承诺函菜单进行上传，成功上传后视为已交纳保证金。

序号	条款名称	说明和要求
20	履约保证金	履约保证金：中标单位收到中标通知书之日须向采购单位缴纳中标金额的2%作为履约保证金，设备安装调试验收合格并交付医院正常使用之日起30日内无息退还。
21	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
22	签字盖章	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法定代表人的签字可用具有法定效力的签字章）。
23	投标文件份数	（1）加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式，在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传）。 （2）非加密的电子投标文件（.nASTF 格式）1 份（U 盘存储，此文件只针对因交易系统原因造成投标人在安顺市公共资源电子交易系统上传了加密的投标文件后，在开标时其投标文件解密失败的情况下使用），在开标当日带至开标会场，请投标人保证此非加密文件与上传的加密文件一致，若不一致，投标人自行承担后果。 （3）投标人无需提供纸质投标文件。 （4）各投标人应在投标截止时间前检查上传电子投标文件是否上传成功。如上传失败或需咨询服务，请联系交易系统客服电话：4009980000（工作日 08：00-17：30）。 注：此项目支持远程不见面开标方式开标，投标人可根据自身情况选择开标方式，若选择远程不见面开标方式开标，请查看本附表的远程不见面开标条款
24	装订要求	电子投标文件（.nASTF 格式）1 份（U 盘存储，此文件只针对因交易系统原因造成投标人在安顺市公共资源电子交易系统上传了加密的投标文件后，在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。不做密封要求。 注：此项目支持远程不见面开标方式开标，投标人可根据自身情况选择开标方式，若选择远程不见面开标方式开标，请查看本附表的远程不见面开标条款
25	投标文件送达地点及网址	地点：安顺市公共资源交易中心（武当山路与北二环路交叉路口东南角） 网 址：全国公共资源交易平台（贵州省·安顺市）

序号	条款名称	说明和要求
26	开标程序	主持人按下列程序进行开标： (1) 宣布开标纪律； (2) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名 (3) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； (4) 核验现场参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证原件，及法定代表人身份证明原件或授权委托书原件； (5) 重申最高投标限价； (6) 投标人对电子投标文件解密，招标人对电子投标文件解密，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务时间、优惠条件等内容，并记录在案； (7) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； (8) 开标结束。 (9) 对投标人资格文件进行评审。
27	评标委员会人数	评标委员会构成：由招标人代表 <u>2</u> 人和从相应专家库中随机抽取专家 <u>5</u> 人，共 <u>7</u> 人组成。
28	远程不见面开标	本项目支持远程不见面开标方式开标，投标人可根据自身情况选择开标方式，若选择远程不见面开标方式开标的投标人请认真阅读如下条款： 1、请投标人提前认真学习安顺市公共资源交易中心不见面开标系统，完成相关硬件设备、电脑环境准备和系统学习，操作手册在安顺市公共资源交易中心网站下载 2、投标截止时间前投标人须在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式），非加密的投标文件（格式为.nASTF，包括经济标和技术标）请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果） 3、本项目支持远程不见面开标，如选择远程不见面开标的投标人，开标当日无需提供法定代表人身份证明原件及本人身份证原件；委托代理人参加开标的，无需提供授权委托书原件、本人身份证原件（针对所有投标人原需要在开标阶段核验的原件，将扫描件上传到资格核验模块及投标文件中）。 4、投标文件递交截止时间前，各投标人的法定代表人或委托代理人在投标截止时间前 45 分钟进入远程不见面开标系

序号	条款名称	说明和要求
		统进行签到操作（重要提醒：如开标时间截至投标单位仍未签到成功，则视为投标单位未按文件要求参与此次项目开标，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回。系统登录地址： http://218.86.245.7:84/BidOpening_zs/bidopeninghallaction/hall/login，选择投标人身份登录，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到） 5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人开启解密 30 分钟前完成。因投标人网络与相关硬件设备问题等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回，不能参与后续评标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 6、远程开标会议的确认：各投标人应保证，在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁，并保证不退出开标大厅，以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。避免由此产生的不利情形。在此，招标人申明：若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作，视为投标人无异议且对开标数据确认。需要进行项目经理阐述的投标人，需在阐述完成后才可以离开开标设备。 7、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，投标单位全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因投标单位原因导致 15 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，投标单位认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。 8、确保设施、设备工况良好。投标单位将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因投标单位原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由投标单位自行承担一切后果。 9、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。开标时间：同投标截止时间、开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。 10、特别提醒：投标人在开标过程中操作遇到问题时，请及时向安顺市公共资源交易中心信息部咨询，联系方式为座机：0851-33343719 或 400998000。
29	招标人内部受理投诉机构	招标人内部受理投诉机构：关岭布依族苗族自治县人民医院

序号	条款名称	说明和要求																																	
		联系人： 刘太穆 联系电话：0851-37222979 电子邮箱：3107843998@qq. com 通讯地址：关岭自治县关索街道办事处滨河东路 97 号																																	
30	付款方式	付款方式：详见第三章采购需求																																	
31	招标代理费	由中标人向招标代理机构支付招标代理服务费： 1、以中标通知书中的 中标金额 作为收费的计算基数； 2、招标代理服务费收费标准如下：																																	
		中标金额（万元）	费 率	货物类		100 以下	1.48%	100-500	1.08%	500-1000	0.78%	1000-5000	0.48%	5000-10000	0.25%	10000-100000	0.05%	100000 以上	0.01%	工程和服务类		100 以下	1.48%	100-500	0.78%	500-1000	0.43%	1000-5000	0.23%	5000-10000	0.08%	10000-100000	0.045%	1000000 以上	0.035%
		中标金额（万元）	费 率																																
		货物类																																	
		100 以下	1.48%																																
		100-500	1.08%																																
		500-1000	0.78%																																
		1000-5000	0.48%																																
		5000-10000	0.25%																																
		10000-100000	0.05%																																
		100000 以上	0.01%																																
		工程和服务类																																	
		100 以下	1.48%																																
		100-500	0.78%																																
		500-1000	0.43%																																
		1000-5000	0.23%																																
		5000-10000	0.08%																																
		10000-100000	0.045%																																
		1000000 以上	0.035%																																
		根据以上收费标准，采用差额定率累进计费方式分段计算 中标服务费 ，具体计算方法：以货物类中标金额 1000 万元为例，应收中标服务费=100×1.48%+（500-100）×1.08%+（1000-500）×0.78%=1.48+4.32+3.9=9.7 万元，以此类推。																																	
		3、招标完成后，由中标人一次性支付至招标代理机构。																																	
		4、代理服务费支付账号相关信息：																																	
单位名称：安顺汇丰招标采购有限公司																																			
开户银行：贵州银行安顺大十字支行																																			

序号	条款名称	说明和要求
		账 号：0309 0013 0000 0662

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物及服务项目采购。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是关岭布依族苗族自治县人民医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是安顺汇丰招标有限公司（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

3. 合格的投标人

3.1 投标单位具有完成本项目服务能力及招标文件规定的资格要求即为合格的投标人。

3.2 特殊资格要求：医疗器械生厂或经营许可证；

4. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担相关费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知及前附表；
- （3）投标文件格式要求；
- （4）技术参数及要求；
- （5）评标办法；
- （6）合同主要条款。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人

没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

6. 招标文件的澄清和修改

6. 1 招标文件的澄清

6.1.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问应在投标截止时间 10 日前通过全国公共资源交易平台（贵州省·安顺市）会员系统上向招标人提出。

6.1.2 招标文件的澄清将在安顺市公共资源电子交易服务系统上公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.1.3 开标前投标人自行关注系统，必须在投标文件制作工具中导入最新发布的澄清文件制作投标文件。因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。

6.2 招标文件的修改

6.2.1 招标人在安顺市公共资源电子交易服务系统上公布修改招标文件。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.2.2 开标前投标人自行关注系统，必须在投标文件制作工具中导入最新发布的澄清文件制作投标文件。因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。

三、投标文件

8. 投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，应逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在外文资料后面。未翻译的外文资料可能造成在评标时不被充分认识并理解，对此造成的任何结果投标人自负。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，取消中标权并按照相关法律法规追究法律责任。

9. 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合投标

本项目不接受联合体投标。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写。

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

13.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

13.3 商务部分：投标人应提交的商务部分资料。

13.4 资格部分：详见采购公告

14. 投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第五章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明

确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15. 投标保证金

15.1 投标保证金形式：见投标人须知附表。

15.2 未按招标文件要求在规定时间内（以交易中心系统收到时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

15.4 按照《安顺市财政局安顺市工业和信息化局关于转发《省财政厅省工业和信息化厅关于转发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》的通知》（安市财采[2021]21 号）的规定，以供应商出具的《中小企业声明函》作为减免相关费用的依据，免除中小企业投标保证金，中小企业免除保证金可在投标报名时系统内选择并免除保证金缴纳。供应商对自己出具的《中小企业声明函》的真实性负责。

15.5 未中标人的投标保证金，将在中标公示结束后全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效后自行在安顺市公共资源交易中心系统上申请退还。

15.6 下列任何情况发生时，将不予退还其交纳的投标保证金：

- （1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。
- （2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。
- （3）投标有效期内，投标人在购活动中有违规、违纪和违法的行为。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17. 投标文件的签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”的要求制作投标文件。

17.2 投标文件的必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

17.3 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖（签）章和内容应完整。

18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标文件电子光盘的密封与标注见投标人须知附表要求。

19. 投标文件的递交

19.1 、投标文件的密封和标记

19.1.1 非加密的电子投标文件光盘由投标人自行制作。光盘表面粘贴“光盘贴”，并将项目名称、招标人名称、单位名称等信息填写在光盘贴上。由法定代表人或委托代理人参加开标时带至开标会现场。

19.1.2 电子投标文件应按照本须知前附表要求制作，并对文件的内容通过数字证书进行加密并签 CA 印章。其他详见投标人须知前附表。

19.1.3 未按本章第 1.1 或 1.2 项要求标记和加密的投标文件，电子开标软件将无法接受，招标人不予受理。

19.2 、投标截止期

19.2.1 投标文件必须在规定的投标截止期前递交到指定的投标文件递交地点。

19.2.2 招标代理机构可以按本须知相关规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19.3 、迟交的投标文件

详见“投标人须知前附表”

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

四、开标和评标

21. 开标

详见“投标人须知前附表”

22. 开标程序

详见“投标人须知前附表”

23. 评标

23.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

23.2 评标委员会由采购人代表（可委托专家代表）和有关技术、经济等方面的专家依法组成，由招标人代表 2 人和从相应专家库中随机抽取专家 5 人，共 7 人组成。

招标采购单位就招标文件征询过意见和前期服务过的专家，不得作为评标专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的评标。

评标委员会成员名单原则上应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

23.3 评委会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）规定的程序和招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

23.4 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

23.5 在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.6 评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.7 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

23.8 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

23.9 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- （1）未按照招标文件规定交纳投标保证金或金额不足的；
- （2）投标文件存在虚假内容的
- （3）未按照招标文件规定和要求签署、盖章的；
- （4）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的；
- （5）未按照招标文件规定进行编制的；
- （6）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.10 评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

A 包：

序号	项目	细化项目及分值	评分标准
1	技术部分 (45 分)	投标产品的响应性评价 35 分	根据所投产品的响应情况进行评价：投标产品各项指标参数及要求完全响应招标文件要求，得 35 分； 1、标注“★”技术指标一项不满足扣 3 分，本项扣完为止。 2、非“★”技术指标一项不满足扣 1 分，本项扣完为止。 （注：投标人须如实填写“技术规格偏离表”，标注“★”的参数须提供

			投标产品原厂参数确认函并加盖厂家公章。若有虚假应标的投标无效，并承担相应法律责任。）
		设备性能优势 5分	具备单屏双镜联合功能（即：两条镜子的图像同时在一个显示器显示）及双像呈现（一台监视器内标准画面与增强画面同屏显示），提供照片及说明书得5分；
		功能要求综合评价 5分	评标委员会根据投标人提供的产品技术资料（如产品说明书、官方宣传彩页、第三方检测报告、白皮书等）从产品以下三方面进行对比评价：①产品适用性好（跟采购需求相适应）；②操作简易方便；③技术设计先进。 （1）评标委员会认为完全满足采购人需求：4-5分；（2）评标委员会认为基本满足采购人需求：2-3分；（3）评标委员会认为产品适用性不好、操作性不强：1分；（4）评标委员会认为投标产品均不满足以上要求：0分。
2	商务评分 25分	投标产品质量保障 1分	投标时提供采购清单A包产品的设备生产厂家针对本项目的销售授权书，得1分，不提供不得分。（注：投标时须提供授权书复印件，中标后查验原件，不提供或提供不全本项不得分）
		投标产品销售业绩评价 8分	提供同类型设备2022年以来销售合同或中标通知书；提供一份得2分，本项最高得8分（注：投标时须提供合同或中标通知书复印件，不提供不得分）
		售后服务保障 11分	1、提供3D腹腔镜系统产品厂商在国内设有正规的内镜维修站，有经过厂家专业培训的资深售后服务工程师，须提供培训合格不少于5年工程师证书和工程师身份证复印件，加盖投标产品厂商公章，投标人派遣不少于2人的专业售后服务团队在业主所在地提供服务，提供售后服务团队派遣承诺函原件、劳动合同复印件和投标人为其缴纳的连续三个月的社保凭证，均须加盖投标人公章，提供产品制造商的售后服务承诺函原件扫描件得3分，提供不全或未提供不得分。 2、售后服务包括但不限于维护及维修方案、售后巡查制度、备品备件、易损品、培训计划等进行综合评价：根据投标人的售后服务方案进行综合评价，方案完整、可行性优的得4-5分；方案较完善、较合理的得2-3分；方案一般的得1分；方案缺项的为0分。 3、投标人承诺所有设备在招标文件要求质保期（一年）的基础上每延长一年的，得1分，最高得3分；（须提供盖有厂家公章的针对质保期延长的承诺函原件且加盖投标人公章，不提供不得分）。
		政策性加分 5分	1、根据【黔财采〔2014〕15号】文件规定，对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、贵州、青海、云南）的投标主产品（或服务），享受政策性加分，即在经专家综合评审后的总得分基础上加3分； 2、对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。
3	产品报价 (30分)	报价得分=(有效投标人最低投标价)/(有效投标人投标价)×30 注：根据财库[2020]46号及（安市财采[2021]21号）文规定，投标产品生产企业为小微企业的价格给予10%的扣除进行评分。	

B 包：

序号	项目	细化项目及分值	评分标准
1	技术部分 (45 分)	投标产品的响应性评价 35 分	根据所投产品的响应情况进行评价：投标产品各项指标参数及要求完全响应招标文件要求，得 35 分； 1、标注“★”技术指标一项不满足扣 3 分，本项扣完为止。 2、非“★”技术指标一项不满足扣 1 分，本项扣完为止。 (注：投标人须如实填写“技术规格偏离表”，标注“★”的参数须提供投标产品原厂参数确认函并加盖厂家公章。若有虚假应标的投标无效，并承担相应法律责任。)
		设备性能优势 5 分	为了保证图像清晰度更好，色彩还原度更好，摄像头采用高灵敏度、低噪声的 1 个 4K CMOS 传感器得 1 分，采用高灵敏度、低噪声的 2 个 4K CMOS 传感器得 3 分，采用高灵敏度、低噪声的 3 个 4K CMOS 传感器得 5 分，要求提供照片及说明书，不提供照片及说明书不得分。要求提供照片及说明书，不提供照片及说明书不得分。
		功能要求综合评价 5 分	评标委员会根据投标人提供的产品技术资料（如产品说明书、官方宣传彩页、第三方检测报告、白皮书等）从产品以下三方面进行对比评价：①产品适用性好（跟采购需求相适应）；②操作简易方便；③技术设计先进。 (1) 评标委员会认为完全满足采购人需求：4-5 分；(2) 评标委员会认为基本满足采购人需求：2-3 分；(3) 评标委员会认为产品适用性不好、操作性不强：1 分；(4) 评标委员会认为投标产品均不满足以上要求：0 分。
2	商务评分 25 分	投标产品质量保障 2 分	投标时提供采购清单 B 包产品的设备生产厂家针对本项目的销售授权书，得 2 分，不提供不得分。(注：投标时须提供授权书复印件，中标后查验原件，不提供或提供不全本项不得分)
		投标产品销售业绩评价 8 分	提供同类型设备近 2022 年以来销售合同或中标通知书；提供一份得 2 分，本项最高得 8 分 (注：投标时须提供合同或中标通知书复印件，不提供不得分)
		售后服务保障 (10 分)	1、售后服务包括但不限于维护及维修方案、售后巡查制度、备品备件、易损品、培训计划等进行综合评分：根据投标人的售后服务方案进行综合评价，方案完整、可行性优的得 4-5 分；方案较完善、较合理的得 2-3 分方案一般的得 1 分；方案缺项的为 0 分。 2、投标人承诺所有设备在招标文件要求质保期（一年）的基础上每延长一年的，得 1 分，最高得 5 分；（须提供盖有厂家公章的针对质保期延长的承诺函原件且加盖投标人公章，不提供不得分）。
		政策性加分 (5 分)	1、根据【黔财采〔2014〕15 号】文件规定，对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、贵州、青海、云南）的投标主产品（或服务），享受政策性加分，即在经专家综合评审后的总得分基础上加 3 分； 2、对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。

3	产品报价 (30分)	报价得分=(有效投标人最低投标价)/(有效投标人投标价)×30 注：根据财库[2020]46号及（安市财采[2021]21号）文规定，投标产品生产企业为小微企业的价格给予10%的扣除进行评分。
---	---------------	---

以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，汇总后按得分高低顺序推荐三名中标候选人，并作出评标结论（总分数相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

五、定标

24. 定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定3名中标候选人。

25. 定标程序

25.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

25.2 招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

25.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标人。

25.4 根据采购人确定的中标人，招标人同时在贵州省政府采购网和安顺市公共资源交易网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

25.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后二个工作日内，将签订的合同原件一份送招标代理机构

28. 合同分包：不允许分包。

29. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30. 履约保证金：

30.1 履约保证金金额：合同总价金额的 2%。

30.2 履约保证金的交纳：中标方在签订合同前按合同总价的 2% 计算应交纳的履约保证金，以银行支票或汇票的形式汇入招标人指定账户。

30.3 招标人接受银行保函作为履约保证金。

30.4 履约保证金的退还：履约保证金在本项目安装调试完毕，验收合格并正式交付甲方使用后无任何质量问题 30 天内无息退还。

31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32. 其他

32.1 中标人交货时，由采购人依据合同组织验收。

七、 废 标

33. 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标（针对整个项目）：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价未按招标文件要求填报的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

无效标条款（针对单个投标人）

出现下列情形之一的，投标人递交的投标文件作无效标处理，该投标人的投标文件不参与评审，且不计算入投标人家数：

- （1）递交的投标文件不完整或未按招标文件要求加盖公章及签字的；
- （2）投标人不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
- （3）同一投标人提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
- （4）投标联合体未提交联合投标协议的（若有）；
- （5）投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
- （6）投标报价高于最高限价的；
- （7）投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应的；
- （8）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- （9）未按规定交纳投标保证金的；
- （10）投标有效期不满足招标文件要求的；
- （11）法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一招标项目中同时投标的；
- （12）法律法规规定的其他情形。

八、 投标纪律要求

34. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消，并承担采购人的经济损失及法律责任。

九、支付货款

35. 付款方式：详见“投标人须知前附表”

十、质疑和投诉

36. 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应该在知道或者应知其利益受到损害之日起七个工作日内按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购投标人投诉处理办法》以书面的形式向招标人提出质疑。如果投标人没有按照相关规定提交的质疑或超出规定的质疑期限，招标人将不予受理。

36.1 标前质疑：

投标人（供应商）可通过系统提出质疑。投标人在（如图）左边菜单【网上提问】发起，提问是匿名的，由代理机构负责受理。



36.2 网上投诉：

参与投标的投标人（供应商）可在自任意时段发起投诉。如下图在左边菜单【投诉功能】提交投诉后，由行业主管部门在交易中心监督系统中受理。



序号	标段编号	标段名称	投诉信息查看	受理状态	投诉查询
1	SS20400009585001001	系统测试数据-test【勿删勿删】	Q	已提交待受理	查询
2	SS20400009603001001	不见面开标演示test2【勿删勿删】	Q	已提交待受理	查询
3	SS20400009690001001	test工程施工本无楼测试2020-11-17-1	Q	已提交待受理	查询
4	SS20400009351001001	新专家库抽取0603-1test【仅供测试用】	Q	已提交待受理	查询
5	SS20400009602001001	不见面开标演示test【勿删勿删】	Q	已提交待受理	查询
6	SS20400009455001001	【测试】test专家手写签名测试项目勿删2	Q	已受理	查询
7	SS20400009569001001	0917-不见面开标大厅主流程测试-test【勿删勿删】	Q	已受理	查询
8	SS20400009559001001	不见面开标大厅主流程测试-test【勿删勿删】	Q	已提交待受理	查询
9	SS20400009454001001	【测试】test专家手写签名测试项目勿删	Q	已提交待受理	查询
10	SS20400009467001001	test 非电子标（勿删）	Q	已提交待受理	查询

37. 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章并由法定代表人签署）在质疑有效期限内一次性向采购代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱招投标秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

质疑联系方式

质疑受理机构名称：安顺汇丰招标采购有限公司

质疑受理机构地址：安顺市龙泉路银城大厦 13-7 座

质疑受理机构电话：0851-33525808

38. 质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期内作出答复的，质疑投标人可以在答复期满后 15 个工作日内按《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》以书面实名形式向招标人监督部门投诉。

投诉单位：关岭布依族苗族自治县政府采购管理委员会办公室

投诉电话：0851-37227639

联系人：撒海燕

39. 投标人的质疑和投诉必须以实名书面形式按招标文件及有关规定的程序递交，质疑和投诉的内容必须有充分的事实和法律依据，否则招标采购单位或采购监管部门有权利拒绝受理；对于歪曲事实或采用不正当手段恶意质疑和投诉的投标人，招标采购单位或采购监管部门

将依法予以处罚，并计入不良记录。

十一 电子投标文件编制及报送要求

1、投标人获取招标文件澄清、修改的方式：开标前投标人自行关注系统，必须在投标文件制作工具中导入最新发布的澄清文件制作投标文件。

2、本项目采用电子开标。若出现投标文件解密失败或投标文件无法导入导致无法采用电子开标时，在监督人员的监督下，按以下顺序采用非加密的电子光盘模式开标：

3、招标人按光盘递交的先后顺序采用非加密的电子光盘模式开标；

4、若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与非加密的电子投标文件光盘不一致，或没有交纳投标保证金或未上传电子投标文件，则取消其中标候选人资格。若递交的光盘内容系统不能识别或没有导入有效的投标文件，则评标委员会否决该投标。

5、电子投标文件制作及提交：

5.1 电子投标文件用专用投标文件制作工具制作，生成★.ASTF（加密）及★.nASTF（非加密）两份投标文件；

5.2 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.ASTF 格式）到安顺市公共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确；

5.3 开标现场递交非加密的电子投标文件（.nASTF 格式）光盘 一 份（此光盘模式针对投标人在遵安顺市公共资源电子交易服务系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。

5.4 投标截止时间招投标系统服务器故障导致投标人未及时上传电子投标文件时，经交易中心及系统平台服务商证实，投标人提供载有★.ASTF 及★.nASTF 两份投标文件的光盘履行电子招标投标应急措施。

（选择不见面开标和远程投标方式的投标人按远程解密步骤完成确认。无需提供光盘或 U 盘）

第三章 采购需求

第一部分：各包采购清单及技术、服务要求

A 包：2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

建设项目 3D 腹腔镜系统

采购清单技术参数要求：

一、总体要求：

- 1、能适用于所有硬性目镜接口的内窥镜，包括软性纤维镜。
- ★2、主机原装进口，满足兼容性、可升级性、实用性，方便科室管理及临床使用（台车、电刀除外）。

二、全高清 3D 摄像主机 1 套

- 1、全数字化信号传输，能连接 3D 腹腔镜镜子和 2D 腹腔镜镜子，分辨率 1920×1080。
- 2、主机带 USB 接口，可连接外接 U 盘和移动硬盘，可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照。
- 3、集成图文工作站功能，术中记录 1920×1080P 全高清录像及 1920×1080 高清图片。
- 4、智能化图形菜单，避免术野遮挡，直观易懂。
- 5、根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。
- 6、3D 术野画面可实现上下、左右及 180° 翻转功能。
- ★7、电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护。
- 8、兼容市面上大部分 2D 腹腔镜镜子。
- 9、可实现 3D 和 2D 图像之间的一键切换。
- 10、具有影像增强功能，可分别对图像轮廓构造进项强调，实现影像的细节或边缘锐利度强化。
- 11、具有降噪技术，降低图像噪点，使信号输出更加优化。

三、全高清 3D 电子内窥镜镜子 1 条

- 1、与主机同品牌，原装进口，10mm 3D 电子腹腔镜镜子，有效长度 330mm，视野方向为 30°，手柄部具有三个遥控按钮。
- 2、采集像素为 1920×1080P。
- ★3、具有防雾功能，有效防止镜面起雾。
- ★4、景深≥150mm，可远距离观察，提高可视面积，并有效防止镜头污染。
- 5、电子镜镜子为导光束一体化的整体设计而无需拆卸，可以进行高温高压或者低温等离子灭菌。
- 6、视野范围≥65°，能观察更广视野。
- 7、免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。
- 8、摄像头 按键可设置快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度。

9、电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护。

10、标配专用消毒盒。

四、全高清摄像头 1 个

★1、摄像头像素为 1920×1080P。

2、全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

★3、摄像头按键可设置快捷键，可预设术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度、增益、色彩等功能。

4、光学变焦：可≥2 倍光学变焦。

5、电气安全：医用设备电气安全 CF-1 类。

6、自动曝光调节。

7、摄像头具有≥3 个快捷键按钮，能根据使用习惯，设置常用功能。

五、3D 医用监视器 1 套

★1、监视器≥32 寸，医用级全高清，能提供高清的三维或二维图像。

2、具有 3D 视差模拟技术和 3D 视点检查技术。

3、具有 3D/2D 自由切换和 3D/2D 色彩自动匹配功能。

4、圆偏振 3D 显示技术，支持双流传输。

5、具有左右图像切换功能、画中画功能、镜像功能和按键禁止功能。

6、3D 眼镜 6 个，防雾式，被动式 3D。

7、3D 眼镜 6 个，夹片式，圆偏振。

六、冷光源及导光束 1 套

★1、冷光源：LED，功率≥300w，色温≥6000k。

2、光亮度连续可调。

3、配置纤维导光束 3 条，直径≥4.0mm，长度≥250cm，耐高温。

4、纤维导光束通用性强，能连接各厂家的硬性内窥镜。

5、灯泡寿命≥30000 小时，有灯泡寿命报警功能。

七、气腹机 1 套

1、灌流速度≥40L/min。

★2、具有高速/高精两种灌流模式。

3、自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题。

4、集成安全系统，可快速检测压力过高情况。

5、若在一定时间内无外部干预，系统自动报警。

6、电器安全最高等级 CF，使用安全可靠，可用于佩戴心脏起搏器的患者。

八、台车 1 台

1、台车美观轻便、牢固，移动方便，能放置全套腔镜系统。

2、带脚刹功能。

3、轮子为耐磨静音轮。

九、2D 腹腔镜镜子 3 条

1、30° 腹腔镜，柱状透镜，蓝宝石镜面，不易磨损。

- 2、直径为 10mm，长度 30cm 左右。
- 3、标准的目镜接口可以和任意摄像头连接。
- ★4、可长期反复预高温高压消毒。
- 5、镜体内外多涂层，减少光损失。
- 6、配消毒盒 3 个。

十、高频电刀 1 台

- ★1、功率 $\geq 320W$ ，输出功率可调。
- ★2、满足手术中对组织的切割和凝血，具有 ≥ 3 种切割模式（其中有低电压切割模式适用于腹腔镜手术），具有 ≥ 2 种单极凝血模式，具有 ≥ 1 种双极电凝模式（具有自动凝血功能）。
- 3、具有开机自检功能，自检过程中，一旦发现系统内部或附件有异常，将停止输出。
- 4、有安全的病人控制系统，对电极板实施持续监控，确保术中病人安全。
- 5、智能监视系统：在微电脑控制下，随作用组织的阻抗的变化，能自动调节输出能量，从而达到最理想的手术效果。
- 6、设备满足手术室无菌环境下使用要求。
- 7、不少于四种单极电切方式：
 - （1）单极纯切：最大功率 $\geq 300W$ 。
 - （2）单极混切：最大功率 $\geq 300W$ 。
 - ★（3）内窥镜模式电切：最大功率 $\geq 100W$ 。
- 8、不少于三种单极电凝方式：
 - （1）接触式电凝：最大功率 $\geq 250W$ 。
 - （2）单极凝血（凝切）：最大功率 $\geq 120W$ 。
 - （3）喷射式电凝：最大功率 $\geq 120W$ 。
- 9、双极电凝方式：
 - （1）双极电凝模式：最大功率 $\geq 100W$ 。
 - （2）双极具脚踏控制和自动凝血功能。
- 10、有输出错误报警、电刀笔启动时间过长报警、电极板不能与病人皮肤充分接触报警、自检有异常报警等报警功能。
- 11、采用隔离式输出。
- 12、各个输出端口独立输出。
- 13、主机采用标准的多功能插口，可与其它品牌耗材互用。

十一、全高清专用液晶监视器 1 台

- 1、液晶监视器尺寸 ≥ 27 寸。
- 2、图像显示分辨率 1920×1080 ，逐行扫描。

B包：2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）建设项目高清腹腔镜系统

采购清单技术参数要求：

一、内窥镜摄像系统 1 套

- ★1、内窥镜摄像系统要求为全数字化 4K 超高清摄像系统，具备 4K 图像处理能力，分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ P 超高分辨率。
- ★2、主机自带内置 4K 刻录功能，能够同时具备 4K 和全高清输出能力，具备 USB 等多种输出接口。主机可接 U 盘进行拍照、录像，兼容移动硬盘和 U 盘，储存分辨率可选 4K 或 1080P，也可选择存储图片和视频分辨率。
- 3、主机具备拍照、录像、画面冻结、白平衡、计时器等功能。
- 4、帧率 ≥ 60 帧/秒。
- 5、主机具有 2 种以上内镜模式设置功能或者 5 种以上应用场景输出。
- ★6、摄像主机能实现亮度自动补偿（亮度均匀，避免光线不均匀）、色彩强化（方便辨识毛细血管等）、组织细节增强（提升清晰度）。
- 7、摄像主机具有不少于 3 种色调可选或者多种色彩调节功能（例如：亮度可调、对比度可调、饱和度可调）。
- 8、防电击程度为防除颤 CF 级别 I 类。

二、摄像头 1 个

- ★1、摄像头为 4K 超高清摄像头，采用高灵敏度、低噪声 4K CMOS 传感器。
- 2、摄像头防电击程度为防除颤 CF 级别 I 类。
- ★3、具有 ≥ 3 个摄像头按键，可编辑至少 4 种快捷按键功能（包括但不限于自动对焦、白平衡、拍照、4K 录像、冻结、放大、缩小、亮度等功能设置任选）。
- 4、摄像头防护等级： $\geq (IPX7 \text{ 或者 } IP67)$ ，能浸泡消毒或低温等离子灭菌方式消毒。
- ★5、镜头变焦范围：f15-25。
- 6、具备至少 2 倍放大功能。

二、冷光源 1 套

- 1、白光冷光源的输出总光通量应 ≥ 8001 m。
- 2、光输出最大中心照度 ≥ 3000000 LUX。
- ★3、具有光纤插入自动检测功能，只有运行检测正常才能使用本设备，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光。
- 4、光源可设置最大亮度限制，防止意外损伤。
- 5、具有高温报警、灯泡寿命警示功能。
- ★6、色温在 4500-7000K 区间即可。
- 7、灯泡工作寿命 ≥ 50000 小时。
- 8、具有出光防护功能，未插入光纤时光源自动关闭。

★9、摄像系统与光源连接后，根据摄像头的感光强度自动调节光源亮度，避免光纤出光过强导致的热损伤。

10、电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护。

11、导光束：长度 $\geq 300\text{cm}$ ，数量：2 条。

12、输出亮度可调，满足不同临床手术的亮度要求。

三、医用监视器 1 台

1、分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ 。

★2、LED 或者 LCD 监视器，尺寸 ≥ 32 英寸。

3、支持 4K 超高清显示。

四、台车 1 台

1、可 360 度旋转，最大承重 $\geq 20\text{kg}$ 。

2、台车能放置摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、监视器、高频电刀、腹腔镜镜子等整套高清腹腔镜系统设备。

3、滑轮可锁定。

4、采用高强度防缠绕静音轮，可任意推动。

五、腹腔镜镜子 3 条

1、与摄像主机同一品牌。

2、视向角 30° ，直径 10mm，长度 $\geq 320\text{mm}$ ，可用低温等离子、高温高压等多种消毒方式进行消毒。

3、景深：25-150mm。

4、配消毒盒 3 个。

六、气腹机 1 台

1、压力设定范围：5~25mmHg。

★2、流速 ≥ 40 升/分钟，流量调节范围 0.1-40L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。

3、采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。

4、具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。

5、具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。

6、气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。

7、具备气腹机末端 CO₂ 气体加热功能。

8、防电击程度为防除颤 CF 级别 I 类。

七、高频电刀 1 台

★1、功率 $\geq 320\text{W}$ ，输出功率可调。

★2、满足手术中对组织的切割和凝血，具有 ≥ 3 种切割模式（其中有低电压切割模式适用于腹腔镜手术），具有 ≥ 2 种单极凝血模式，具有 ≥ 1 种双极电凝模式（具有自动凝血功能）。

3、具有开机自检功能，自检过程中，一旦发现系统内部或附件有异常，将停止输出。

4、有安全的病人控制系统，对电极板实施持续监控，确保术中病人安全。

5、智能监视系统：在微电脑控制下，随作用组织的阻抗的变化，能自动调节输

出能量，从而达到最理想的手术效果。

6、设备满足手术室无菌环境下使用要求。

7、不少于四种单极电切方式：

（1）单极纯切：最大功率 $\geq 300W$ 。

（2）单极混切：最大功率 $\geq 300W$ 。

★（3）内窥镜模式电切：最大功率 $\geq 100W$ 。

8、不少于三种单极电凝方式：

（1）接触式电凝：最大功率 $\geq 250W$ 。

（2）单极凝血（凝切）：最大功率 $\geq 120W$ 。

（3）喷射式电凝：最大功率 $\geq 120W$ 。

9、双极电凝方式：

（1）双极电凝模式：最大功率 $\geq 100W$ 。

（2）双极具脚踏控制和自动凝血功能。

10、有输出错误报警、电刀笔启动时间过长报警、电极板不能与病人皮肤充分接触报警、自检有异常报警等报警功能。

11、采用隔离式输出。

12、各个输出端口独立输出。

13、主机采用标准的多功能插口，可与其它品牌耗材互用。

第二部分：A、B 包售后服务、其它要求及商务要求

（一）售后服务、技术支持、培训及其它要求：

1、招标文件清单中未明确售后免费质保期的设备投标人须承诺按厂家质保（不低于一年的免费质保）；

2、设备安装后，中标方须根据采购单位要求委托国内有资格的单位对所采购的仪器进行首次检定和校准，其费用由中标方负责承担。

3、若进口产品中标，供货时须提供进口产品的报关单；

4、中标供应商须负责设备安装、调试，并负责协助采购方各设备及系统功能的测试和验收，对其提供的技术方案及由提供产品的项目实施内容承担所有相关技术责任；

5、投标人须将投标货物的生产厂家、品牌型号及价格明细注明；

6、供应商需免费提供足够整个项目设备安装及正常使用所需一切辅材；

7、报价须含设备运输、安装（含安装所需所有辅材）、调试及验收等所有费用，保证本项目实施完后能满足采购方正常工作需要；

8、投标时须提供售后服务承诺书。

（二）商务要求

1、**交付时间：**签订合同之日起国产设备 30 个日历日内完成，进口设备 60 个日历日内完成安装、调试、验收完毕交付使用；

2、**项目实施地点：**采购人指定项目地点；

3、验收要求

3.1 **验收方式：**现场验收。

3.2 验收标准：

（1）乙方所有货物应按生产厂家的产品出厂检验标准（符合国家或行业相关标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收，安装调试各项指标符合技术参数要求；

（2）国家规定的各种证件齐全；

（3）乙方所供产品说明书、标签和包装标识符合国家相关要求；

（4）乙方必须提供所供产品的合格证明文件（如产品合格证、产品检测报告等）；

4、**付款方式：**投标人将供货范围内投标产品在约定的安装地点安装调试完毕、并验收合格正常使用无质量问题后由中标人提交付款发票，采购人在 60 日内转账支付全额货款。

第四章 合同书（参考格式）

甲方（招标人）：_____（全称）

乙方（中标人）：_____（全称）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，以及项目编号：_____，项目确认的中标结果和招标文件的要求，经甲乙双方协商，就关岭布依族苗族自治县人民医院关岭自治县人民医院医疗服务与保障能力提升腹腔镜系统项目（含安装），现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

第一条 甲方采购的货物内容和成交价格：（金额单位：人民币元）

1.1 货物名称、规格、型号、品牌、产地、生产企业、单位、数量、价格等详见附件。

1.2 本合同总价：大写：_____（¥_____），采用总价包干，若本合同范围内的货物发生增减时，以货物单价为基准，据实结算。

货物单价同时含安装、调试、人工、运输费（到招标人项目现场）、装卸费、仓储、管理费、保险、各种税费、劳保、专利技术、技术支持与培训、质保期间维修、售后服务、维护及其他伴随服务等完成本项目所需的一切费用。

1.3 乙方必须按甲方招标文件要求，确保货物及所有的附属货物等的完整性。对于招标文件没有列出，而对产品的正常运行和维护必不可少的且应属于附属设备及配套服务等，乙方须予以补充完整，并将可能产生的费用包含在货物总价中，甲方不再额外支付由此产生的费用。

1.4 乙方已考虑一切相关风险费用（如：须根据现场条件订制的部份、由于原材料成本或其他条件等的价格浮动而导致的全部额外费用），中标后单价不作调整。

1.5 在安装、调试、验收、使用过程中，若发现有漏项、漏算、缺件等，乙方应无条件补齐，乙方不得以任何理由向甲方提出费用增加的要求，所发生的一切费用视为已包含在货物总价中，且并不能因此而影响交付甲方使用的时间。

第二条 合同文件的构成

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，主要由以下文件构成：

- 1、合同生效后甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件。
- 2、合同及其附件、补充协议；
- 3、中标通知书；
- 4、技术标准和要求；

5、投标文件及澄清文件；

6、招标文件及补充文件；

7、其它文件；

第三条 履约保证金

3.1 履约保证金金额：合同总价金额的 2%；即大写：人民币_____（¥_____）。

3.2 履约保证金的交纳：中标方在签订合同前按合同总价的 2%计算应交纳的履约保证金，以银行支票或汇票的形式汇入招标人指定账户。

3.3 招标人接受银行保函作为履约保证金。

3.4 履约保证金的退还：履约保证金在本项目安装调试完毕，验收合格并正式交付甲方使用后无任何质量问题 30 天内无息退还。

第四条 质量保证

4.1 乙方所供货物质量符合国家有关标准及合同技术标准要求。

4.2 乙方保证所提供的国产设备是原产地近 12 个月内生产未经使用过的全新原装设备，或保证所提供的进口设备是原产地近 18 个月内生产未经使用过的全新原装设备，否则由此产生的一切损失由乙方全权承担。

4.3 若投标文件中所投货物为进口设备的，乙方所提供的设备符合设备在发货之日有效的设备制造厂商产品标准及设备来源国适用的国家标准。进口设备已按照中国的进口法律、法规和政策办理全部进口手续，属合法进口设备并随设备提供相关证明资料。

4.4 若因乙方所提供货物存在质量问题，安装工艺，维保过失等原因所导致的事故及纠纷由乙方承担一切责任和后果。

4.5 如因乙方货物质量问题所致医疗纠纷及事故所产生的一切责任均由乙方全权负责。

4.6 乙方提供公司资质证件及合同产品注册证、公司授权委托书等，应保证其有效性、合法性和真实性，如因提供虚假或与事实不符的资料等问题而产生的一切不良后果由乙方负完全责任。

第五条 交货期及交货地点

5.1 合同签订后，乙方接甲方通知_____日历天交货。

5.2 交货地点：乙方免费送货到甲方指定地点。

第六条 付款方式

6.1 本项目无预付款；

6.2 投标人将供货范围内投标产品在约定的安装地点安装调试完毕、并验收合格正常使用无质量问题后由中标人提交付款发票，采购人在 60 日内转账支付全额货款。

第七条 验收

7.1 验收方式：现场验收。

7.2 验收标准：

7.2.1 乙方所有货物应按生产厂家的产品出厂检验标准（符合国家或行业相关标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收，安装调试各项指标符合技术参数要求；

7.2.2 国家规定的各种证件齐全；

7.2.3 乙方所供产品说明书、标签和包装标识符合国家相关要求；

7.2.4 乙方必须提供所供产品的合格证明文件（如产品合格证、产品检测报告等）；

第八条 免费质保期及售后服务

8.1 本项目自安装调试验收合格并交付甲方使用之日起计算，免费质保期为____年。

8.2 免费质保期内乙方负责本项目的免费维修和更换所需的人工、差旅、所有零配件、维护及保养服务等，提供每天 24 小时急需服务。

8.3 维修更换的备品备件必须与投标时投标文件中产品、品牌、规格型号、生产厂商保持一致，且为未经使用的全新产品。

8.4 本项目维保期内，同一故障经三次维修仍达不到甲方要求的，按以下办法处理：

8.4.1 无条件在两个月内更换原品牌、规格型号的全新设备、材料，乙方承担由此发生的所有费用。

8.4.2 乙方接甲方通知后，两个月内尚未更换，甲方有权另购其他设备、材料，所产生的费用及造成一切经济损失由乙方全权承担。

8.5 故障报修响应时间：

8.5.1 乙方维保人员接到甲方故障报修通知后，须在≤24 小时内赶到故障现场进行抢修并处理；

8.6 乙方所售产品终身负责维护、维修，质保期满后，免收人工费，维修只收取配件成本费。

8.7 培训：

8.7.1 乙方免费培训甲方专业操作人员和管理维护保养人员至熟练掌握常规的专业技术。

8.7.2 由乙方安排专业培训工程师对甲方指派的参训人员现场操作及维护保养能力进行现场培训，以确保参训人员对设备的全面了解、正确使用、基本维修维护与紧急应对措施等技能的

掌握。

第九条 关于知识产权相关事宜协定：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

第十条 违约责任：

10.1 逾期交货：如乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交货部分总价的 0.5 %计算罚金。

10.2 逾期交货的违约赔偿最高限额为逾期交货部分合同价款的 5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能完工，甲方有权终止合同，由此产生的一切责任及后果由乙方全权承担。

10.3 甲方逾期付款，应向乙方支付违约金，违约金以未付价款总额每日 0.5 %计算，违约金最高限额为未付价款的 5%。

10.4 免费质保期内，乙方必须按合同条款中第八条规定时限内到达现场并及时排除故障。乙方不及时修理，甲方有权请其他专业人员修理，发生的费用由乙方承担。由此造成的一切责任和损失由乙方全权承担。

10.5 乙方所提供设备品牌、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用及责任。

第十一条 违约终止合同

11.1 甲方在乙方存在如下违约情况时，有权终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意顺延的期限内交货。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后 30 天内未能纠正其过失。

11.2 根据合同 11.1 条款存在终止部分合同的，乙方须继续执行合同中未终止部分。

11.3 在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意顺延的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

第十二条 不可抗力事件处理

12.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可顺延，其顺延期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，须立即通知对方。

12.3 不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同及终止合同后的善后事宜。

第十三条 争议解决

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方项目所在地人民法院起诉。

13.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

13.3 诉讼费除人民法院另行有裁决外，由败诉方承担。

第十四条 合同生效及其它

14.1 本合同一式六份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方三份、乙方一份，送主管政府采购管理委员会办公室备案一份，送安顺汇丰招标采购有限公司一份，均具有同等效力。

14.2 合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下进行友好协商，协商结果以双方授权代表签字并盖章确认的书面形式或补充协议作为本合同不可分割的部分。

14.3 本采购项目的招标文件、投标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。

第十五条 合同附件

（以下无正文）

甲方：

乙方：

地址：

地址：

委托代理人：

委托代理人：

开户银行：

账 号：

电话：

电话/传真：

签约时间： 年 月 日

签约时间： 年 月 日

★ 此合同仅供参考，双方可根据实际情况拟定合同！

第五章 投标文件格式及附件

关岭自治县人民医院医疗服务与保障能力提升腹腔镜系统

投标文件

公司名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

投标文件目录

1. 投标函
2. 法定代表人证明书
3. 法定代表人授权书
4. 开标一览表
5. 分项报价
6. 产品技术参数资料
7. 技术规格偏离表
8. 商务条款偏离表
9. 同类项目成功案例一览表
10. 售后服务人员情况表
11. 售后服务计划
12. 关于资格的声明函
13. 声明及承诺
14. 投标人认为有必要提供的其它内容
15. 投标保证金递交证明材料
16. 质量保证
17. 中小企业声明函（货物）
18. 残疾人福利性单位声明函
19. 少数民族自治区企业产品声明函
20. 投标保证金承诺函

1. 投标书

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的招标公告（采购编号、包号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件 1 份（.ASTF 格式）：

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附投标价格表中规定的投标总价为人民币大写：_____。
- 2、投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、投标人已详细审查全部采购文件，包括补充文件、澄清文件。
- 4、本投标有效期为投标截止之日后 60 天。
- 5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，本投标保证金将被贵方没收。
- 6、同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人代表签字：_____

投标人名称（盖章）：_____

日 期：

2. 法定代表人身份证明书

先生 / 女士：现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：_____签发日期：_____单位：（公章）

附：代表人性别：_____ 年龄：_____身份证号码：

营业执照号码：_____经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人
身份证正面复印件

粘贴处

法定代表人
身份证反面复印件

粘贴处

3. 法定代表人授权委托书

致安顺汇丰招标采购有限公司：

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____（采购人）的_____项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____身份证号：_____
单位：_____部门：_____ 职务：_____

法定代表人 身份证正面复印件 粘贴处	法定代表人 身份证反面复印件 粘贴处
法定代表人授权代表 身份证正面复印件 粘贴处	法定代表人授权代表 身份证反面复印件 粘贴处

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

4. 开标一览表

供应商名称（盖章）：

招标文件编号/包号：

招标项目名称：

序号	产品通用名称	产品注册证名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	投标单价（元）	投标总价（元）	产品注册证号
合计金额：元									
优惠金额：元									
最终投标总报价（人民币大写）：元									
交付时间：									
付款方式：									
优惠条件及备注：									

供应商法定代表人或授权代表签字：

- 注：1、请供应商按招标文件采购项目总报价进行填写；
- 2、本表所填单价均应包括其它所有费用；
- 3、最终投标总价等于合计金额减优惠（折扣）金额；
- 4、交付时间指签订合同后交钥匙时间；
- 5、表格所有内容必须填写全称（产地除外），不允许简写。

5、分项报价表

招标文件编号/包号：

招标项目名称：

序号	产品通用名称	产品注册证名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	投标单价（元）	投标总价（元）	产品注册证号
合计金额：元									
优惠金额：元									
最终投标总报价（人民币大写）：元									

投标人代表签字_____

投标单位盖章：_____

注：1、按单价计算的结果须与总价一致，并等于“投标一览表”中的投标总价。
2、如果以上内容无法满足投标人对投标报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容，但不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

6. 技术文件

应包括（但不限于）以下内容：

1. 投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；
 2. 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；
 3. 货物制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输等拟采用的标准、规范和方式；产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告等；
 4. 所投货物的技术彩页或有效的宣传资料及必要的图纸资料；
 5. 人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；
 6. 投标人提出的合理化建议（如技术方案、设备配置及功能等）；
-

7. 技术规格偏离表

投标人名称_____

采购编号/包号_____

货物名称	招标文件条目号	招标规格	投标规格	偏离	说明

法定代表人或其委托代理人：（签字）_____

投标人：_____（盖单位章）

日期：_____

8. 商务条款偏离表

投标人名称_____

采购编号/包号_____

招标文件商务条款	招标文件条目号	投标文件商务条款	说明
投标报价			
付款方法和条件			
交货期			
交货地点			
投标有效期			
中标服务费			
售后服务			
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			

（说明：如该表为空，代表投标人商务条款无任何偏离，投标方应注明商务条款无任何偏离）

投标人代表签字_____

投标单位盖章：_____

9. 同类项目成功案例一览表

投标人名称_____

采购编号_____

序号	用户单位	项目名称	时间	规模（金额）	质量	联系人	联系电话

投标人代表签字_____

投标单位盖章： _____

10. 售后服务人员情况表

投标人名称_____

采购编号_____

姓名	部门和职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
售后服务部门人数			

投标人代表签字_____

投标单位盖章：_____

11. 售后服务计划

主要内容应包括：

- (1) 售后服务人员简介；
- (2) 应急维修时间安排；
- (3) 维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；
- (4) 主要零配件价格（保质期内、保质期外）；
- (5) 技术培训安排；
- (6) 保修服务计划；
- (7) 其它服务承诺。

投标人代表签字_____

投标单位盖章：_____

12. 关于资格的声明函

致：（采购代理机构）

关于贵方_____（投标邀请函的时间）第_____（采购编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的_____（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、招标文件要求的资格证明文件。
- 2、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：

受权签署本资格文件人：

名称：（加盖公章） 签字：

地址： 签字人姓名、职务：

传真

邮编： 电话：

13、声明及承诺

（参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录的声明函

致：_____（采购人或采购代理机构）

_____（供应商全称），参加贵单位组织的交易编号为：_____，项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商：（盖章）

声明时间：

14. 投标人认为有必要提供的其它内容

投标人代表签字_____

投标单位盖章：_____

注：投标人应提供一切对投标有利的说明材料。

15. 投标保证金递交证明材料

投标人代表签字_____

投标单位盖章：_____

注：投标人应提供一切对投标有利的说明材料。

16. 质量保证

说明: 投标人应在对技术规格书的内容做出响应的基础上, 按照投标文件的具体技术方案编制针对该项目的组织架构、安装验收等过程中的质量保证体系。

投标人代表签字_____

投标单位盖章: _____

17. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

18. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

19.少数民族自治区企业产品声明函

少数民族自治区（享受少数民族自治待遇的省份-新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、贵州、青海、云南）企业产品声明函

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投（全部/部分）主产品原产地为少数民族自治区（享受少数民族自治待遇的省份），产品信息见下表：

招标序号	产品名称	制造商名称 及品牌	产品型号	数量/单位	单价	小计
属少数民族自治区产品合计						

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：须提供投标产品生产企业所在地企业行政管理部门对产品生产企业出具的主产品原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的证明文件（须提供原件备查），才能按《黔财采〔2017〕6号文件》给予计分。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

20. 投标保证金承诺函

投标保证金承诺函

_____（采购单位名称）：

我司因参加_____（政府采购项目名称）投标活动，现承诺我司在信用中国和全国公共资源交易平台网站上均无信用联合惩戒和行政处罚记录，在政府采购活动中将按照招标文件要求依法履行投标人义务，如有违反，自愿接受财政监督部门和相关部实施的失信联合惩戒。

投标人单位名称（盖章）：_____

年 月 日