

贵州嘉熙招标代理有限公司

竞争性磋商文件

盘州市人民医院纯音听力计等一批 医疗设备采购项目（二次）

竞争性磋商文件

项目名称：盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）

项目编号：GZJX-PZ-2025-028-2

采购单位：盘州市人民医院

采购代理机构：贵州嘉熙招标代理有限公司

二〇二五年八月

★ 敬告：投标前请认真阅读本磋商文件！★
本磋商文件随本次采购工作的结束自行失效

目录

第一章 招标公告	3
第二章 前附表及投标人须知	7
第三章 采购内容及技术要求	26
第四章 评标办法	42
第五章 合同条款及格式	47
第六章 投标文件格式	51

第一章 招标公告

项目概况

盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）招标的潜在投标人应在六盘水市公共资源交易中心业务系统中获取招标文件，并于 2025 年 8 月 25 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZJX-PZ-2025-028-2

项目名称：盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）

预算金额（元）：1250000.00 元

采购需求：眼科激光治疗仪 1 套，电动取皮刀 1 套，便携式彩超 1 套，低温镇痛治疗仪 3 套

最高限价（元）：

盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（1 号标包）：320000.00 元；

盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（2 号标包）：930000.00 元；

合同履行期限：

盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（1 号标包）：
供货期：签订合同后 30 个日历日内完成供货、安装、调试；

盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（2 号标包）：
供货期：签订合同后 30 个日历日内完成供货、安装、调试；

本项目（是/否）接受联合体投标：否

标项名称：盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（1

号标包)

数量：1

预算金额（元）：320000.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：眼科激光治疗仪 1 套。

标项名称：盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（2 号标包）

数量：1

预算金额（元）：930000.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电动取皮刀 1 套，便携式彩超 1 套，低温镇痛治疗仪 3 套。

二、申请人的资格要求：

盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（1 号标包）：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 特定资格要求：投标人为医疗设备代理商须具有有效的医疗器械经营企业许可证（若为生产厂商须具有有效的医疗器械生产企业许可证及医疗器械经营企业许可证）；

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（2 号标包）：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 特定资格要求：投标人为医疗设备代理商须具有有效的医疗器械经营企业许可证（若为生产厂商须具有有效的医疗器械生产企业许可证及医疗器械经营企业许可证）；

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025 年 8 月 13 日 00 时 00 分至 2025 年 8 月 20 日 23 时 59 分

地点：全国公共资源交易平台(贵州省·六盘水市)网上获取

方式：网上获取

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间：2025 年 8 月 25 日 09 时 30 分(北京时间)

开标时间：2025 年 8 月 25 日 09 时 30 分

开标地点：不见面开标

五、公告期限

2025 年 8 月 13 日 00 时 00 分至 2025 年 8 月 20 日 23 时 59 分

六、其他补充事宜

1. 本项目是否专门面向中小企业采购：否

2 投标保证金金额（元）：5000 元/标包

3. 投标保证金交纳截止时间：2025 年 8 月 25 日 09 时 30 分

4. 投标保证金交纳方式：银行转账、银行保函、保证保险（电子保函的投标人可选择六盘水市公共资源网上交易系统在线通过金融平台申请开具投标保证金保函，电子保函开具成功方可投标(开标时，银行转账或电子保函以六盘水市公共资源网上交易系统保证金入账清单及电子保函查询结果为准。)

单位名称：六盘水市公共资源交易中心

开户银行：贵州银行六盘水凉都支行

账号：0802001200000507

5. 本项目开标方式为远程不见面开标，各投标企业自行在 40 分钟内远程解密投标文件，超过时限的按无效标处理；解密完成后投标人未提出异议的，视为无异

议，认可开标结果。如开标过程中存在问题，请及时联系代理机构。

6. 各投标人请及时查看 CA 证书有效期，若临到期，请在招标文件下载前办理续期，避免出现因续期问题导致 CA 锁 key 值变化而无法参与投标。

7. 政府采购优惠政策落实情况：“财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小型发展管理办法》的通知”（财库【2020】46 号），“《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》”（财库【2022】19 号）。

8. 公告媒体：全国公共资源交易中心（贵州省·六盘水市）、贵州省政府采购网上公告

9. 交易系统技术支持 QQ 群：659313445 群名称：六盘水市公共资源交易系统(2022 版)。交易系统技术支持联系电话：0858-6708767。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：盘州市人民医院

地址：盘州市亦资街道

联系人：孙主任

联系方式：0858-3559297

2. 采购代理机构信息

名称：贵州嘉熙招标代理有限公司

地址：六盘水市盘州市翰林街道江源路 97 号房管局宿舍三楼

联系方式：0858-3535838、18768664211

3. 项目联系方式

项目联系人：朱工

电话：0858-3535838、18768664211

贵州嘉熙招标代理有限公司

2025 年 8 月 11 日

第二章 前附表及投标人须知

前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购方式	竞争性磋商
2	采购人	名称：盘州市人民医院 地址：盘州市亦资街道 联系人：孙主任 联系方式：0858-3559297
3	招标代理机构	名称：贵州嘉熙招标代理有限公司 地址：盘州市江源路 97 号房管局宿舍 3 楼 联系人：朱工 电话：0858-3535838（18768664211）
4	项目名称	盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）
5	项目地点	贵州省盘州市亦资街道
6	资金来源	自筹资金
7	资金落实情况	已落实
8	采购内容	眼科激光治疗仪 1 套，电动取皮刀 1 套，便携式彩超 1 套，低温镇痛治疗仪 3 套
9	供货期	盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（1号标包）：供货期：签订合同后30个日历日内完成供货、安装、调试。 盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（2号标包）：供货期：签订合同后30个日历日内完成供货、安装、调试。
10	质量要求	符合国家质量标准以及该产品的出厂标准
11	付款方式	设备验收合格后，两个月内支付合同总金额的 50%；自验收合格使用满壹年后一个月内无息支付合同总金额的 30%；自验收合格使用满贰年后一个月内无息支付合同总金额的 20%。
12	质保期	详见各标包商务要求； 质保期从验收合格次日开始计算。

13	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位，能在国内合法提供采购内容及其相应的服务，在人员、经验、资金等方面具有与本项目招标文件要求相适合的能力。 财务要求：财务管理制度健全，具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 信誉要求：未被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
14	是否接受联合体投标	☐ 接受 ☒ 不接受
15	构成招标文件的其他材料	无
16	投标截止时间	2025 年 8 月 25 日 09: 30（北京时间）。
	招标文件澄清发布方式	☒ 在贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·六盘水市发布 ☐ 书面形式发给所有投标人
17	投标人确认收到文件澄清时间	☒ 不需要确认。澄清文件在本章第 16 款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。 ☐需要确认。投标人在收到澄清文件后 24 小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。书面形式确认可通过传真或者将扫描件发送到邮箱，传真号码：？？？，邮箱：？？？
		盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（1 号标包）： 1. 具备“统一社会信用代码”的营业执照副本复印件（加盖公章）； 2. 投标人若为法人代表须提供法定代表人身份证明及身份证复印件（加盖公章）；投标人若为法定代表人授权人应提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（加盖公章）； 3. 代理商投标须具有有效的医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章）；生产厂商投标须具有有效的医疗器械生产企业许可证及医疗器械经营企

	业许可证（复印件加盖公章）； 4. 2023 年度或 2024 年度经第三方会计师事务所审计的财务审计报告或开标日前 3 个月内投标人基本账户银行开具的银行资信证明复印件（加盖公章）； 5. 2025 年 2 月至 2025 年 7 月任意 1 个月本单位缴纳社会保险费的相关证明材料复印件（加盖公章）；2025 年 2 月至 2025 年 7 月任意 1 个月依法纳税凭证或由企业所在地税务局出具的完税证明复印件（加盖公章）（依法免税的提供相关证明资料）； 6. 投标人在“信用中国”网站“严重失信主体名单查询”和“重大税收违法失信主体”查询结果网页打印加盖公章。在“中国政府采购网”网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果网页打印加盖公章。
	盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（2 号标包）： 1. 具备“统一社会信用代码”的营业执照副本复印件（加盖公章）； 2. 投标人若为法人代表须提供法定代表人身份证明及身份证复印件（加盖公章）；投标人若为法定代表人授权人应提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（加盖公章）； 3. 代理商投标须具有有效的医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章）；生产厂商投标须具有有效的医疗器械生产企业许可证及医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章）； 4. 2023 年度或 2024 年度经第三方会计师事务所审计的财务审计报告或开标日前 3 个月内投标人基本账户银行开具的银行资信证明复印件（加盖公章）； 5. 2025 年 2 月至 2025 年 7 月任意 1 个月本单位缴纳社会保险费的相关证明材料复印件（加盖公章）；2025 年 2 月至 2025 年 7 月任意 1 个月依法纳税凭证或由企业所在地税务局出具的完税证明复印件（加盖公章）（依法免税的提供相关证明资料）； 6. 投标人在“信用中国”网站“严重失信主体名单

		查询”和“重大税收违法失信主体”查询结果网页打印加盖公章。在“中国政府采购网”网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果网页打印加盖公章。
19	商务部分	投标文件商务部分至少应包括但不限于以下内容： (1) 投标函
20	技术部分	投标文件技术部分至少应包括但不限于以下内容： 技术规格偏离表：对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对买方的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏离和例外。
21	投标报价	本项目为包干总价，投标总价必须包含货物、保管、包装费、运输费、上下车费、安装、调试、税费、软件升级等在内的一切可能发生的费用。
22	采购拦标价	盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（1号标包）：320000.00元 盘州市人民医院纯音听力计等一批医疗设备采购项目（二次）（2号标包）：930000.00元
23	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许。 ☐ 允许。如果投标人提供两个以上备选方案或未注明主选方案，其投标将被拒绝。
24	投标文件递交版本及份数	响应文件：加密电子版响应文件1份，在响应文件递交截止时间前上传至六盘水市公共资源交易平台。
25	投标文件的递交	1. 投标有效期：90天。 2. 电子投标文件递交：本项目开标方式为远程不见面开标，供应商应在响应文件递交截止时间后40分钟内，使用CA密钥登录六盘水市公共资源交易平台对其电子响应文件完成解密。远程解密投标文件，超过时限的按无效标处理；解密未提出异议的，视为无异议，认可开标结果。如开标过程中存在问题，请及时联系代理机构。各投标人请及时查看CA证书有效期，若临到期，请在招标文件下载前办理续期，避免出现因续期问题导致CA锁key值变化而无法参与投标。 3. 电子投标文件递交地点：本项目为电子招标现场开标项目，供应商须在递交投标文件截止时间前完

		整的将加密电子投标文件（GPT 格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省·六盘水市）网上递交，投标截止时间前未完成电子投标文件传输或撤回电子投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，电子交易平台不再接收电子投标文件。请供应商上传后确认是否上传成功，并检查文件是否完整、正确。投标截止时间前未完成电子投标文件传输的，视为未提交投标文件。投标截止时间后上传的电子投标文件无效。 4. 投标截止时间：以采购公告时间为准。
26	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间。 开标地点：六盘水市公共资源交易中心（不见面大厅）。
27	中标公示	公示媒介：与招标公告发布媒介相同。 公示时间：1 日。
28	开评标程序	（1）解密：实行网上解密，供应商应在响应文件递交截止时间后 40 分钟内，使用 CA 密钥登录六盘水市公共资源交易平台对其电子响应文件完成解密。成功解密响应文件满足三家及三家以上时磋商会继续；不足三家时采购人或者采购代理机构应当按照法律法规相关规定终止本项目的竞争性磋商采购活动。 （2）唱标：（公开招标）实行线上唱标，解密完成后，系统将自动公布各投标人投标情况。 （3）质疑：开标过程中，如果供应商对项目开标过程中有质疑，可以在不见面开标大厅发起现场质疑。 （4）签章确认：投标人无需签章确认开标结果。若未提出异议的，视为认可开标全过程。 （5）谈判及谈判报价（磋商及磋商报价）：（仅涉及磋商及竞谈类）开标结束后供应商应时刻关注电子交易系统的项目进度和状态。特别是项目开标后，磋商小组通过交易系统向供应商提出的磋商内容、澄清要求、报价要求等。供应商应自系统发出 30 分钟（另有约定的从其约定）内回复或报价，错过重要信息者，供应商自行承担 responsibility。

29	中标通知	本次招标结果在确定投标人后 2 个工作日内(节假日顺延)在全国公共资源交易中心(贵州省·六盘水市)、贵州省政府采购网上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。
30	投标保证金	投标保证金 5000.00 元/标包 前提条件: 报名成功以及文件下载已完成 操作步骤: 在交纳保证金前,请先在中心交易系统的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后,通过公司账户将保证金转入保证金账户: 1、投标保证金交纳重要提示: ①选择电子保函的投标人可通过六盘水市公共资源网上交易系统在线通过贵州省公共资源交易综合金融平台申请开具投标保证金保函,电子保函开具成功方可投标,开标时,银行转账或电子保函以六盘水市公共资源网上交易系统保证金入账清单及电子保函查询结果为准。 ②缴纳保证金前,请先至贵州省统一注册平台自行核对基本账户开户行及账号等信息,如有误请在统一注册平台自行维护,并提交审核。如果您的基本户开户行是农业银行,请注意查看基本账户号信息是否有区域代码,如果没有,请及时咨询开户银行,并在统一注册平台自行变更基本账户号信息。 ③系统生成随机码为 9 位,政府采购类型项目以 CG 开头,工程以 GC 开头。使用银行转账时需银行系统中的附言、摘要、用途、备注等处必须且只能填写保证金随机码。 注意:随机码中间或随机码与补充文字内容中间不能有其他字符或者空格存在,且投标保证金缴纳必须从基本账户转出,不支持第三方支付及结算卡转账。 ④如未缴纳保证金或未成功办理保函,投标文件不能上传至交易系统。 2、保证金收取(到账)截止时间:2025 年 8 月 25 日 09 时 30 分

		3、投标保证金交纳账户： 单位名称：六盘水市公共资源交易中心 开户银行：贵州银行六盘水凉都支行 账 号：0802001200000507 4、投标保证金有效期：同投标有效期。 5、投标保证金交纳方式：银行转账、银行保函、保证保险（采用担保函、电子保函的按如下要求递交：1、投标人可在六盘水市公共资源交易系统在线申请开具电子保函。2、电子保函开具成功方可参与投标，开标前以六盘水市公共资源交易系统电子保函查询结果为准。3、投标人报名成功后必须在交易系统中选择为电子保函方式交纳。4、投标人在金融服务平台可自行选择相应的金融机构开具担保函或银行保函。5、投标人可在中心网站通知公告版块查询《投标保证金担保函操作手册》。）6、多标段项目在报名期间可以自行选择和取消报名标段，但需在报名截止时间前确定报名标段，报名结束后，前期报了几个标段则需交纳几笔保证金，否则无法上传投标文件。
需要补充的其他内容		
31		本项目除对开标有异议的可在交易系统里提出外，其余环节只接受纸质材料形式的异议，不接受电子送达的异议材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的异议材料。
32		中标人须按如下规定向招标代理机构交纳招标代理服务费：若未按时缴纳代理服务费的，则视为自动放弃中标资格； 招标代理服务费向各标包中标人收取。其中 1 包（眼科激光治疗仪）招标代理费 2000.00 元；2 包（电动取皮刀、眼科激光治疗仪、便携式彩超、低温镇痛治疗仪）招标代理费 3800.00 元。
33		根据国家统计局“大中小微型企业划分标准”，本项目所属“工业”。
34		根据“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）”及“关于政府采购进口产品管理有问题的通知（财办库〔2008〕248 号）”，本项目所有采购设备按相关规定不接受进口产品投标。
35		本前附表与“投标人须知”中对应的条款内容如有矛盾，应以本前附表为准。

磋商须知

一、总则

（一）使用范围

本招标文件使用于本次招标项目。

（二）定义

2.1 “采购代理机构”系指贵州嘉熙招标代理有限公司。

2.2 “采购方”系指采购人和采购代理机构。

2.3 “供应商”系指向采购人提交响应文件的供应商。

2.4 “买方”的定义同“采购人”。

2.5 “卖方”的定义同“供应商”。

2.6 “供应商”的定义同“响应方”。

2.7 “货物”系指卖方按竞争性磋商文件规定，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.8 “服务”系指竞争性磋商文件规定卖方须承担的服务、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

（三）资格条件

1. 合格供应商的范围：

1.1 货物类应是具有相关产品生产或销售许可证明和供货能力的国内代理商或生产商，服务类应是具有能提供相关服务的技术及设备、人员等能力的国内供应商，工程类应是具有能对工程进行施工并竣工交付给采购人使用的国内供应商。

1.2 允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，以其在中国境内生产的产品或得到有关部门准许提供的服务以及经建设行政主管部门允许在中国境内从事工程建设的范围参加磋商。

1.3 本项目不接受联合体磋商。

1.4 未在财政部门列入禁止参加政府采购活动期间。

1.5 供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件要求。

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.7 供应商应遵守有关的中国法律和规章条例。

（四）磋商费用

无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

（五）竞争性磋商要求

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商可能被拒绝。

二、招标文件（甲方）

“招标文件”是用以阐明所招标项目的要求、服务情况以及相应的合同条款。本次“招标文件”由下述部分组成：

第一章 招标公告

第二章 前附表及投标人须知

第三章 招标内容

第四章 评标办法

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

三、报价

1. 报价方式：乙方根据本公司的实际情况和能力，在投标文件中报出自己的第一次报价，投标人在开标系统中解密投标文件后在投标系统中还

有 1 次最终报价机会。（最终报价时间为投标文件解密完成 30 分钟内）

2. 乙方应保证投标文件中所指的被授权人为合法代表人，并代表公司全权处理本次竞争性磋商项目的具体工作，不因授权人或授权的改变而失效。

四、投标文件的编制（乙方）

（一）投标文件的组成

本竞争性磋商文件已提供格式的按格式制作，没有提供格式的乙方自拟。

1、资格审查资料应包括不限于以下内容（由招标人和代理机构对各投标人进行验证）：

- ①有效的营业执照副本（“统一社会信用代码”）复印件（加盖公章）。
- ②投标人代表若为法人代表须提供法定代表人身份证明及身份证复印件（加盖公章）；投标人代表若为法定代表人授权人应提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（加盖公章）；
- ③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（自行承诺，格式自拟）；
- ④有效的医疗器械经营企业许可证复印件（加盖公章）（若供应商为生产厂商须具有有效的医疗器械生产企业许可证及医疗器械经营企业许可证复印件加盖公章）；
- ⑤2023 年度或 2024 年度经第三方会计师事务所审计的财务审计报告或开标日前 3 个月内投标人基本账户银行开具的银行资信证明复印件（加盖公章）；
- ⑥2025 年 2 月至 2025 年 7 月任意 1 个月本单位缴纳社会保险费的相关证明材料复印件（加盖公章）；2025 年 2 月至 2025 年 7 月任意 1 个月依法纳税凭证或由企业所在地税务局出具的完税证明复印件（加盖公章）（依法免税的提供相关证明资料）；

⑦投标人在“信用中国”网站“严重失信主体名单查询”和“重大税收违法失信主体”查询结果网页打印加盖公章。在“中国政府采购网”网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果网页打印加盖公章。

2、商务评分部分

3、技术评分部分

4、保证金

4.1 保证金：投标供应商按第二章投标相关资料明细表要求提交保证金；作为其投标文件的一部分，有效期同投标有效期。

4.2 保证金是为了保护招标人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人和采购代理机构可根据本须知第 4.10 条的规定不退还投标人的保证金。若中标公示期间发生质疑和投诉，与质疑和投诉有关的投标人的投标保证金有效期将延长，待质疑、投诉完毕后予以处理。

4.3 投标保证金交纳要求：

4.3.1 按全国公共资源交易平台(贵州省·六盘水市)最新交纳方式交纳投标保证金。

4.3.2 供应商用 CA 进入交易中心保证金鉴收系统便可自助开具《保证金收据》。

4.3.3 当供应商以“银行转账、保证保险、银行保函、合法担保机构出具的担保”方式交纳投标保证金时，须按全国公共资源交易平台(贵州省·六盘水市)最新交纳方式操作。

4.3.4 通过公共资源交易综合金融服务平台开具的电子银行保函、合法担保机构出具的担保、保证保险，可直接在交易系统中确认。

4.4 贵州省公共资源交易系统 2020 试运行版以银行转账方式交纳的投标保证金，须由供应商在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标。

4.5 投标保证金以保函或担保等方式缴纳的：①选择电子保函的投标人可通过六盘水市公共资源网上交易系统在线通过贵州省公共资源交易综合金融平台申请开具投标保证金保函，电子保函开具成功方可投标，开标时，银行转账或电子保函以六盘水市公共资源网上交易系统保证金入账清单及电子保函查询结果为准。②缴纳保证金前，请先至贵州省统一注册平台自行核对基本账户开户行及账号等信息，如有误请在统一注册平台自行维护，并提交审核。如果您的基本户开户行是农业银行，请注意查看基本账户号信息是否有区域代码，如果没有，请及时咨询开户银行，并在统一注册平台自行变更基本账户号信息。③系统生成随机码为 9 位，政府采购类型项目以 CG 开头，工程以 GC 开头。使用银行转账时需在银行系统中的附言、摘要、用途、备注等处必须且只能填写保证金随机码。

注意：随机码中间或随机码与补充文字内容中间不能有其他字符或者空格存在，且投标保证金缴纳必须从基本账户转出，不支持第三方支付及结算卡转账。

4.6 如未缴纳保证金或未成功办理保函，投标文件不能上传至交易系统。

4.7 凡没有根据本须知第 4.3 和 4.4 条、4.5 条的规定交纳保证金的投标人，应视为非响应投标。

4.8 中标通知书发出之日起，公共资源交易中心应于 5 日内向未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息；招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并由中标人将合同扫描件上传至交易中心系统，公共资源交易中心应于 5 日内向中标人及中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。退还时实行“原路返回”方式。

4.9 评审时投标人没有交纳保证金的，贵州嘉熙招标代理有限公司有权拒绝接受其投标文件。

4.10 下列任何情况之一发生时，将不予退还投标人保证金：

① 投标人不在规定的时间内提交投标文件和报价函或在招标前撤回其报价。

② 成交投标人在法定期限内未与招标人签订合同的。

③ 投标人有串标、提供虚假资料等影响招标公正的违法、违规行为。

④ 投标人将成交项目转让给他人，或者在公开招标投标文件中未说明，且未经招标人同意，将成交项目分包给他人的。

⑤ 投标人拒绝履行合同义务的。

⑥ 投标人在投标截止时间未准时到达开标地点并在开标截止日前未收到投标人书面放弃投标的。

⑦ 有严重扰乱会场秩序的情况，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府招标活动，并予以通报。

⑧ 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的格式：投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“服务承诺书”等。

（二）投标截止期：投标人应在招标公告或招标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件按规定时间上传并实行网上解密。

（三）电子投标文件递交：本项目开标方式为远程不见面开标，供应商应在响应文件递交截止时间后 40 分钟内，使用 CA 密钥登录六盘水市公共资源交易平台对其电子响应文件完成解密。远程解密投标文件，超过时限的按无效标处理；解密完成后投标人无需电子签章确认，未提出异议的，视为无异议，认可开标结果。如开标过程中存在问题，请及时联系代理机构。各投标人请及时查看 CA 证书有效期，若临到期，请在招标文件下载前办理续期，避免出现因续期问题导致 CA 锁 key 值变化而无法参与投标。

（四）电子投标文件递交地点：本项目为电子招标现场开标项目，供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT 格式）上传到全国公共资源交易平台(贵州省·六盘水市)网上递交，投标截止时间前未完成电子投标文件传输或撤回电子投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，电子交易平台不再接收电子投标文件。请供应商上传后确认是否上传成功，并检查文件是否完整、正确。投标截止时间前未完成电子投标文件传输的，视为未提交投标文件。投标截止时间后上传的电子投标文件无效。

（五）采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构及投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

六、竞争性磋商将在“招标公告”指定地点、时间召开，并接受有关部门现场监督。

七、评标

1、评标

本次招标采用综合评分法，投标人报价超出预算价，将作为无效报价不得参与本项目招标。

2、初步审查

磋商小组严格依据投标文件所提供的资料，对照招标文件所列内容对投标人进行资格性审查及符合性审查，审查通过的投标人进入招标环节。未通过初步审查的投标文件不参与最后报价。通过初步审查的投标人不足三家的，本项目废标，招标工作结束。

（1）**资格性审查：**磋商小组根据法律法规和招标文件中所列投标人资格要求，对投标人资格证明文件的完整性和有效性等情况进行审查。

（2）**符合性审查：**磋商小组审查投标文件是否对招标文件作了实质性

响应。投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性。

3、详细评审

本次招标采取综合评分法，磋商小组从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的投标人中，按照最后综合评分高到低的顺序推荐 3 名以上成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同时，按照技术指标优劣顺序推荐。招标人将按照审查结果确定最终成交人，并授予合同。如成交人未按期签约或履约的，采购单位将取消其成交资格，并以综合得分高低和审查结果重新确定成交人。成交人确定后，不需向其他投标人解释。

4、评标工作

甲方将根据竞争性磋商项目的特点随机抽取有关专家组成磋商小组，按本次招标文件规定的办法评标，评标工作将接受有关部门的监督。

5、评标过程的保密

（1）竞争性磋商结束后，凡属于对竞争性磋商文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

（2）在评标期间，乙方不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证评标的公正性，在评标过程中，磋商小组中任何成员不得与乙方私下交换意见。在竞争性磋商工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出磋商小组人员之外。

（4）在投标文件的评审和比较、成交投标人的确定以及授予合同的过程中，乙方如有试图向甲方和磋商小组施加影响公正的任何行为，都将会导致其本次招标被拒绝。

（5）最终以发放成交通知书、授予合同为准，贵州嘉熙招标代理有限公司和甲方不对成交投标人就招标过程情况以及未能成交原因作任何

解释。未成交的投标人不得向磋商小组或其他有关人员获取招标过程的情况和材料。

八、投标人不符合以下要求其中之一的将有可能被取消其投标资格

1. 投标文件未按本招标文件要求按时送达的。
2. 投标人法定代表人或委托代理人未按本招标文件规定时间参加招标会议的。
3. 未按招标文件中资格验证要求提供验证资料的。
4. 投标人参会代表按本招标文件规定应出示的证件不全或证件无效的。
5. 投标函无投标人公章、法定代表人或其法定授权代表的印章或签字的，或投标文件的签字人无法定代表人有效授权书的。
6. 投标人在涂改处未加盖投标人公章和法定代表人或其授权委托人签字的。
7. 投标人提交两份（含两份）以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个（含两个）以上报价未说明哪一个有效的。
8. 投标人以他人名义投标、串通投标，以行贿手段谋取成交或以虚假资料投标的。
9. 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的。
10. 投标文件附有招标人不能接受的条件。
11. 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。
12. 招标人在招标会议现场提出的其他与本项目相关的要求，投标人未在二轮报价函上作出相应承诺的。

九、终止及废标条款

在招标投标中，出现下列情形之一的，应予终止及废标：

1、在招标投标中，出现招标有下列情形之一的，应当终止招标活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商招标方式适用情形的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）在招标过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过最高投标限价的投标人不足 3 家的；

2、在招标投标中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

（2）因重大变故，招标任务取消的；

（3）符合有关法律法规规定的其他废标条件的；

终止及废标后，招标人或贵州嘉熙招标代理有限公司招标代理机构应当将终止及废标理由通知所有投标人。

十、投标文件的澄清与补充

1. 竞争性磋商开始后，为了有助于对投标文件的审查、质疑、评估和比较，磋商小组可以要求乙方澄清其投标文件中含糊不清的问题，并可对投标文件中的问题向乙方进行询问。

2. 接受招标文件的乙方必须按贵州嘉熙招标代理有限公司通知的时间、地点，由法人代表或委托代理人进行解答或澄清。

3. 竞争性磋商中涉及与原投标文件中的服务承诺及价格的变更，最后要以书面形式递交贵州嘉熙招标代理有限公司（由接受招标的乙方法人代表或委托代理人签字认可）。

十一、投标文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份投标文件的完整性：

1. 法定代表或其授权委托人是否正确签署；

2. 贵州嘉熙招标代理有限公司将组织审查各投标人投标文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当签署。

3. 在对“投标文件”进行详细评估前，磋商小组将依据乙方提供的“资格证明文件”审查乙方的服务能力。

4. 磋商小组将确定每份投标文件是否对甲方的要求做出了实质性的响应。

十二、公示

本次招标结果在确定投标人后 2 个工作日内（节假日顺延）在全国公共资源交易中心（贵州省·六盘水市）、贵州省政府采购网上公告。贵州嘉熙招标代理有限公司一并向成交投标人发出《成交通知书》。

十三、合同的授予

（一）成交投标人的确定

由磋商小组推荐在招标中综合评分最高的投标人为预成交投标人，预成交的投标人经过采购人确认，公示后为本项目成交投标人。

（二）有关合同中的结算单位确定

持有《成交通知书》的投标人，为本次招标中标人。竞争性磋商的最终报格为最终成交价。结算单位为人民币“元”。

（三）合同的签订

1. 在《成交通知书》发出后，甲方（招标人）将与成交投标人收到成交通知书 14 日内签订合同，超出 14 日未签合同，贵州嘉熙招标代理有限公司将不予退还成交投标人此次保证金。

2. 招标文件与成交投标人的投标文件以及招标后的最终相关资料等，均为签订合同的依据。

3. 合同中应包括以下内容：价格、供应货物时间、承诺的服务条款、结算方式、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务等。

（四）合同的履行

甲乙双方签订的合同对甲方（招标人）和乙方（成交投标人）均具有法律效力。甲方改变成交结果或者成交投标人放弃成交都应承担法律责任。成交投标人应当按照合同履行权利和义务，不得向其他未成交投标人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向其他投标人转让。

十四、质疑与投诉

14.1 投标人对政府招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.2 投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（邮件、当面递交、交易中心系统提出）向招标人提出质疑。

（邮递/当面递交地址：贵州省六盘水市盘州市江源路 97 号房管局宿舍三楼；联系人：朱工；联系电话 18768664211）

14.3 招标人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.4 招标人委托招标代理机构招标的，投标人可以向招标代理机构提出询问或者质疑，招标代理机构应当依照《中华人民共和国政府采购法》的规定就招标人委托授权范围内的事项作出答复。

14.5 质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。（监督部门：盘州市财政局政府采购监督管理股、联系电话：0858-3638904）。

14.6 政府采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

第三章 采购内容及技术要求

一、采购内容

标包号	标包 采购拦标价(元)	采购内容	单位	数量	技术参数对应页码	备注
1	320000.00	眼科激光治疗仪	套	1	28	
2	930000.00	电动取皮刀	套	1	32	
		便携式彩超	套	1	34	
		低温镇痛治疗仪	套	3	39	

二、参数要求及商务要求：

1 号标包采购清单

序号	采购设备名称	单位	数量	备注
1	眼科激光治疗仪	套	1	
2	20g 激光光纤	条	1	
3	23g 激光光纤	条	1	
4	25g 激光光纤	条	1	
5	27g 激光光纤	条	1	

1 号标包参数要求

眼科激光治疗仪：

1. 频率：50—60Hz。
2. 治疗激光：二极管泵浦，倍频固体激光。
3. 操作波长：532nm。
4. 输出功率：30mw-2000mw。
5. 自动射频识别功能：可识别接入机器的激光光纤型号和类别并自动设置缺省参数，智能附件识别功，使用方便，安全，无色差的滤镜系统，声音确认功能，多功能脚踏板，大屏幕 操作面板。
6. 语音识别功能：改变参数设置时语音确认，接入附件时自动识别并语音确认。
7. 激光光纤尺寸：拥有 20g, 23g, 25g, 27g 原厂全系列尺寸激光光纤。
8. 可提供设备相同的原厂 27g, 25g, 23g, 20g，带照明，带注吸的多功能全系列光纤，并且有原厂可伸缩带照明的激光光纤。
9. 具备双激光接口：可在不同激光输出设备间切换。

1 号标包商务要求

1、所投设备必须提供设备生产厂家资料（医疗器械生产许可证）、医疗器械注册证、医疗器械注册备案表、生产厂家或总代理商针对本次项目的授权书。该项为无效标条款，投标人未提供或提供不全将作“无效标”处理。

2、供货期：签订合同后 30 个日历日内完成供货、安装、调试。

3、供货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：设备验收合格后，两个月内支付合同总金额的 50 %；自验收合格使用满壹年后一个月内无息支付合同总金额的 30%；自验收合格使用满贰年后一个月内无息支付合同总金额的 20%。

5、技术培训与售后服务要求：

5.1、仪器所配软件为该机型的最新版本，并提供终身免费升级仪器软件服务。

5.2、设备安装后，医院根据国家标准进行质量验收，并提供详细的验收标准、验收手册。

5.3、于 7 天内提供厂家专职工程师负责到医院现场进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

5.4、可提供 24 小时在线服务。如需更换配件，须在 72 小时内解决问题，如不能解决，设备维修期内无偿提供备用机供用户使用。

5.5、质保期：最低质保期 1 年，在质保年限内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用。

5.6、免费提供 3-5 次操作使用培训和临床培训。

5.7、保证 365×24 小时维修响应，提供相关证明，设备报修时，厂家或销售方应在 2 小时内响应，48 小时内到达现场进行处理。

5.8、完善的维修保养服务承诺，提供相关证明。

5.9、中标后，须按投标参数、配置供货，供采购人逐项核对验收。

2 号标包采购清单

序号	采购设备名称	单位	数量	备注
1	电动取皮刀	套	1	
2	便携式彩超	套	1	
3	低温镇痛治疗仪	套	3	

2 号标包参数要求

电动取皮刀：

1、取皮厚度：0~0.75mm（可根据要求定制更大范围 0-1.6mm），取皮厚度最小递进单位：0.05mm，取皮厚度调整钮为单边调整，稳定性高，不需校准归零。

2、取皮宽度：2.5~10.2cm，至少五种宽度可选，2.5cm；3.8cm；5.1cm；7.6cm；10.2cm。（如需特殊尺寸宽度刀架能提供定制服务）

3、刀片参数

刀片材质：刀片由进口不锈钢材质制成，锋利、耐用、取皮薄而均匀；

刀片硬度：刀片硬度 $\geq 35\text{HRC}$

刀片长度：刀片长度 $106\text{mm} \pm 5\%$ ；

刀片特征：刀片具有自润滑功能且装卸简便、灵活，可顺利进行往复运动，防止金属与金属的碰撞，且具有刃口保护装置。

4、马达开机即可直接使用，无极变速控制。

5、手持式控制，手持件有触点开关设计，随时启停。

6、手持件连接线能插拔，方便使用和消毒，且可进行高温高压消毒。（长度大于 3 米）

7、消毒方式：可高温（温度最高可达 180°C ）高压，低温等离子等多种消毒方式。（头端设计需易于清洁，避免污染物累积）。

8、可制作出 1.5:1、3:1、4.5:1、6:1、9:1 五种比例的网状皮片。（特殊规格能支持定制）

9、可处理皮片规格：宽度 80mm、长度不限、厚度不限。（特殊规格能支持定制）

10、功能实现方式：通过选取不同规格的皮片载板，经由机器轧制成对应比例网

状皮片。

11、主机安全防护： 主机按压手柄安全保护挡手，避免操作时划伤。

12、机器材质： 不生锈、耐腐蚀、经久耐用，无需特殊保养。

13、刀具材质： 刀片硬度值 $\geq 85\text{HRC}$ ，锋利耐用、不生锈，无需特殊保养。

便携式彩超：**1. 系统通用功能：**

1.1★15 寸以上高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度。

1.2 探头接口 1 个，可扩展到 3 个。

1.3 支持用户自定义按键数量 ≥ 4 个，同一个自定义键支持 ≥ 4 个功能。

2. 二维灰阶模式：

2.1 组织谐波成像模式。

2.2 组织特异性成像。

2.3★多角度空间复合成像技术，支持 ≥ 7 条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头。

2.4 频率复合成像。

2.5 斑点噪声抑制成像。

2.6 回波增强技术。

3. M 型成像模式。

3.1 彩色 M 型。

3.2 解剖 M 型，取样线 ≥ 3 条，可 360 度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构 M 型图像。

4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）：

4.1 超宽动态血流技术。

4.2 高分辨率血流成像。

4.3 双实时同屏对比显示。

4.4 自动调节取样框的角度及位置。

5. 频谱多普勒成像：

5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率。

5.2 连续多普勒。

5.3 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度。

6. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式）。

7. 图像放大技术：

7.1 一键实现全屏放大。

7.2 10 倍局部放大（支持前端、后端放大）。

8. 自动 workflow 协议：

8.1 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作。

8.2 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入。

9. 穿刺针增强技术：

9.1 双屏实时对比显示增强前后效果。

9.2 增强平面角度可调，步进 10° 。

10. ★超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

四、 测量分析和报告：

1. 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等。

2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）。

3. 妇科/产科专用测量及分析。

4. 心脏功能专用测量及分析，包括 Simpson BP，Tei 指数分析，PISA 等。

五、 电影回放及原始数据处理：

1. 电影回放。

1.1 所有模式下支持手动、自动回放。

1.2 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储 ≥ 5 分钟的电影。

1.3 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）。

2. 原始数据处理，可对回放图像进行 ≥ 20 个参数调节。

六、检查存储和管理：

1. $\geq 240G$ 固态硬盘。

2. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作。

3. 支持直接一键存储至硬盘或 U 盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。

4. 动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG 单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。

七、技术参数及要求：

1. 二维灰阶模式：

1.1 焦点： ≥ 4 个，动态可调。

1.2 最大显示深度： $\geq 39cm$

1.3 TGC： ≥ 8 段，LGC： ≥ 4 段。

1.4 动态范围：30-190dB，可视可调。

1.5 增益调节：B/M/D 分别独立可调， ≥ 100 。

1.6 伪彩图谱： ≥ 8 种。

1.7 扫描帧率：相控阵探头 18cm 深，全视野二维帧频 ≥ 50 帧/秒；凸阵探头 18cm

深，全视野二维帧频 ≥ 40 帧/秒。

2. 彩色多普勒成像：

2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。

2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。

2.3 取样框偏转： $\geq \pm 30$ 度（线阵探头）。

2.4 扫描帧率：相控阵探头 18cm 深，高线密度全视野彩色帧频 ≥ 4 帧/秒；凸阵探头 18cm 深，高线密度全视野彩色帧频 ≥ 6 帧/秒。

2.5 支持 B/C 同宽。

3. 频谱多普勒模式：

3.1 显示控制：反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等。

3.2PW 最大速度： $\geq 9.21\text{m/s}$ 。

3.3 最小速度： $\leq 5\text{mm/s}$ 。

3.4 取样容积：0.5-20mm。

3.5 偏转角度： $\geq \pm 30$ 度（线阵探头）。

3.6 零位移动： ≥ 8 级。

3.7 快速角度校正。

八、连通性：

1. 数据接口：HDMI、USB3.0 接口、音频接口。

2. 支持数据无线传输，支持 DICOM3.0 系统。

3. 外设数据模块：包含 S—视频、VGA 视频接口、高清音视频接口。

4. 专用台车：可升降、防盗锁模块。

5. 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。

九、探头要求:配置 3 个探头。

1. 凸阵探头, 频率: 1.2-5.2MHz。
2. 线阵探头, 频率: 4.0-12.0MHz。
3. 单晶体相控阵探头, 频率: 1.0-5.0MHz。

低温镇痛治疗仪：

- 1、冷疗介质：冷空气。
- 2、冷空气输出管长：1500 mm, 误差±10%。
- 3、治疗时间：1~99min, 允差±1min。
- 4、除霜模式：可自动、手动选择。
- 5、自动除霜循环周期：60~240min, 误差±2%。
- 6、除霜时间：10m~60min, 误差±2%。
- 7、液位提示功能：除霜水位超限时有限提示音。
- 8、治疗模式：≥5 个。
- 9、治疗温度设置范围：0~30℃连续可调，误差±2%。
- 10、红外测温功能：治疗过程中可实时显示当前皮肤温度，设备根据皮肤温度自动调节出风量。

2 号标包商务要求

- 1、所投设备必须提供设备生产厂家资料（医疗器械生产许可证）、医疗器械注册证、医疗器械注册备案表、生产厂家或总代理商针对本次项目的授权书。该项为无效标条款，投标人未提供或提供不全将作“无效标”处理。
- 2、供货期：签订合同后 30 个日历日内完成供货、安装、调试。
- 3、供货地点：采购人指定地点。
- 4、付款方式：设备验收合格后，两个月内支付合同总金额的 50 %；自验收合格使用满壹年后一个月内无息支付合同总金额的 30%；自验收合格使用满贰年后一个月内无息支付合同总金额的 20%。
- 5、技术培训与售后服务要求：
 - 5.1、仪器所配软件为该机型的最新版本，并提供终身免费升级仪器软件服务。
 - 5.2、设备安装后，医院根据国家标准进行质量验收，并提供详细的验收标准、验收手册。
 - 5.3、于 7 天内提供厂家专职工程师负责到医院现场进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
 - 5.4、可提供 24 小时在线服务。如需更换配件，须在 72 小时内解决问题，如不能解决，设备维修期内无偿提供备用机供用户使用。
 - 5.5、质保期：最低质保期 1 年，在质保年限内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用。
 - 5.6、免费提供 3-5 次操作使用培训和临床培训。
 - 5.7、保证 365×24 小时维修响应，提供相关证明，设备报修时，厂家或销售方应在 2 小时内响应，48 小时内到达现场进行处理。
 - 5.8、完善的维修保养服务承诺，提供相关证明。

5.9、中标后，须按投标参数、配置供货，供采购人逐项核对验收。

第四章 评标办法

磋商小组由采购单位在《贵州省综合评标专家库》中随机抽取相关技术、经济及法律等方面专家 2 人，及采购人熟悉相关业务代表 1 人组成，其中技术、经济及法律等方面的专家不少于成员的三分之二。

一、评标方法：

本次评标采用综合评标法。

将评标因素量化，其评标结果以分值标识，投标人综合得分的高低，即表示该投标人综合实力的强弱，得分越高，成交的可能越大。

二、评标标准：

1、评标形式

1.1 磋商小组在对投标文件的完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.2 投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2. 评审

2.1 磋商小组确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的投标文件和最后报价及《评标办法》进行综合评分。

2.2 磋商小组从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的投标人中，

按照最后综合评分高到低的顺序推荐 3 名以上成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同时，按照技术指标优劣顺序推荐。

1 号标包评标办法表

评分项	评分标准		分值
报价分 (30 分)	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和投标报价。		30
技术评分 (50 分)	投标产品 参数响应 评价分	投标产品的参数与招标文件参数要求任意一条存在负偏离，扣减 6 分/条，以此类推，直至该项得分扣减到 0 分为止。	50
商务评分 (20 分)	售后服务 方案评价	根据投标人提供的售后服务方案进行评价：①质量保证范围②：售后服务③维修响应时间等进行综合评审： 1、售后服务方案健全详细，质量保证范围、售后服务、维修响应时间等售后服务内容完整全面的得 7-10 分； 2、售后服务方案完整，质量保证范围、售后服务、维修响应时间等售后服务内容较为可行的得 3-6 分； 3、售后服务方案不详细，质量保证范围、售后服务、维修响应时间等售后服务内容不细致的得 0-2 分。	10
	类似业绩	提供一份近三年（2022 年 7 月-2025 年 7 月）医疗设备（眼科激光治疗仪）销售业绩证明材料得 2 分，最高得 6 分； 须提供中标（成交）通知书或采购合同复印件作为证明材料。	6
	质保期	投标设备质保期在最低质保期基础上每增加 1 年得 2 分，该项最高得 4 分。 须提供质保期承诺函，未提供该项不得分。	4
合计：满分 100 分（国家政策性加分除外）			

2 号标包评标办法表

评分项	评分标准		分值
报价分 (30 分)	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和投标报价。		30
技术评分 (50 分)	投标产品 参数响应 评价分	投标产品的参数与招标文件参数要求标注“★”的要求任意一条存在负偏离，在 50 分的基础上，扣减 6 分/条；投标产品的参数与招标文件参数要求中非标注“★”的任意一条存在负偏离，扣减 3 分/条，以此类推，直至该项得分扣减到 0 分为止。	50
商务评分 (20 分)	售后服务 方案评价	根据投标人提供的售后服务方案进行评价：①质量保证范围②：售后服务③维修响应时间等进行综合评审： 1、售后服务方案健全详细，质量保证范围、售后服务、维修响应时间等售后服务内容完整全面的得 7-10 分； 2、售后服务方案完整，质量保证范围、售后服务、维修响应时间等售后服务内容较为可行的得 3-6 分； 3、售后服务方案不详细，质量保证范围、售后服务、维修响应时间等售后服务内容不细致的得 0-2 分。	10
	类似业绩	提供一份近三年（2022 年 7 月-2025 年 7 月）医疗设备（电动取皮刀、便携式彩超、低温镇痛治疗仪任意一种或多种）销售业绩证明材料得 2 分，最高得 6 分； 须提供中标（成交）通知书或采购合同复印件作为证明材料。	6
	质保期	投标设备质保期在最低质保期基础上每增加 1 年得 2 分，该项最高得 4 分。 须提供质保期承诺函，未提供该项不得分。	4
合计：满分 100 分（国家政策性加分除外）			

注：1、对中小企业的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照(财库【2020】46 号)“财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小型企业发展管理办法》的通知以及(财库【2022】19 号)“《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》”执行。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。监狱企业视同为中小企业(须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)。

残疾人福利性单位视同中小企业(须根据三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141 号规定提供残疾人福利性单位声明函)。

2、评标总得分计算方法：

评委按照以上评分办法对有效投标进行打分和汇总，投标人的最终得分为：各评委所得总分的算术平均值。

即：各投标人得分=评标委员会成员打分之总和÷评标委员会成员人数 注：以上打分最多保留 1 位小数，计算最终得分保留两位小数。

排数原则：按评审得分由高到低顺序排序，得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

中标原则：由评标委员会根据计算各有效投标人的最终得分排名向采购人推荐得分最高的前三名，原则上由采购人现场依序确定中标人。

本评分办法的解释权为采购人。

第五章 合同条款及格式

政府采购

合 同 书
(货物类)

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买 方：

卖 方：

签署日期：

政府采购合同（参考格式）

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商后于_____年_____月_____日签定本合同，承诺共同信守。

甲方通过竞争性磋商方式（项目编号：_____）获取以下货物和伴随服务（见合同条款一），并接受了乙方以总金额（大写）：_____元整提供上述货物和服务的报价（以下简称“合同价”）。

一. 采内容及要求

单 位：人民币元

序号	货物名称	规格	原产地	数量	单价	合计	备注
1							
2							
3							
4							
总 计：RMB ￥							

二. 交货时间、地点和有关费用

序号	货物名称及型号规格	数量	交货地点	交货时间
1				

与交货有关的费用（包括运输费、包装费、保险费等）以及存储等标准伴随服务的费用。

三. 验收和测试

1. 验收地点：

2. 甲方授权的验收代表为_____。

3. 验收注意事项：乙方必须当场拆封合同项的所有货物的包装，在货物清点完毕后请甲方验收，并将发票原件、质保卡等交甲方验收。验收合格后甲乙双方在《验收报告》签字盖章。

4. 验收过程中如产生争议，甲乙双方应采取有效措施保护现场。通过双方友好协商解决。也可以向有关部门申请调解。

四. 合同声明

1. 除另有约定外，本合同中的词语和术语的含义与通用合同条款中的定义相同。

2. 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一阅读和解释：

（1）合同一般条款；（2）投标文件；（3）合同条款附件。

3. 乙方在此保证全部按合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷；甲方将按照本合同向乙方支付合同价款。

4. 验收之后对货物质量等产生争议、买卖双方认为有必要提请有关部门处理的，请在发生争议之日起_____个工作日内采用书面形式将有关情况报有关部门。

5. 背离本项目采购过程中有关文件（包括合同条款附件）所签定的合同不具有法律效力。

6. 本合同一式伍份,甲方执_____份,乙方执_____份,采购代理机构执_____份,具有同等法律效力。合同自签字之日起即时生效。

签约方:

甲 方:

乙 方:

(盖章)

(盖章)

地 址:

地 址:

甲方法定代表人

乙方法定代表

人

或授权委托人(签章):

或授权委托人(签

章):

联系人:

联系人:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

邮政编码:

签定日期: 年 月 日

签定地点:

第六章 投标文件格式

本项目采用全程电子标招标，投标文件请按全国公共资源交易平台（贵州省·六盘水市）提供相应格式模板制作。