

遵义市红花岗区南关社区卫生服务中心购置 CT 机项目（二次）

需求公示

一、项目名称：遵义市红花岗区南关社区卫生服务中心购置 CT 机项目（二次）

二、项目编号：8300-202501030071.

三、采购方式：公开招标

四、采购预算：2000000.00 元

五、供应商须知

项目名称	遵义市红花岗区南关社区卫生服务中心购置 CT 机项目（二次）
项目编号	8300-202501030071.
采购方式	公开招标
采购人信息	采购人：遵义市红花岗区南关社区卫生服务中心 地址：遵义市红花岗区南关街道南新路 54 号
代理机构信息	采购代理机构名称、地址、电话 名称：贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司 地址：贵州省贵阳市珠江路恒大翡翠华庭 3 号写字楼 14 楼 1403 室 电话：0851-83844799
项目属性	本项目为： ☒ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程
采购预算	本项目采购预算为： 200.00 万元
最高限价	最高限价为： 200.00 万元
投标报价	1. 投标报价为到达交货地点的包干总价，包括：产品价格、各种税费、包装费、运输费、搬运交付、验收等相关服务及其他伴随服务等与该项目相关的所有费用，采购人不另行支付与本项目有关的其他任何费用。 2. 投标报价超过最高限价将导致投标无效。
投标货币	人民币
是否允许分包、转包。	☐ 是 ☒ 否
联合体投标	是否接受联合体投标： ☐ 是 ☒ 否
样品要求	是否需要提交： ☐ 是 ☒ 否
项目阐述/演示	是否需要阐述/演示： ☐ 是 ☒ 否
投标保证金	政府采购项目投标保证金缴纳要求： （一）交纳金额： 20000.00 元 （二）投标保证金交纳时间：详见招标公告

(三) 投标保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳，具体以遵义市交易中心要求为准。

1、银行转账：登录遵义市公共资源交易中心交易服务系统在网上报名后获取保证金缴纳账户，投标人通过其在交易中心登记的基本账户将投标保证金缴纳至该账户（包括电汇、网银和转帐），转账时需在备注栏填写下载招标文件页面的随机码（未填写随机码或者随机码填写错误的，系统将无法识别），待资金到达保证金缴纳账户后，登录遵义市公共资源电子交易服务系统查询缴费状态。

单位名称：遵义市公共资源交易中心

开户银行：交通银行遵义分行厦门路支行

帐号：5230615000735640001

2、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳：投标人应当在投标保证金缴纳截止时间前交到招标代理机构处，票据或保函上的收款人或受益人为：贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司，票据或保函的有效期应当不低于从开标之日起计算的十天内。待中标公告发出后，招标代理机构在5个工作日内退还未中标人的票据或保函，中标人的票据和保函在签订合同后5个工作日内退还，若票据或保函在此期间失效，招标代理机构将要求重新开具票据或保函，直至合同签订结束。

3、投标人通过公共资源交易综合金融服务平台直接办理的电子保函（包括保证保险保单、银行保函、担保保函），不再额外要求保函格式和其他材料。对于综合金融服务平台以外金融机构出具的电子保函，采购人、招标代理机构应当在开标现场进行真伪验证，金融机构官网查询验证未通过的，视为未按规定提交投标保证金。

注：在投标截止时间前按交易中心规定在交易中心网站自行打印保证金收据截图。

(四) 投标保证金有效期：同投标有效期一致

★温馨提示：

为防止围标、串标，投标人（意向买受人）报名通过后须及时从基本户汇出保证金，保证金必须于采购公告规定缴纳截止时间前到账，投标人应充分考虑到不同银行间资金到账时间上的风险、银行对公账户工作时间、投标人书写错误等原因导致系统回退保证金等情况，保证金未按规定时间足额到账的，不

	论任何理由，该投标人将不被采购人接受。
政府采购政策	(1) 本项目为 <u>非</u> 专门面向中小企业采购，属于小微企业享受价格评审扣减的扶持政策（具体详见评标办法）；
投标有效期	90 天
投标文件	投标文件份数： (1) 电子投标文件用专用投标文件制作工具制作，生成*. ZYTF（加密）及*. nZYTF（非加密）两份投标文件； (2) 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（. ZYTF 格式）到遵义市公共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确； (3) 开标现场递交非加密的电子投标文件（. nZYTF 格式）电子 U 盘一份（此电子 U 盘针对投标人在遵义市公共资源电子交易服务系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）； (4) 投标截止时间招投标系统服务器故障导致投标人未及时上传电子投标文件时，经交易中心及系统平台服务商证实，投标人提供载有*. ZYTF 及*. nZYTF 两份投标文件的电子 U 盘履行电子招标投标应急措施。
纸质投标文件	是否需要递交纸质文件：☐是 ☒否 备注：本项目采用全电子化交易，投标文件采取电子文件投标，请各投标人在全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）下载中心-新点投标文件制作软件（贵州版）下载专业投标文件制作工具。
投标截止时间	详见招标公告
开标时间和地点	详见招标公告
开标流程	开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 投标人参会代表：投标人可自主选择远程投标、不见面开标，参加现场开标会的人员需携带投标企业 CA 锁解密，按时提交投标文件备用 U 盘。 开标过程：开标时，招标代理公司对电子投标文件进行解密；公布投标人名称、投标报价、及其他内容，并记录在案。 开标注意事项： 1、本项目投标人可自主选择远程投标、不见面开标，请各

	投标人通过投标系统中“不见面开标手册”进行学习。开标时间到后请选择远程投标、不见面开标的投标人在投标截止时间后 20 分钟内对投标文件进行远程解密，超期未实行远程解密的投标文件将做退回处理，由此造成的投标失败投标人自行负责。远程投标、不见面开标过程中遇见问题的请及时联系本项目采购代理机构和采购人，否则按投标无效处理。 2、本项目采用电子招投标。若出现投标文件解密失败或投标文件无法导入导致无法采用电子开标时，在监督人员的监督下按 U 盘递交的先后顺序采用非加密电子 U 盘模式开标； 3、若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子文件与非加密的电子投标文件 U 盘不一致，或没有交纳投标保证金或未上传电子文件，则取消其中候选人资格。若递交的 U 盘内无系统能识别或导入的有效投标文件，则评标委员会否决该投标。
评标办法	综合评分法
履约保证金	是否交纳履约保证金： ☐ 是 ☒ 否
电子招投标的应急措施	电子招投标的应急措施： 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，采购监管部门和交易中心应采取应急措施。 (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击； (5) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。 出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的，立即停止，经采购监督部门确认后，改用非加密的电子 U 盘模式进行评审。远程评标时如遇上述情形，经招投标监督部门确认后，可在本地抽取专家，按非加密的电子 U 盘进行继续评审。对非加密的电子 U 盘没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。若投标截止时间前系统服务器故障导致部分投标人无法上传加密投标文件，投标人应提供载有*. ZYTF 及*. nZYTF 两份投标文件的 U 盘，由系统管理人员导入评标系统。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

特别说明	1、本项目在遵义市公共资源交易中心进行，因此潜在投标人必须遵守遵义市公共资源交易中心的相关要求，按照交易中心的系统流程进行投标，我公司不接受未报名的投标人的投标。 2、因本项目为电子投标项目，投标人需根据交易中心系统要求在规定的时间内上传提交和解密投标文件，因投标人原因未上传投标文件或未在规定时间内解密投标文件均视为投标人未递交投标文件。
追加采购的权力	采购人在采购合同履行中，需追加与合同标的相同的产品或服务时，在不改变合同其它条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但补充合同的金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
其他事项	1、如投标文件中有英文或其它语种时，请翻译成简体中文，产品说明、彩页等中英文不一致，以中文彩页为准)。 2、正文与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，除单一来源招标项目外，为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动。 4、投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

六、供应商资格条件：

（一）一般资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

- ①投标人须具备《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《中华人民

共和国医疗器械经营许可证》；

②提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）。

注：本项目 不接受 联合体投标。

七、技术要求和商务要求：

1. 技术参数

（一）主要功能及基本要求：

功能：适用于临床全身 CT 扫描检查及诊断的应用

基本要求：

- 1、提供不低于 64 层螺旋 CT
- 2、所投产品为厂家 2020 年以后上市的新机型。

（二）技术参数要求

1. 探测器

- 1.1. 固态探测器类型：固体稀土陶瓷
- 1.2. 探测器排列数： ≥ 32 排
- 1.3. 探测器最薄物理采集层厚： $\leq 0.625\text{mm}$
- 1.4. 探测器采样率： $\geq 4800\text{views/圈}$

2. X 射线系统

- 2.1. 球管热容量（不包含等效）： $\geq 5.0\text{MHU}$
- 2.2. 球管类型：液态金属轴承且金属管套球管
- 2.3. 高压发生器功率（不包含等效）： $\geq 50\text{kW}$
- 2.4. 球管冷却方法：油冷+风冷
- 2.5. 阳极最大散热率： $\geq 830\text{kHz/min}$
- 2.6. 球管最小输出电流： $\leq 10\text{mA}$
- 2.7. 球管最大输出电流： $\geq 420\text{mA}$
- 2.8. 最小球管电压： $\leq 70\text{kV}$
- 2.9. 最大球管电压： $\geq 140\text{kV}$
- 2.10. 大焦点： $\geq 1.4\text{mm} \times 1.4\text{mm}$,
- 2.11. 小焦点： $\geq 0.7\text{mm} \times 0.9\text{mm}$
- 2.12. 为保障产品稳定性，所投产品高压发生器与探测器为同一品牌，
提供检验报告证明

3. 机架系统

- 3.1. 滑环类型：低压滑环
- 3.2. 机架冷却方式：风冷
- 3.3. 机架驱动方式：皮钢带

- 3.4. 扫描架孔径： $\geq 70\text{cm}$
- 3.5. 机架物理倾角或数字倾角： $\geq \pm 30^\circ$
- 3.6. 机架两侧具备多功能触屏式控制面板
- 3.7. 机架配置显示屏，显示机架、检查床等相关数据
- 3.8. 具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作
- 3.9. 具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作
- 3.10. 具备一键摆位功能，可一键将检查床调整到预设高度与床面位置
- 3.11. 具备三维激光定位系统功能
- 3.12. 具备呼吸指示灯及倒计时显示

4. 扫描床

- 4.1. 扫描床最大移动范围： $\geq 2000\text{mm}$ ，提供检验报告证明
- 4.2. 床定位精度（要求在载重 $\geq 200\text{kg}$ ）： $\leq \pm 1\text{mm}$
- 4.3. 扫描床最大载重量： $\geq 200\text{Kg}$
- 4.4. 床面垂直升降范围： $\geq 540\text{mm}$
- 4.5. 扫描床水平移动最大速度： $\geq 150\text{mm/s}$ 。
- 4.6. 扫描床控制脚踏开关：具备

5. 扫描功能

- 5.1. 最快扫描时间/360°： $< 0.5\text{s}/360^\circ$ 提供检验报告证明
- 5.2. 每圈扫描层数： ≥ 64 层，提供检验报告证明
- 5.3. 最薄层厚： $\leq 0.5\text{mm}$
- 5.4. 最大扫描视野： $\geq 450\text{mm}$
- 5.5. 单次螺旋扫描最大范围： $\geq 1600\text{mm}$
- 5.6. 定位像长度： $\geq 1600\text{mm}$
- 5.7. 最大连续扫描时间： $\geq 100\text{s}$
- 5.8. 具备螺距自由选择功能
- 5.9. 最大螺距： ≥ 2.0
- 5.10. 最小螺距 ≤ 0.2
- 5.11. 具备定位、轴扫、螺旋扫描模式
- 5.12. 图像最大重建矩阵： $\geq 1024 \times 1024$
- 5.13. 图像最大显示矩阵： $\geq 1024 \times 1024$
- 5.14. 空间分辨率： $\geq 18\text{lp/cm}$ (0%MTF)，提供检验报告证明
- 5.15. 密度分辨率： $\leq 2\text{mm}@0.3\%$ ，提供检验报告证明

6. 采集工作站

- 6.1. 内存： $\geq 16\text{G}$
- 6.2. CPU 内核数目： ≥ 6 核

- 6.3. 配置硬盘数量： $\geq 2T$
- 6.4. 显示器屏幕 ≥ 24 英寸
- 6.5. 具备 Dicom3.0 标准的图像格式和传输存储
- 6.6. 具备显示器逐行扫描
- 6.7. 具备同步并行图像处理功能
- 6.8. 具备自动语音系统及双向语音传输功能
- 6.9. 具备独立的高级影像后处理工作站，需与 CT 同一生产厂家

7. 主要应用软件

- 7.1. 提供厂家最新迭代降噪技术
- 7.2. 具备线束硬化伪影校正软件
- 7.3. 具备后颅窝图像优化技术
- 7.4. 具备运动伪影矫正技术
- 7.5. 具备金属伪影矫正技术
- 7.6. 具备儿童低剂量扫描技术
- 7.7. 具备管电流自动调节功能
- 7.8. 具备多平面重建（MPR）功能
- 7.9. 具备曲面重建（CPR）功能
- 7.10. 具备容积再现（VR）功能
- 7.11. 具备虚拟手术刀（VK）功能
- 7.12. 具备虚拟内窥镜（VE）功能
- 7.13. 具备最大密度（MIP）及最小密度（MinIP）投影功能
- 7.14. 具备 CT 血管造影成像
- 7.15. 具备 CT 尿路成像
- 7.16. 具备齿科成像
- 7.17. 具备钙化积分分析功能
- 7.18. 具备一键去床板功能
- 7.19. 具备智能图文关联功能，可以实现点击阳性描述句自动显示对应病灶图像

8. 智能分析技术

- 8.1 具备肺结节智能自动识别和分析功能，可以自动检测上传完成的胸部 CT 影像，自动检测和分析疑似肺结节，并统计结节的大小、解剖位置、平均密度和体积信息
- 8.2 肺结节自动识别和分析功能可以对结节的直径、所在层和解剖位置分别进行排序显示
- 8.3 具备脑出血智能自动识别和分析功能，可以自动检测上传完成的头部 CT

影像，检测出血灶所有层面

8.4 脑出血智能自动识别和分析功能可以对出血灶进行自动分析并显示出血量大小

8.5 具备智能报告质控纠错功能，在医生书写报告时可以智能识别年龄、性别、单位、方位、部位等错误

8.6 智能报告质控纠错功能可以针对识别出的错误给出建议修改的内容

（三）其他要求

1、场地建设（含 CT 和 DR 机房装修和检测，装修完成并经专业机构检测通过达到运行的必须条件，含空调系统，确保设备长期稳定运行）

2、电源稳压装置 $\geq 70\text{KVA}$

3、具备增强功能（高压注射器）CT 专用

4、包括 DR 搬迁

2. 商务要求

1、交货期及交货地点

交货期：签订采购合同后，45 天内完成交货、安装调试及验收。

交货地点：采购人指定地点。

2、验收标准、规范

1) .以相应的国家或者行业标准及采购文件规定的具体要求为准，如需进行验证的成交供应商须积极配合。

2) .采购人将按照招标文件、响应文件及双方签订的合同进行验收，验收过程中如需第三方机构介入，所产生的费用由中标供应商自行承担。（采购人只对安全到达指定地点且施工安装调试后的合格产品进行验收，运输、施工及调试安装过程中的安全及质量损坏、数量损失由供应商自行负责）

3、投标有效期：90 日历天。

4、培训

1) .在调试期间由厂家专业技术人员为医院培训 2 名以上操作维护人员，能独立工作，熟悉运行性能、程序，安全措施。

2) .现场培训至操作人员正常操作设备后才进行验收。

3) .并在质保期内免费提供设备技术、设备使用培训。

5 售后服务

1) .维护保养：提供每年至少 2 次巡查维护保养；每年对设备整体运行情况提供一份完整的运行总结报告。

2) .为保障设备正常运行，所投产品必须在中国境内具有备品备件库。

3) .在质保期内，如发生质量问题，成交供应商需保证在接到通知后，应在 1 小时内立即给予答复；

并派合格的维修工程师 24 小时到用户现场进行维修，所产生的费用由中标人负责。如中标人在接到通知后承诺到场时间内没有处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由成交供应商自行负责。

4) .投标时须在投标文件中提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

（1）售后服务体系。

（2）产品保质期内的服务承诺。

6、质保期：验收合格之日起提供整机原厂保修 3 年，维保密码开放。

7、付款方式：验收合格后满一年之日起 30 天内支付合同金额的 50%，满二年之日起 30 天内支付合同金额的 30%，满三年之日起 30 天内支付合同金额的 20%，具体以财政资金拨付情况及合同约定为准。

8、履约保证金：无

9、违约：

中标人不能履行合同或部分达不到质量要求的则确认为违约，造成的一切损失（包括采购人因此对第三方的赔偿）均由中标人承担。中标人未按合同约定交付货物的，应当按照合同金额的 20%向采购方支付违约金。

10、其他要求

1) . 投标设备必须符合国际或国内相关标准；

2) . 投标方必须按招标文件要求的功能、配置、全台投标。

3) . 投标商提供的软件和技术必须具有合法的知识产权和使用权。

11、知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

12、相关事宜

1) . 其他相关要求在签订合同时另行协商约定。

八、评标办法：综合评分法

评分因素	投标报价分	技术分	商务分	政策性加分
分 值	30	45	25	5

1、投标报价【满分 30 分】

序号	评分项	评分标准	分值
1	投标报价分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标报价得分。 投标报价得分=（评标基准价/各投标人的投标报价）×30	30分

2、技术分【满分45分】

序号	评审项目	评分标准	分值
1	技术参数响应情况	评标委员会根据投标人提供的投标产品响应招标文件“第六部分，第一节、技术要求”情况进行评价：	40分
2	所投产品的	根据供应商提供的产品技术资料（包括但不限于	5分

	综合评价	说明书、宣传彩页或白皮书等), 横向分析、对比所有投标产品的性能、能耗、操作便捷性、安全性、使用寿命、后期维护保养等因素; 1、投标产品性能好、操作便捷性好、安全性强、使用寿命长的得: 5 分; 2、投标产品性能较好、操作便捷性较好、安全性较强、使用寿命较长的得: 3 分; 3、投标产品性能一般、操作便捷性一般、安全性一般、使用寿命较短的得: 1 分。	
--	------	---	--

3、商务分【满分 25 分】

序号	评审项目	评分标准	分值
1	类似项目业绩	评标委员会根据所投产品 2023 年 1 月至今类似项目销售业绩进行评价: 每提供一份类似业绩得 5 分, 满分 5 分。 注: 提供中标通知书或合同复印件加盖投标人公章。	5 分
2	专项授权	投标人提供产品制造商或有效授权单位(提供证明材料)出具针对本次投标产品的专项授权扫描件加盖公章的得 8 分,。	8 分
3	产品制造商售后服务承诺函	供应商提供所投所有产品生产厂家或区域总代理出具针对本项目的售后服务承诺函原件扫描件的得 5 分。	5 分
4	售后服务保障	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评价: 售后服务方案包括但不限于①技术培训方案(包含时间、地点、人数、形式、内容等)、②质保期内与质保期外技术支持方案、③巡检方案、④维护保养、⑤应急预案。 一、方案完整性评审(满分 2 分) 以上方案完整无缺漏项的得 2 分。 二、方案实操性、合理性、与采购人实际需求匹配度评审(满分 5 分) 1、售后服务方案完全符合上述要求, 方案制作完善、条例清晰、过程严谨、自行拟定的售后事项及对售后	7 分

		事项的解决方法多，满足采购人项目需求的得 4 分； 2、售后服务方案基本符合上述要求，方案制作良好、条例比较清晰、过程比较严谨、自行拟定的售后事项及对售后事项的解决方法较少的得 2 分； 3、售后服务方案有缺项或不完全满足上述要求，方案制作不完善、条例不清晰、过程不严谨、自行拟定的售后事项及对售后事项的解决方法少的得 1 分； 4、未提供售后服务方案的不得分。	
--	--	---	--

4、政策性加分：

序号	评分项	评分标准	分值
4.1	节能环保产品加分	属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。	2 分

九、实质性响应条款：

有关本项目的合同标的、数量、质量、交货/服务期、交货/服务地点和方式、验收标准、违约责任和解决争议的方法等都是实质性响应条款。

十、无效标情形

出现下列情形之一的，投标人递交的投标文件作无效投标处理，该投标人的投标文件不参与评审：

- 1) 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
- 2) 供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
- 3) 项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
- 4) 供应商的报价明显低于其他通过资格性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明、提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的、或不能按评审专家要求提供说明或证明材料的；
- 5) 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
- 6) 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；

- 7) 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的;
- 8) 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的;
- 9) 有下列情形之一的, 视为投标人串通投标, 其投标无效:
 - ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
 - ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
 - ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
 - ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
 - ⑤不同投标人的投标文件相互混装;
 - ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 10) 未交纳投标保证金的;
- 11) 投标有效期不满足采购文件要求的;
- 12) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 13) 除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 14) 违反政府采购法律法规, 足以导致响应文件无效的情形。

十一、政府采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号和《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的规定, 供应商所投产品(包括货物、服务、工程)属于小型和微型企业的, 其价格给予价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。(中小企业认定的标准以《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定为准, 并提供《中小企业声明函》。)中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)执行。

根据贵州省财政厅黔财采【2017】6 号文的相关规定, 监狱企业属于小微企业。

根据财库【2017】141 号文的相关规定, 残疾人福利性单位并提供《残疾人福利性单位声明函》的视同为小微企业。

本项目所属行业: 工业。

(1) 小型和微型企业价格扣除:

- 1、评审专家根据《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的规定, 对小型和微型企业报价给予 20%(工程项目为 5%)的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。
- 2、小型和微型企业享受价格扣除须提供:《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》; 属于残疾人福利性单位产品, 供应商须提供(财库

【2017】141号)规定格式的《残疾人福利性单位声明函》;属于监狱企业的,供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的证明其属于监狱企业的文件。

3、项目接受联合体投标或分包情况,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除。(供应商提供联合协议或分包意向协议等证明材料)

注:

1.在货物采购项目中,货物由中小企业制造(货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标)的,可享受中小企业扶持政策。如果一个采购项目或采购包包含有多个采购标的,则每个采购标的均应由中小企业制造。在采购项目或者采购包中,大型企业提供的所有采购标的均为小微企业制造的,可享受价格评审优惠政策。

2.享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件:在货物采购项目中,货物应当由中小企业制造,不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

温馨提示:供应商对列入投标文件中的《中小企业声明函》真实性负责,《中小企业声明函》内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中,供应商希望获得《办法》规定政策支持的,应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分,或者不能确定相关信息真实、准确的,不建议出具《中小企业声明函》。

特别说明:本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示,具体内容以最终上传至交易中心的招标文件为准!