

采购项目概述

一、项目概述

1、本项目为贵州航天医院采购西门子go.Now16排CT球管 1支

二、资金来源

本项目采购预算为人民币：**陆拾伍万圆整（¥650000.00）**。

三、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

四、采购人

名 称：贵州航天医院

地 址：遵义市大连路615号贵州航天医院

联系人：陈老师

联系电话：18275578989

五、代理机构

名 称：天马盛鼎项目管理有限公司

地 址：遵义市汇川区南京路遵义市民体育健身中心4楼

联系人：倪萍

联系电话：18984958808

六、其他说明

采购人=招标人；投标人=供应商；

第二节 货物要求

一、货物范围

本项目采购的货物来源范围要求为中国境内合法生产商、经销商提供的满足本采购文件的所有相应要求的国产货物。

二、货物须满足的规范、标准

本项目执行的规范或标准：所有货物质量必须符合国家相关验收标准。

第三节 供应商资格条件

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 1) 具有独立承担民事责任的能力：供应商应为具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或者自然人（法人提供合法有效的营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，自然人应提供身份证原件及复印件）；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经第三方合法审计机构出具的 2023 年度或 2024 年度财务审计报告或基本开户银行出具的有效资信证明或提供开标日以前 30 日历天内银行出具的资信证明(资信证明需加盖银行鲜章)；
- 3) 具有履行合同所需设备和专业技术能力证明材料：提供具备履行合同所需设备和专业技术能力的承诺加盖供应商公章；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2024 年 6 月至开标前任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,依法免税和不需要缴纳社会保障资金的竞标人须提供相关部门加盖鲜章证明文件；
- 5) 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:(供应商自行承诺,格式自拟并加盖鲜章)；
- 6) 法律行政法规规定的其他条件：投标人不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人,不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(处罚决定规定的时间和地域范围内)：提供承诺函,中标后,如经核查承诺内容不属实,取消中标资格。(代理机构在投标截止时间后登陆“信用中国”“中国政府采购网”查询,查询起止时间:投标截止时间前三年内)。

(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求：已落实，详见采购文件

(三) 本项目的特定资格要求：

1) 供应商须具备《医疗器械生产（或经营）企业许可证》或《医疗器械经营备案证明》：提供相关资质证书复印件。

三、本项目 不接受 联合体投标

四、采购文件的质疑：

采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可在协商会开始前2日向采购人或代理机构提出书面质疑。质疑期内不递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容

质疑函应当包括下列主要内容：

1. 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；
2. 质疑项目的名称、编号；
3. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4. 必要的事实依据；
5. 必要的法律依据；
6. 提出质疑的日期；

注：供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。不提供质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充更正的所有内容；提出质疑的同时应电话告知；未通过以上方式提出的质疑，均不予认可。

领取答疑回复地点：（1）天马盛鼎项目管理有限公司（遵义市汇川区南京路遵义市民体育健身中心4楼）；（2）在全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统查询回复内容。

监督部门：遵义市财政局 电话：0851-28264117

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 技术参数

一、技术参数

CT 球管 (型号: CHRONON)	需完全满足西门子 16 排 CT(GO NOW)使用	
标称阳极输入功率 热阳极参考功率 = 250 W 标称 CT 阳极输入功率	F1 21 千瓦	F2 34 千瓦
阳极最大热容量	2 600 000 焦耳 (3 500 000 HU)	
阳极顶端覆层材	铯 - 钨	
靶材料	铯、钨、铝合金、石墨	
标称 X 射线管电压	140 千伏	
最大连续散热 标称连续输入功率	3100 瓦	
阳极驱动频率	150 赫兹	
最大的阴极灯丝发热	8.5 A	
阳极角度 (相对基准轴)	8°	
焦点	F 1	F 2
标称焦点值 (相对基准轴)	0.8×0.4	0.8×0.7
X 射线管组件的固有过滤量	≥5.5 毫米铝/140 千伏	
140 千伏 / 3.5 千瓦 时 1 米 距离处的辐	< 0.8 毫戈瑞/小时	

射泄漏	
保护等级	I 类 B 类
重量 (不包括附件)	50 公斤± 0.1 公斤
高压接线	+3 极 - 3 电极
旋转阳极电机	3 相定子, 相电压 430-750 Vpp 相电流≤ 25 Aeff
操作过程中所允许的环境温度	+18°C 到+30°C
操作过程中所允许的空气的相对湿度	20% 到 85%
操作过程中所允许的大气压	800 hPa—1060 hPa
冷却流速	> 5 升/分钟
冷却剂总量 (包括冷却设备的球管装置)	< 10 升

第二节 商务要求

一、交货时间及交货地点：

- 1、**交货时间：**合同签订后 5 个工作日
- 2、**交货地点：**采购人指定地点。

二、验收标准、规范及方式：

按国家相关法律法规规定及本项目采购文件、响应文件进行验收。

三、售后服务：

1、在产品质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商保证在接到通知后，工作日应在 1 小时内立即给予答复，节假日应在 2 小时内立即给予答复；并派合格的维修师在 12 小时内到用户现场进行维修，费用由中标人负责。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。在中国法律允许的范围内，中标人每年对招标人的全部赔偿责

任不应超出当年合同金额，并应于服务合同到期结束时终止。同时，中标人对招标人的间接损失不承担责任。

2

3、中标人负责对设备进行安装、调试、验配、运行，直至验收合格，并提供安装调试报告，并应符合我国有关技术规范和技术标准。所派人员的一切费用由中标人承担，并负责其派出的工作人员的人身意外保险。

7.产品为厂家原厂原包装，符合国家质量认证体系，提供产品技术资料(包含安装说明书，产品装箱目录、产品中文使用说明书、合格证及保修凭证等)；

8.产品的安装、调试：由专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可；

四、质保期/服务期：

1、质保期：从安装之日起，最长 12 个月且不超 10 万扫描秒，赔付 100%，最长 15 个月且不超 15 万扫描秒，赔付 70%，最长 18 个月且不超 20 万扫描秒，赔付 40%。

五、付款方式：

验收合格后，投标人开据发票并办理入库后支付合同金额

六、竞标有效期：

90 日历天

针对本项目，需提供 CT SOMATOM Go.Now (140411) 一年的维保服务，具体要求如下：

采购服务名称	单位	数量	技术要求
CT (SOMATOM go.Now) 维保服务	年	1	1 安全检查 2 质量保证 3 安全升级 4 24 小时*365 天技术电话支持 5 智在远程服务 6 预防性技术保养（每年一次） 7 不限次工时 8 常规备件 2 个，（不包含球管，探测器，高压油箱，滑环）旧件需退回。

注：对于上述项目商务要求，均属于实质性响应条款，投标人须完全满足，且应在投标文件中作出响应并予以承诺及说明，否则投标无效。

无

~~第三节 图纸附件（如有）~~

.....

第三章 评标办法及评分标准

第一节 协商办法

本项目采用财政部 74 号令有关规定进行协商。

采用单一来源采购方式采购的，采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

第二节 协商标准

一、协商因素

协商的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如信誉、业绩、服务期、质保期等）。

二、协商标准

1. 供应商的最终报价不超过财政批准的预算。
2. 供应商所提供的货物和服务在功能和性能上能最大程度地满足采购要求。
3. 供应商的售后服务承诺好，售后服务体系完善，有良好的质量保证承诺。
4. 供应商的信誉：无不良记录，企业信誉良好。
5. 供应商承诺的交货时间能满足采购要求。
6. 供应商的相关业绩较好。
7. 供应商承诺的其它优惠条件对采购人最为有利。

初步审查表

审查项目	审查因素	审查标准
资格审查	有效期内的法人或者其他组织的营业执照等证明文件(营业执照副本或组织机构代码证副本或税务登记证副本或多证合一的营业执照) 或自然人的身份证明;	符合采购文件要求
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供经第三方合法审计机构出具的 2023 年度或 2024 年度财务审计报告或基本开户银行出具的有效的资信证明或提供开标日以前 30 日日历天内银行出具的资信证明(资信证明需加盖银行鲜章);	符合采购文件要求
	具有履行合同所需设备和专业技术能力证明材料:提供具备履行合同所需设备和专业技术能力的承诺加盖供应商公章;	符合采购文件要求
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供 2024 年 6 月至开标前任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金 的相关材料,依法免税和不需要缴纳社会保障资金的竞标人须提供相关部门加盖鲜章证明文件;	符合采购文件要求
	参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:(供应商自行承诺,格式自拟并加盖鲜章)	符合采购文件要求
	法律行政法规规定的其他条件:投标人不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人,不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(处罚决定规定的时间和地域范围内):提供承诺函,中标后,如经核查承诺内容不属实,取消中标资格。(代理机构在投标截止时间后登陆“信用中国”“中国政府采购网”查询,查询起止时间:投标截止时间前三年内)	符合采购文件要求
	本项目的特定资格要求:1) 供应商须具备《医疗器械生产(或经营)企业许可证》或《医疗器械经营备案证明》:提供相关资质证书复印件。	符合采购文件要求
符合性审查	投标人名称	与营业执照一致
	投标函签字盖章	符合采购文件要求
	投标文件格式、签署	符合采购文件要求
	投标报价有效性	未超出采购文件规定的价格,唯一报价。
	商务符合性	完全满足招标文件第二章--商务部分

		要求,以投标文件中商务偏离表响应情况为评审依据,如无负偏离则符合。
	技术符合性	全满足招标文件第二章—技术部分要求,以投标文件中商务偏离表响应情况为评审依据,如无负偏离则符合。
	无效标审查	按本文件第四章第四节无效标条款规定,审查是否通过

报 价 记 录 表

项目名称:

项目编号:

协商地点:

年 月 日

序号	投标单位名称	首次报价(元)	最终报价(元)	备注
1				

协商专家:

第三节 废标条款 (针对整个项目/品目)

出现下列情形之一的,本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止:

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
2. 供应商报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
3. 因重大变故,采购任务取消的;
4. 法律法规规定的其他情形

第四节 无效标条款 (针对单个供应商)

出现下列情形之一的,竞标人递交的投标文件作无效标处理,该竞标人的投标文件不参与评审,且不计算入投标竞标人家数:

1. 递交的响应文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的;
2. 供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的;
3. 供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的;

4. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
5. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
6. 响应文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
7. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 响应文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的响应文件作为无效投标处理）；
9. 未交纳投标保证金的；
10. 投标有效期不满足采购文件要求的；
11. 违反政府采购法律法规, 足以导致响应文件无效的情形。