赤水市官渡中心卫生院血液透析 室设备采购项目

采购需求

采 购 人：赤水市卫生健康局

项目名称：赤水市官渡中心卫生院血液透析
室设备采购项目

项目编号：GZZZ-2025A1073

代理机构：贵州众智恒诚招标咨询有限公司

日 期：二〇二五年八月

一、采购内容：血液透析机（单泵）6台、血液透析滤过机（双泵）4台。（含透析设备安装环境改造）
（具体详见文件）

二、投标人资格要求（以采购文件为准）：

1、一般资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度或2024年度经合法审计的财务审计报告，或提供其2025年基本账户开户银行资信证明并提供基本开户证明（复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（须提供承诺函）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商提供2025年1月至今任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（①依法免税或依法未达到纳税条件的提供税务机关开具的无欠税证明等相关材料；②依法免缴社保资金的投标供应商提供相应证明文件）（复印件加盖公章）；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（6）信用信息：参加本次政府采购活动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。须提供以下信用记录查询：①“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用信息报告，报告生成时间为获取采购文件之日至投标截止前一天的任意时间；②中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图，查询时间为获取采购文件之日至投标截止前一天的任意时间。以上查询内容须加盖公章，作为信用信息查询记录和证据编入响应文件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本次采购活动专门面向中小企业，不执行中小企业价格优惠政策。对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（2）根据《遵义市财政局关于印发〈政府采购营商环境整改提升工作方案〉》（遵财采〔2022〕17号）、《遵义市财政局关于转发〈关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知〉的通知》（遵财采〔2022〕37号）文件规定，采购项目中标企业为小微企业（享受小微企业政策的）的，不收取履约保证金。

（3）据《遵义市财政局关于印发〈政府采购营商环境整改提升工作方案〉》（遵财采〔2022〕17号）、《遵义市财政局关于转发〈关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知〉的通知》（遵财采〔2022〕37号）文件规定，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业在投标中享受同等优惠，但须提供《残

疾人福利性单位声明函》。注：残疾人福利性单位属于中小企业的，不重复享受政策。

(4) 根据《遵义市财政局关于印发〈政府采购营商环境整改提升工作方案〉》（遵财采〔2022〕17号）、《遵义市财政局关于转发〈关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知〉的通知》（遵财采〔2022〕37号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业（以当地管理部门出具的证明为准）。

(5) 根据《遵义市财政局关于印发〈政府采购营商环境整改提升工作方案〉》（遵财采〔2022〕17号）、《遵义市财政局关于转发〈关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知〉的通知》（遵财采〔2022〕37号）文件规定，对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除优惠，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分（以当地管理部门出具的证明为准）。注：享受少数民族自治待遇的省份为：云南、贵州、青海。

3、本项目的特定资格要求：

(1) 供应商须具备有效的《医疗器械经营企业许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证；

(2) 提供所投产品的《医疗器械注册证》（含登记表（若有）等附件）；

(3) 本次采购活动专门面向中小企业采购，各供应商须根据工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定提供中小企业声明函。（提供中小企业声明函并加盖供应商公章）

三、采购预算

该项目预算金额：壹佰贰拾肆万元整（¥1240000.00）

四、采购需求（以采购文件为准）

1、采购清单：

序号	产品名称	数量	单位	备注
1	血液透析机（单泵）	6	台	含透析设备安装环境改造
2	血液透析滤过机（双泵）	4	台	

2、技术参数：

(一)、血液透析机（单泵）（数量：6台）

1. 规格：单泵。

2. 技术参数要求：

- (1) 动脉压监测-500mmHg~550mmHg，精度±10mmHg；
- (2) 静脉压监测-500mmHg~550mmHg，精度±10mmHg；
- (3) 跨膜压监测-650mmHg~750mmHg，精度±10mmHg；
- (4) 透析液流量 100mL/min~800mL/min；
- (5) 透析液温度范围 33℃~40℃，精度≤±0.5℃；
- (6) 透析液电导率 12.0mS/cm~18.0mS/cm，精度≤±0.1mS/cm；
- (7) 血流量 30~650mL/min；
- (8) 超滤控制：超滤率 0~6000mL/h；
- (9) 肝素泵注入流量 0~10mL/h；
- (10) 气泡检测器可监测≥0.02ML 的气泡，可监测累积气泡；
- (11) 漏血监测≤0.35mL/min 的漏血 (HCT32%)；
- (12) 消毒功能具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于≥90℃；
- (13) 供水条件温度进水压 0~8.0bar，进水温度 5~35℃；
- (14) 具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。
- (15) 预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。
- (16) 具有容量平衡反馈控制系统；
- (17) 采用电极实时监测平衡系统泄漏；
- (18) 可使用 10mL、20mL、30 mL、50mL 注射器，自动检测注射器型号，具有功能自检和报警系统，支持肝素曲线。
- (19) 可安装内毒素滤器，实现超纯透析。
- (20) 设备使用耗材为通用耗材，无专机专用耗材。
- (21) 内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作 40 分钟以上。
- (22) 带 KT/V 功能、电子血压计功能；
- (23) 配置在线血容量监测、在线血温监测和 B 干粉桶装置。

(二)、血液透析滤过机（双泵）（数量：4台）

1. 规格：双泵。
2. 技术参数要求：
 - (1) 动脉压监测-500mmHg~550mmHg，精度±10mmHg；
 - (2) 静脉压监测-500mmHg~550mmHg，精度±10mmHg；
 - (3) 跨膜压监测-650mmHg~750mmHg，精度±10mmHg；
 - (4) 透析液流量 100mL/min~800mL/min；
 - (5) 透析液温度范围 33℃~40℃，精度≤±0.5℃；
 - (6) 透析液电导率 12.0mS/cm~18.0mS/cm，精度≤±0.1mS/cm；
 - (7) 置换液流量 30~650mL/min(HDF-online)；
 - (8) 血流量 30~650mL/min；
 - (9) 超滤控制：超滤范围 0~6000mL/h；
 - (10) 肝素泵注入流量 0~10mL/h；
 - (11) 气泡检测器可监测≥0.02ML 的气泡；
 - (12) 漏血监测可监测≤0.35mL/min 的漏血(HCT32%)；
 - (13) 消毒功能具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于≥90℃；
 - (14) 供水条件温度进水压 0~8.0bar，进水温度 5~35℃；
 - (15) 具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。
 - (16) 预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。
 - (17) 具有容量平衡反馈控制系统；
 - (18) 采用电极实时监测平衡系统泄漏；采用电极实时监测平衡系统泄漏；
 - (19) 可使用 10mL、20mL、30mL、50mL 注射器，自动检测注射器型号，具有功能自检和报警系统，支持肝素曲线。
 - (20) 可安装内毒素滤器，实现超纯透析。
 - (21) 设备使用耗材为通用耗材，无专机专用耗材。
 - (22) 内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作 40 分钟以上。
 - (23) 带 KT/V 功能、电子血压计功能；
 - (24) 配置在线血容量监测、在线血温监测和 B 干粉桶装置。

五、商务要求（以采购文件为准）

- 1、付款方式：完成安装、调试、使用培训完成，设备投入正常使用，经验收合格后，由采购人向中标（成交）人支付相应款项。（具体以合同签订时约定为准）
- 2、交货期：合同签订后起至 30 个日历日内交货并完成安装调试、使用培训等工作。
- 3、运输及交货地点：由中标（成交）人负责运送至采购人指定地点，并承担保险及运输费用和安装调试、安全等一切费用。
- 4、验收标准和方式：按照按国家相关标准、采购文件及响应文件，由采购人组织中标（成交）人共同参与下进行验收。
- 5、质保期限及服务：设备安装调试正常运行验收后至少 5 年质保期（含配件和人工费）。设备出现故障时，4 小时内响应，24 小时之内维修人员抵达现场进行维修，提供终身维修服务。（提供承诺函，格式自拟）
- 6、其他要求：
 - 6.1、**本次采购项目须包含负责透析设备安装环境改造并涵盖在所投报价中（提供承诺函，格式自拟）。**
 - 6.2、中标（成交）的价格包含发票、税费、运输、储存、安装调试、使用培训、带教及系统接入等费用及本次招标参数里面提及的相关事项。
 - 6.4、供应商需提供所投产品项目业绩不少于 2 个，供应商提供自有业绩或制造商或制造商有效授权经销商的销售业绩均可。（提供中标（成交）通知书或销售合同复印件加盖供应商公章）。
- 6.3、其他未尽事宜，由采购人与供应商签订合同时约定。

六、评分办法（以采购文件为准）

本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全满足谈判文件实质性要求前提下（通过初步审查），依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审办法。

备注：供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审专家应当将其作为无效投标处理。