

# 采购需求附件

## 第一部分 资格条件

### 一、一般资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织有效的营业执照等证明文件；
  2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经会计师事务所出具的 2024 年财务审计报告或开户银行 2025 年出具的资信证明；
  3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
  4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；
  5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  6. 法律、行政法规规定的其他条件：
- 供应商须承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

### 二、本项目所需特殊行业资质或要求

供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证； 供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证（或医疗器械经营许可备案证明）。

### 三、本项目不接受联合体投标。

## 第二部分 采购清单

### 一、采购内容

| 序号 | 名称                  | 技术参数要求                                                                                                                                                                                                                                 | 单位 | 两年预<br>估量 | 参考拦<br>标单价<br>(元) | 现有使用设备<br>机型                         | 采购<br>类别 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|--------------------------------------|----------|
| 1  | 透析液过滤器              | 用于清除透析液中的细菌、内毒素与不溶性微粒                                                                                                                                                                                                                  | 支  | 40        | 1600              | 贝而克<br>Formula 血液<br>透析机（新机<br>型）    | 阳光<br>采购 |
| 2  | 透析液过滤器              | 用于清除透析液中的细菌、内毒素与不溶性微粒                                                                                                                                                                                                                  | 支  | 60        | 1160              | 贝而克<br>Formula2000<br>血液透析机<br>（老机型） | 阳光<br>采购 |
| 3  | 透析液过滤器              | 1. 超滤系数: $\geq 270\text{ml/h mmHg}$ 。<br>2. 膜: 聚砜膜。<br>3. 外壳: 聚碳酸酯。<br>4. 封口: 聚氨酯。<br>5. O 型圈: 硅。<br>6. 内毒素滞留容量: $\geq 10^\circ \text{ EU/ml}$ 。<br>7. 使用寿命: $\geq 150$ 次治疗。<br>8. 接头: 汉森接头。<br>9. 最大超滤压力: bar。<br>10. 最大跨膜压: 2500mmHg | 支  | 60        | 1000              | 贝朗 Dialog+<br>透析机                    | 阳光<br>采购 |
| 4  | 透析液过滤器              | 用于清除透析液中的细菌、内毒素与不溶性微粒                                                                                                                                                                                                                  | 个  | 180       | 1500              | 东丽 TORAY 透<br>析机                     | 阳光<br>采购 |
| 5  | 血液透析滤过装置<br>（精密过滤器） | 1. 有效膜面积: $\geq 0.6\text{m}^2$<br>2. 纤维根数: $\geq 1000$ 根<br>3. 纤维内径: $\geq 500\mu\text{m}$<br>4. 纤维壁厚: $\geq 150\mu\text{m}$<br>5. 最高使用压力: 150kPa<br>6. 细菌滤除性能: $\text{LRV} \geq 8$<br>7. 内毒素滤除性能: $\text{LRV} \geq 4$                 | 支  | 60        | 1180              | 尼普洛 NCU-18<br>透析机                    | 线下<br>采购 |

|    |              |                                                                                                 |         |       |     |                                                                    |      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------|------|
| 6  | PP 熔喷滤芯      | /                                                                                               | 支       | 100   | 60  | 纯洁血液透析用制水设备<br>CJ-R0II-2500                                        | 线下采购 |
| 7  | 线绕滤芯         | 25 英寸、30 英寸                                                                                     | 支       | 100   | 60  | 25 英寸用于纯洁纯水设备<br>(CJ-RON-600 G)，30 英寸用于纯洁血液透析用制水设备<br>CJ-R0II-2500 | 线下采购 |
| 8  | 等离子交换树脂再生剂   | 10kg/袋                                                                                          | 公斤      | 20000 | 3.7 | 纯洁血液透析用制水设备<br>CJ-R0II-2500                                        | 线下采购 |
| 9  | 水硬度试纸        | 1*50 次/瓶                                                                                        | 瓶       | 20    | 500 |                                                                    | 线下采购 |
| 10 | 水总氯/余氯试纸     | 1*100 次/瓶                                                                                       | 瓶       | 12    | 500 |                                                                    | 线下采购 |
| 11 | 血液透析干粉       | 联机 B 干粉筒                                                                                        | 人份      | 43200 | 20  |                                                                    | 阳光采购 |
| 12 | 血液透析浓缩液      | 2 人份/桶                                                                                          | 桶(2 人份) | 21600 | 20  |                                                                    | 阳光采购 |
| 13 | 一次性使用透析护理包   | 至少包括：手套 2 双、碘伏棉签 8 支、止血球 2 个、创口贴 2 张、棉球 2 个，纱布 4 张，治疗巾 1 张，胶带 8 条、床贴废物袋 1 个                     | 包       | 43200 | 4.8 |                                                                    | 阳光采购 |
| 14 | 次氯酸钠血液透析机消毒剂 | 5L/桶，有效氯含量为 43g/L±6g/L                                                                          | 桶       | 480   | 170 |                                                                    | 线下采购 |
| 15 | 20%柠檬酸消毒液    | 5L/桶，浓度 20%                                                                                     | 桶       | 800   | 245 |                                                                    | 线下采购 |
| 16 | 一次性使用血液灌流器 1 | 主要用于血透室尿毒症患者。（1）材料参数：聚苯乙烯中性大孔树脂（二次交联），粒径为 0.8~1.2 mm，孔径为 4~8 nm，机械强度>8 牛，堆密度为 0.3~0.4 g/mL，包膜材料 | 支       | 3000  | 426 | 血透室所有透析机均可使用（贝而克 Formula 血液透析机（新机型），贝而克 Formula2000                | 阳光采购 |

|    |                   |                                                                                                                                   |   |      |      |                                                         |      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---------------------------------------------------------|------|
|    |                   | 为火棉胶，比表面积>1000m <sup>2</sup> /g。（2）吸附性能参数（体外）：β <sub>2</sub> -MG 吸附率>50%，戊巴比妥钠浓度下降率不低于 85%，肌酐的浓度下降率不低于 60%，维生素 B12 的浓度下降率不低于 95%。 |   |      |      | 血液透析机（老机型），贝朗 Dialog+透析机，东丽血液透析机 TQS-88，尼普洛 NCU-18 透析机） |      |
| 17 | 一次性使用血液灌流器 2      | 主要用于 ICU 重症患者透析用（大容量）                                                                                                             | 支 | 400  | 1710 | 健帆 CRRT, 型号 DX-10                                       | 阳光采购 |
| 18 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 血路容量：188ml±10%。带有一体型的传感器保护器的血液回路导管应能防止交叉污染。泵管的性能：在预定的入口压力范围内 0~33.3kPa (0~250mmHg)，流量相对偏差不应超过 10%。                                | 根 | 1100 | 680  | 健帆 CRRT, 型号 DX-10                                       | 阳光采购 |

说明：

1、品目价格：供应商按中标价格向采购人提供品目，须满足以下情况，情况①：所报耗材属于贵州省阳光采购挂网品目，不属于医院在用品目的，申报价格不得高于贵州省阳光采购挂网价格，且不得高于贵州省内其他公立医院实际供货价格；情况②：所报耗材属于贵州省阳光采购挂网品目与医院在用品目的，申报价格不得高于两者最低值，且不得高于贵州省内其他公立医院实际供货价格；情况③：所申报耗材属于医院在用使用，不属于贵州省阳光采购挂网品目的，申报价格不得高于医院在用价格，且不得高于贵州省内其他公立医院实际供货价格；情况④：所申报耗材既不属于贵州省阳光采购挂网品目的，也非医院在用品目，申报价格不得高于贵州省内其他公立医院实际供货价格。否则，采购人有权立即解除合同。合同期内供应商不得擅自上调供货价格。若特殊原因需要调价，须经采购人同意，并按采购人有关程序办理。

2、购买数量：清单中数量仅为预估量，本合同项下品目采用供应商固定单价按采购人需求供货的形式，具体品目购买数量以采购人订单为准，如采购人对上述品目无需求，可以不向供应商发送订单，不向供应商进行采购。

3、本招标文件中所列的现有使用设备型号，仅要求所投对应产品须与之相匹配，所列型号、技术参数及其性能（配置）仅起功能配置及技术参数说明作用，并非进行投标限制。供应商可提出其他标准、商标或型号，但须保证这些型号要实质上等于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求，以满足采购需求。同时填写技术规格偏离表。

4、如供应商以虚假参数应标或虚假承诺，经核查属实的一律作投标无效处理，并按政府采购法相关规定处理，且采购人有权向有关单位及部门上报纳入政府采购严重违法失信行为记录名单，并终止合同的履行及要求赔偿。

### **第三部分 商务要求**

#### **一、交货期及交货地点**

交货期：2 年，具体根据采购人要求，分批分次进行供货。

交货地点：镇远县（采购人指定地点）。

#### **二、验收标准、规范**

1、符合国家现行有关质量验收规范标准，达到国家现行医疗行业技术标准。

2、供应商保证销售给采购人的耗材产品是近三个月内生产的原厂、原装、全新产品，且符合国家相关标准。

3、采购人在收到供应商交付的货物后应当及时组织验收，验收合格后方可在采购人库房办理验收入库手续。在验收过程中采购人发现厂家品种、规格、数量、质量不符合合同规定的标准或采购人采购计划的，供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。必要时可邀请相关的专业人员或机构参与验收，验收相关费用由中标供应商承担。因产品质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标供应商承担。

4、合同期内，严禁中标供应商擅自更改耗材的品牌、规格、型号等实质性内容，否则采购人有权解除本合同，造成采购人的一切经济损失完全由中标供应商承担，同时采购人保留进一步追究法律责任的权利。

5、产品验收合格后使用，合同期内供应商应无条件为采购人更换已过期产品。

#### **三、售后服务**

供应商应按照采购人的计划和配送要求进行配送并提供伴随服务，一般性采购应在采购人下达月采购计划的 48 小时内供货到位，临时采购计划在规定的时间内供货，急救和特殊采购应在 4 小时内送达。供应商须备足货源节假日照常配送，不得因供货不及时影响采购人或医院正常医疗工作。

#### **四、质保期**

不低于国家及行业质保要求。

#### **五、付款方式**

中标供应商按正常途径供货并按医院相关程序验收合格办理入库手续后，开具符合医院要求的发票，并在医院办理完毕付款审核相关手续付款。具体以双方合同约定为准。

#### **六、其他要求**

1、供应商需保证所提供产品均能与现有使用设备型号相匹配，否则视为虚假应标，采购人有权向有关单位及部门上报纳入政府采购严重违法失信行为记录名单，并终止合同的履行及要求赔偿。

2、目录中的产品如国家或省级有关政策调整（如带量采购等），相关耗材必需按照国家或省级有关政策进行调整执行，采购方库存相关耗材在国家或省级有关政策执行后价格和（或）品牌有变动的，中标供应商需在政策执行前进行调价或退货价处理。

3、本项目网上阳光采购平台为贵州医疗保障公众服务平台。

4、供应商应保证中标后在合同期内，凡是在贵州医疗保障公众服务平台挂网品种的挂网价格，均能按中标价通过厂家确认，并成功签订三方协议和搭建配送关系。否则，采购人有权立即解除合同，并由中标供应商承担因此造成的一切损失。

5、中标供应商销售的耗材如发现 3 次以上不良反应时，采购人应及时通报供应商，同时采购人有权单方面中止该品规耗材购销合同的继续履行，退回剩余耗材，由此造成的所有损失由中标供应商承担。

## 第四部分 评分办法

本项目采用综合评分法。

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，未尽事宜及其他具体内容以最终发布的采购文件为准。