

镇远县人民医院医疗服务与保障能力提升 项目招标文件

(2022 年 7 月 5 日)

项 目 名 称：	镇远县人民医院医疗服务与保障能力提升项目		
采 购 方 式：	公开招标	采 购 类 别：	货物
项 目 编 号：	qdnzfcg20220705004		
采 购 人：	镇远县人民医院		
详 细 地 址：	镇远县		
联 系 人：	曾宪慧	联系电话：	18085548123
代 理 机 构：	贵州千义和招标代理有限公司		
详 细 地 址：	凯里市水木花园 15 栋 4 单元 602 室		
联 系 人：	涂小燕	联系电话：	13985283389

目录

第一部分 专用部分	3
第一章 投标邀请	2
第一节 采购项目概述	2
第二节 货物/服务要求	3
第三节 供应商资格条件	3
第二章 采购清单、技术参数及商务要求	5
第一节 采购清单及技术参数	5
第二节 商务要求	14
第三节 图纸附件（如有）	15
第三章 评标办法及评分标准	16
第一节 评标办法	16
第二节 评分标准	16
第三节 废标条款（针对整个项目/品目）	23
第四节 无效标条款（针对单个供应商）	23
第二部分 通用部分	24
第四章 政府采购程序	24
第一节 发布采购公告	24
第二节 获取采购文件	24
第三节 交纳投标保证金	25
第四节 递交投标文件	26
第五节 开标及资格审查	26
第六节 评标	29
第七节 发布中标公告	32
第八节 质疑投诉	32
第九节 支付代理服务费	33
第十节 签订政府采购合同	33
第十一节 退还投标保证金	34
第五章 政府采购合同	35
第一节 主要条款	35
第二节 拟签订的政府采购合同	36
第三部分 投标文件编制规范	38
第六章 投标文件的编制	38
第一节 编制要求	38
第二节 投标文件组成	38
第三节 投标文件范本	39

第一部分 专用部分

第一章 投标邀请

镇远县人民医院医疗服务与保障能力提升项目 招标项目欢迎潜在投标人在黔东南州公共资源网上交易系统 (<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>) 获取采购文件, 并于 2022 年 07 月 29 日 13 点 20 分 (北京时间) 前在黔东南州公共资源网上交易系统 (<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>) 递交投标文件。

第一节 采购项目概述

一、项目概述

项目名称: 镇远县人民医院医疗服务与保障能力提升项目

二、资金来源

本项目资金来源为财政资金。项目采购预算为: 280 万元。

三、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

四、采 购 人

名 称: 镇远县人民医院 地 址: 镇远县

联系人: 曾宪慧 联系电话: 18085548123 电子邮件:

五、代理机构

名 称: 贵州千义和招标代理有限公司

地 址: 凯里市水木花园 15 栋 4 单元 602 室

联系人: 涂小燕 联系电话: 13985283389 电子邮件:

第二节 货物/服务要求

一、货物范围

- 1、本项目采购的货物/服务来源范围要求为中国境内合法生产商、经销商提供的服务/货物。
- 2、本项目部分产品接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。
3. 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
- 4、如果因信息不对称等原因, 仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的, 采购人、采购机构不得对其加以限制, 仍将按照公平竞争原则实施采购,

二、货物/服务质量标准

本项目执行的规范或标准须符合本项目招标文件要求及国家标准、行业标准。

第三节 供应商资格条件

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条, 供应商按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求提供资料:

(1) 投标人具有有效的工商营业执照, 组织机构代码证副本, 税务登记证副本(或三证合一的营业执照);

(2) 提供 2021 年度财务审计报告或提供开标前任意一个月的财务报表或基本开户银行出具的资信证明;

(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力原件(投标人自行承诺即可);

(4) 依法缴纳税收开标前任意 3 个月完税证明和社会保障资金开标前任意 3 个月社保缴纳证明的相关材料;

(5) 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有违法违规记录声明;

(6) 法律、行政法规规定的其他条件: 采购人或采购代理机构根据财库[2016]125 号《关

于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定进行查询，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动；（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））；

（7）1. 提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料。 2. 进口设备必须有设备制造商（或其中国境内合法代理商）出具的针对本项目的专项且唯一合法授权书。

（8）投标人法定代表人身份证明或法人授权书；

（9）其他补充事宜

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定本项目是否专门面向中小企业采购：是

2. 本项目属于专门面向中小企业采购，供应商需属于中小企业方可参与本项目采购活动。

3. 供应商需提供中小企业声明函（格式附后），不提供中小企业声明函的视为不属于中小企业，拒绝投标。

二、本项目所需特殊行业资质或要求（无）

三、本项目 不接受 联合体投标

注：1、本项目采用网上获取文件。注册入库需知：尚未注册入库的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）(<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>)，点击“统一注册平台”进行信息入库注册（信息入库咨询电话08558685619/8685617），信息入库核验通过后，办理CA数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）开展招投标及竞买业务。本项目不接受现场获取文件，如因未注册而导致不能参加本项目获取文件的交易主体，后果自行承担。2、该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，方式为线上递交（具体递交方式详见采购文件），请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具下载地址：

https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0903&ZtbSoftType=DR&_dialogId_=6F97D351-8DF7-4B3D-9C5E-482919E0095D&_winid=w8466&_t=701593 3、制作投标文件操作手册地址：

https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0912&ZtbSoftType=tballinclusive&_dialogId_=F63D00FD-A0F5-45A6-80FF-07F8DDA140E0&_winid=w8466&_t=378100；4、本项目采用不见面开标，供应商不需到达开标现场，于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅操作指南》的要求确保自己的电脑环境、CA锁、网络等状况良好，按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配备不齐或网络故障等原因，导致未能完成在线签到、在线解密，未能通过资格审查的，由供应商自身承担相关后果。5、供应商应及时登录“黔东南州公共资源交易网办事指南一下载中心”学习“远程不见面开标”操作视频，并提前做好有关设备配置安装调试工作，技术部电话0855-8685651。

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

1、投标人须在投标文件中注明投标货物的技术指标等内容。

2、投标人应注意投标的风险，认真阅读和理解招标文件，本招标文件中所列明或推荐的型号、技术参数、图片及其性能仅起功能配置及技术参数说明作用，并非进行投标限制。投标人可提出替代标准、商标或其他型号，并逐项作出说明，但供应商须保证这些替代的型号要实质上等于或优于参考型号及其技术参数要求，以满足采购需求。同时填写技术规格偏离表。

3、如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术规格偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明投标人没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该投标将被视为无效投标。

4、若用户验收时发现某一货物中存在虚假应标情况，应拒绝支付合同货款，并追究相应的法律责任。

5、详细技术参数:

一、等离子双极电切电凝系统

序 号	产品名称	数 量	规 格、性能和技术参数
1	等离子双极电切电凝系统 (包括: 等离子主机、电切内窥镜、双极电极、脚踏开关)	1 套	
*1.1	电切内窥镜	1 套	可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品。
1.1.1	内窥镜	1 支	30° 4mm×302mm 高清 (HD) 内窥镜, 目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面, 无腐蚀性, 可高温高压消毒: 18 分钟 134°。
1.1.2	被动式操作器	1 个	被动式, 新型人体工程学被动式工作手件, 前操控手柄可同时四手指抓握, 从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜, 与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态, 可提高操控性, 减少操作疲劳
1.1.3	外鞘	1 支	26Fr 设置进、出水通道和控制开关
1.1.4	内鞘	1 支	24Fr 可 360° 旋转
1.1.5	闭孔鞘芯	1 支	--
1.1.6	冲洗接头	1 个	--
*1.1.7	内鞘进水接头	1 个	遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水, 实施单鞘手术。
*1.2	专用双极电极 (双极环状电极)	2 支	大环或粗环可选, 电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类为III类的医疗产品, 要求与等离子主机为同一厂家生产产品, 单环状自带正负极, 电极与导线一体式双极电极。
*1.2.1	专用双极电极 (多形状电极)	--	具有多种手术配套用的双极电极, 包括环状、铲状 (犁形)、杆状、针状、钩状、电凝钩 (腹腔镜用) 等, 其中杆状和针状需满足 270mm、330mm、570mm 三种规格长度。
1.3	双踏板脚踏开关	1 个	双踏板
1.4	等离子体功率源	1 台	

*1.4.1	具有等离子双极电切和电凝的手术功能。注册证产品名称应明确标称为含等离子双极电切的产品名称。
*1.4.2	额定输出频率 370KHz~ 400KHz, 5 种切割模式下额定负载 $150\Omega \pm 10\Omega$, 最大输出功率 $200\text{ W} \pm 40\text{ W}$, 凝血模式下额定负载 $100\Omega \pm 10\Omega$ 最大输出功率 $100\text{ W} \pm 20\text{ W}$
*1.4.3	工作状态显示为 LCD 液晶屏显示, ≥ 5.6 吋, 多界面可同时显示: 动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。
1.4.4	具有自动识别不同代码(不同功能)双极电极的功能, 并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率, 无需手调, 并可增减与显示。
*1.4.5	符合高频手术设备安全要求 GB9706.4-2009, 符合内窥镜设备专用安全要求 GB9706.19-2000。
1.4.6	具有超负荷保护装置, 当遇到过载时停止输出同时屏幕提示中文显示“过载”或英方显示“over current”字样。
*1.4.7	具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。
*1.4.8	具有电极安装状态显示(未接上电极时显示闪烁)。
*1.4.9	可使用大环和粗环的有效功能。具有电切镜模式生理盐水环境下组织切割与凝血功能; 腹腔镜手术模式下腹腔镜手术和开放手术双极电凝功能。

二、设备名称：小儿输尿管硬镜（7Fr）进口

1、设备名称：小儿输尿管硬镜（7Fr）

2、设备数量：1 套

3、技术参数：

1)、*镜体外径：7Fr，6°，工作长度 43cm。头端 6.5Fr.，镜身外径 7Fr.-9.9Fr.，镜身逐渐增粗。可高温高压消毒。斜目镜，内置光纤，两侧灌注通道，4.8Fr.工作通道，最大可使用 4Fr.器械。

三、角膜地形图仪及眼表干眼综合分析仪

1 角膜地形图

1.1 数据采集方式：大 Placido 圆锥盘

1.2 测试环数：24 环

1.3 测量点数：6144

1.4 角膜覆盖范围(43D)：0.2mm~10mm

1.5 屈光度测量范围：1—100D

1.6 提供轴向曲率图、切向曲率图、屈光力图、高度图

1.7 SimK，子午线 K 值，主子午线 K 值

1.8 提供角膜散光及轴向

1.9 提供水平可见虹膜直径

1.10 前表面圆锥角膜分析功能

1.11 角膜像差泽尼克分析

1.12 MTF 函数

1.13 角膜视觉质量分析功能，模拟病人观看 ETDRS 视力表情况

1.14 提供角膜接触镜适配软件

1.15 角膜自动分类功能，类别：圆锥角膜，疑似圆锥角膜，正常角膜，异常角膜

1.16 高级高度拟合功能：球面拟合，非球面拟合，Toric 球面拟合

2 干眼检查

2.1 非侵入式泪液稳定度分析，提供非侵入式泪膜破裂时间：NIF-BUT，NIAvg-BUT，提供泪液破裂图和破裂过程回放视频。

2.2 睑板腺红外透射技术照相

2.3 量化分析睑板腺丢失率百分比，并给出丢失级别分级

2.4 泪河高度测量

2.5 脂质层干涉法拍摄

2.6 结膜充血拍摄

3 其他

3.1 静态瞳孔直径拍摄，提供 40lux，0.4lux 光强照射，拍摄瞳孔直径。

3.2 动态瞳孔直径拍摄，拍摄瞳孔扩张曲线。

四、脑干听觉诱发电位技术指标及参数

1、主机参数

*1.1、电压灵敏度：0.05uV/div 到 10mV/div 分档控制

1.2、电压灵敏度误差： $\leq \pm 5\%$

1.3、频率范围：0.5Hz~10kHz，电压测量误差+5%~-15%

1.4、扫描时程：1ms/div 到 200ms/div 分档控制

1.5、共模信号抑制能力： $\geq 100\text{dB}$ （患者电缆输入端，50Hz）

1.6、输入阻抗： $\geq 500\text{M}\Omega$ （患者电缆输入端，50Hz）

1.7、噪声电压：0.6 μV （ms，1Hz~2kHz）

1.8、A/D 分辨率：24 比特

1.9、采样率： $\geq 200\text{kHz}$

*1.10)、定标测试：可通过定标信号输入和输出进行设备信号通路的硬件诊断检测。

1.11)、整机采用一体化设计，可选择台式和便携式两用，方便床旁检查。

2、声刺激参数：

2.1、最大 Click 声强： $125\text{dB}-135\text{dB}$ (SPL 峰值)，声音包括 Click 声、交替声、短纯音等

2.2、刺激极性：疏波，密波，交替波

2.3、最大白噪声声强： $105-115\text{db}$ (SPL 峰值)

2.4、最高触发频率： $70\text{Hz} \pm 5\%$

2.5、频发频率误差： $\leq \pm 5\%$

3、软件项目及功能：

1、听觉诱发项目（可用于客观听力测试；耳蜗、听神经、脑干等通路的损伤诊断和评估；听觉大脑自动加工功能和认知功能评估）：

1.1 脑干听觉诱发电位（BAEP）

1.2 脑干听阈测试（AEPT）

1.3 40Hz 听觉诱发（SSEP）

1.4 听觉中潜（MLEP）

1.5 听觉长潜（LLAEP）

1.6 耳蜗电图

1.7 微音器电位

1.8 听觉 P50

1.9 听觉 P300

可自定义听觉诱发项目

2、项目导航功能：软件具备检测项目导航功能。

3、阻抗测试功能：软件具备阻抗测试功能。

4、优化叠加功能：听觉诱发在叠加结束后可对所有参与的波形再次进行不同算法的优化叠加功能。

5、干扰波去除功能：听觉诱发项目在叠加完成后，可以调出所有参与叠加的单次波形，并可以选择任意单次波形不参与叠加计算。

4、配置要求

1)、产品应符合 GB9706.15-2008《医用电气设备 第一部分：安全通用要求 1. 并列标准：医用电气系统安全要求》的要求。

*2)、产品的电磁兼容性要求应符合 YY0505-2012《医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》和 YY0896-2013 的要求。

五、睡眠监测系统（1 套）进口

1、睡眠监测仪

1.1、导联数 ≥ 35 导：EEG/EOG/EMG/ECG、压力式气流、热敏式气流、鼾声、腹部运动、胸部运动、脉搏、脉搏波、体位、血氧饱和度、DC 直流扩展通道等。

1.2、采样精度 ≥ 24 位，采样频率 $\geq 8000\text{HZ}$ 。

1.3、配有高频鼾声声音传感器，可清楚记录鼾声声音信号。

1.4、5 号标准电池供电，内置电池电量检测功能。

1.5、可连续记录患者 72 小时以上的数据信息。

1.6、多重无线通讯技术，低功耗蓝牙加 WIFI 设计，保证数据安全稳定传输。

1.7、设备具有生物感应启停功能，连接血氧信号后即可开始数据记录及存储。

- 1.8、设备使用的胸腹运动传感器，可不受患者体位、电极安放位置的影响，精确探测患者每次呼吸情况。
- 1.9、机器内置 3D 体位及活动度传感器，减少病人佩带的导联数亦可精确探测患者五种体位；活动度传感器可以判断患者是否处在睡眠状态，避免出现诊断结果的“假阴性”。
- 1.10、内置 DC 直流输入通道，可无缝连接呼气末二氧化碳及一体压力滴定呼吸机。
- 1.11 主机内置高分辨率屏幕，可实时显示信号波形、信号质量评估及信号状态。
- 1.12、内置压力传感器及配备金属鲁尔接头，容易连接且不易损坏。
- 1.13、全中文软件，导航式操作界面，方便易用。
- 1.14、全自动/手动分析呼吸生理事件及睡眠结构。
- 1.15、无需佩带任何气流传感器，通过软件可获取气流信号（XFLOW），适用于气流传感器脱落无法获取气流及儿童和特殊人群的睡眠监测。同时可获取用于肺功能评估的 XSum（模拟潮气量）监测指标。
- 1.16、软件内置 CPC 心肺耦合分析模块，可通过选配此模块快速分析睡眠呼吸暂停及睡眠结构信息。
- 1.17 连续无创血压 PTT 信号通道；反应夜间血压变化趋势。
- 1.18、手动添加自定义文字、语音事件，可自定义分析事件标准。
- 1.19、具有呼吸流量环及相位分析技术，并可直接显示 RMI（呼吸性能不稳定指数）具体数值及报告，直观反映上气道阻力情况。
- 1.20、各导联信号颜色及位置均可自行调整，亦可保存为模板，方便调用。
- 1.21、事件统计模块可快速查找统计各类睡眠事件。
- 1.22、各种数据、图形及事件均可方便打印及支持其他格式输出。
- 1.23、内置多种报告模板，自定义中英文报告模板。

2、四套

脉搏血氧仪

功能：睡眠呼吸暂停综合征（OSAHS）人群的初筛

技术参数

操作系统	安卓
血氧	检测范围：35%-100% 检测精度：±2% 80%-100% ±3% 70%-79%
脉率	范围：25-250BPM 精度：±2bpm 分辨率：1bpm
蓝牙	支持 蓝牙 3.0 和 蓝牙 4.0
使用寿命	超过 10000 次
开关	开启电源即可使用
工作电压	D.C. 3.4V~D.C. 4.3V
操作环境	温度：5℃ - 40℃ 相对湿度：15% - 80% 空气压力：86Kpa - 106Kpa

六、认知障碍康复评估训练系统

1、认知障碍康复评估训练系统有已登记病人信息修改，有利于之前病患下次康复训练使用。

2、认知障碍康复评估训练系统包括病历管理、诊断筛选、康复训练、存盘记录、系统简介模块。

3、病历管理

3.1 包括病例登记、病例修改、病例记录、病例查询四大功能。

3.2 六种病例查询方式。

4、诊断筛选

4.1 诊断筛选包括 5 大部分：按指令点击、听指图、听指数字、听指计算、事件推理 5 部分诊断并得出诊断结果。

4.2 诊断结果可在病例管理查看，打印。

5、康复训练

5.1 认知康复平台：通过对语言能力、配对记忆、注意力分类、结构能力、计算能力、记忆能力、推理能力和语言能力等 8 种方式进行训练。

7、采用通过专利新型电脑台车装置，并配备品牌电脑

*8、软件系统配有自动存盘恢复数据功能。

9、电脑配置清单不低于以下配置

CPU：amd1.4 双核；内存：2G；硬盘 500G；驱动 DVD；19 寸液晶显示器

10、工作条件

- a) 环境温度：+5℃～+40℃；
- b) 相对湿度：30%≤相对湿度≤75%；
- c) 大气压力范围：700hpa～1060hpa；
- d) 使用电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz；

硬件配置如下：

单屏：处理器 CPU：酷睿 I5 10500

运行内存： 8GB

独立显卡： 2GB

固态硬盘： 240G

显示器：30 英寸 IPS 曲面屏 分辨率 2560*1080。

电脑台车尺寸：1425±5*934±5*829±5

另配有黑白激光打印机，麦克风扬声器，高端无线鼠标键盘，万向显示器支架。

双屏：处理器 CPU：酷睿 I5 10500

运行内存： 8GB

独立显卡： 2GB

固态硬盘： 240G

主显示器：21 英寸 分辨率 1920x1080。

触摸屏： 21 英寸 分辨率 1920x1080。

万向双屏显示器支架

电脑台车尺寸：1425±5*934±5*829±5

另配有黑白激光打印机，麦克风扬声器，高端无线鼠标键盘。

七、手功能康复训练与评估系统

1、功能参数

1.1、气动驱动，多通道同时多人使用，气动手套可实现 1S 快速插拔。

1.2、治疗时间可任意调节，智能屈伸 10 档独立可调。

1.3、手控训练模式，方便患侧手完成早期任务导向训练。

1.4、十多种训练模式，包括智能被动训练、镜像训练、功能训练、语音声控、助力训练、抗阻训练、手腕训练、脚踝训练等；训练强度可调，可选择左右手。

*1.5、具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛。力量评估模式，患者进行力量评估训练。

1.6、精细化分指被动训练，可进行单个手指屈伸训练，可任意几个手指组合进行屈伸训练，可完成十余种动作。

1.7、创新式镜像训练，健侧带动患侧训练，采用穿戴式数据手套，可精细化完成二十多种动作。

1.8、场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景动画并伴有语音引导。

*1.9、助力训练，气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作。训练强度高低可调。

1.10、主动康复训练，含原创主题动画训练，主动屈伸模式可选，游戏难度三档可调。

1.11、功能训练模式，均可设置抓球训练、二指捏骰、三指捏块等场景动画并伴有语音引导；

*1.12、语音声控模式，内置智能语音识别模块，患者说出手张开、手握紧、二指捏、三指捏等，实时采集并识别患者语音指令，执行相应动作，可进行言语训练和手功能康复训练。

1.13、抗阻训练模式，训练强度可调。

*1.14、8 寸液晶触摸屏，并配有 8 个实体按键，配有可拆卸锂电池，便携式小巧机身、主机重量 3.3KG。

1.15、有多种尺寸手套（包括儿童版）供选配。

2、性能参数

2.1、运行速度范围 $90^{\circ} \sim 150^{\circ} /s$ ；

2.2、主机输出压力：负压： $-90kPa \sim -60kPa$ ，正压： $100kPa \sim 130kPa$ 。

2.3、康复手套四指活动范围 $0^{\circ} \sim 270^{\circ}$ ，大拇指活动范围 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ ；

2.4、手长范围 $8 \sim 22cm$ 。

3、工作条件

a) 环境温度： $5 \sim 40^{\circ}C$ ；

b) 相对湿度： $\leq 80\%$ ；

c) 使用电源电压： $100V \sim 240V$ ， $50Hz/60Hz$ 。

八、中频治疗仪

1、额定输入功率：270VA.

2、使用电源：交流电压 $220V \pm 22V$ ，频率 $50Hz \pm 1Hz$ 。

3、尺寸（允差 $\pm 20mm$ ）：长 505mm，宽 540mm，高 900mm。

*4、显示方式：数码显示。

*5、输出通道：八路中频加透热输出、八路离子导入直流输出、四路干扰电输出。

*6、中频频率为 $1kHz \sim 10kHz$ ，单一频率允差 $\pm 10\%$ 。

7、调制频率为 $0 \sim 150Hz$ ，单一频率允差 $\pm 10\%$ 或 $\pm 1Hz$ 取大值。

*8、为方便临床治疗中频载波波形具有：双向方波，脉宽 $50\mu s \sim 500\mu s$ ，允差 $\pm 10\%$ 。

调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差 $\pm 5\%$ 。

11、干扰电性能：

工作频率：4kHz，允差 $\pm 10\%$ 。

调制频率：0.125Hz，允差 $\pm 10\%$ 。

差频频率范围： $0 \sim 112Hz$ ，允差 $\pm 10\%$ 或 $\pm 1Hz$ 取较大值。

调幅度：0%、100%，允差 $\pm 5\%$ 。

差频变化周期：5.5s、32s，允差 $\pm 10\%$ 。

*12、为方便临床治疗需要具有 100 个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。

13、中频输出电流：在 $500\ \Omega$ 的负载下，每路输出电流不大于 100mA。输出强度分 0~99 级可调。

14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。

15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过 500V。

16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行 10min 后再短路运行 5min，治疗仪应能正常工作。

*17、电极板温度： $38^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ ，分 6 档可调，允差 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 。

18、离子导入输出直流电流：在 $500\ \Omega$ 的负载下，每路输出电流不超过 50mA，分 0~99 级可调。

19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。

*20、治疗时间已在处方中，根据处方不同为 20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差 $\pm 1\text{min}$ 。

产品适应症

该产品对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎肩盘突出症、退行性骨性关节炎、风湿性关节炎、类风湿关节炎、损伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩具有消炎和镇痛作用；对肌炎、骨折延迟愈合具有改善局部血液循环和促进炎症消散的作用；对废用性肌萎缩、尿潴留、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍具有兴奋神经肌肉的作用。

九、低频脉冲痉挛肌治疗仪

治疗原理：

低频脉冲痉挛肌治疗仪可输出低频脉冲电流，分别刺激患者的痉挛肌和对抗肌，使二者交替收缩，通过交互抑制使痉挛肌松弛，并提高拮抗肌的肌力和肢体功能。

技术参数:

- 1、两组四路脉冲输出。
- 2、液晶显示，方便查看。
- 3、立式设计，移动方便。
- 4、支持三种电极，治疗多样化，适用不同部位。
- 5、设备配有储物空间。
- 6、交流电压 $220V \pm 22V$ ，频率 $50Hz \pm 1Hz$ 。
- 7、额定输入功率：150VA。
- *8、输出脉冲周期为 $1s \sim 2s$ 可调，级差 $0.1ms$ ，允差 $\pm 20\%$ 。
- *9、输出脉冲宽度为 $0.1ms \sim 0.5ms$ 可调，级差 $0.1ms$ ，允差 $\pm 30\%$ 。
- 10、显示方式：液晶显示。
- *11、输出波形：矩形波。
- 12、治疗仪在 500Ω 的负载电阻下，每路输出电流的有效值不大于 $50mA$ 。
- 13、每组输出的两路输出电流交替输出，两路之间的延时时间可调。
- 14、延时时间：每组输出的第二路输出比第一路输出延时时间为 $0.1s \sim 1.5s$ 可调，允差 $\pm 20\%$ 。
- 15、误调指示功能：延时时间必须小于脉冲周期，即 $T1$ 不能大于 T ，否则按“启/停”键，治疗仪不会有输出，而且显示屏上 $T1$ 的下方还会增加一条误调指示“ $T1 > T?$ ”表示发生误调。
- 16、治疗定时时间分为 $5min$ 、 $10min$ 、 $15min$ 、 $20min$ 、 $25min$ 、 $30min$ 六档可调，每档时间允差 $\pm 10\%$ ，治疗时间结束有峰鸣器提示声，并停止输出。
- 17、内有 6 个机内处方，10 个自定义处方可供选择。
- 18、具有负压装置，吸附负压调节范围： $0 \sim -40KPa$ 连续可调，允差 $\pm 10\%$ 。
- 19、输出端开路时，输出电压峰值应不大于 $500V$ 。
- 20、单个脉冲最大输出能量不超过 $300mJ$ 。
- 21、两组四路脉冲输出，可以同时治疗两个病人或者一个人的两个部位。

产品优势：两组四路脉冲输出；电极采用吸附碗内置电极固定，主机内置微型负压泵，吸引压力大小可调，噪音小，使患者治疗过程中更加舒适并具有拔罐作用；内有多个机内处

方，可自定义处方可供选择； 脉冲周期、宽度、电流强度可连续调节；治疗时间可调。

适应症：适用于中风后遗症出现肌肉痉挛患者的辅助治疗。

十、亚低温治疗仪技术参数

1、技术参数

应用范围：适用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

2 工作条件

2.1 功率： $\leq 800\text{VA}$

2.2 环境温度： $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。

2.3 相对湿度： $\leq 90\%$ 。

3 主机参数

3.1 系统语言：中文

3.2 加压冷敷参数：

*3.2.1 采用航天级半导体制冷技术，全自动温控。

3.2.2 制冷温度在 $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 之间，可调。温度显示误差： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。

3.2.3 空载降温：环境温度为 25°C 时，降低至最低设定温度 10°C ，时间： $\leq 30\text{ min}$

*3.2.5 体温传感器检测范围为 $28^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$ ，允差： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。

3.2.6 工作压力： 13kpa ，允差 $\pm 10\%$ 。

*3.2.7 冰袋：为高分子医用材质，对人体无过敏，可透射 X 线。需有医用冰袋注册证。

*3.3 音乐治疗功能

*3.3.1 康复治疗名曲 10 首，循环播放。

*3.3.2 音量 0~9 级，可调。

3.4 工作时间：定时范围为 0~240min，调整级差为 5min，定时允差±5%。

3.5 正常工作时，噪音≤60dB(A)。

3.6 主机尺寸：

长：427~472mm

宽：446~493mm

高：845~934mm

3.7 其他功能

3.7.1 体温传感器检测温度高于 40℃或低于 36℃时会有“滴滴”的蜂鸣提示音。

3.7.2 当水位低于水箱预警线时，水位浮球自动断开，有“滴滴”蜂鸣声报警，同时“缺水”红灯闪烁提示。

3.7.2 各连接位置应能承受 20N 拉力而无开脱，正常工作时应无泄漏。

3.7.3 部分配件采用国外进口配件。

3.7.4 产品具有 ISO13485、ISO9001 质量体系认证证书。

十一、便携式多普勒超声诊断仪

1、设备名称：便携式多普勒超声诊断仪，系统技术规格及概述：

- 1.1. *≥15 英寸无缝纯平投射式电容屏
- 1.2. *机器内置 3 个可激活探头接口
- 1.3. ≥4 个 USB 3.0 接口
- 1.4. 数字波束增强器
- 1.5. 多倍波束合成
- 1.6. 二维灰阶模式
- 1.7. 组织谐波成像模式
- 1.8. 宽带频移谐波
- 1.9. 组织特异性成像
- 1.10. 频率复合成像

- 1.11. 空间复合成像
- 1.12. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
- 1.13. 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒
- 1.14. 组织多普勒成像
- 1.15. 解剖 M 型模式
- 1.16. *扩展成像（要求凸阵、线阵可用）
- 1.17. *一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括 ROI 框位置、角度自动改变）
- 1.18. *支持锁屏功能
- 1.19. *自动唤醒功能
- 1.20. *智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点数量、切换检查模式等
- 1.21. 支持手动触摸屏上包络测量
- 1.22. *支持手势操作，图像调整、测量和注释、图像浏览
- 1.23. *穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头（特别在经皮肾穿刺中效果凸显）
- 1.24. 支持磁影技术单元，基于磁场感应技术，通过提示探头与穿刺针空间位置关系的俯视投影图、磁场信号强度、带刻度标尺的引导延长线等图标，能够实时引导、提示针体与针尖位置
- 1.25. 实时宽景成像单元
- 1.26. 可支持 DICOM 3.0
- 1.27. 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导。
- 1.28. *支持智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯

2. 测量/分析和报告

2.1. 常规测量

距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

2.2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

2.3. 全科测量包，自动生成报告

急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

3. 电影回放和原始数据处理

3.1. 所有模式下可用

3.2. 支持手动、自动回放

3.3. *支持同步存储(支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JEPG 单帧，电影文件包括：AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

3.4. *支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持 ≥ 4 个功能的输出。

4. 检查存储和管理（内置超声工作站）

4.1. 检查存储

* $\geq 120\text{GB}$ SSD 硬盘、内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

4.2. 检查管理

专用于病人信息管理

5. 系统技术参数及要求

5.1. 主机重量 $\leq 6.2\text{Kg}$

5.2. 机器内置可激活探头接口 3 个

5.3. ≥ 4 个 USB 3.0

5.4. 二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， $A/D \geq 12 \text{ bit}$

接收方式：发射、接收通道 ≥ 1024 ，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度 ≥ 512 超声线

发射声束聚焦：发射 ≥ 8 段

扫描频率：

电子凸阵：超声频率范围 1.0– 5.7 MHz

电子线阵：超声频率范围 3–11MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

*最大显示深度： $\geq 39\text{cm}$

*动态范围： ≥ 230

增益调节：B/M/D 分别独立可调， ≥ 100

伪彩图谱： ≥ 8 种

5.5. 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

*取样框偏转： $\geq \pm 30$ 度（线阵探头）

最大帧率： ≥ 364 帧/秒

5.6. 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW, B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW 等等

显示控制：反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等

最大速度： $\geq 8.89\text{m/s}$ （连续多普勒速度： $\geq 37.35\text{m/s}$ ）

最小速度： $\leq 0.5\text{mm/s}$ （非噪声信号）

取样容积：0.5-20mm

偏转角度： $\geq \pm 30$ 度（线阵探头）

零位移动： ≥ 8 级

6. 外设和附件

6.1. 台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC 电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）

6.2. *自动电源卷线器

6.3. *支持机器防盗锁控制

6.4. 可选配桌面支架

6.5. 可选配墙面支架

7. 售后服务及其他

7.1. 主机质保期： ≥ 3 年

十二、微波治疗机(肛肠专用)

1、 输入电压： AC 220V $\pm 22\text{V}$ （ 50Hz）；

*2、 工作模式： 连续模式、脉冲；

3 、 工作频率： 2450MHz ± 50 MHz ；

4 、 输入功率： $\leq 400\text{VA}$ ；

*5 、 输出功率： 0W~40W 连续可调（匹配负载 50 Ω ）；

6 、 工作时间： 0min~30min 连续可调；

*7 、 穿透深度： 12.5cm；

8 、 微波泄漏： $\leq 0.2\text{mW}/\text{cm}^2$

9 、 工作温度： $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ；

10 、 重 量： $\leq 40 \text{ Kg}$ ；

11、外形尺寸： 740mm×680mm×990mm (±50mm)；

*12 、 采用同心同轴电缆

*13、磁控管发生器偏心输出装置；

*14、 座椅式设计，

15、 采用双层屏蔽，安全可靠；

16、 隔衣裤治疗，不直接接触及皮肤，有效预防交叉感染。

注：供应商报价应包含运输、装卸、税费、使用培训等费用。

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：签订合同后 90 日历天内安装完毕并交付使用（如有调整，按采购人要求执行）

交货地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范

验收标准：根据采购文件和合同规定的条款及其他要求，对成交供应商提供的产品进行验收，数量和质量进行现场验收，并出据验收报告。

三、质保期

(1) 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

(2) 供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

四、售后服务

1、除产品质保期另有规定外，质保期为 1 年，质保时间自验收合格并交付使用之日起计算。一旦发生质量问题，供应商保证 1 小时响应，4 小时到达现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知 4 小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

2、若安装调试过程对原建筑或原成品产生破坏，由该供应商负责修补复原。

3、所有更换部件为原产配件

五、付款方式

设备安装调式使用正常、验收合格后支付设备款 60%，验收合格后付剩余 40%，具体在合同中约定。

六、履约保证金

签订合同时中标人向采购人交纳合同价款 5%的履约保证金，具体合同中约定。

七、投标有效期

投标截止之日起 60 日历天

八、其他要求

无

第三节 图纸附件（如有）

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。

二、评分标准

1. 符合性审查表：由评标委员会负责。

一、符合性审查表

项目名称：

项目编号:

评标地点: 黔东南州公共资源交易中心评标室

2022. X. X

序号 号	供应商名称			供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
	检查要求						
1	商务符合性	交货期及交货地点	是否满足				
2		验收标准、规范	是否满足				
3		质保期	是否满足				
4		售后服务	是否满足				
5		付款方式	是否满足				
6		履约保证金	是否满足				
7		投标有效期	是否满足				
8		其他要求	是否满足				

二、无效标检查

1	无效标检查	按本项目采购文件无效标条款规定, 审查是否通过				
---	-------	-------------------------	--	--	--	--

评分细则

名称	考核项目	评分标准	
报价部分 (30)	投标 报价	即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100。 注：价格扣除标准： ①对小型和微型企业服务的价格给予 10%的扣除； ②参加政府采购活动的小微型企业服务，须提供制造商的《中小微型企业声明函》才能给予价格扣除； ③投标报价得分结果保留二位小数，三四位小数四舍五入。	0-30 分

技术部分（50分）	技术参数响应情况（50分）	1. 技术指标全部符合招标要求得 50 分。 2. 未标注“*”号的一般性技术参数每有一项不能满足或不能完全满足招标要求的，每一项减 2 分，最多扣 20 分。 3. 标注“*”号的重要性技术参数每有一项不能满足或不能完全满足招标要求的，每一项减 3 分，最多扣 27 分。 4. 所有参数需列出技术证明材料（技术白皮书、厂家（或区域授权经销商）盖章的参数确认函、产品彩页、产品检验报告等）以上其中二种予以佐证。 注：技术证明材料以第三方检测机构出具的投标产品检测报告或生产厂家公开发布的投标产品宣传彩页或中文版技术白皮书为准，并加供应商公章。（若第三方检测机构出具的检测报告与产品生产厂家公开发布的印刷资料或技术白皮书不一致，以官方检测机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准。） ， 提供原件电子件制作上传至电子投标文件，不提供 0 分。	本项最高分为 50 分
商务部分（20分）	售后服务 15 分	1、根据供应商提供的售后服务方案，包括服务技术人员配置情况、售后服务网点、服务响应时间、备品备件储存量和售后服务计划完善合理等方面评分： 1).售后服务内容完善、响应及时，符合项目需求得 6-10 分； 2).售后服务内容较完善、符合项目需求得 3-4 分； 3).售后服务内容基本符合项目需求得 1-2 分。 2、质保及售后：1)投标人应具有完善的售后服务体系。在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后 1 小时内作出回应，并在 4 小时内派维修人员到达买方现场实施维修，服务完毕后须经用户签字确认后方可离开；投标人承诺向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务；负责供货（送货至合同指定地点）、安装、调试及售后服务；负责将货物的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等交付采购人。投标商应在投标文件中详细说明其服务计划，并可承诺售后服务的优惠条件。（得 2 分）	本项最高分为 15 分

		2)质保期（所有产品）满足招标文件要求的基础上得 1 分，增加一年加 1 分，最多得 2 分。（以厂家或制造商售后服务承诺书为准，未提供不得分） 3、培训：投标人承诺向采购方操作人员提供操作及免费技术培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。（得 1 分）	
	产品授权 5 分	供应商提供所投产品的制造商授权书得 5 分，提供原件电子件制作上传至电子投标文件，不提供 0 分。	本项最高分为 5 分
政策加分 (5 分)	1、根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定。 ① 少数民族自治州：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区； ② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。 2、据黔财采〔2014〕15 号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。		
总分（共 105 分）=报价分+技术分+商务分+政策加分			

3. 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} (30\%) \times 100$$

4. 落实相关政府采购政策

支持中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型和微型企业产品给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批

准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。价格扣除只针对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

鼓励节能环保政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加0.5分，最高不超过2分。

支持少数民族地区产品政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

其他：按照《关于将国产密码应用措施等条款落实到政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2017〕6号）文件、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件执行。

5. 价格分值计算表：

价格分值计算表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心 评标室

202X. X. X

序号	供应商名称	投标报价(元)	中小企业给予 10%价格扣除后报价(元)	评标基准价(元)	价格分值	得分
1	<u>小微企业</u>					
2	非中小企业					
3						
4						

注：中小企业价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

评审专家（签字）：

6. 评分汇总表

评分汇总表

项目名称：

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

202X. X. X

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
贵州省综合评标专家库专家					

采购人 代 表					
总 分					
平均分					
排 序					

评审专家（签名）：

采购人代表（签名）：

第三节 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

第四节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
4. 投标联合体未提交联合投标协议的；
5. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
6. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；

7. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
8. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
9. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（两家及以上供应商所投产品为同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额 60%及以上的，适用本项规定）
10. 未交纳投标保证金的；
11. 投标有效期不满足采购文件要求的；
12. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

二、更正公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关更正公告。供应商须关注贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）更正公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的更正公告。更正公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。

二、获取方式

按公告确定的方式获取采购文件。

三、文件售价

电子采购文件免费提供。

第三节 交纳投标保证金

一、投标保证金额（元）：20000

二、投标保证金交纳时间：2022 年 07 月 08 日 00 时 00 分至 2022 年 07 月 29 日 13 时 20 分

三、投标保证金交纳方式：

1、银行转账，银行转账的供应商可以从银行柜面转账或网上银行转账，银行转账须从供应商在州公共资源交易中心诚信库中登记的账户转出。

2、电子保函，电子保函的供应商可选择黔东南州公共资源网上交易系统在线通过贵州省公共资源交易综合金融平台平台申请开具投标保证金保函，电子保函开具成功方可投标（开标时，银行转账或电子保函以黔东南州公共资源网上交易系统保证金入账清单为依据）。

四、开户银行及帐号

（一）收款人：黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心（不能写简称）

（二）投标保证金账号：050090001991234567

（三）开户银行全称：贵州银行股份有限公司黔东南分行

(四) 银行行号: 313713005096

(五) 随机码: 供应商应将下载采购文件时取得的保证金随机码填入转(汇)款附言(摘要、备注、用途等)中,进账单的附言(摘要、备注、用途等)只能填写9位字符随机码,如:CGXXXXXXX。不得填写或添加项目名称、项目编号等任何其他内容,若不填写或填写错误,保证金交纳将不能入账,若交纳失败后提交二次交纳,则存在泄露投标人信息的风险。供应商的保证金从交纳到保证金退还各环节,保证金随机码系统均通过手机短信告知供应商保证金交退情况。供应商可在保证金系统中自行查看保证金所处的状态,或与州交易中心联系。联系方式:财务部:0855—8685610 或 8685623;政府采购部:8685632;综合产权部:8685620。

五、投标保证金有效期

同投标有效期。

第四节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准,如本项目有更正公告的,以更正公告时间为准(供应商须在递交文件截止时间前递交加密的投标文件。不接受逾时、未按要求加密的投标文件)。

二、递交地点及方式

地点:黔东南州公共资源网上交易系统

(<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>)

方式:线上递交(本项目为不见面开标,供应商不需到达开标现场)。

三、递交要求

电子投标文件的递交:于提交投标文件截止时间前,投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统,且取得成功提示。投标截止时间结束后,系统将不允许投标人上传投标文件。上传投标文件时,投标人须使用制作该投标文件的电子签名认证证书(简称:CA锁)进行上传操作,开标时使用CA锁进行线上解密(如上传投标文件后进行CA锁续费,需用续费后的CA锁重新生成投标文件并重新上

传。)

第五节 开标及资格审查

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、开标地点

供应商登陆黔东南州公共资源网上交易系统

(<http://17.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>)进行线上开标。

三、开标流程及注意事项

(一)开标流程:

1、会议签到:采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 60 分钟内登录不见面

开标大厅组织参会人员签到，投标人在投标截止时间前 60 分钟内登录 http://117.187.102.28:8091/TPPingBiao/frame/pages_pb/frame/login/loginpb，进入本项目进行签到。

2、公布投标人名单:投标文件递交截止时间后，采购人或代理机构在系统内公布投标人名单。

3、投标文件解密:采购人或代理机构发出投标文件解密指令，投标人在投标文件解密指令下达后 60 分钟内在线完成投标文件解密，若在规定时间内未完成投标文件解密的视为撤退投标文件。

5、唱标:采购人或代理机构对投标人名称、投标报价、交货期等相关内容进行唱标。在开标期间，投标人在开标过程中若对开标过程有异议的，可在线进行异议提问，采购人或代理机构对投标人在开标过程中的异议进行线上回复。

6、核对开标结果:唱标结束后，投标人需在 10 分钟内未完成开标结果确认，若未在规定时间内完成结果确认且没有其他相关事项说明的，视为默认开标结果。

(二)注意事项:

1、投标人须自行负责参加“不见面”开标活动的网络环境和硬件环境正常。

2、投标人在参加“不见面”开标活动的系统端口操作人员除为法定代表人外，一律视为其授权委托人，承认并其在开标、评标活动的操作。

3、身份验证资料：投标人（供应商）应在电子交易系统中制作投标文件，在“身份验证及资格审查资料中身份验证资料”环节上传授权委托书及身份证原件扫描件并加盖电子公章（法定代表人参加不见面开标会的，需上传身份证、法定代表人身份证明原件扫描件并加盖电子公章）。

四、资格审查

开标唱标完毕后，采购人或代理机构工作人员宣布开标会结束，并宣读评标期间供应商注意事项。开标会结束后，由采购人或者采购代理机构按照《资格性审查表》依法对投标人的资格进行审查。资格审查实行线上审查，供应商不用带纸质材料到现场。（资格审查制作方法：按照招标文件要求的资格审查材料原件扫描件加盖电子章制作到投标文件“身份验证及资格审查资料中资格审查资料”中）

合格投标人不足3家的，不得评标。

对未通过资格审查的，应当在评标前及时告知相关供应商未通过理由，投标人提出异议的，采购人和采购代理机构应当复核。

1. 资格性审查表：由采购人或采购代理机构负责。

资 格 性 审 查 表

项目名称：

项目编号：

评审地点：黔东南州公共资源交易中心开标室

2022.X.X

序号	供应商名称	供应	供应商 2	供应商 3	供应商 4
----	-------	----	-------	-------	-------

	审查内容	商 1			
1	投标人具有有效的工商营业执照, 组织机构代码证副本, 税务登记证副本 (或三证合一的营业执照);				
2	提供 2021 年度财务审计报告或提供开标前任意一个月的财务报表或基本开户银行出具的资信证明;				
3	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力原件 (投标人自行承诺即可);				
4	依法缴纳税收开标前任意 3 个月完税证明和社会保障资金开标前任意 3 个月社保缴纳证明的相关材料;				
5	参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有违法违规记录声明;				
6	律、行政法规规定的其他条件: 采购人或采购代理机构根据财库[2016]125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定进行查询, 对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商, 拒绝其参与本次采购活动; (查询渠道: 信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn))				
7	1. 提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料。 2. 进口设备必须有设备制造商 (或其中中国境内合法代理商) 出具				

	的针对本项目的专项且唯一合法授权书。				
8	投标人法定代表人身份证明或法人授权书；				
9	本项目属于专门面向中小企业采购，供应商需属于中小企业方可参与本项目采购活动。供应商需提供中小企业声明函（格式附后），不提供中小企业声明函的视为不属于中小企业，拒绝投标。				
资格性审查结论（通过或不通过）					

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

第六节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、评标地点

黔东南州公共资源交易中心评标区。

三、评标流程

评标委员会推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

（一）符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过符合性审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过符合性审查的供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

1. 符合性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应采购文件技术、商务方面的要求。技术符合性：投标产品的技术成熟性、适用性、性能、参数和规格等满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：质保、售后服务、业绩、交货期、投标有效期、付款条件等符合采购文件要求；不高于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

2. 无效标检查：依照无效标条款规定对供应商进行检查，检查供应商是否为有效投标。

（一）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（二）评分汇总：评标组长对各评标专家的评分分值进行汇总，计算平均值，评标分值保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按货物技术优劣顺序排列。依此类推，可继续按商务、信誉等关键因素进行排序推荐。

（三）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及推荐排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（四）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（五）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

（1）当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购

公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，评标程序终止。

（2）投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和招标代理机构等人员均不得泄露。

（3）开标、评标过程由黔东南州公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由黔东南州公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

（4）演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

（5）评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

四、询标与澄清

（一）评标过程中，评标委员会发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面要求供应商就有关事项作出澄清或者说明。供应商须在通知规定的时间内进行书面说明和澄清，未在通知的时间内进行说明和澄清的，视为放弃澄清。

（二）供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

（三）供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

五、评标委员会

评标委员会成员人数应当为 5 人或 5 人以上单数组成，本项目由采购人代表 1 人和评审专家 4 人共 5 人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对

自己的评审意见承担责任。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（三）对投标文件进行比较和评价；（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第七节 发布中标公告

中标供应商确定后，采购人（采购代理机构）将向中标供应商发出中标通知书，并在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>）公告中标结果。

第八节 质疑投诉

一、质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或通过电子交易系统线上向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本采购项目的供应商，且必须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商和其他有关供应商。

采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式或通过电子交易系统线上通知质疑供应商和其他有关供应商。

质疑递交地点：贵州千义和招标代理有限公司（凯里市水木花园15栋4单元602室）
代理机构联系人：涂小燕 联系电话：0855-8652592；

采购人：曾宪慧 联系电话：0855-3879724 地点：镇远县人民医院

二、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

第九节 支付代理服务费

一、收费标准

以签订的的代理合同为准。

二、支付方式

代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、 户 名：贵州千义和招标代理有限公司

账 号：中国建设银行股份有限公司凯里大十字支行

开户行：52050166413600000160

第十节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。若第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同或不能在采购文件规定的期限内提交履约保证金的，采购人将按照评标报告推荐顺序将第二中标候选人确定为中标供应商也可以重新开展政府采购活动。，若仍因前述原因第二中标候选人不能签订采购合同的，采购人可根据评标报告推荐顺序依次替补第三中标候选人也可以重新开展政府采购活动，若仍因前述原因第三中标候选人不能签订采购合同的，本项目将重新采购。

二、合同内容

中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第十一节 退还投标保证金

一、退还时间、方式

采购人或者采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。具体由采购代理机构在中心系统自行发起投标保证金退还，中心人员核验通过后，在规定时间内完成退还。

二、提交资料

中标供应商退保证金时，须将已签订的政府采购合同逐页扫描制成一个 PDF 文件上传；未中标供应商无须提交资料。

三、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1. 开标后在投标有效期内，供应商撤回投标文件的；
2. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同

第一节 主要条款

采购人或采购代理机构根据采购服务项目特点自行拟定包含但不限于以下内容：

- 1、标的内容、合同金额、服务要求；
- 2、质量标准及验收办法；
- 3、资金支付的方式、时间和条件；
- 4、违约责任，包括逾期支付资金和逾期交货等违约责任；
- 5、争议处理；
- 6、……

第二节 拟签订的政府采购合同

政 府 采 购 合 同

（供签约参考）

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

甲、乙双方根据_____年__月__日_____项目名称_____项目（交易编号：2022-ZFCG-_____）的公开招标结果，甲方接受乙方为本项目所做的投标文件。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、采购内容

.....

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、质量标准及验收办法

.....

四、资金支付的方式、时间和条件

五、违约责任

.....

六、争议解决

.....

本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。本合同正本一式两份，具有同

等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注：本合同为参考范本，若有新增条款以采购人跟中标供应商协商签订的为准。

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 投标文件应严格按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

第二节 投标文件组成

一、报价文件

（一）投标函

（二）开标一览表

开标信息情况表

（三）报价明细表

二、资格文件

（一）一般资格

（二）专业资格

1. 相关资质等级证书

三、技术文件

（一）货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

（二）技术偏离表

（三）技术材料

1. 供应商认为需要提供的其它技术材料

四、商务文件

（一）商务响应明细

（二）商务偏离表

（三）商务材料

1. 业绩一览表及合同复印件

2、售后服务方案（格式自拟）

3、实施方案（格式自拟）

4、中小微企业声明及证明材料

5、节能环保产品声明及证明材料

6、供应商认为需提供用于商务评分的其他材料

第三节 投标文件范本

封面格式

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

项目名称：

品 目：

项目编号：

供应商：

详细地址：

联系人：

联系电话：

2022 年 月 日

一、报价文件

(一)投 标 函

一、投标报价

1. 我公司就（项目名称）的投标总报价为（大写）：_____元人民币，小写：_____元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交 货 期：_____。

3. 交货地点：_____。

4. 投标有效期：_____。

5. 联合体投标：_____ / _____。

二、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（二）开标一览表（货物类）

项目名称：

序号	产品名称	品牌、型号、规格	技术参数	单价（元）	数量	投标报价（元）
1						
2						
3						
.....						
交货期						
质保期						
优惠及其它						
投标报价合计				大写： 元		
				小写： 元		
投标申明：						

注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。

2. 有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应载明。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司
 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
 投标日期：

（此表用于开标记录，所填报信息务必与开标一览表一致）

开标信息情况表

标题	内容
投标总报价	元
供货期	天
服务期	天
.....	

注：交货期或服务期采购文件没有要求需填“0”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

(三) 报价明细表 (货物类)

项目名称:

单位: 元

序号	投标产品名称	品牌	参数	数量 (单位)	单价	投标总报价
1						
2						
3						
...						

供应商名称 (盖章): XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

投标日期:

二、资格文件

（一）一般资格

1、供应商基本情况表

供应商基本情况表

供 应 商 名 称					
注 册 地 址		邮 政 编 码			
联 系 人		电 话			
传 真		网 址			
组 织 结 构					
法 定 代 表 人		技术职称		电话	
技 术 负 责 人		技术职称		电话	
成 立 时 间		员工总人数：			
企业资质等级		其中	项 目 经 理		
营 业 执 照 号			高级职称人员		
注 册 资 金			中级职称人员		
开 户 银 行			初级职称人员		
账 号			技 工		
经营范围					
备 注					

(1) 投标人具有有效的工商营业执照,组织机构代码证副本,税务登记证副本(或三证合一的营业执照);

(2) 提供 2021 年度财务审计报告或提供开标前任意一个月的财务报表或基本开户银行出具的资信证明;

(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力原件(投标人自行承诺即可);

(4) 依法缴纳税收开标前任意 3 个月完税证明和社会保障资金开标前任意 3 个月社保缴纳证明的相关材料;

(5) 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录声明;

(6) 法律、行政法规规定的其他条件:采购人或采购代理机构根据财库[2016]125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定进行查询,对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商,拒绝其参与本次采购活动;(查询渠道:信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn));

(7) 1. 提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料。 2. 进口设备必须有设备制造商(或其中国境内合法代理商)出具的针对本项目的专项且唯一合法授权书。

(8) 投标人法定代表人身份证明或法人授权书;

(9) 本项目属于专门面向中小企业采购,供应商需属于中小企业方可参与本项目采购活动。供应商需提供中小企业声明函(格式附后),不提供中小企业声明函的视为不属于中小企业,拒绝投标。

法人代表身份证明

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码： ），参加贵方组织的项目名称（项目编号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）
---	---

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

法人授权委托书

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：__）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)

注：1. 本委托书需另行签署一份，在开标时验证被授权人身份时使用。

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

9、其它供应商认为需要说明的情况

(二) 专业资格

1. 相关资质等级证书

三、技术文件

(一) 货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

产品详细说明一览表

项目名称：

品目：

序号	产品名称	数量	品牌型号及主要技术参数	生产厂商及产地	备注

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

(二) 技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

品目：

序号	产品名称	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

（三）技术材料

1. 供应商认为需要提供的其它技术材料

四、商务文件

（一）商务响应明细

- 1、交货期及交货地点
- 2、验收标准、规范
- 3、质保期
- 4、售后服务
- 5、付款方式
- 6、投标有效期
- 7、履约保证金
- 8、其他

(二) 商务偏离表

商务偏离表

序号	商务条款	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况
1	交货期及交货地点			
2	验收标准、规范			
3	质保期			
4	售后服务			
5	付款方式			
6	投标有效期			
7	履约保证金			
8	其他			

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

(三) 商务材料

1. 业绩一览表及合同复印件

业绩一览表

序号	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

业绩合同复印件（按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件）

2、售后服务方案（格式自拟）

3、实施方案（格式自拟）

4. 中小企业声明及证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5. 节能环保声明及证明材料

节能环保产品声明函

致：____（采购单位名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投核心产品____，制造商为____，
品牌为____，产品型号为：_____。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

节能环保产品证明材料

原产地为少数民族自治区和享受少数民族自治待遇省份的投标产品(不含附带产品)声明函(如有)

本公司郑重声明, 根据《关于进一步落实政府采购有关策的通知》(黔财采[2014]15号)的规定, 本公司此次投标产品(不含附带产品)为新疆维吾尔自治区西藏自治区宁夏回族自治区广西壮族自治区内蒙古自治区云南贵州青海所产产品。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

6. 供应商认为需提供的其它商务材料（格式自拟）