

纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）供气系统采购（二次）

需求公示内容

一、资格要求：

1. 必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（有效的工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供会计师事务所出具的 2024 年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年至今任意 1 个月依法缴纳税收的凭证和社会保障资金缴纳凭证或提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺，格式自拟）；

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

供应商须承诺在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，并提供对应截图证明，截图时间须在获取文件时间后，投标文件递交截止时间前。如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商将导致资格审查不通过，并承担由此造成的一切法律责任及后果；

（七）投标操作人员是法定代表人应上传法定代表人身份证明及法定代表人身份证，是法定代表人授权委托人应上传法定代表人授权委托书及被授权人的身份证；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目 是 专门面向中小微企业，所属行业为：工业。

3. 本项目的特定资格要求：①投标供应商须提供《医疗器械经营许可证》，《医用中心吸引系统》和《医用中心供氧系统》医疗器械注册证；②投标供应商须提供行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质，同时安全生产许可证；③投标供应商须提供 GC2 级及以上压力管道安装许可证。④投标供应商配备的项目负责人项须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并持有安全生产考核合格证。

本项目接受联合体投标:以联合体参与本项目的须提交联合体协议书(联合体协议格式自拟)，组成联合体成员不得超过 2 家(含 2 家)，均为独立法人资格。联合体各方应签订联合体协议，明确联合体各方的主要权利和义务，同时须明确各联合体成员供货品类。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加投标，同时，联合体各方的子公司及其控股公司不得以自己名义单独或加入其他联合体参加投标。

二、商务要求

2.1 标的物：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）供气系统采购（详见谈判文件附件 4）。成交供应商须承诺在领取《成交通知书》时应向本公司交纳**采购服务费**，否则视为自愿放弃中标权利。本项目招标代理服务费以成交价为基数，按《招标代理服务收费管理暂行办法【2002】1980 号》，以成交价为基准计算下浮 30%计取招标代理费，预计约 7390.56 元，由成交供应商领取成交通知书时一次性付给招标代理机构。

2.2 采购清单及参数要求：详见谈判文件附件 4；

2.3 交货期、交货地点

交货期：签订合同后 30 日历天交付采购人使用。

交货地点：以采购人指定地点为准。

2.4 质保期限：质保 1 年。（厂家质保优于的，以厂家质保为准）

2.5 验收标准：

（1）验收程序：由采购方进行现场实物验收，填写《验收评价表》（评价表内应包含合同所规定的质量标准条件），《验收评价表》必须由验收经办人员和监督人员共同签名。验收合格后方可入库，不合格当场拒收。

（2）验收标准：符合国家相关质量验收标准。

(3) 验收不合格的处理方式：验收时有不符合要求的，一律退回，供应商无条件其他重新更换配送货物，更换后仍然不符合标准的采购方有权对供应商处以一定金额的罚款，并取消其中标资格，追究相关法律责任。

2.6 付款方式

签订合同时，由采购人和成交供应商按国家相关法律法规另行约定。

2.7 投标有效期

投标有效期：60 日历天（从响应文件递交截止之日算起）

2.8 其他要求：投标供应商须承诺：我公司响应文件中提供的资料真实、有效。采购人要求我公司提供相关资料的原件（或网页）审查时，我公司保证在 3 个工作日内提供。经采购人查出确有虚假情况的，采购人有权取消其本项目中标资格，并上报财政部门，追究其相应法律责任；

2.9 供应商必须保证在谈判过程中随时处于在线状态。在谈判小组发出响应或报价通知后 20 分钟内，供应商未按时在交易系统中通过有效谈判途径进行响应或报价的，将视作无补充响应内容或按其上一轮报价作为其本轮最终报价（第一轮在线报价 20 分钟内未实质响应的该轮报价即为其基础报价，第二轮在线报价 20 分钟内未实质响应的该轮报价即为第一轮报价，以此类推）。请各供应商在参加报价前，认真阅读并熟悉毕节市公共资源交易中心综合及业务系统操作流程。

三、技术要求及清单

项目名称：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）供气系统采购（二次）

序号	标的物名称	技术参数要求	计量单位	数量
一、中心供氧系统				
1	液氧储罐	1、有效容积：5m ³ 2、设计压力：1.68MPa 3、工作压力：1.6MPa 4、材料：内胆 S30408 外胆：Q245R	台	1.0
2	空浴式汽化器	1、材质：6063-T5 2、汽化量：200m ³ /h	台	1.0
3	自动调压装置	1、名称：DN25 双路稳压减压器 2、进口压力：1.6MPa 3、出口压力：0.3-0.6MPa	台	2.0
4	自动汇流排	1. 材质：HPB59-1 黄铜 2. 连接型式：三通罗纹对接，2*10 组 3. 额定进口压力：15MPa 4. 额定出口压力：0.03-0.85MPa 5. 最大输出流量：≥80m ³ /h	套	1.0

5	配套支架	1、规格：30×30mm 2、材质：L型角铁焊接支架	个	5.0
6	铝合金设备带	1、规格：210*58*1.4mm 2、材质：铝合金；静电喷塑；面板模块化组合；	米	504.0
7	面板	材质：铝合金；静电喷塑，	米	504.0
8	边槽	材质：铝合金；静电喷塑，	米	1000.0
9	氧气终端	1、国标终端：快速自封插拔式接头，氧气插座安装在设备带中，符合国际通用标准，可实现单手操作。 2、终端流量：≥10L/min(可调)。	套	239.0
10	设备带封头	材质：PVC 材质	页	200.0
11	铝合金扣槽	1、规格：50×25mm 2、材质：铝合金	米	200.0
12	流量计	1、数字显示，测量范围：0~300L/min 2、累计流量：0~999999M3 3、公称工作压力：0.8 Mpa	台	7.0
13	报警箱	具有压力实时监测和监测范围可调功能，正压调节范围在0.2~0.6mPa，负压调节范围在-0.02Mpa-0.08Mpa，当压力低于规定值时，报警箱发出声光信号提醒值班人员及时查看情况。	台	7.0
14	二级减压箱	1、输入压力：0.5~0.8MPa； 2、输出压力：0.4~0.45MPa（可调）； 3、安全阀开启压力：0.6~1MPa（可调）；	台	7.0
15	房间阀门	阀门经实验可承受10Mpa的气压，无泄漏、无变形，特定元素合格标准。	套	100.0
16	脱脂无氧紫铜管	1、规格：Φ25*1.2 直径25mm壁厚1.2mm 2、材质：无氧脱脂紫铜管	米	200.0
17	脱脂无氧紫铜管	1、规格：Φ14*1 直径14mm壁厚1mm 2、材质：无氧脱脂紫铜管	米	690.0
18	脱脂无氧紫铜管	1、规格：Φ8*1 直径8mm壁厚1mm 2、材质：无氧脱脂紫铜管	米	1150.0
19	楼层阀	阀门经实验可承受10Mpa的气压，无泄漏、无变形，特定元素合格标准。	只	7.0
20	设备基础	/	项	1.0
21	辅材	弯头，直接，吊架，配件，焊条等	批	1.0
二、负压吸引系统				
1	吸引罐	1.名称：负压罐 2.规格：1.5m 3.材质：Q235B 焊接，自带排污阀；	台	2.0
2	真空泵	1.名称：油润滑旋片泵(5.5KW, 250m3/h) 2.规格：5.5KW, 250m*/h	台	2.0

		<p>3. 医用中心吸引系统压力区间为 $-0.02\text{MPa} \sim -0.08\text{MPa}$, 并能在该范围内任意调节;</p> <p>4. 吸引系统应具有良好的密封性, 当负压到达 0.08MPa 时, 因泄露引起的增压率平均每小时不得超过 0.1%, 并提供第三方检测报告</p> <p>5. 运行噪声: 室内噪音 $\leq 80\text{db(A)}$ 室外噪音 $\leq 60\text{db(A)}$ 并提供第三方检测报告</p> <p>6. 医用中心吸引系统真空泵组应有备用, 当工作泵发生故障时备用真空泵机组应能自动启动, 以保证吸引系统正常工作;</p> <p>7. 吸引系统应有可靠的接地装置, 接地电阻应 $< 2\Omega$, 电控柜的绝缘电阻值 $> 2\Omega$, 并提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件</p> <p>8. 安全杀灭细菌病毒效率 $> 99.99\%$。(提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件)</p>		
3	电控箱	<p>1. 一用一备</p> <p>2. 过载保护</p> <p>3. 缺相保护</p> <p>4. 相序保护</p> <p>5. 小型空压机</p> <p>6. 数显压力, 运行压力可调</p> <p>7. 手/自动控制</p>	套	1.0
4	配件	DN50 气动球阀	个	2.0
		粉尘过滤器	个	2.0
		管件、接头	批	1.0
		阀门	批	1.0
5	细菌过滤器	1. 规格: $300\text{m}^3/\text{h}$	个	2.0
6	尾气灭菌器	1. 规格: $300\text{m}^3/\text{h}$ 高温灭菌	个	2.0
7	积分罐	定制立式积污罐(带可视窗)	个	1.0
8	分气缸	1 进 6 出	个	1.0
9	支架	一体式安装支架	个	1.0
9	吸引终端	<p>1、国标终端: 快速自封插拔式接头, 吸引插座安装在设备带中, 符合国际通用标准, 可实现单手操作。</p> <p>2、终端流量: $\geq 30\text{L}/\text{min}$(可调)。</p>	套	239.0
10	无缝不锈钢管	<p>1、材质: 304 不锈钢管</p> <p>2、规格: $\Phi 108*4$</p>	米	80.0
11	无缝不锈钢管	<p>1、材质: 304 不锈钢管</p> <p>2、规格: $\Phi 65*3$</p>	米	200.0

12	无缝不锈钢管	1、材质：304 不锈钢管 2、规格：Φ25*2	米	616.0
13	脱脂无氧紫铜管	1、材质：304 不锈钢管 2、规格：Φ10*1.0	米	160.0
14	脱脂无氧紫铜管	1、材质：304 不锈钢管 2、规格：Φ8*1.0	米	1133.0
15	楼层阀	阀门经实验可承受 10Mpa 的气压,无泄漏、无变形, 特定元素合格标准。	只	7.0
16	辅材	弯头, 直接, 吊架, 配件, 焊条等	批	1.0
三、智能呼叫系统				
1	智能呼叫主机	呼叫兼对讲功能分机采用. 分机在线任意编号; 呼叫存储功能, 显示屏多功能显示主机容量: 可扩充到 128 门	台	5.0
2	走廊显示屏	尺寸: 长:650mm 宽:210 厚:40mm	台	5.0
3	呼叫分机	分机采用呼叫兼对讲功能	只	226.0
4	紧急按钮	长: 86mm 宽: 86mm 防水可达 IP67 级	只	66.0
5	呼叫线	RVS2*1.0mm ²	米	1800.0
四、配电系统清单				
1	电源开关	86 型、220V, 额定电流 10A	只	239.0
2	电源插座	五孔、220V, 额定电流 10A	只	478.0
3	LED 灯管	T5/4W 专用 LED	条	239.0
4	装饰灯罩	1、尺寸: 30cm 2、PVC 拉丝注塑	条	239.0
5	漏保	额定电压: 220V, 额定电流 16A	只	100.0
6	电源线	纯铜 2.5mm ² 纯铜线缆	米	1500.0

四、评审标准

最低价评审法:供应商必须满足竞争性谈判文件资格审查和符合性审查, 以及对竞争性谈判文件作出实质性响应, 在此基础上根据最后谈判报价(或最后谈判报价经扣除后)最低的原则确定成交供应商(最后谈判报价被谈判小组按无效报价处理的除外)。