

浙江省人民医院毕节医院新增耗材采购项目（C包）二次

需求公示

一、项目基本信息

项目名称：浙江省人民医院毕节医院新增耗材采购项目（C包）
（二次）

项目编号：GZZC-2025-07-18

采购预算：693735 元

最高限价：691635 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）

时间：2025 年 07 月 18 日至 2025 年 07 月 22 日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：毕节市本级政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：浙江省人民医院毕节医院（毕节市第一人民医院）

项目联系人：采购科

联系电话：0857-8269536

2、代理机构

代理全称：贵州众诚项目管理有限公司

联系人：陈艳琳

联系方式：18085279363

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并提供下列材料：

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件(工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照)；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

③具有依法缴纳税收的良好记录：提供具有依法缴纳税收的良好记录书面承诺或提供2024年以来任意一个月依法缴纳税收的凭证或证明材料(依法免税的投标人须提供相应证明文件)；

④具有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供具有依法缴纳社会保障资金的良好记录书面承诺或提供2024年以来任意一个月社会保障资金缴纳凭证或缴纳养老保险证明材料(不需要缴纳社保资金的投标人须提供相应证明文件)；

⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(自行承诺)；

⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)；

⑦供应商信用信息：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与政府采购活动。提供“信用中国”网的信用信息报告内容为(法人和非法人组织公共信用信息报告)及“中国政府采购网”的政府采购严重违法失信行为记录名单网页截图，查询时间为本项目报名开始之日起至投标文件递交截止时间前任意时间。

⑧法定代表人参加投标的必须有法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书人参加投标的必须有法定代表人授权委托书及被授权人和身份证；

⑨单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：已落实，本项目非专门面向中小企业。本项目采购标的对应的企业划分标准所属行业为：工业；

3、本项目的特定资格要求：/。

三、采购内容：

序号	耗材名称	采购需求	单位	数量	使用科室	是否能够单独计费（是/否）	是否需要进口
1	一次性使用心电电极	听性脑干检测使用	片	1000	耳鼻咽喉头颈外科	否	否
2	一次性使用呼吸机管路（延长管）	1. 适用于在进行机械通气的患者的呼吸系统与患者接口（如气管插管、面罩）之间输送呼吸气体。2. 可伸缩型	个	300	呼吸与危重症医学科	否	否
3	理疗用体表电极	1. 由连接线和导电材料组成，用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过此电极传导到人体。2. 插孔式，4.0cmx4.0cmx2片+5.0cmx5.0cmx2片为一组。匹配的设备品牌及型号：广州雪利昂生物科技有限公司，低频体外膈肌起搏器 HL0-GJ13C	组	600	呼吸与危重症医学科	否	否
4	一次性胰岛素泵用输注器	输注器和储药器为配套使用耗材；适用于迈世通胰岛素泵（型号：MT-PIV）；需配无菌透明敷贴，软针、硬针均可；首选软针	付	150	内分泌科	是	否
5	一次性胰岛素泵贮药器	输注器和储药器为配套使用耗材；适用于迈世通胰岛素泵（型号：MT-PIV）；需配无菌透明敷贴，软针、硬针均可；首选软针	付	150	内分泌科	是	否
6	胰岛素注射器	一次性无菌胰岛素注射器；带针；针头粗细 31G；单支独立无菌包装；U40；1ml=40U；计量刻度有单位及 ml；刻度清晰；计量准确	付	4000	内分泌科	是	否
7	持续葡萄糖监测系统	1. 适用范围与功能：产品适用于连续或定期测量成人皮下组织间液中的葡萄糖浓度。葡萄糖传感器，不需要用户进行校准。可以为用户提供实时的血糖水平、血糖趋势、血糖波动及血糖的时间百分率等特征，并提供高血	套	30	内分泌科	是	否

		糖、低血糖等提醒信息； 2. 传感器平均绝对相对误差（MARD 值） $\leq 9.0\%$ ； 3. Consensus 共识误差栅格分析 A+B 区 $\geq 99.9\%$ ； 4. 传感器数值更新频次：5 分钟/个，288 个/24 小时； 5. *校准方式：无需指尖血校准； 6. *一体机，免发射器、免扫描仪、免接收器； 7. 传感器血糖浓度探测范围： 2.2mmol/L~25.0mmol/L； 8. *传感器使用寿命： ≥ 10 天（满足专家共识及 AGP 图谱要求）； 9. 操作温度： $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ； 10. 传感器组件包及敷贴器的储存温度： $4^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ ； 11. 传感器的防水等级：IPX8； 12. 实时动态葡萄糖监测软件：提供对全院住院病人血糖数据的实时显示、统计、存储和报告查看与输出，并可对异常血糖值提供报警信息，并记录全部报警内容。可记录指血、饮食、运动、睡眠、药物以及身体状态等事件					
8	一次性使用灌注器	与一次性胃管搭配使用，接口能与一次性胃管吻合连接	套	120	疼痛康复科	是	否
9	一次性使用胃管	适用于吞咽功能障碍患者、需营养支持者，用于经口向食管、胃输送营养 结构及组成：成人两种，I 型导管和接头两部分组成；其中导管由接头（聚氯乙烯/聚氨酯）、管体（聚氯乙烯/聚氨酯）、管体上有食道标线；II 型由管头（聚氯乙烯/聚氨酯）管体（聚氯乙烯/聚氨酯）、食道标线、胃内标线、组成。 胃管末端有 3 个孔及以上	根	100	疼痛康复科	是	否
10	一次性使用无菌导尿管（女	包内需包含一支导尿管、一包水溶性润滑剂、一个防污染软套，产品价格	套	50	疼痛康复科	是	否

	用)						
11	一次性使用无菌导尿管(男用)	包内需包含一支导尿管、一包水溶性润滑剂、一个防污染软套,产品价格	套	500	疼痛康复科	是	否
12	一次性使用硅胶球囊导尿管	6F	根	20	小儿外科	是	否
13	一次性使用硅胶球囊导尿管	8F	根	50	小儿外科	是	否
14	一次性使用硅胶球囊导尿管	10F	根	50	小儿外科	是	否
15	一次性使用硅胶球囊导尿管	12F	根	20	小儿外科	是	否
16	封闭式吸痰管	供气管插管病人吸痰使用,以减少呼吸机相关性肺炎的发生. 6F	支	1080	新生儿科	是	否
17	封闭式吸痰管	供气管插管病人吸痰使用,以减少呼吸机相关性肺炎的发生. 8F	支	500	新生儿科	是	否
18	一次性使用无菌医用棉棒 LASIK SPEAR	海绵棉棒,用于屈光手术	根	50000	眼科	否	否
19	一次性使用眼科手术包	用于屈光手术, 400mm*400mm 小方单	包	400	眼科	否	否
20	一次性使用眼科手术包	用于屈光手术, 600mm*950mm 大单	包	400	眼科	否	否
21	一次性使用眼科手术包	用于屈光手术, 600mm*950mm 双孔巾	包	400	眼科	否	否
22	针灸针	一次性使用无菌针灸针针体直径 X 针体长度 0.30X125mm,针体由 06cr19Ni10 奥氏体不锈钢材料制成,针柄铜制成	支	5000	针灸理疗科	否	否
23	一次性使用埋线针	一次性使用埋线针(无菌):由衬芯座、针座、针管、衬芯、保护套组成,衬芯采用制造医疗器械 06cr19Ni10 奥氏体不锈钢	支	500	针灸理疗科	否	否

		材料制成，衬芯 针体直径 X 针体长度 0.70X65mm					
24	一次性使用埋线针	衬芯针体直径 X 针体长度 0.60X65mm(具体要求同上)	支	500	针灸理疗科	否	否
25	一次性小针刀	一次性小针刀金属管柄针体直径 X 针体长度 0.80X80mm，小针刀刀口光滑、锋利，小针刀的刀口形状应为一字刀状，无毛刺、弯勾等缺陷，刀体应有良好的韧性，缠绕试验后不应有裂缝、折断和分层；刀体表面光滑、清洁，无金属加工过程中的杂质；刀体与刀柄的连接牢固，二者轴向移位不得大于 3mm.	支	400	针灸理疗科	否	否
26	一次性小针刀	一次性小针刀金属管柄针体直径 X 针体长度 0.80X50mm(具体要求同上)	支	400	针灸理疗科	否	否
27	一次性小针刀	一次性小针刀金属管柄针体直径 X 针体长度 0.60X75mm(具体要求同上)	支	60000	针灸理疗科	否	否
28	一次性小针刀	一次性小针刀金属管柄针体直径 X 针体长度 0.60X70mm(具体要求同上)	支	5000	针灸理疗科	否	否
29	一次性小针刀	一次性小针刀金属管柄针体直径 X 针体长度 0.60X50mm(具体要求同上)	支	5000	针灸理疗科	否	否
30	一次性小针刀	一次性小针刀金属管柄针体直径 X 针体长度 0.50X40mm(具体要求同上)	支	5000	针灸理疗科	否	否
31	一次性小针刀	一次性小针刀金属管柄针体直径 X 针体长度 0.50X25mm(具体要求同上)	支	5000	针灸理疗	否	否
32	一次性小针刀	一次性小针刀金属管柄针体直径 X 针体长度 0.40X40mm(具体要求同上)	支	5000	针灸理疗科	否	否
33	一次性小针刀	一次性小针刀金属管柄针体直径 X 针体长度 0.40X25mm(具体要求同上)	支	5000	针灸理疗科	否	否
34	一次性小针刀	一次性小针刀金属管柄针体直径 X 针体长度 0.35X50mm(具体要求同上)	支	5000	针灸理疗科	否	否

35	一次性小针刀	一次性小针刀金属管柄针体直径 X 针体长度 0.35X40mm（具体要求同上）	支	500 0	针灸理疗科	否	否
36	一次性血管造影包	内含一次性使用医用口罩 1 个、一次性使用帽 1 个、一次性使用治疗巾 2 块、一次性使用包布 1 块、一次性使用手术衣 2 件、一次性使用手术洞巾 1 条、一次性使用无菌保护套 2 个、一次性使用敷料镊 1 把、医用脱脂纱布叠片 5 片，塑料盘 2 个，用于介入手术	包	150	介入导管室	否	否