
习水县人民医院 GE64 排 CT 维保服务采购

采

购



求

公

示

采购人：习水县人民医院

一、 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

一、符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

(1) 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件或扫描件加盖投标供应商公章）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告并提供会计师事务所的营业执照及执业证书或公司 2025 年 01 月起至今任意三个月财务报表或提供基本开户（或基本存款账户）银行出具的资信证明；部分其他组织或自然人参与投标没有 2025 年 01 月起至今任意三个月财务报表或经审计的财务报告可以提供银行出具的资信证明（复印件加盖投标人公章）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式详见投标文件格式模板）；

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2025 年 01 月起至今任意三个月依法缴纳税收和社会保险的有效证明材料，成立未满三个月的投标供应商提供自成立以来依法缴纳税收和社会保险的有效证明材料，依法不缴纳社保及免税的投标供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料（复印件或扫描件加盖投标供应商公章）；

(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

二、本项目所需特殊行业资质或要求：供应商须具备营业执照（经营范围需具备医疗设备维修或保养）和《医疗器械生产（或经营）许可证》或《医疗器械经营备案证明》。

三、本项目 不接受 联合体投标。

四、本项目 否 专门面向中小企业采购。

五、本项目对应的中小微企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。



二、 服务内容及商务要求

服务内容

一.医学影像科 GE64 排 CT(Optima CT660)设备维保参数

1.维保期间，乙方免费更换 GE64 排 CT(Optima CT660)维保所需的含球管的所有配件。

2.乙方提供每年 4 次预防性保养（两次大保养和贰次基本保养），且保养报告可以用于质监局检查，或者出现特殊情况时能证明设备使用处于安全状态加无限次叫修服务。

3.乙方需定期对硬件及软件部分提供安全性服务升级。

4.乙方提供 7*24 小时免费服务电话，资深工程师 1 小时内电话响应，接到用户报障电话后现场响应时间不超过 4 小时。

5.乙方定期维护服务间隔进行，具体内容包括：a 系统基本情况检查;b 图像质量检查;c 机架、主机等使用情况检查;d 重建系统检查;e 软件等等。

6.乙方每季度应对维保标的设备完成 1 次维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份。

二、医学影像科 GE64 排 CT(Optima CT660)球管参数，维保期内无条件免费更换全新原厂球管。

项目	球管参数
1	提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准
2	阳极热容量：4.7MJ

3	管套热容量要求不小于 7.4MJ
4	焦点数量：≥两个
5	焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm
6	焦点功率要求最大≥72KW
7	120KV 时最大毫安输出≥600mA
8	管套出线窗口 FOV（Field of View）尺寸：40mm
9	支持 0.35 秒每圈的高速旋转
10	球管拥有 ASiR 芯片，并提供接口，以支持小宝石 CT 的 ASiR 技术
11	球管最大额定电压≥140KV
12	阳极靶面角度：7 度
13	提供 CT 的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，提前预知 CT 整机及球管的问题，帮医院提早做计划，无计划外停机。需提供相关文件或以往案例以证明投标厂家具有此能力
14	提供基于宽带接入的、可动态远程监测标的设备温湿度实时曲线的软件及硬件，具备对标的设备的电气环境进行 24 小时实时监测能力
15	显示标的设备的 24 小时实时动态的球管异常打火次数，球管使用量等，需提供相关证明
16	提供能及时获取并实施系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

考核方案

一、考核目的

1. 确保医疗设备维保服务质量，保障设备安全稳定运行。
2. 规范维保公司服务行为，提升响应效率和服务水平。

3. 为合同续签、费用结算及奖惩提供依据。

二、考核对象

签订医疗设备维保合同的服务公司（含第三方维保机构）。

三、考核周期

年度综合考核：针对日常服务表现，作为合同续签或终止的重要依据。

四、考核指标及权重（满分 100 分）

习水县人民医院医疗设备维保服务公司考核表

序号	考核维度	具体指标	分数	得分
1	服务质量（20 分）	1. 维修一次性解决率	10 分	
		2. 预防性维修完成率	5 分	
		3. 设备完好率	5 分	
2	响应时效（20 分）	1. 紧急故障相应时间（如 1 小时内）	5 分	
		2. 到达现场维修（8 小时内）	5 分	
		3. 电话服务时间（24 小时电话服务）	5 分	
		4. 常规小维修完成时间（如 72 小时内）	5 分	
3	提供球管（15 分）	1. 提供原厂全新球管	15 分	
4	合规与安全（10 分）	1. 维修操作规范符合行业标准	5 分	
		2. 人员持证上岗率	5 分	
5	提供培训（5 分）	1. 半年一次培训记录	2 分	
		2. 半年一次培训报告	3 分	
6	维修配件（10 分）	1. 提供同型号、同版本的配件，最大性能匹配原机	10 分	
7	常规检查（5 分）	1. 常规巡检报告	5 分	
8	用户满意度（15 分）	1. 科室满意度调查	15 分	
	合计			
考核意见：				
考核人员签字：				

考核时间：

五、考核实施流程

1. 数据收集

医院设备科每日记录维修工单、响应时间、科室反馈等，维保公司每月提交服务报告（含维修记录、预防性维护证明等）。

2. 年度评分

由医学装备科、临床科室代表组成考核小组，按指标打分。

3. 年度汇总

通报考核结果，要求维保公司对扣分项限期整改，取年终考核成绩，形成年度总分。

六、奖惩机制

评分 ≥ 90 分：全额支付维保费用，优先续签合同。

$80 \leq \text{评分} < 90$ 分：扣减 5% 维保费用，提出整改要求。

$70 \leq \text{评分} < 80$ 分：扣减 10% 维保费用，约谈负责人。

评分 < 70 分：终止合同，列入供应商黑名单。

七、其他条款

1. 维保公司需提供 24 小时应急服务专线。

2. 重大故障未及时解决，医院有权调用第三方资源，费用由维保公司承担。

3. 考核细则可根据设备类型差异化制定。

商务要求

一、服务期及服务地点

服务期：三年，合同一年一签，按年度考核结果续签第二年合同。

服务地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范

参照国家相关规范的标准及采购文件标准执行。

三、付款方式

按季度支付平均支付维保费，季度支付金额为年维保费的 25%，支付时需提供资料为：发票、季度维保报告。

四、售后服务

具体合同中约定。

五、投标有效期

90 日历天

六、其他要求

1. 投标供应商承诺成交后提供该 CT 原厂球管该球管制造商授权书或者该球管从制造商到投标人所有的合法购买合同，同时还需要提供进口报关单。
2. 投标供应商提供至少两名具备原厂设备维修资质(原厂培训证明文件)的专业工程师。(须提供以上人员身份证、相关证书、劳动合同及投标供应商为其缴纳 2025 年 01 月起至今任意三个月的社保)。
3. 投标供应商承诺成交后更换球管后，由成交单位负责提供当地质监部门的检测报告。
4. 投标供应商需提供有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书和 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证证书。
5. 投标供应商需提供球管与 CT 整机匹配的 SFDA 认证报告。
6. 未尽事宜，由成交单位与采购人签订合同时协商约定。
7. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

三、 评标办法

一、评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

