

遵义市播州区中医院采购 3 台血液透析机设备项目（二次）需求公示

一、项目基本信息

项目名称：遵义市播州区中医院采购 3 台血液透析机设备项目（二次）

项目编号：BZQ-ZYY-CGK2025-011-01

采购预算：69.00 万元

最高限价：69.00 万元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）

时间：2025 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 29 日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：播州区政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：遵义市播州区中医院

项目联系人：余科长

联系电话：17718025909

2、代理机构

代理全称：贵州志远宏达项目管理有限公司

联系人：赵婷婷

联系方式：18185819311

投标供应商资格要求

（一）一般资格要求

1 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件扫描件；
2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：应出具经会计师事务所审计的 2022 年或 2023 年度财务审计报告；或投标截止时间前一个月内基本账户开户银行出具的资信证明；
3 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（依法免税的供应商须提供相应证明文件）；投标截止日前成立时间不足 1 年的新办公司可提供依法缴纳税收承诺书和依法缴纳社会保障资金承诺函；

4 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

5 供应商在“信用中国”网站和中国政府采购网查询：根据财政部财库(2016) 125 号文件要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与政府采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站和“中国政府采购网”，提供以上两个网站的查询结果截图为准(查询时间为公告之日起至响应截止之日止)。

6 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）。

7 本项目不接受任何形式的联合体投标；

（二）特殊资格要求：代理商（经销商）提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投标产品）或医疗器械经营许可备案证明材料），生产厂家提供《医疗器械生产企业许可证》。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

①本项目只面向中小企业采购（本项目所属行业为其他未列明行业）；

第四章 设备技术参数及商务要求

一、双泵血液透析机技术参数

- 1.屏幕：≥15 英寸彩色液晶、可旋转、触摸显示屏。
- 2.供水压力范围：1.5-7bar,供水温度范围：10℃~30℃。
- 3.透析液流速：300~700mL/min;调节梯度：1mL/min。
- 4.透析液温度：33.0~40.0℃。
- 5.超滤速度：0.50~4.00L/h。
- 6.血液流速调节范围：50~600mL/min。
- 7.肝素泵设置范围：1.0~9.0mL/h。
- 8.超声波原理的气泡检测器。气泡检测器精度：≤0.02mL。
- 9.置换液泵设置范围：0.50~17.00L/h。
- 10.动脉压测量范围：-200~+400mmHg。
- 11.静脉压测量范围：-200~+400mmHg。
- 12.TMP 测量范围：-80~+400mmHg。
- 13.透析液压力测量范围：-400~+400mmHg。
- 14.透析液浓度：13.0~18.0mS/cm。
- 15.治疗模式：血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-lineHDF 和 On-lineHF。
- 16.设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压 3 个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压，保障患者治疗安全。
- 17.具有声光报警提示功能，多种颜色报警指示灯。
- 18.设备自身具备静脉夹、动脉夹。
- 19.设备支持热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。
- 20.支持热消毒、化学消毒、热化学消毒等消毒模式。
- 21.设备具备消毒液吸空报警提示。
- 22.B 液浓度可个性化调节，可预先存储≥8 条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。
- 23.透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8 条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。
- 24.可预先存储≥8 条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。

25.设备标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

26.标准配置在线通讯组件。

27.标准配置患者卡读卡器组件。

28.标配在线血容计（BVM）组件。

29.标配在线清除率监测组件。

30.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间 ≥ 20 分钟，断电数据保存功能。

31.设备使用年限： ≥ 8 年。