

开阳县人民医院西门子 CT 维保服务及球管预定采购项目

需求公示附件

第一章 供应商资格条件

1、符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

(1) 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件加盖公章）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供 2023 年度或 2024 年度经会计师事务所审计的财务报告或提供银行出具的 2025 年的资信证明；部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的 2025 年的资信证明（复印件加盖投标单位公章）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2024 年 6 月至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（复印件加盖公章）；

(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件：

①供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

2、本项目所需特殊行业资质或要求

①投标产品属于医疗器械管理的产品且投标供应商为代理商的须提供《医疗

器械经营企业许可证》（经营范围覆盖所投标产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

②投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。

③进口产品需提供生产厂商授权（提供生产厂商授权书原件或复印件及中文翻译文件）或中国区域总代理商授权（提供国内代理商出具的授权书原件或复印件及生产厂商对国内代理商的授权书原件或复印件及中文翻译文件）；

④进口产品须提供生产厂商或中国区域总代理商出具的售后服务承诺书原件或复印件（售后服务承诺书应包含：质保期内，如供应商被注销或无售后服务能力的情况下，生产厂商或中国区域总代理商按本项目招标文件和投标文件的要求继续提供售后服务，并注明联系人、电话、地址）。

3、本项目 不接受 联合体投标

4、本项目 否 专门面向中小企业采购。具体内容为：本项目所属行业为 工业。

第二章 采购清单及技术参数和商务要求

一、采购清单及技术参数

编号	项目	备注
一	64 排 CT 配套球管一只：STRATON MX P	
1	对应于 4600 W 的阳极等效输入功率时的阳极 标称输入功率：F1：48 千瓦；F2：100 千瓦	
2	阳极最大热容量：相当于 50MHU（6.5 MHU/min 的冷却速率）	
3	阳极表面覆层材料：钨—铼	
4	靶材料：铼、钨、钼合金	
5	标称 X 射线管电压：145 千伏	
6	阳极的最大散热功率：80,000 瓦	
7	最大阳极频率：160 赫兹	
8	最大连续热耗散：4.6 千瓦	
9	靶角（与参考轴有关）：7°	
10	焦点：F1，F2	
11	焦点标称值（与参考轴有关）：0.7×0.7；0.9×1.1	
12	X 射线管组件的固有过滤量：6.8 毫米铝/145 千伏	
13	辐射泄漏在 1 米距离时为 145 千伏 /4.6 千瓦：<0.8 毫戈瑞/小时	
14	重量（不包括附件）：38 公斤	
15	高压连接 +/-：三芯电缆连接 /三芯电缆连接	
16	操作过程中所允许的环境温度：+18℃+30℃	
17	操作过程中所允许的空气的相对湿度：20% 75%	
18	操作过程中所允许的大气压：700 百帕1060 百帕	
19	冷却流量：22 升/分钟	
20	冷却绝缘油的体积（包括冷却系统内）：11.5 升	
二	64 排 CT 设备金保服务壹年	
1	安全检查	
2	安全升级	
3	质量保证	

4	常规备件更换（除探测器、球管、高压油箱及滑环外，其余备件全保，旧件退回）	
5	现场人工维修服务	
6	每年两次定期保养服务、提供符合原厂认证标准的保养报告	
三	提供 ISO 质量体系认证	
四	提供辐射安全证书	
五	提供球管报关单	
六	提供原厂球管证书	

二、商务要求

（一）交付时间：签订合同之日 90 日历天内完成交货验收合格并交付使用。

（二）服务地点：开阳县人民医院。

（三）付款条件（进度和方式）：设备安装调试完成验收合格后支付合同总价的 30%，试运行正常三个月后支付合同总价的 70%。

（四）包装和运输：由供应商自行承担。

（五）质量保修范围和质保期：设备到达安装调试完毕，正常运行，并且通过验收后 2 年。设备生产厂家质保期大于 2 年的从其规定。质保期内，供应商应动态监控球管的运行情况。质保期外，设备出现故障，供应商需负责维修，并只收取维修耗材成本费用。

（六）售后服务：免费上门培训，提供 7×24 小时技术支持和服务，接到故障通知后 10 分钟内响应，对重大问题提供现场技术支持，4 小时内到达指定地点上门服务，8 小时内排除故障，若不能排除故障的须提供有效解决方案，保障设备的正常运行随时供应原厂备品备件，技术参数中有特殊要求的，按照要求执行。（提供书面承诺）

（七）保险：无

（八）其他要求

- 1、本项目内所有设备如有知识产权侵权的情况，供应商必须承担由此带来的一切后果（提供书面承诺加盖供应商公章）。
- 2、采购文件未尽事宜，确定中标方后，双方本着最大限度兼顾采购方需求的前提下协商，以满足项目其他需求。
- 3、为配合全流程电子化开、评标活动顺利进行，本项目不要求投标人现场提交原件查验，但投标人需确保提供的响应文件内容真实有效，若提供虚假材料谋取中标、成交的，中标、成交无效。

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用 综合评分法 进行评审。