

采购需求公示

- 1、项目名称：正安县人民医院2025年眼耳鼻喉科医疗设备采购项目
- 2、项目编号：GZNX采2025-0044
- 3、项目序列号:0044
- 4、项目联系人:王女士
- 5、项目联系电话:18892438867
- 6、采购方式:公开招标
- 7、采购货物或服务情况：（具体要求详见附表）

电子鼻咽喉镜主机（摄像系统）1台、小儿电子鼻咽喉镜1条、21寸医用液晶屏1台等。具体参数详见附件采购清单及技术参数。

- (2) 采购数量:1批
- (3) 采购预算:58万元
- (5) 交货时间或服务时间:合同签订后30日历天。
- (6) 交货地点或服务地点：正安县人民医院（具体由采购人指定）。
- (7) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）:无，自行踏勘。

8、投标供应商资格要求

(1) 一般资格要求

1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- ① 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（有效的工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照），自然人的身份证明；（复印件加盖投标单位公章）
- ② 财务状况报告（经合法审计机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或银行出具的有效的资信证明或自行承诺说明函），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（2025年任意3个月的纳税证明和社保缴纳证明或自行承诺说明函）；（复印件加盖投标单位公章）
- ③ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺说明函；
- ④ 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明、原件)；（格式详见响应文件范本）

2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》

（财库〔2016〕125号）规定，供应商的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。信用记录查询渠道由采购代理机构通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询、记录和证据留存，查询截止时点为递交当日评审前。信用信息使用规则：由代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3、本项目不接受任何形式的联合体投标；

（2）特殊资格要求

投标人具有医疗器械经营相关资质（医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证）。备注：1、该项目实行网上报名，网上下载磋商文件。2、供应商没有在全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）注册的需注册后获取账号后方能报名。3、已注册的供应商直接进入系统报名并下载磋商文件。

9、评分办法：综合评标办法。

10、采购代理机构全称：贵州宁信工程管理有限公司

联系地址：贵州省遵义市新蒲新区长征大道名城地产城市综合体1#裙房1-21

项目联系人：曹经理

联系电话：17585121848

采购清单及技术参数

1、进口电子鼻咽喉镜主机（摄像系统，含光源） 数量：1 台

★1. 图像处理装置支持 1080P 全高清输出，内置 LED 光源使用寿命 \geq 10000 小时；

★2、图像处理装置可兼容电子胆道镜、电子膀胱镜、电子胃肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜，以及光学摄像头，以上产品均可以在国内销售；

3. HDTV 信号输出包含：（1）模拟信号高清输出：RGB 或 YPbPr；（2）数字信号高清输出：HD/SDI、DVI；

4. SDTV 信号输出：复合视频信号、Y/C；

5. 可实现多种色彩调节，红色调节 \pm 8，蓝色调节 \pm 8，色度调节 \pm 8；

6. 具有自动增益控制，当内镜先端距离需要观察的物体较远，光线不足时，图像可以被电子增强；

7. 可将对比度设定为 N、H、L 中的一种；N 为普通图像；H 与普通图像相比，暗的区域更暗，亮的区域更亮；L 亮的区域变暗，暗的区域变亮；

8. 具有降噪功能，图像处理过程中自动降噪；

9. 测光模式具有峰值测光和平均测光两种；

10. 图像的形态和边缘可以被电子增强，以增加图像的锐度；根据用户的设定，可以选择构造强调或者轮廓强调。图像强调模式有 1、2、3 三种模式可以选择。

★11. 图像处理装置具备 NBI 功能。

12. 摄像系统主机可兼容科室现有高清电子鼻咽喉治疗镜；

2、进口电子鼻咽内窥镜（小儿检查镜） 数量：1 根

★1、先端 CCD 成像，图像清晰无摩尔纹，支持窄带成像观察，便于鼻咽喉部早癌诊断；

2、可进行全浸水清洗，可进行环氧乙烷及低温等离子等消毒灭菌方式；

3、视野角： \geq 90 度；

4、景深：3.5-50mm；

★5、先端部外径： \leq 2.6mm；

- 6、插入部外径： $\leq 2.9\text{mm}$ ；
- 7、弯曲范围：130 度向上\130 度向下；
- 8、总长度 $\geq 510\text{mm}$ ；工作长度 $\geq 300\text{mm}$ ；
- 9、兼容频闪光源，连接频闪光源后可以进行观察。
- ★10、可连接同品牌摄像系统，实现窄带成像功能，提高早癌检出率；

3、进口医用液晶屏 数量：1 套

1. 显示器尺寸 ≥ 21 寸
2. 分辨率 1920 \times 1080 像素（全高清）；
3. 宽高比 16:9；
4. 输入：复合、Y/C、RGB，分量、HDMI；
5. 输出：复合、Y/C、RGB，分量；
6. 视角：170° /160° （水平/垂直 对比度 >10:1）