

册亨县中医院招标产品采购合同

甲方（采购方）：册亨县中医院

乙方（中标供应商）：重药控股贵州医疗贸易有限公司

为保护甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，【关于册亨县中医院血透室设备采购项目】采购，双方经招投标程序及招标、投标、中标文件确定。甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方订购下列货品达成以下协议，以兹共同遵守：

一、产品信息一览表

产品信息内容应与本次招标、投标、中标文件中确定的内容相一致。

招标编号： GZZZX20250501								
序号	产 品 名 称	规 格 型 号	生 产 厂 家	数 量	单 位	成交单价 (RMB)元	小计总价 (RMB)元	注 册 证 号
1	血液透析过滤器	TQS-88	东丽医疗科技（青岛）股份有限公司	3	台	180000	540000	国械注准 20153101793
2	血液透析机	TQS-88	东丽医疗科技（青岛）股份有限公司	7	台	120000	840000	国械注准 20153101793
3	血液透析制水设备	HZJ(PLC)-2000B	杭州之江水处理设备有限公司	1	套	410000	410000	浙械注准 20162100347
4	血液透析管理软件	声典 NIMS V2.0	上海声典网络科技有限公司	1	套	300000	300000	非医疗器械
中标总金额 (RMB/元)		2090000.00			大写金额		贰佰零玖万元整	
备 注		①合同中的价格、金额均含税；						

二、产品交货期限

合同签订生效后，乙方设备在合同签订后 30 日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作；

三、交货方式、地点及货物风险承担：

1. 合同签订后，乙方按照本合同第二条约定的期限将货送到甲方指定地点，因交货产生的全部费用（包括但不限于：包装费、运输费、卸货费、人工费、安装费等）均由乙方自行

承担。

2. 货物到达甲方指定地点后，甲方负责验收。全部验收合格之前，本合同项下货物的全部风险由乙方承担；全部验收合格后，货物风险转移至甲方。

四、验收条款

1. 设备验收分为两阶段：商务验收和技术验收。

(1) 商务验收：乙方将货物运送至甲方指定地点并卸货，甲方先对产品名称、数量、规格型号、生产厂家、外观等基础事项验收。在书面验收文件签字确认后，视为商务验收合格。

(2) 技术验收：在商务验收合格的基础上，由乙方负责对该批货物进行安装调试，全部设备经甲方使用科室确认均能正常运行，各项指标均符合相关技术条件和质量要求的情况下，在书面验收文件签字确认后，视为技术验收合格。商务验收与技术验收之间间隔最长为三个月。

2. 若乙方交付货物未通过商务验收或者技术验收的，甲方有权拒绝接受不符合验收标准的货物，并要求乙方重新提供；若乙方二次提供仍未通过验收的，甲方有权单方解除本合同并重新确定供应商。

3. 乙方需按照甲方要求提供的安装验收阶段资料逐一填写并交齐给甲方设备处验收人员。

4. 所有设备价格均不包含该设备接入医院信息系统的接口费以及今后免费升级的费用。

五、付款方式：

1. 甲方按照乙方提供的银行账号，以银行转账的方式，向乙方支付货款。按年度支付，商务验收合格后 30 个工作日内支付第一年合同金额的货款 30%，第二年支付合同金额的货款的 30%，第三年支付合同金额的货款的 40%

2. 甲方账户信息

甲方开户名	册亨县中医院
甲方开户行	
甲方银行账号	
甲方纳税人识别号	12522327MB1B13487Q
甲方地址	册亨县高洛街道巴纳布社区
联系电话	0859-4218166

3. 乙方账户信息

乙方开户名	重药控股贵州医疗贸易有限公司		
乙方开户行			
乙方银行账号			
乙方开户银行地址	贵州省贵阳市云岩区延安中路 69 号百灵时尚天地 1-2 层		

六、质量、技术标准及质保、售后：

1. 乙方应保证货物为原厂生产并符合招标文件中国家关于生产医疗设备的质量及卫生技术标准及医院使用科室的相关技术参数要求。

2. 质保期为：验收合格之日起质保期叁年。（质保期内患者使用的医疗耗材及血液透析制水设备维护材料：石英砂、活性炭、阳树脂、反渗透膜除外）。

3. 质保期内，乙方负责对该产品免费进行维护、修理、免费更换零件。乙方在接到甲方通知维修保养要求后应在 2 小时内做出回应，并在 48 小时内派遣工作人员到现场进行维护服务。因特殊原因造成的不能及时到场维保的情况应及时向医院设备部门负责人作书面说明情况，否则，由此所造成的一切损失以及甲方为此聘请第三方进行维护的费用均由乙方负责。

4. 质保到期后，甲方可以选择乙方继续维护设备、修理及更换设备零件，乙方可向甲方要求支付相应费用。

七、甲、乙双方权利义务

（一）甲方的权利义务

1、在乙方切实履行合同义务的前提下，甲方将根据招标文件及本合同的约定采购设备、支付款项。

2、甲方对乙方提交的产品按照本合同第四条之约定组织验收。若验收不合格的，甲方有权提出整改意见。

3、若乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任。

（二）乙方的权利义务

1、乙方提交的产品须符合本次招标、投标文件和采购合同的规定和要求，严格履行成交产品的配送承诺及其伴随服务，乙方必须履行本合同，不得转让或者分包成交产品采购合同。

2、本合同履行期间，若乙方向甲方提供的产品出现假冒伪劣等质量问题，由此产生的一切后果由乙方负责并承担全部赔偿责任。

3、若验收不合格，乙方应该按照甲方的整改要求尽快提供合格产品，若因此产生逾期，乙方仍需承担违约责任。

4. 乙方严格按照合同约定期限内安装调试完毕。

八、不可抗力

1. 不可抗力指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件包括但不限于：自然原因的不可抗力，例如：地震、火灾、严重的传染性疾病等，国家机关原因的不可抗力，例如：法律、政策、行政指令等和其它不可抗力。

2. 合同履行期内，甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在相关事件发生后【7】日内将事故情况书面向对方通报，并在不可抗力发生之日起【7】日内向对方提供由相关政府或政府职能部门或其他权限机构出具的不可抗力事实相关的书面证明，书面说明不能履行或者不能完全履行的理由。在取得有关权威机关证明后，经双方协商并书面确认后，允许延期履行、部分履行、或者不履行合同的，根据具体情况部分或全部免于承担违约责任。

九、合同终止

1. 本合同自双方签订之日起生效，从合同生效之日起到质保期满并理赔完毕货款两清之日止。

2. 合同签订后，经甲、乙双方协商书面同意可终止合同。

十、违约责任

1. 若一方违约，违约方应该向守约方承担违约责任。该违约责任包括违约金和损害赔偿。损害赔偿包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、交通费、鉴定费、保全费、公告费等费用。

2. 乙方必须确保所提供产品的质量，若因产品质量造成的医疗事故纠纷和经济损失由乙方承担全部责任。甲方因此垫付的相关费用，可向乙方追偿。

3. 乙方应在本合同约定期限内提供设备，逾期交货的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

4. 保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并且有权委托第三方进行维修，乙方除承担违约责任外，还应承担甲方因聘请第三方机构所支出的维修费用。

5. 乙方设备若未通过甲方验收，应在甲方要求的时间内进行调整或采取甲方认可的措施完善。若乙方未在前述约定时间内采取补救措施的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

十一、其他条款

1. 本合同未尽事宜，甲、乙双方可以另行协商后，签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，但不得与招标、投标、中标文件有实质性背离。

2. 本合同在履行过程中若出现争议，甲、乙双方应先协商解决，协商不成的，任何一方均可以选择下列第(2)种方式解决：

(1) 向贵阳仲裁委员会根据该委现行有效的仲裁规则申请仲裁。

(2) 向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

4. 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，各份均具有同等法律效力。

5. 本合同履行过程中以及因涉诉事项需要向其他各方面邮寄、送交或者其他送达时，各方确认本合同记载的地址及联系方式为相关文件、文书的送达地址及接收联系方式。任何一方变更联系方式及联系地址，应当在变更后的三个工作日内书面告知对方，未经书面告知的，对方确认本合同记载的联系方式及联系地址为送达地址及联系方式。

甲 方	册亨县中医院	乙 方	重药控股贵州医疗贸易有限公司
法定代表人	林王朝	法定代表人	潘松
委托代理人	林王朝	委托代理人	潘松
联系电话	0859-4218166	联系电话	19380100761
邮寄地址	册亨县高洛街道巴纳布社区	邮寄地址	贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟 D12 组团 A 栋 3 层 11 号、12 号、13 号
邮 编	552200	邮 编	550001
签 订 日 期： 2025 年 7 月 30 日			

附件：配置清单

(1) 序号 1-血液透析过滤器



东丽医疗科技（青岛）股份有限公司
Toray Medical (Qingdao) Co., Ltd.

TQS-88 单人血液透析滤过机（标准套）配置清单

分类	部件名称 (Parts Name)		数量
	中文	英文	
主机	TQS-88 单人血液透析滤过机	SINGLE PATIENT DIALYSIS MACHINE	1
附属品	挂架	Top Hanger	1
	透析器夹座	Dialyzer Holder	1
	E 型环	E-Type Snap Ring	1
	保险丝 (1.5A)	Fuse (1.5A)	2
	软管夹箍	Hose Band	3
	支架板	Holder Plate	2
	扎带	Tie Rap	18
	A、B 液盖 (红)	Dialyzer Bottle Cap (Red)	1
	A、B 液盖 (蓝)	Dialyzer Bottle Cap (Blue)	1
	环形螺母紧固工具	Tool for blood leak detector	1
	预备品袋	Parts Bag	1
	固定旋钮	Knob	1
	中间吊挂钩	Middle Hanger	1
	报警灯	Patrol Lamp Assy	1
	进排水管	Twin Hose (for supply water and drain)	1
	操作手册光盘	Operation Manual	1
	共通杆 (带止动环)	Side Pole Assy (With Stop Ring)	1
	单人血液透析机操作手册	TQS-88 Operation Manual	1
检验文件	合格证	Certificate	1
	单人血液透析机检查单	Inspection Sheet of Dialysis Machine	1
	TQS-88 检查单	TQS-88 Inspection Sheet	1
	TQS-88 OP 检查成绩书	TQS-88 OP Inspection Sheet	1
OP/On-Line HDF	挂钩	Thread Holder	1
	内毒素过滤器连接管	Silicon tube with quick joint (Red/Blue)	1
	在线 HDF 功能操作手册	On-Line HDF Operation Manual	1

(2) 序号 2-血液透析机



东丽医疗科技（青岛）股份有限公司
Toray Medical (Qingdao) Co., Ltd.

TQS-88 单人血液透析机（标准套）配置清单

分类	部件名称 (Parts Name)		数量
	中文	英文	
主机	TQS-88 单人血液透析机	SINGLE PATIENT DIALYSIS MACHINE	1
附属品	挂架	Top Hanger	1
	透析器夹座	Dialyzer Holder	1
	E 型环	E-Type Snap Ring	1
	保险丝 (1.5A)	Fuse(1.5A)	2
	软管夹箍	Hose Band	3
	支架板	Holder Plate	2
	扎带	Tie Rap	18
	A、B 液盖 (红)	Dialyzer Bottle Cap(Red)	1
	A、B 液盖 (蓝)	Dialyzer Bottle Cap(Blue)	1
	环形螺母紧固工具	Tool for blood leak detector	1
	预备品袋	Parts Bag	1
	固定旋钮	Knob	1
	中间吊挂钩	Middle Hanger	1
	报警灯	Patrol Lamp Assy	1
	进排水管	Twin Hose(for supply water and drain)	1
	操作手册光盘	Operation Manual	1
	共通杆 (带止动环)	Side Pole Assy(With Stop Ring)	1
	单人血液透析机操作手册	TQS-88 Operation Manual	1
检验文件	合格证	Certificate	1
	单人血液透析机检查单	Inspection Sheet of Dialysis Machine	1
	TQS-88 检查单	TQS-88 Inspection Sheet	1

Copyright 2023 Toray Medical (Qingdao) Co., Ltd. All Rights Reserved

(3) 序号 3-血液透析制水设备

一、原水泵及预处理部分				
序号	货物名称	技术参数或型号	供应商	数量
1	原水泵	CHL8-4 变频	新界	1 台
2	多介质过滤器	PEN-2162	滨特尔	1 台
3	多介质滤料	石英砂 4-20 目	佳美	550KG
4	多介质自动控制阀	F75	润新	1 台
5	活性炭过滤器	PEN-2162	滨特尔	1 套
6	活性炭滤料	碘值≥1000	北方	125KG
7	活性炭自动控制阀	F75	润新	1 台
8	软化过滤器	PEN-2162	滨特尔	1 套
9	阳树脂	C100E	漂莱特	225L
10	软化自动控制阀	F74	润新	1 台
11	精密过滤器	20 英寸*5 芯	之江水	1 套
二、反渗透主机部分				
1	平衡水箱	100L	之江水	1 套
2	智能控制进水阀	DN32	开利达	1 个
3	液位压力传感器	0-1500mm	美控	1 个
4	一级高压泵	CHM5-22	南泵	1 台
5	一级反渗透膜	8040	海德能	3 支
6	二级高压泵	CHM5-20	南泵	1 台
7	二级反渗透膜	8040	海德能	2 支
8	反渗透膜壳	SS8040-1	展杨	5 支
9	主机管路	SS32-38 材质: 卫生级 304	龙泽	1 套
10	主机架	一体化	之江水	1 套
三、控制系统				
1	人机界面	MT6103IP	昆仑通泰	1 台
2	可编程控制器	DVP	三菱	1 套
3	电气控制系统	组合	主要施耐德	1 套
四、仪器仪表部分				
1	电导率仪	CCT3320	科瑞达	3 台
2	转换电动阀	配套组合	开利达	1 套
3	流量计	Φ 40	振兴	4 套
4	冲洗电动阀	DN25	开利达	1 台
5	压力检测	0.1-1.0Mpa	美仪	1 套
五、供水系统部分				
1	恒压系统	DN25	斯宝德	1 个

2	纯水管路	DN25 材质: 304	华杰	1 套
六、热消毒部分				
1	热消毒系统	HZJ-RXD	之江水	1 套

(4) 序号 4-血液透析管理软件

	作为查询条件； 5) 降压药统计：实现科室患者降压药使用情况的统计情况，可按照时间范围作为查询条件； 6) 周促红素用量：实现统计科室患者周促红素用量的情况，可按照时间范围作为查询条件；
	2、库存报表 系统支持对科室药品、耗材库存及个人库存进行统计 1) 入库用药统计：实现统计患者用药的结余情况，可按照患者名称、药品名称和是否欠药作为查询条件； 2) 耗材用量统计：实现统计科室耗材使用情况，可按照时间范围作为查询条件； 3) 药品用量统计：实现统计科室药品使用情况，可按照时间范围作为查询条件； 4) 抗凝剂用量统计：实现统计科室抗凝剂使用情况，可按照时间范围作为查询条件；
质控上报	系统能够与现有全国质控上报中心系统以及省级质控上报中心系统进行对接，可以完成患者基本信息和化验数据的自动上传，不需要手工填报。
血透机接口联机	系统需实现对科室现有具备联机条件的透析机进行联机，采集的参数包括：血流量、静脉压、动脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量、及透析机带有血压模块。

(三) 系统配置清单

序号	名称	数量
1	血液透析管理系统(含血透信息采集模块)	32
2	轮椅体重秤	1
3	医用全自动血压计	1
4	平板电脑	7
5	候诊大屏	1
6	电脑一体机	2
7	条码打印机	1
8	二维码扫描平台	2
9	白卡、卡套	200