

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目（3）

采购文件

项目编号：P5200002024000E38

采 购 人：贵州省人民医院

采购代理机构：泰禾云工程咨询有限公司

日 期：2025-01-10

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目（3）的公开招标公告

项目概况

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目（3）招标项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>)获取采购文件，并于2025年02月07日 09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购项目编号(财政)：THZB2024-459CGHW

项目名称：贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目（3）

交易项目编号： P5200002024000E38

预算金额（元）：8034000.00

最高限价（元）： 标包1:800000.00 ， 标包2:580000.00 ， 标包3:2000000.00 ， 标包4:2314000.00 ， 标包5:2178000.00

采购需求：

标项1

标项名称：包1

数量：不限

预算金额（元）：850000.00

简要规格描述：包1-详见招标文件

备注：

标项2

标项名称：包2

数量：不限

预算金额（元）：600000.00

简要规格描述：包2-详见招标文件

备注：

标项3

标项名称：包3

数量：不限

预算金额（元）：2000000.00

简要规格描述：包3-详见招标文件

备注：

标项4

标项名称：包4

数量：不限

预算金额（元）：2374000.00

简要规格描述：包4-详见采购文件

备注：

标项5

标项名称：包5

数量：不限

预算金额（元）：2210000.00

简要规格描述：包5-详见采购文件

备注：

合同履行期限： 标包1:国产设备在合同签订后30日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作；进口设备在90日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作。 ， 标包2:国产设备在合同签订后30日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作；进口设备在90日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作。 ， 标包3:国产设备在合同签订后30日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作；进口设备在90日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作。 ， 标包4:国产设备在合同签订后30日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作；进口设备在90日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作。 ， 标包5:国产设备在合同签订后30日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作；进口设备在90日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作。

本项目（是/否）接受联合体投标：

标项1:否

标项2:否

标项3:否

标项4:否

标项5:否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1:其他:本项目非专门面向中小企业采购，标项2:其他:本项目非专门面向中小企业采购，标项3:其他:本项目非专门面向中小企业采购，标项4:其他:本项目非专门面向中小企业采购，标项5:其他:本项目非专门面向中小企业采购

3. 申请人的一般资格要求：

标项1：

a、具有独立承担民事责任的能力：具有有效的统一社会信用代码的营业执照； b、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供2023年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行2024年以来出具的资信证明； c、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）； d、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）； e、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)； f、法律、行政法规规定的其他条件：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名

单，如有被列入的情况，将视为无效投标”。

标项2：

a、具有独立承担民事责任的能力：具有有效的统一社会信用代码的营业执照； b、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供2023年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行2024年以来出具的资信证明； c、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）； d、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）； e、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)； f、法律、行政法规规定的其他条件：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标”。

标项3：

a、具有独立承担民事责任的能力：具有有效的统一社会信用代码的营业执照； b、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供2023年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行2024年以来出具的资信证明； c、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）； d、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）； e、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购

活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)； f、法律、行政法规规定的其他条件：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标”。

标项4：

a、具有独立承担民事责任的能力：具有有效的统一社会信用代码的营业执照； b、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供2023年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行2024年以来出具的资信证明； c、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）； d、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）； e、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)； f、法律、行政法规规定的其他条件：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标”。

标项5：

a、具有独立承担民事责任的能力：具有有效的统一社会信用代码的营业执照； b、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供2023年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行2024年以来出具的资信证明； c、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）； d、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

：提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）；

e、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)； f、法律、行政法规规定的其他条件：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标”。

4. 本项目的特定资格要求：

标项1：

a、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料。b、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。c、针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包3-全自动化学发光免疫分析仪；包4-红外线治疗仪；包5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。

标项2：

a、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料。b、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。c、针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包3-全自动化学发光免疫分析仪；包4-红外线治疗仪；包5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。

标项3：

a、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可

证》或医疗器械经营许可备案证明材料。b、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。c、针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包3-全自动化学发光免疫分析仪；包4-红外线治疗仪；包5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。

标项4：

a、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料。b、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。c、针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包3-全自动化学发光免疫分析仪；包4-红外线治疗仪；包5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。

标项5：

a、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料。b、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。c、针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包3-全自动化学发光免疫分析仪；包4-红外线治疗仪；包5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。

三、获取招标文件

时间：2025年01月10日 至 2025年01月17日 ， 每天上午00:00至11:59 ， 下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

方式：贵州省公共资源交易网-网上交易大厅-文件下载板块（交易中心网址

： <https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>)

售价（元）：0.00

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年02月07日 09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易中心网（交易中心网址

： <https://ggzy.guizhou.gov.cn/>)

开标时间：2025年02月07日 09时30分

开标地点：贵州省公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 是否需要提交样品或现场踏勘：

标项1:否， 标项2:否， 标项3:否， 标项4:否， 标项5:否

2. 交货地点或服务地点

标项1:

采购人指定地点

标项2:

采购人指定地点

标项3:

采购人指定地点

标项4:

采购人指定地点

标项5:

采购人指定地点

3. 其他事项：/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：贵州省人民医院

地址：贵阳市中山东路83号

传真：

项目联系人：姜子昊

项目联系方式：0851-85927490

2. 采购代理机构信息

名称：泰禾云工程咨询有限公司

地址：贵阳市观山湖区金融商业区内建勘大厦16楼1-9号

传真：

项目联系人：刘玉瑶、张健、贾翔瑞

项目联系方式：17785846494

3. 项目联系方式

项目联系人：刘玉瑶、张健、贾翔瑞

联系方式：17785846494

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目(3)

省公共资源交易中心电子招标远程开标须知

一、关于开标程序

本项目采用电子招标远程开标，供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

1. 开标准备：供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。

3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。

（环境配置及加解密注意事项详见：
<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 开标结果确认：供应商在解密完成后，应对投标内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对投标内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

5.公开开标信息：确认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标人名称和招标文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

6.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过远程开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

二、关于投标文件递交方式及要求

本项目为电子招标远程开标项目：供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人须按招标人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标，并根据实际情况向监督部门报告：

1. 交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；
2. 受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；
3. 发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；

4. 发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；
5. 其他非投标人原因，导致开标无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标时间。

四、关于注意事项

1. 电子招标远程开标会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。
2. 供应商参加电子招标远程开标项目，应在投标截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标文件。
3. 供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保开标过程中可正常在线进行投标文件解密、确认报价、开标异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）
4. 投标文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。
注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#!/activity/guizhou>）
5. 请早于项目开标时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#!/detection>，移动CA证书（贵州交易通APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#!/activity/guizhou/check>）。

6.开评标全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

(咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：530035634 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561)

(如采购文件中其他章节关于远程开标描述与本须知不一致的以本须知为准)

投标人须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	项目名称	贵州省人民医院 2024 年度医疗设备采购项目（3）
2	资金情况	已落实。
3	招标方式	公开招标。
4	采购类别	货物
5	投标人资格	详见招标公告。
6	招标范围	招标文件所示范围。
7	质量标准	符合国家质量标准及行业质量标准。
8	供货期	国产设备在合同签订后 30 日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作；进口设备在 90 日历天内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作。
9	供货地点	采购人指定地点。
10	质保期	详见采购需求中采购清单
11	投标有效期	投标截止时间起生效，其有效期为 90 日历天。
12	调价原则	投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。
13	投标答疑会	不召开。
14	投标人的 代替方案	不接受代替方案。
15	投标文件递交地 点	本项目为不见面开标，采用在线递交投标文件，自行解密的方式进行。投标人（投标人）须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（政府采购为 .gpt 格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址： http://ggzy.guizhou.gov.cn ）平台中，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为投标文件未递交成功。投标截止时间

		后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。
16	投标截止时间	以发布的公告上的时间为准。
17	开标时间及地点	开标时间：以发布的公告上的时间为准。 开标地点：本项目为不见面开标，采用在线递交投标文件，自行解密的方式进行。投标人（投标人）须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（工程为.gzstb 格式/政府采购为.gpt 格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：http://ggzy.guizhou.gov.cn）平台中，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为投标文件未递交成功。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。
18	开标程序	①采购人、代理机构、投标人登录电子开标系统。 ②投标文件递交截止时间后，采购人或代理机构确认网上开标会开始，系统显示投标人名称。 ③采购人或代理机构通过系统发出投标文件解密指令，投标人应在解密指令发出后使用数字证书，在规定时间内完成解密。投标人未在规定时间内完成解密并无合理原因的，视为撤销投标文件。 ④投标人解密成功后，网上开标系统显示开标信息。投标人应对系统显示的报价进行确认。投标人解密成功后，如发现系统显示的自身投标报价不正确，可通过系统向采购人或代理机构提出异议，采购人或代理机构可暂停开标，由交易中心技术人员通过网上开标系统核实报价情况，核实确定是否修正异议投标人报价后继续开标进程。 ⑤确认报价后，系统生成开标记录表，内容应包含所有投标人名称和招标文件规定的其他内容。 ⑥各投标人应对开标记录表内容进行签章确认，确认时间为10分钟内。未在规定时间内对开标记录表进行签章且未提出异议(质疑)的，视为默认开标结果。 ⑦开标结束。

		注：如相关说明与系统生成说明不一致，以系统说明为准
19	投标保证金	1、交纳金额： 包 1-：壹万元整（¥10000.00）； 包 2-：壹万元整（¥10000.00）； 包 3-：贰万元整（¥20000.00）； 包 4-：贰万元整（¥20000.00）； 包 5-：贰万元整（¥20000.00）； 2、保证金有效期：同投标有效期。 3、投标保证金交纳。 3.1、投标保证金形式：投标人可以使用下列形式之一提交投标保证金：银行转账、银行保函、担保保函、保证保险。 1) 银行转账：应在投标截止时间之前从投标人企业基本账户以银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，投标人企业基本账户开户许可证上缴账号应与投标保证金转账回单上账号一致。 2) 银行保函： 银行保函由银行出具，内容应载明招标人名称、投标人名称、项目名称及标段、保证金金额、保函有效期、银行官网网址。银行保函通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3) 担保保函： 在有条件的地区推行工程担保公司保函。担保保函由工程担保公司出具，内容应载明招标人名称、投标人名称、项目名称及标段、保证金金额、保函有效期、工程担保公司官网网址。担保保函通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 4) 保证保险：

	在有条件的地区推行工程保证保险。保证保险由保险公司出具，内容应载明招标人名称、投标人名称、项目名称及标段、保证金金额、保单有效期、保险公司官网网址。 保证保险通过互联网无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，如验证不通过，则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 为纵深推进贵州省大数据战略行动，大力推广使用电子保函，通过公共资源交易综合金融服务平台开具的电子银行保函、担保保函、保证保险，可直接在交易系统中确认。 3.2、投标保证金证明材料提交： 1) 银行转账： 递交截止时间：同投标截止时间 开户名称：贵州省公共资源交易中心 开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行 开户账号：0109001400000182-0002 2) 银行保函/担保保函/保证保险： 投标人在提交投标文件时将银行保函/担保保函/保证保险原件单独提交（或以特快专递）给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 银行转账、银行保函、担保保函、保证保险的扫描件（加盖投标人单位印章）应作为投标文件中资格审查的组成部分，装订在投标文件中。 4、投标保证金退还 4.1、以银行转账形式提交的保证金：公示期结束后，招标人应在 10 日内书面通知公共资源交易中心退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息（如有异议或投诉情形的除外）。招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 5 日内向中标人退
--	--

		还投标保证金及银行同期存款利息。在投标有效期后招标人仍未书面通知公共资源交易中心的，将视为招标人同意，公共资源交易中心将主动退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息。 4.2、以银行保函/担保保函/保证保险形式提交的保证金：第一中标候选人需退回银行保函/担保保函/保证保险原件的，在书面合同签订后投标有效期前，到招标人处领回；非中标候选人需退回的，在中标候选人公示结束后并在投标有效期前，到招标人处领回（以上项目存在异议、投诉的，须待异议、投诉处理完毕后方可领回）。 特别提示：贵州省公共资源交易系统以银行转账方式缴纳的投标保证金，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标
20	采购代理机构联系	详见招标公告
21	招标代理服务费	代理机构参照《贵州省物价局、贵州省住房和城乡建设厅关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（黔价房〔2011〕69号）货物标准，下浮60%向中标人收取中标服务费，服务费在中标通知书发出前一次付清。
22	中标通知书的领取	中标人须在采购代理机构通知后三个工作日内到采购代理机构领取中标通知书原件，逾期将视为自动放弃中标资格。因中标人不领取中标通知书对采购人项目造成影响的，将不退还其投标保证金。 领取中标通知书时须提供法人授权书（附法人身份证及被授权人身份证）、中标服务费缴费凭证。
23	发布公告的媒介	本次招标公告在《贵州省政府采购网》《贵州省公共资源交易中心》《贵州省招标投标公共服务平台》上发布。
24	履约保证金	本项目不作要求。

25	付款方式	1、招标人按照中标人提供的银行账号，以银行转账或开具支票的方式，经招标人书面确认后支付价款。 2、招标人在设备安装调试完毕并经验收合格后一次性付清全部货款。
26	进口产品	本项目所采购的产品中所有进口产品（详见本招标文件第四章）已通过贵州省财政厅审批并同意采购进口产品，允许原装进口产品投标报价。若仍有满足需求的国内产品参与投标，在同等条件下，以采购国内产品为主。外商投资企业在我国境内生产的产品视同国内产品。
27	同品牌处理原则	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价（含小微企业报价分扣除后的报价）最低的投标人获得中标人推荐资格，报价也相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
28	政府采购政策扶持	1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目是否专门面向中小企业采购：<u>否</u> 2、价格扣除优惠政策：根据“财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46号）和“财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知”（财库〔2022〕19号文件）要求，对小微型企业制造商生产的产品进行价格扣除： （1）对小微企业的价格优惠幅度：货物服务项目为10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号执行。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任；监狱企业视同为小型、微型企业（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属

		于监狱企业的证明文件）；残疾人福利性单位视同小型、微型企业（须根据三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号规定提供残疾人福利性单位声明函）。 （2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 <u>工业</u>。 （3）本项目为货物采购，同一采购包（标项）中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，以及提供进口产品的，不享受价格扣除优惠政策。
注：招标文件正文中与本前附表不一致的，以前附表为准！		

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目(3)

投标人须知正文

（一） 定义的说明

- 1、适用范围：本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的采购。
- 2、定义
 - 2.1、“采购人”系贵州省人民医院；
 - 2.2、“采购代理机构”系泰禾云工程咨询有限公司；
 - 2.3、“投标人”、“供应商”指参加竞争投标，经审查符合本次招标所规定的相应资格要求的所有提交投标文件的企业。
 - 2.4、“中标人”指通过公开招标，采购人从评标委员会推荐的中标候选人中择优确定的企业。
 - 2.5、“货物”指项目实施过程中所需要的所有物品、组件、备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
 - 2.6、“服务”指招标文件规定供应商需承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务和其他类似的义务。
 - 2.7、“招标文件”指由采购代理机构发出的本文件，包括全部章节和附件。
 - 2.8、“投标文件”指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。
- 3、投标费用：投标人自行承担所有与参加这次投标有关的全部费用。

（二） 招标文件的说明

- 4、招标文件的构成：招标文件由下述部分组成：

- 4.1、招标公告；
- 4.2、投标人须知；
- 4.3、评标办法
- 4.4、采购需求
- 4.5、合同条款
- 4.6、投标文件格式。

5、招标文件的澄清或修改

5.1 在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可对招标文件进行澄清或修改。若澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 招标文件的修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。对招标文件的口头解释无约束力，除正式的书面修改或补充通知外，采购代理机构对其他形式的修改概不负责，也不受其约束。

5.3 招标文件澄清或修改内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清修改内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

5.4、澄清、修改的内容在招标公告发布的媒介上发布更正公告。

6、招标文件的质疑：

6.1、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（质疑函格式附后，未按此格式制作质疑函的不予接收）。

注：采购过程中，投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则二次提出同一环节的质疑时，采购人及采购代理机构将不予受理。

（三）投标文件的编写

7、要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性。

8、语言及计量单位：

8.1、投标文件及投标人和采购代理机构就来往文件，应以中文书写。投标人可以提交使用其它语言的资料，但有关段落必须译成中文，在解释或有差异矛盾时以中文翻译件为准。

8.2、除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件编写详见电子标书制作软件，未尽事宜请按照评分办法部分制作。

10、报价

10.1、投标人所提供的货物以人民币报价，投标报价（含税）包括：货物、运输（到达采购人指定地点）、保险、安装调试费、接口费（如：LIS、HIS、PACS、HRP 等）（若有）、培训费、验收费用及各种税费等直至货物到达使用地点并能正常投入使用所发生的一切费用，即总价包干。

投标报价为最终报价，漏算的费用均认为已包括在总价中，投标人不得再要求追加任何费用。

10.2、投标人应在开标一览表载明的内容如实填写。

10.3、如果所投产品技术规格有偏离，在满足技术参数的前提下，投标人可选择偏离产品，并如实填写技术偏离表，否则视为不满足招标文件要求。

10.4、除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

10.5、投标人的报价不能超过最高限价。

10.6、投标人不得以低于成本的报价投标。

10.7、投标人的报价一律用人民币填报。

11、投标保证金：

11.1、投标人应按投标须知前附表规定提交投标保证金。

11.2、未中标人的投标保证金于自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，中标人须在合同签订之日起 2 个工作日内向采购代理机构提交合同备案，采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

11.3、发生以下情况投标保证金将不予退还：

11.3.1、开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

11.3.2、中标人不按招标文件规定签订合同。

11.3.3 法律、法规规定的其他情况。

12、投标有效期：详见投标须知前附表。

13、投标文件的递交

13.1、本项目为不见面开标，采用在线递交投标文件，自行解密的方式进行。投标人（投标人）须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（工程为.gzstb 格式/政府采购为.gpt 格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）平台中，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为投标文件未递交成功。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。

13.2、投标人在投标截止时间前，可以对已递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。以最后一次上传的投标文件为准。

13.3、在投标截止时间之后，投标人不得对投标文件做任何修改。

13.4、在规定的投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

（四） 开标和评标

14、开标

14.1、本项目为不见面开标，在规定时间内解密文件。

14.2 招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

14.2.1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

14.2.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

14.2.3、投标人的报价均超过了采购预算或采购限价，采购人不能支付的；

14.2.4、因重大变故，采购任务取消的。

15、资格性审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格性进行审查，没有通过资格审查的投标人，不得进入下一步评标环节。

16、投标文件的评审及澄清

16.1、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人及评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

16.2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

16.4、评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

16.5、有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

17、对投标文件的评审

17.1、评标委员会由采购人依法组建。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.2、评标委员会将首先审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否符合招标文件实质性要求等。**投标文件有下列情况之一者将被视为无效标，评标委员会对无效标不进行评审。**

- (1) 投标报价被评标委员会认定低于成本价的；
- (2) 投标报价高于最高限价的；
- (3) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- (4) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - ⑤不同投标人的投标文件相互混装；
 - ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(5) 投标有效期不满足采购文件要求的；

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(7) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(8) 未按采购文件要求进行签署的；

(9) 采购清单中标识为国产产品，提供进口产品投标的；

(10) 法律法规及本招标文件中规定的其他被认定无效的情况。

17.3、评标委员会在进行符合性审查时，按照符合性审查表载明的内容评审投标文件是否实质响应了招标文件的要求。

17.4、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

17.5、评标委员会将对确定为实质上响应的投标文件进行评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，**修正错误的原则如下：**

17.5.1、投标人应在报价一览表上写明投标货物的单价和投标总价。开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

17.5.2、投标文件的投标报价大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标报价未填写大写金额的，投标文件按无效标处理；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

17.5.3 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.5.4、评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力；如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

17.6、招标文件提供的基础性技术要求等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

18、评标原则

18.1、认真贯彻国家有关法律、法规和政策，维护国家利益。

18.2、维护各方当事人的合法权益。

18.3、对所有投标人的评审，均采用相同的程序和标准。

18.4 按照招标文件确定的标准和方法，对投标人进行评审和比较。没有纳入招标文件的标准和方法，不得作为评审的依据。

18.5、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

19、采购代理机构不向未中标人解释落标原因。

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目(3)

（五） 合同授予

20、合同授予

20.1、评标委员会将对投标人按评标得分排出中标候选人。

20.2、采购人原则上把合同授予实质上响应招标文件要求且评分最高的中标候选人。

20.3、最低报价并不是被授予合同的保证。

21、在合同未履行前，出现影响中标结果的情况致使采购人取消本次采购的，对于中标人的经济损失，采购代理机构及采购人无需承担赔偿责任。

22、中标结果公告

22.1、采购代理机构将在发布招标公告的媒介上公告中标结果。

22.2、质疑及投诉：投标人进行质疑时，须按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定进行，不符合要求的一律拒收。

22.3、投标人行使质疑权时，须按照“谁质疑谁举证”，遵守“实事求是”的原则承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人、招标代理人进行质疑处理时将遵循“谁过错谁承担”的原则进行处理。相关调查、论证的费用由“过错方”承担，否则保证金不予退还。

22.4、无论是质疑还是被质疑，投标人均须主动配合采购代理机构或采购人查询相关证据，并承诺同意延长投标保证金的退还时间，对于采购代理机构要求补充的内容，投标人不得无故推脱或不予配合，否则采购代理机构有权不退换其投标保证金。

23、中标通知书

23.1、中标人须在接到采购代理机构通知后三个工作日内到采购代理机构领取中标通知书原件，逾期将视为自动放弃中标资格。中标人不在规定时间内领取中标通知书的，将不退还其投标保证金。

23.2 采购代理机构在发出《中标通知书》的同时，向未中标的投标人采取有效的通知方式，并按规定退还其投标保证金。

24、签订合同

24.1、自中标通知书发出之日起 30 日内，采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。在合同签订后两个工作日内，中标人向采购代理机构提交合同备案。

24.2、中标人如未能按招标文件要求，在规定限期内签订合同，无论何种原因采购人将取消其中标资格、撤销其中标通知书。采购人按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展政府采购活动。

25、代理服务费

详见投标须知前附表。

26、解释权

本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

27、未尽事宜

未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及有关法律法规的规定执行。

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目(3)

供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。**采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的在线官网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。

履约担保：需要提交履约担保的，可通过“贵州省公共资源交易综合金融服务平台”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函）。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。

报价与最高限价表

标包名称：包1

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	报价形式说明
1	投标总报价	金额报价	800000.00	元	

标包名称：包2

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	报价形式说明
1	投标总报价	金额报价	580000.00	元	

标包名称：包3

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	报价形式说明
1	投标总报价	金额报价	2000000.00	元	

标包名称：包4

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	报价形式说明
1	投标总报价	金额报价	2314000.00	元	

标包名称：包5

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	报价形式说明
1	投标总报价	金额报价	2178000.00	元	

开标一览表

项目名称：贵州省人民医院2024年
度医疗设备采购项目
(3)

项目编号：P5200002024000E38

(一) 唱标记录

标包名称:包1

序号	投标单位名称	投标总报价 (元)	供货期(日历天)	签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

标包名称:包2

序号	投标单位名称	投标总报价 (元)	供货期(日历天)	签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

序号	投标单位名称	投标总报价 (元)	供货期(日历天)	签名
8				

标包名称:包3

序号	投标单位名称	投标总报价 (元)	供货期(日历天)	签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

标包名称:包4

序号	投标单位名称	投标总报价 (元)	供货期(日历天)	签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

标包名称:包5

序号	投标单位名称	投标总报价 (元)	供货期(日历天)	签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____ _____年____月____日

评标办法前附表

1、项目基本信息

项目编号：P5200002024000E38

项目名称：贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目（3）

采购方式：公开招标

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

2、标包信息

标包1：包1

基本信息

标包编号：P5200002024000E38001

标包名称：包1

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：是

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统

报价评审：有

预算金额(元)：850000

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
------	----	------	------	----

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	具有独立承担民事责任的能力	具有有效的统一社会信用代码的营业执照；	
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商是法人的，应提供2023年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行2024年以来出具的资信证明；	
	3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）；	
	4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）；	
	5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)；	
	6	法律、行政法规规定的其他条件	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标”。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	7	本项目的特定资格要求	a、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可证备案证明材料。 b、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。 c、针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包3-全自动化学发光免疫分析仪；包4-红外线治疗仪；包5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。	
符合性审查	1	投标清单核查	核查投标人所提供开标一览表中的产品类型及数量是否与招标文件要求的一致，不一致的按无效标处理。	
	2	技术符合性	无	
	3	商务符合性	满足招标文件“商务要求”。	
	4	无效标审查	按招标文件规定的无效标条款审查。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
商务评审	1	供货服务方案	投标人针对本项目提供供货服务方案，应当包括但不限于供货期安排、包装方式、装卸货物保护方案、验收方案、配送货流程方案、配送货流程。 (1) 制定的供货服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得5分； (2) 制定的供货服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得3分； (3) 制定的供货服务方案内容不完整，针对性一般的得1分。 注：未提供供货服务方案的不得分。	5.00
	2	售后服务方案	投标人针对本项目提供售后服务方案，应当包括但不限于售后服务承诺、备品备件情况、安装调试、产品质量保障措施。 (1) 制定的售后服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得5分； (2) 制定的售后服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得3分； (3) 制定的售后服务方案内容不完整，针对性一般的得1分。 注：未提供售后服务方案的不得分。	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	3	业绩	投标人需提供2021年1月1日以来独立完成的类似项目业绩，每提供一个产品供货业绩得1分，满分5分。 注：（1）提供业绩证明材料扫描件加盖投标单位公章；证明材料为采购合同。合同可只提供关键页（合同关键页包括采购内容、签约日期、双方盖章页）。 （2）一份有效业绩证明材料至少包括一项核心产品。	5.00
	4	质保期	供应商单独提供整包产品质保期延长的承诺：满足招标文件质保期要求的不得分，在满足招标文件要求的基础上，整包每增加一年质保期的得2.5分，满分5分。 承诺函格式详见“投标文件格式”章节，未提供承诺或未按格式承诺的不得分。	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	5	试剂及配套耗材占比	本包中“血药浓度分析仪”及“全自动自身免疫分析系统”根据技术参数中表格计算耗占比。评标委员会根据供应商计算耗占比进行横向比较评分，耗占比最低的为排名第一，耗占比第二低的为排名第二，以此类推。 (1) 血药浓度分析仪耗占比 ①排名第一：得10分； ②排名第二：得5分； ③排名第三：得1分； ④其余排名或未提供耗占比情况表或提供的耗占比情况表缺项或未按报价明细表固定格式提供的：得0分； (2) 全自动自身免疫分析系统耗占比 ①排名第一：得10分； ②排名第二：得5分； ③排名第三：得1分； ④其余排名或未提供耗占比情况表或提供的耗占比情况表缺项或未按报价明细表固定格式提供的：得0分； 注：a.当投标人血药浓度分析仪耗占比高于50%时；全自动自身免疫分析系统耗占比高于37%时，该项评审不计分 b.若投标人耗占比一致，则并列排序，得分相同。 耗占比一览表格式详见评标办法正文	20.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	1	产品技术指标、性能等	(1) 投标产品技术参数满足招标文件“技术参数要求”要求，得基本分30分； (2) 投标产品带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减5分，扣完为止； (3) 投标产品未带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减2分，扣完为止。 注： ①产品技术参数是否负偏离，须提供厂家或大区代理商出具的“参数确认函”或“产品官方宣传彩页”或“原厂技术白皮书”体现的技术标准为准，否则视为负偏离。 ②出现以下情况，评标委员会将视为不能满足招标文件“技术参数（规格）要求”，作“负偏离”扣分： a.证明材料未能对应体现其满足或优于招标文件对应的“技术参数（规格）要求”内容的； b.招标文件“技术参数要求”中有特殊要求提供证明材料，未按其提供或提供不全的； c.提供的证明材料，产品厂家（或有效授权单位）未盖章的； d.未在偏离表中注明其提供的证明材料对应位置并标识的。	30.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
报价评审	1	报价评审	报价评审得分 = (最低 投标总报价 / 各投标人 的投标总报价) * 30.00 备注：所报价均以扣除 后的价格参与评审（若 有）。 报价扣除说明： 小微型企业价格扣除 率：10.00% 监狱、福利性企业视 为： 扣除后的金额报价=金 额报价*（1-扣除率） 扣除后的下浮率报价= 下浮率报价*（1+扣除 率） 扣除后的折扣报价=折 扣报价*（1-扣除率） 备注信息：投标人或产 品若同时享有以上价格 扣除情况的，仅对“投 标报价分”进行一次价 格扣除，并不作叠加扣 除	30.0 0

标包2：包2

基本信息

标包编号：P5200002024000E38002

标包名称：包2

评标办法：综合评分法

是否考虑小微型企业价格扣除：是

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：全自动大便分析仪

报价评审：有

预算金额(元)：600000

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	具有独立承担民事责任的能力	具有有效的统一社会信用代码的营业执照；	
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商是法人的，应提供2023年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行2024年以来出具的资信证明；	
	3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）；	
	4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）；	
	5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)；	
	6	法律、行政法规规定的其他条件	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标”。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	7	本项目的特定资格要求	a、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可证备案证明材料。 b、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。 c、针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包3-全自动化学发光免疫分析仪；包4-红外线治疗仪；包5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。	
符合性审查	1	投标清单核查	核查投标人所提供开标一览表中的产品类型及数量是否与招标文件要求的一致，不一致的按无效标处理。	
	2	技术符合性	无	
	3	商务符合性	满足招标文件“商务要求”。	
	4	无效标审查	按招标文件规定的无效标条款审查。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
商务评审	1	供货服务方案	投标人针对本项目提供供货服务方案，应当包括但不限于供货期安排、包装方式、装卸货物保护方案、验收方案、配送货流程方案、配送货流程。 (1) 制定的供货服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得5分； (2) 制定的供货服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得3分； (3) 制定的供货服务方案内容不完整，针对性一般的得1分。 注：未提供供货服务方案的不得分。	5.00
	2	售后服务方案	投标人针对本项目提供售后服务方案，应当包括但不限于售后服务承诺、备品备件情况、安装调试、产品质量保障措施。 (1) 制定的售后服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得5分； (2) 制定的售后服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得3分； (3) 制定的售后服务方案内容不完整，针对性一般的得1分。 注：未提供售后服务方案的不得分。	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	3	业绩	投标人需提供2021年1月1日以来独立完成的类似项目业绩，每提供一个产品供货业绩得1分，满分5分。 注：（1）提供业绩证明材料扫描件加盖投标单位公章；证明材料为采购合同。合同可只提供关键页（合同关键页包括采购内容、签约日期、双方盖章页）。 （2）一份有效业绩证明材料至少包括一项核心产品。	5.00
	4	质保期	供应商单独提供整包产品质保期延长的承诺：满足招标文件质保期要求的不得分，在满足招标文件要求的基础上，整包每增加一年质保期的得2.5分，满分5分。 承诺函格式详见“投标文件格式”章节，未提供承诺或未按格式承诺的不得分。	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	5	试剂及配套耗材占比	针对“全自动白带分析仪”“全自动大便分析仪”： 检测项目为：1.全自动白带分析仪：白带分析仪配套试剂； 2.全自动大便分析仪：粪便常规（包括样本采集器）、粪便隐血、轮状病毒 各投标人须按下表进行报价，评标委员会根据投标人所报的价格进行横向比较，价最低的为排名第一，报价第二低的为排名第二，以此类推。 （1）全自动白带分析仪：白带分析仪配套试剂 ①排名第一：得10分； ②排名第二：得5分； ③排名第三：得1分； ④其余排名或未提供报价明细表或提供的报价明细表缺项或未按报价明细表固定格式提供的：得0分； （2）全自动大便分析仪：粪便常规（包括样本采集器）、粪便隐血、轮状病毒，4项目 单价合计 ①排名第一：得10分； ②排名第二：得5分； ③排名第三：得1分； ④其余排名或未提供报价明细表或提供的报价明细表缺项或未按报价明细表固定格式提供的：得0分； 特别说明：a.当投标人报价高于限价时，该项评审不计分。b.投标人所报单人份报价将作为该产品包中标人后期与采购人签订合同前议价时的最高限价。c.若投标人报价一致，则并列排序，得分相同。 报价明细表格式详见评标办法正文	20.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	1	产品技术指标、性能等	(1) 投标产品技术参数满足招标文件“技术参数要求”要求，得基本分30分； (2) 投标产品带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减5分，扣完为止； (3) 投标产品未带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减2分，扣完为止。 注： ①产品技术参数是否负偏离，须提供厂家或大区代理商出具的“参数确认函”或“产品官方宣传彩页”或“原厂技术白皮书”体现的技术标准为准，否则视为负偏离。 ②出现以下情况，评标委员会将视为不能满足招标文件“技术参数（规格）要求”，作“负偏离”扣分： a.证明材料未能对应体现其满足或优于招标文件对应的“技术参数（规格）要求”内容的； b.招标文件“技术参数要求”中有特殊要求提供证明材料，未按其提供或提供不全的； c.提供的证明材料，产品厂家（或有效授权单位）未盖章的； d.未在偏离表中注明其提供的证明材料对应位置并标识的。	30.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
报价评审	1	报价评审	报价评审得分 = (最低 投标总报价 / 各投标人 的投标总报价) * 30.00 备注：所报价均以扣除 后的价格参与评审（若 有）。 报价扣除说明： 小微型企业价格扣除 率：10.00% 监狱、福利性企业视 为： 扣除后的金额报价=金 额报价*（1-扣除率） 扣除后的下浮率报价= 下浮率报价*（1+扣除 率） 扣除后的折扣报价=折 扣报价*（1-扣除率） 备注信息：投标人或产 品若同时享有以上价格 扣除情况的，仅对“投 标报价分”进行一次价 格扣除，并不作叠加扣 除	30.0 0

标包3：包3

基本信息

标包编号：P5200002024000E38003

标包名称：包3

评标办法：综合评分法

是否考虑小微型企业价格扣除：是

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：全自动化学发光免疫分析仪

报价评审：有

预算金额(元)：2000000

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	具有独立承担民事责任的能力	具有有效的统一社会信用代码的营业执照；	
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商是法人的，应提供2023年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行2024年以来出具的资信证明；	
	3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）；	
	4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）；	
	5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)；	
	6	法律、行政法规规定的其他条件	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标”。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	7	本项目的特定资格要求	a、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可证备案证明材料。 b、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。 c、针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包3-全自动化学发光免疫分析仪；包4-红外线治疗仪；包5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。	
符合性审查	1	投标清单核查	核查投标人所提供开标一览表中的产品类型及数量是否与招标文件要求的一致，不一致的按无效标处理。	
	2	技术符合性	无	
	3	商务符合性	满足招标文件“商务要求”。	
	4	无效标审查	按招标文件规定的无效标条款审查。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
商务评审	1	供货服务方案	投标人针对本项目提供供货服务方案，应当包括但不限于供货期安排、包装方式、装卸货物保护方案、验收方案、配送货流程方案、配送货流程。 (1) 制定的供货服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得5分； (2) 制定的供货服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得3分； (3) 制定的供货服务方案内容不完整，针对性一般的得1分。 注：未提供供货服务方案的不得分。	5.00
	2	售后服务方案	投标人针对本项目提供售后服务方案，应当包括但不限于售后服务承诺、备品备件情况、安装调试、产品质量保障措施。 (1) 制定的售后服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得5分； (2) 制定的售后服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得3分； (3) 制定的售后服务方案内容不完整，针对性一般的得1分。 注：未提供售后服务方案的不得分。	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	3	业绩	投标人需提供2021年1月1日以来独立完成的类似项目业绩，每提供一个产品供货业绩得1分，满分5分。 注：（1）提供业绩证明材料扫描件加盖投标单位公章；证明材料为采购合同。合同可只提供关键页（合同关键页包括采购内容、签约日期、双方盖章页）。 （2）一份有效业绩证明材料至少包括一项核心产品。	5.00
	4	质保期	供应商单独提供整包产品质保期延长的承诺：满足招标文件质保期要求的不得分，在满足招标文件要求的基础上，整包每增加一年质保期的得2.5分，满分5分。 承诺函格式详见“投标文件格式”章节，未提供承诺或未按格式承诺的不得分。	5.00
	5	试剂及配套耗材占比	“全自动化学发光免疫分析仪”耗材评分为20分。 投标人所报的单人份价格耗材分值最低得分为20分。以投标人所报最低价为基准，其他投标人投标每增加0.1元扣2分。20分扣完为止。 特别说明：a.单人份耗材不得高于3元。 b.此部分报价是除了试剂、质控品其余耗材如缓冲液、清洗液、反应杯、吸头、系统清洗液等完成试验所必需的耗材按照单人份价格总体报价。 c.若投标人报价一致，则并列排序，得分相同。 报价明细表格式详见评标办法正文	20.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	1	产品技术指标、性能等	(1) 投标产品技术参数满足招标文件“技术参数要求”要求，得基本分30分； (2) 投标产品带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减5分，扣完为止； (3) 投标产品未带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减2分，扣完为止。 注： ①产品技术参数是否负偏离，须提供厂家或大区代理商出具的“参数确认函”或“产品官方宣传彩页”或“原厂技术白皮书”体现的技术标准为准，否则视为负偏离。 ②出现以下情况，评标委员会将视为不能满足招标文件“技术参数（规格）要求”，作“负偏离”扣分： a.证明材料未能对应体现其满足或优于招标文件对应的“技术参数（规格）要求”内容的； b.招标文件“技术参数要求”中有特殊要求提供证明材料，未按其提供或提供不全的； c.提供的证明材料，产品厂家（或有效授权单位）未盖章的； d.未在偏离表中注明其提供的证明材料对应位置并标识的。	30.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
报价评审	1	报价评审	报价评审得分 = (最低 投标总报价 / 各投标人 的投标总报价) * 30.00 备注：所报价均以扣除 后的价格参与评审（若 有）。 报价扣除说明： 小微型企业价格扣除 率：10.00% 监狱、福利性企业视 为： 扣除后的金额报价=金 额报价*（1-扣除率） 扣除后的下浮率报价= 下浮率报价*（1+扣除 率） 扣除后的折扣报价=折 扣报价*（1-扣除率） 备注信息：投标人或产 品若同时享有以上价格 扣除情况的，仅对“投 标报价分”进行一次价 格扣除，并不作叠加扣 除	30.0 0

标包4：包4

基本信息

标包编号：P5200002024000E38004

标包名称：包4

评标办法：综合评分法

是否考虑小微型企业价格扣除：是

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：重症塔吊

报价评审：有

预算金额(元)：2374000

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	具有独立承担民事责任的能力	具有有效的统一社会信用代码的营业执照；	
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商是法人的，应提供2023年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行2024年以来出具的资信证明；	
	3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）；	
	4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）；	
	5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)；	
	6	法律、行政法规规定的其他条件	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标”。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	7	本项目的特定资格要求	a、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可证备案证明材料。 b、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。 c、针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包3-全自动化学发光免疫分析仪；包4-红外线治疗仪；包5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。	
符合性审查	1	投标清单核查	核查投标人所提供开标一览表中的产品类型及数量是否与招标文件要求的一致，不一致的按无效标处理。	
	2	技术符合性	无	
	3	商务符合性	满足招标文件“商务要求”。	
	4	无效标审查	按招标文件规定的无效标条款审查。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
商务评审	1	供货服务方案	投标人针对本项目提供供货服务方案，应当包括但不限于供货期安排、包装方式、装卸货物保护方案、验收方案、配送货流程方案、配送货流程。 (1) 制定的供货服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得5分； (2) 制定的供货服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得3分； (3) 制定的供货服务方案内容不完整，针对性一般的得1分。 注：未提供供货服务方案的不得分。	5.00
	2	售后服务方案	投标人针对本项目提供售后服务方案，应当包括但不限于售后服务承诺、备品备件情况、安装调试、产品质量保障措施。 (1) 制定的售后服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得5分； (2) 制定的售后服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得3分； (3) 制定的售后服务方案内容不完整，针对性一般的得1分。 注：未提供售后服务方案的不得分。	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	3	业绩	投标人需提供2021年1月1日以来独立完成的类似项目业绩，每提供一个产品供货业绩得2分，满分10分。 注：（1）提供业绩证明材料扫描件加盖投标单位公章；证明材料为采购合同。合同可只提供关键页（合同关键页包括采购内容、签约日期、双方盖章页）。一份有效业绩证明材料至少包括一项核心产品。	10.00
	4	服务响应时间	根据投标人接到用户通知后响应并到达现场进行服务的时间进行评价。 （1）到达时间 < 6小时：得4分； （2）6小时 ≤ 到达时间 < 12小时：得2分； （3）12小时 ≤ 到达时间 < 24小时：得1分； （4）到达时间 ≥ 24小时：得0分。 证明材料：以供应商单独提供的服务响应时间承诺函为准。	4.00
	5	质保期	供应商单独提供整包产品质保期延长的承诺：满足招标文件质保期要求的不得分，在满足招标文件要求的基础上，整包每增加一年质保期的得2分，满分6分。 承诺函格式详见“投标文件格式”章节，未提供承诺或未按格式承诺的不得分。	6.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	1	产品技术指标、性能等	(1) 投标产品技术参数满足招标文件“技术参数要求”要求，得基本分40分； (2) 投标产品带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减3分，扣完为止； (3) 投标产品未带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减1分，扣完为止。 注： ①产品技术参数是否负偏离，须提供厂家或大区代理商出具的“参数确认函”或“产品官方宣传彩页”或“原厂技术白皮书”体现的技术标准为准，否则视为负偏离。 ②出现以下情况，评标委员会将视为不能满足招标文件“技术参数（规格）要求”，作“负偏离”扣分： a.证明材料未能对应体现其满足或优于招标文件对应的“技术参数（规格）要求”内容的； b.招标文件“技术参数要求”中有特殊要求提供证明材料，未按其提供或提供不全的； c.提供的证明材料，产品厂家（或有效授权单位）未盖章的； d.未在偏离表中注明其提供的证明材料对应位置并标识的。	40.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
报价评审	1	报价评审	报价评审得分 = (最低 投标总报价 / 各投标人 的投标总报价) * 30.00 备注：所报价均以扣除 后的价格参与评审（若 有）。 报价扣除说明： 小微型企业价格扣除 率：10.00% 监狱、福利性企业视 为： 扣除后的金额报价=金 额报价*（1-扣除率） 扣除后的下浮率报价= 下浮率报价*（1+扣除 率） 扣除后的折扣报价=折 扣报价*（1-扣除率） 备注信息：投标人或产 品若同时享有以上价格 扣除情况的，仅对“投 标报价分”进行一次价 格扣除，并不作叠加扣 除	30.0 0

标包5：包5

基本信息

标包编号：P5200002024000E38005

标包名称：包5

评标办法：综合评分法

是否考虑小微型企业价格扣除：是

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：眼科手术显微镜

报价评审：有

预算金额(元)：2210000

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	具有独立承担民事责任的能力	具有有效的统一社会信用代码的营业执照；	
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商是法人的，应提供2023年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行2024年以来出具的资信证明；	
	3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）；	
	4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供2024年01月至今任意3个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）；	
	5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)；	
	6	法律、行政法规规定的其他条件	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标”。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	7	本项目的特定资格要求	a、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可证备案证明材料。 b、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。 c、针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包3-全自动化学发光免疫分析仪；包4-红外线治疗仪；包5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。	
符合性审查	1	投标清单核查	核查投标人所提供开标一览表中的产品类型及数量是否与招标文件要求的一致，不一致的按无效标处理。	
	2	技术符合性	无	
	3	商务符合性	满足招标文件“商务要求”。	
	4	无效标审查	按招标文件规定的无效标条款审查。	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
商务评审	1	供货服务方案	投标人针对本项目提供供货服务方案，应当包括但不限于供货期安排、包装方式、装卸货物保护方案、验收方案、配送货流程方案、配送货流程。 (1) 制定的供货服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得5分； (2) 制定的供货服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得3分； (3) 制定的供货服务方案内容不完整，针对性一般的得1分。 注：未提供供货服务方案的不得分。	5.00
	2	售后服务方案	投标人针对本项目提供售后服务方案，应当包括但不限于售后服务承诺、备品备件情况、安装调试、产品质量保障措施。 (1) 制定的售后服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得5分； (2) 制定的售后服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得3分； (3) 制定的售后服务方案内容不完整，针对性一般的得1分。 注：未提供售后服务方案的不得分。	5.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	3	业绩	投标人需提供2021年1月1日以来独立完成的类似项目业绩，每提供一个产品供货业绩得2分，满分10分。 注：（1）提供业绩证明材料扫描件加盖投标单位公章；证明材料为采购合同。合同可只提供关键页（合同关键页包括采购内容、签约日期、双方盖章页）。一份有效业绩证明材料至少包括一项核心产品。	10.00
	4	服务响应时间	根据投标人接到用户通知后响应并到达现场进行服务的时间进行评价。 （1）到达时间 < 6小时：得4分； （2）6小时 ≤ 到达时间 < 12小时：得2分； （3）12小时 ≤ 到达时间 < 24小时：得1分； （4）到达时间 ≥ 24小时：得0分。 证明材料：以供应商单独提供的服务响应时间承诺函为准。	4.00
	5	质保期	供应商单独提供整包产品质保期延长的承诺：满足招标文件质保期要求的不得分，在满足招标文件要求的基础上，整包每增加一年质保期的得2分，满分6分。 承诺函格式详见“投标文件格式”章节，未提供承诺或未按格式承诺的不得分。	6.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	1	产品技术指标、性能等	(1) 投标产品技术参数满足招标文件“技术参数要求”要求，得基本分40分； (2) 投标产品带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减3分，扣完为止； (3) 投标产品未带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减1分，扣完为止。 注： ①产品技术参数是否负偏离，须提供厂家或大区代理商出具的“参数确认函”或“产品官方宣传彩页”或“原厂技术白皮书”体现的技术标准为准，否则视为负偏离。 ②出现以下情况，评标委员会将视为不能满足招标文件“技术参数（规格）要求”，作“负偏离”扣分： a.证明材料未能对应体现其满足或优于招标文件对应的“技术参数（规格）要求”内容的； b.招标文件“技术参数要求”中有特殊要求提供证明材料，未按其提供或提供不全的； c.提供的证明材料，产品厂家（或有效授权单位）未盖章的； d.未在偏离表中注明其提供的证明材料对应位置并标识的。	40.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
报价评审	1	报价评审	报价评审得分 = (最低 投标总报价 / 各投标人 的投标总报价) * 30.00 备注：所报价均以扣除 后的价格参与评审（若 有）。 报价扣除说明： 小微型企业价格扣除 率：10.00% 监狱、福利性企业视 为： 扣除后的金额报价=金 额报价*（1-扣除率） 扣除后的下浮率报价= 下浮率报价*（1+扣除 率） 扣除后的折扣报价=折 扣报价*（1-扣除率） 备注信息：投标人或产 品若同时享有以上价格 扣除情况的，仅对“投 标报价分”进行一次价 格扣除，并不作叠加扣 除	30.0 0

评标办法正文

1、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

2、评审因素：

本项目评标因素包括：投标报价、产品技术性能、商务条件等。

3、资格审查

由采购人或采购代理机构审查投标人的资格要求，通过审查的进入专家评审环节。

资格审查表

序号	资格要求	
1	经营资格审查	提供有效的统一社会信用代码的营业执照；
2		法定代表人授权书（附法人身份证明和授权代表身份证明）：有效
3		供应商是法人的，应提供 2023 年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行 2024 年以来出具的资信证明；
4		提供承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）
5		提供 2024 年 01 月至今任意 3 个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供 2024 年 01 月至今任意 3 个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）
6		提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明）
7		根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》

		（财库〔2016〕125 号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标”
8	特殊资格 审查	投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料。
		投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）
		针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包 1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包 3-全自动化学发光免疫分析仪；包 4-红外线治疗仪；包 5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。
审查结论		

4、评审程序

第一步：初步评审，由评标委员会审查通过资格审查的投标人的投标文件是否符合招标文件实质性要求。

符合性检查表

序号	审查内容	
1	投标清单核查	核查投标人所提供开标一览表中的产品类型及数量是否与招标文件要求的一致，不一致的按无效标处理。
2	技术符合性	/
3	商务符合性	满足招标文件第四章“二、商务要求”。
4	无效标审查	按招标文件规定的无效标条款审查。
审查结论		

第二步：详细评审，推荐中标候选人

(1) 评分细则及各项评标因素分值如下：

01 包：

一	投标报价（满分 30 分）	
实质性响应招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：①评标基准价指满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，有效投标报价指满足招标文件要求的各投标人的投标报价。 ②评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内（20 分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。		
二	技术分（满分 30 分）	
序号	评审内容	评分标准
1	产品技术指标、性能等 (30 分)	（1）投标产品技术参数满足招标文件“技术参数要求”要求，得基本分 30 分； （2）投标产品带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减 5 分，扣完为止； （3）投标产品未带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减 2 分，扣完为止。 注： ①产品技术参数是否负偏离，须提供厂家或大区代理商出具的“参数确认函”或“产品官方宣传彩页”或“原厂技术白皮书”体现的技术标准为准，否则视为负偏离。 ②出现以下情况，评标委员会将视为不能满足招标文件“技术参数（规格）要求”，作“负偏离”扣分： a. 证明材料未能对应体现其满足或优于招标文件对应的“技术参数（规格）要求”内容的；

		b. 招标文件“技术参数要求”中有特殊要求提供证明材料，未按其提供或提供不全的； c. 提供的证明材料，产品厂家（或有效授权单位）未盖章的； d. 未在偏离表中注明其提供的证明材料对应位置并标识的。
三	商务分（满分 40 分）	
1	供货服务方案 （5 分）	投标人针对本项目提供供货服务方案，应当包括但不限于供货期安排、包装方式、装卸货物保护方案、验收方案、配送货流程方案、配送货流程。 （1）制定的供货服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得 5 分； （2）制定的供货服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得 3 分； （3）制定的供货服务方案内容不完整，针对性一般的得 1 分。 注：未提供供货服务方案的不得分。
2	售后服务方案 （5 分）	投标人针对本项目提供售后服务方案，应当包括但不限于售后服务承诺、备品备件情况、安装调试、产品质量保障措施。 （1）制定的售后服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得 5 分； （2）制定的售后服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得 3 分； （3）制定的售后服务方案内容不完整，针对性一般的得 1 分。 注：未提供售后服务方案的不得分。
3	业绩（5 分）	投标人需提供 2021 年 1 月 1 日以来独立完成的类似项目业绩，每提供一个产品供货业绩得 1 分，满分 5 分。 注：（1）提供业绩证明材料扫描件加盖投标单位公章；证明材料为采购合同。合同可只提供关键页（合同关键页包括采购内容、签约日期、双方盖章页）。（2）一份有效业绩证明材料至少包括一项核心产品。
5	质保期 （5 分）	供应商单独提供整包产品质保期延长的承诺：满足招标文件质保期要求的不得分，在满足招标文件要求的基础上，整包每增加一年质保期的得 2.5 分，满分 5 分。 承诺函格式详见“投标文件格式”章节，未提供承诺或未按格式承诺的不得分。
6	试剂及配套耗材占比 （20 分）	本包中“血药浓度分析仪”及“全自动自身免疫分析系统”根据技术参数中表格计算耗占比。评标委员会根据供应商计算耗占比进行横向比较评分，

	耗占比最低的为排名第一，耗占比第二低的为排名第二，以此类推。 (1) 血药浓度分析仪耗占比 ①排名第一：得 10 分； ②排名第二：得 5 分； ③排名第三：得 1 分； ④其余排名或未提供耗占比情况表或提供的耗占比情况表缺项或未按报价明细表固定格式提供的：得 0 分； (2) 全自动自身免疫分析系统耗占比 ①排名第一：得 10 分； ②排名第二：得 5 分； ③排名第三：得 1 分； ④其余排名或未提供耗占比情况表或提供的耗占比情况表缺项或未按报价明细表固定格式提供的：得 0 分； 注：a. 当投标人血药浓度分析仪耗占比高于 50%时；全自动自身免疫分析系统耗占比高于 37%时，该项评审不计分 b. 若投标人耗占比一致，则并列排序，得分相同。 耗占比一览表 <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>耗占比（%）</th></tr><tr><td>1</td><td>血药浓度分析仪</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>全自动自身免疫分析系统</td><td></td></tr></table> 注：此表格式为固定格式，不允许修改调整。	序号	名称	耗占比（%）	1	血药浓度分析仪		2	全自动自身免疫分析系统	
序号	名称	耗占比（%）								
1	血药浓度分析仪									
2	全自动自身免疫分析系统									
四	政策性加分（5 分）									
1	对原产地在少数民族自治区（内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区）和享受少数民族自治待遇的省份（云南、青海、贵州）的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分。投标主产品按照不得低于本采购项目分包预算金额 50%加以确定）									

2	投标产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内的产品（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标单位公章）。节能产品、环境标志产品认证机构名录附后。
---	---

02 包：

一	投标报价（满分 30 分）	
实质性响应招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：①评标基准价指满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，有效投标报价指满足招标文件要求的各投标人的投标报价。 ②评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（20 分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。		
二	技术分（满分 30 分）	
序号	评审内容	评分标准
1	产品技术指标、性能等 (30 分)	(1) 投标产品技术参数满足招标文件“技术参数要求”要求，得基本分 30 分； (2) 投标产品带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减 5 分，扣完为止； (3) 投标产品未带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减 2 分，扣完为止。 注： ①产品技术参数是否负偏离，须提供厂家或大区代理商出具的“参数确认函”或“产品官方宣传彩页”或“原厂技术白皮书”体现的技术标准为准，否则视为负偏离。

		②出现以下情况，评标委员会将视为不能满足招标文件“技术参数（规格）要求”，作“负偏离”扣分： a. 证明材料未能对应体现其满足或优于招标文件对应的“技术参数（规格）要求”内容的； b. 招标文件“技术参数要求”中有特殊要求提供证明材料，未按其提供或提供不全的； c. 提供的证明材料，产品厂家（或有效授权单位）未盖章的； d. 未在偏离表中注明其提供的证明材料对应位置并标识的。
三	商务分（满分 40 分）	
1	供货服务方案 （5 分）	投标人针对本项目提供供货服务方案，应当包括但不限于供货期安排、包装方式、装卸货物保护方案、验收方案、配送货流程方案、配送货流程。 （1）制定的供货服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得 5 分； （2）制定的供货服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得 3 分； （3）制定的供货服务方案内容不完整，针对性一般的得 1 分。 注：未提供供货服务方案的不得分。
2	售后服务方案 （5 分）	投标人针对本项目提供售后服务方案，应当包括但不限于售后服务承诺、备品备件情况、安装调试、产品质量保障措施。 （1）制定的售后服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得 5 分； （2）制定的售后服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得 3 分； （3）制定的售后服务方案内容不完整，针对性一般的得 1 分。 注：未提供售后服务方案的不得分。
3	业绩（5 分）	投标人需提供 2021 年 1 月 1 日以来独立完成的类似项目业绩，每提供一个产品供货业绩得 1 分，满分 5 分。 注：（1）提供业绩证明材料扫描件加盖投标单位公章；证明材料为采购合同。合同可只提供关键页（合同关键页包括采购内容、签约日期、双方盖章页）。（2）一份有效业绩证明材料至少包括一项核心产品。

5	质保期 (5 分)	供应商单独提供整包产品质保期延长的承诺：满足招标文件质保期要求的不得分，在满足招标文件要求的基础上，整包每增加一年质保期的得 2.5 分，满分 5 分。 承诺函格式详见“投标文件格式”章节，未提供承诺或未按格式承诺的不得分。			
6	试剂及配套耗材占比 (20 分)	针对“全自动白带分析仪”“全自动大便分析仪”： 检测项目为：1. 全自动白带分析仪：白带分析仪配套试剂； 2. 全自动大便分析仪：粪便常规（包括样本采集器）、粪便隐血、轮状病毒 各投标人须按下表进行报价，评标委员会根据投标人所报的价格进行横向比较，价最低的为排名第一，报价第二低的为排名第二，以此类推。 (1) 全自动白带分析仪：白带分析仪配套试剂 ①排名第一：得 10 分； ②排名第二：得 5 分； ③排名第三：得 1 分； ④其余排名或未提供报价明细表或提供的报价明细表缺项或未按报价明细表固定格式提供的：得 0 分； (2) 全自动大便分析仪：粪便常规（包括样本采集器）、粪便隐血、轮状病毒，4 项目单价合计 ①排名第一：得 10 分； ②排名第二：得 5 分； ③排名第三：得 1 分； ④其余排名或未提供报价明细表或提供的报价明细表缺项或未按报价明细表固定格式提供的：得 0 分； 特别说明：a. 当投标人报价高于限价时，该项评审不计分。b. 投标人所报单人份报价将作为该产品包中标人后期与采购人签订合同前议价时的最高限价。c. 若投标人报价一致，则并列排序，得分相同。 全自动白带分析仪-报价明细表 <table> <tr> <th>序号</th><th>名称</th><th>单人份试剂价格（元）</th></tr> </table>	序号	名称	单人份试剂价格（元）
序号	名称	单人份试剂价格（元）			

		<table><tr><td>1</td><td>全自动白带分析仪</td><td>单人份试剂价格≤17 元</td></tr></table> 全自动大便分析仪-报价明细表 <table><tr><th>序号</th><th>检测项目</th><th>单人份测试价（元） 精确到小数点 2 位</th></tr><tr><td>1</td><td>粪便常规（包括样本采集器）</td><td>≤3.5 元</td></tr><tr><td>2</td><td>粪便隐血</td><td>≤2.5 元</td></tr><tr><td>3</td><td>轮状病毒</td><td>≤6 元</td></tr><tr><td colspan="2">3 项单价合计金额</td><td></td></tr></table> 注：此表格式为固定格式，不允许修改调整。	1	全自动白带分析仪	单人份试剂价格≤17 元	序号	检测项目	单人份测试价（元） 精确到小数点 2 位	1	粪便常规（包括样本采集器）	≤3.5 元	2	粪便隐血	≤2.5 元	3	轮状病毒	≤6 元	3 项单价合计金额		
1	全自动白带分析仪	单人份试剂价格≤17 元																		
序号	检测项目	单人份测试价（元） 精确到小数点 2 位																		
1	粪便常规（包括样本采集器）	≤3.5 元																		
2	粪便隐血	≤2.5 元																		
3	轮状病毒	≤6 元																		
3 项单价合计金额																				
四	政策性加分（5 分）																			
1	对原产地在少数民族自治区（内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区）和享受少数民族自治待遇的省份（云南、青海、贵州）的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分。投标主产品按照不得低于本采购项目分包预算金额 50%加以确定）																			
2	投标产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内的产品（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标单位公章）。节能产品、环境标志产品认证机构名录附后。																			

03 包：

一	投标报价（满分 30 分）	
	实质性响应招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：①评标基准价指满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，有效投标报价指满足招标文件要求的各投标人的投标报价。 ②评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内（20 分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
二	技术分（满分 30 分）	
序号	评审内容	评分标准
1	产品技术指标、性能等 (30 分)	(1) 投标产品技术参数满足招标文件“技术参数要求”要求，得基本分 30 分； (2) 投标产品带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减 5 分，扣完为止； (3) 投标产品未带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减 2 分，扣完为止。 注： ①产品技术参数是否负偏离，须提供厂家或大区代理商出具的“参数确认函”或“产品官方宣传彩页”或“原厂技术白皮书”体现的技术标准为准，否则视为负偏离。 ②出现以下情况，评标委员会将视为不能满足招标文件“技术参数（规格）要求”，作“负偏离”扣分： a. 证明材料未能对应体现其满足或优于招标文件对应的“技术参数（规格）要求”内容的； b. 招标文件“技术参数要求”中有特殊要求提供证明材料，未按其提供或提供不全的；

		c. 提供的证明材料，产品厂家（或有效授权单位）未盖章的； d. 未在偏离表中注明其提供的证明材料对应位置并标识的。
三	商务分（满分 40 分）	
1	供货服务方案 （5 分）	投标人针对本项目提供供货服务方案，应当包括但不限于供货期安排、包装方式、装卸货物保护方案、验收方案、配送货流程方案、配送货流程。 （1）制定的供货服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得 5 分； （2）制定的供货服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得 3 分； （3）制定的供货服务方案内容不完整，针对性一般的得 1 分。 注：未提供供货服务方案的不得分。
2	售后服务方案 （5 分）	投标人针对本项目提供售后服务方案，应当包括但不限于售后服务承诺、备品备件情况、安装调试、产品质量保障措施。 （1）制定的售后服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得 5 分； （2）制定的售后服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得 3 分； （3）制定的售后服务方案内容不完整，针对性一般的得 1 分。 注：未提供售后服务方案的不得分。
3	业绩（5 分）	投标人需提供 2021 年 1 月 1 日以来独立完成的类似项目业绩，每提供一个产品供货业绩得 1 分，满分 5 分。 注：（1）提供业绩证明材料扫描件加盖投标单位公章；证明材料为采购合同。合同可只提供关键页（合同关键页包括采购内容、签约日期、双方盖章页）。（2）一份有效业绩证明材料至少包括一项核心产品。
5	质保期 （5 分）	供应商单独提供整包产品质保期延长的承诺：满足招标文件质保期要求的不得分，在满足招标文件要求的基础上，整包每增加一年质保期的得 2.5 分，满分 5 分。 承诺函格式详见“投标文件格式”章节，未提供承诺或未按格式承诺的不得分。
6	试剂及配套耗材占比 （20 分）	“全自动化学发光免疫分析仪”耗材评分为 20 分。 投标人所报的单人份价格耗材分值最低得分为 20 分。以投标人所报最低价为基准，其他投标人投标每增加 0.1 元扣 2 分。20 分扣完为止。

		特别说明：a. 单人份耗材不得高于 3 元。 b. 此部分报价是除了试剂、质控品其余耗材如缓冲液、清洗液、反应杯、吸头、系统清洗液等完成试验所必需的耗材按照单人份价格总体报价。 c. 若投标人报价一致，则并列排序，得分相同。 全自动化学发光免疫分析仪-报价明细表 <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>单人份价格（元）</th></tr><tr><td>1</td><td>完成试验所必需的耗材</td><td>≤3 元</td></tr></table>	序号	名称	单人份价格（元）	1	完成试验所必需的耗材	≤3 元
序号	名称	单人份价格（元）						
1	完成试验所必需的耗材	≤3 元						
四	政策性加分（5 分）							
1	对原产地在少数民族自治区（内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区）和享受少数民族自治待遇的省份（云南、青海、贵州）的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分。投标主产品按照不得低于本采购项目分包预算金额 50%加以确定）							
2	投标产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内的产品（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标单位公章）。节能产品、环境标志产品认证机构名录附后。							

04 包、05 包：

一	投标报价（满分 30 分）	
实质性响应招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：①评标基准价指满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，有效投标报价指满足招标文件要求的各投标人的投标报价。 ②评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内（20 分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。		
二	技术分（满分 40 分）	
序号	评审内容	评分标准
1	产品技术指标、性能等 (40 分)	（1）投标产品技术参数满足招标文件“技术参数要求”要求，得基本分 40 分； （2）投标产品带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减 3 分，扣完为止； （3）投标产品未带“▲”的技术参数负偏离于招标文件“技术参数要求”的每项减 1 分，扣完为止。 注： ①产品技术参数是否负偏离，须提供厂家或大区代理商出具的“参数确认函”或“产品官方宣传彩页”或“原厂技术白皮书”体现的技术标准为准，否则视为负偏离。 ②出现以下情况，评标委员会将视为不能满足招标文件“技术参数（规格）要求”，作“负偏离”扣分： a. 证明材料未能对应体现其满足或优于招标文件对应的“技术参数（规格）要求”内容的； b. 招标文件“技术参数要求”中有特殊要求提供证明材料，未按其提供或提供不全的；

		c. 提供的证明材料，产品厂家（或有效授权单位）未盖章的； d. 未在偏离表中注明其提供的证明材料对应位置并标识的。
三	商务分（满分 30 分）	
1	供货服务方案 （5 分）	投标人针对本项目提供供货服务方案，应当包括但不限于供货期安排、包装方式、装卸货物保护方案、验收方案、配送货流程方案、配送货流程。 （1）制定的供货服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得 5 分； （2）制定的供货服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得 3 分； （3）制定的供货服务方案内容不完整，针对性一般的得 1 分。 注：未提供供货服务方案的不得分。
2	售后服务方案 （5 分）	投标人针对本项目提供售后服务方案，应当包括但不限于售后服务承诺、备品备件情况、安装调试、产品质量保障措施。 （1）制定的售后服务方案内容完整，针对性强、合理可行的得 5 分； （2）制定的售后服务方案内容完整，有针对性、基本可行的得 3 分； （3）制定的售后服务方案内容不完整，针对性一般的得 1 分。 注：未提供售后服务方案的不得分。
3	业绩（10 分）	投标人需提供 2021 年 1 月 1 日以来独立完成的类似项目业绩，每提供一个产品供货业绩得 2 分，满分 10 分。 注：（1）提供业绩证明材料扫描件加盖投标单位公章；证明材料为采购合同。合同可只提供关键页（合同关键页包括采购内容、签约日期、双方盖章页）。 （2）一份有效业绩证明材料至少包括一项核心产品。
4	服务响应时间 （4 分）	根据投标人接到用户通知后响应并到达现场进行服务的时间进行评价。 （1）到达时间 < 6 小时：得 4 分； （2）6 小时 ≤ 到达时间 < 12 小时：得 2 分； （3）12 小时 ≤ 到达时间 < 24 小时：得 1 分； （4）到达时间 ≥ 24 小时：得 0 分。 证明材料：以供应商单独提供的服务响应时间承诺函为准。

5	质保期 (6分)	供应商单独提供整包产品质保期延长的承诺：满足招标文件质保期要求的不得分，在满足招标文件要求的基础上，整包每增加一年质保期的得2分，满分6分。 承诺函格式详见“投标文件格式”章节，未提供承诺或未按格式承诺的不得分。
四	政策性加分（5分）	
1	对原产地在少数民族自治区（内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区）和享受少数民族自治待遇的省份（云南、青海、贵州）的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目分包预算金额50%加以确定）	
2	投标产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内的产品（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标单位公章）。节能产品、环境标志产品认证机构名录附后。	

注：1、上述评分中，方案内容完整，针对性强、合理可行是指：a. 提供的方案基于采购需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；b. 准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；c. 针对不同的需求，能提供个性化的解决方案，可以举例论证；d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。

方案内容完整，有针对性、基本可行是指：a. 响应方案基本完整，与采购需求不存在响应缺项；b. 对方案分步骤作出论证，展开分析或列明可行的具体解决方案；c. 针对不同的需求，能提供较为可行的解决方案；d. 提供有资料、数据等响应方案的支撑材料，

方案内容不完整，针对性一般是指：a. 响应方案不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；b. 只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；c. 部分资料、数据等响应方案的支持材料提供过于简单。

2、上述评分中，要求提供的所有证件、证书等材料，若有有效期限限制的，均需在有效期内，否则视为无效。供应商提供的相关证明材料必须内容清晰可见，如因内容模糊导致专家在评审过程中无法识别其正确内容的，后果自负。

政策性条款：

1、对小、微型产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须提供《中小企业声明函》，严格按照财库〔2020〕46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业视同为小型、微型企业（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业（须根据三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141 号规定提供残疾人福利性单位声明函）。

4、投标人得分计算方法：

评标委员会各成员本招标文件中规定的评标方法和标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为：

投标人得分=评标委员会成员得分之和÷评标委员会成员人数

5、**排序原则：**按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。

6、**中标候选人推荐：**由评标委员会根据计算各有效投标人的最终得分向采购人推荐得分高的前三名作为中标候选人。

评标办法附件

无

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目(3)

一、采购内容及技术要求

1、采购清单

包号	序号	设备名称	数量	单位	质保期	是否核心产品	备注
包 1	1	微生物比浊仪	1	台	5 年		进口
	2	血药浓度分析仪	1	台	5 年	是	进口
	3	全自动自身免疫分析系统	1	套	5 年	是	进口
包 2	1	全自动白带分析仪	2	台	3 年		国产
	2	全自动大便分析仪	2	套	3 年	是	国产
包 3	1	全自动化学发光免疫分析仪	5	台	5 年	是	进口
包 4	1	冰箱	4	套	1 年		国产
	2	动态血压计	13	套	1 年		国产
	3	重症塔吊	10	套	1 年	是	国产
	4	红外线治疗仪	3	套	1 年		进口
	5	自动化腹膜透析机	3	套	3 年		国产
	6	糖化血红蛋白仪	1	套	1 年		国产
	7	骨密度仪	1	套	1 年		国产
包 5	1	眼科手术床	1	套	1 年		国产
	2	电脑验光仪	2	套	1 年		进口
	3	眼科超声生物显微镜	1	套	1 年		国产
	4	裂隙灯显微镜（数码）	1	套	1 年		国产
	5	裂隙灯显微镜	1	套	1 年		国产
	6	消毒锅	1	套	1 年		进口
	7	眼科手术显微镜	1	套	1 年	是	进口
	8	非接触式眼压计	1	套	1 年		进口
	9	全自动综合验光仪	1	套	1 年		进口

1、技术参数要求

包 1

序号	设备名称	设备参数	备注
1	微生物比浊仪	一、技术参数： 1、用于测量微生物鉴定、药敏检测的菌悬液的光密度，以 McFarland 为单位提供数值，与微生物浓度成比例，读数范围为 0.00 至 4.00 McFarland。 2、适用于纯微生物培养物，包括临床标本，多种微生物模式可选：细菌、真菌。 3、在 0.20 - 1.00 McFarland 读数范围内测量，相对于使用 E. coli (ATCC® 25922) 参比品校准的分光光度计在 635 nm 处的读数，可精确到 ± 0.11 McFarland 内。 4、在 1.01-4.00 McFarland 读数范围内测量，相对于使用 E. coli (ATCC® 25922) 参比品校准的分光光度计在 635 nm 处的读数，可精确到 $\pm (6.5\%+0.06)$ McFarland 内。 5、蓝牙手持式设计，可实现实验室多点操作。 6、有信号灯提示仪器工作状态，显示测量样本读数及不同卡片类型目标范围 7、测量的浊度数值可传输至电脑，实现样本关键信息溯源，菌悬液浊度值与样本号关联 8、适用于 75 x 12mm 透明塑料管。	

2	血药浓度分析仪	一、技术参数： 1、工作条件：操作温度范围：18-28° C，相对湿度：30-80%（无冷凝）； 2、分析原理：免疫检测技术（包括：均相酶放大免疫检测技述、化学发光免疫分析技术等）； 3、▲能同时提供免疫抑制剂项目：环孢霉素、他克莫司、霉酚酸、雷帕霉素 4、能同时提供精神类项目：丙戊酸、苯妥英、卡马西平等 5、能提供其他项目：地高辛、甲氨蝶呤、伏立康唑、万古霉素、茶碱等 6、测试精度：CV 值≤10%； 7、试剂位≥25 个，试剂盘带有冷却功能；运行中，可随时添加试剂； 8、▲样本位≥50 个，可随时添加样本；检测速度≥130T/H，样本前处理上机后全自动分析； 9、开放数据接口并能与本院 LIS 和 HIS 系统连接，包括连接费用； 10、▲厂家每年按照国际或国内标准要求为检测系统提供一次检定/校准，并提供相应报告及证书； 11、提供免费现场操作和维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或协商安排； 12、厂家在仪器使用期间免费提供软硬件维修、维护及免费更换配件；。 13、▲除了试剂以外，其余耗材如校准品、样本萃取液、缓冲液、清洗液、去污剂、反应杯、吸头等均无偿提供。 14、耗占比：根据“三”中表格计算耗占比，综合耗占比≤50%。 二、配置清单 提供 1 台电脑与 LIS 系统连机。 三、有无专机使用的耗材试剂： <table><tr><th>项目</th><th>试剂/每盒 或每套 (元)</th><th>单人份测 试价(元) 精确到小 数点 2 位</th><th>权重</th><th>单人份价 格*权重</th><th>收费 (元)</th><th>收费* 权重</th></tr><tr><td>他克莫司</td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>100</td><td>200</td></tr></table>	项目	试剂/每盒 或每套 (元)	单人份测 试价(元) 精确到小 数点 2 位	权重	单人份价 格*权重	收费 (元)	收费* 权重	他克莫司			2		100	200
项目	试剂/每盒 或每套 (元)	单人份测 试价(元) 精确到小 数点 2 位	权重	单人份价 格*权重	收费 (元)	收费* 权重										
他克莫司			2		100	200										

		<table><tr><td>环孢霉素</td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td>100</td><td>1200</td></tr><tr><td>霉酚酸</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>雷帕霉素</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>丙戊酸</td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>苯妥英</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>卡马西平</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>地高辛</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>甲氨蝶呤</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>伏立康唑</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>万古霉素</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>茶碱</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>所有耗材校准 品免费赠送</td><td></td><td></td><td>合计</td><td>A</td><td></td><td>2000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>耗占比%</td><td colspan="3">A x 100/2000</td></tr></table>	环孢霉素			12		100	1200	霉酚酸			1		100	100	雷帕霉素			1		50	50	丙戊酸			2		50	100	苯妥英			1		50	50	卡马西平			1		50	50	地高辛			1		50	50	甲氨蝶呤			1		50	50	伏立康唑			1		50	50	万古霉素			1		50	50	茶碱			1		50	50	所有耗材校准 品免费赠送			合计	A		2000				耗占比%	A x 100/2000			
环孢霉素			12		100	1200																																																																																								
霉酚酸			1		100	100																																																																																								
雷帕霉素			1		50	50																																																																																								
丙戊酸			2		50	100																																																																																								
苯妥英			1		50	50																																																																																								
卡马西平			1		50	50																																																																																								
地高辛			1		50	50																																																																																								
甲氨蝶呤			1		50	50																																																																																								
伏立康唑			1		50	50																																																																																								
万古霉素			1		50	50																																																																																								
茶碱			1		50	50																																																																																								
所有耗材校准 品免费赠送			合计	A		2000																																																																																								
			耗占比%	A x 100/2000																																																																																										
3	全自动自身免疫系统	一、技术参数及配置清单： 1、具有中华人民共和国医疗器械注册证。 2、功能要求：主要用于对人体血清/血浆/样本进行自身抗体相关项目的定性/定量分析。 3、▲检测项目及自动化程度：仪器支持抗核抗体（至少包含 14 项，必须包括抗 Sm 抗体、抗 RNP 抗体、抗 SSA 抗体、抗 SSB 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗 Scl-70 抗体）、抗双链 DNA 抗体、抗髓过氧化物酶抗体 IgG、抗蛋白酶 3 抗体 IgG、心磷脂抗体等项目的全自动检测。 4、▲其他项目要求：可检测自身免疫性肝病抗体、糖尿病自身抗体项目。 5、分析原理：免疫发光法或者化学发光法。 6、通讯功能：可与 LIS 系统双向通讯。 7、▲总检测效率：单机≥500T/h，总检测效率≥1000T/h。 8、实验速度：首个测定结果时间≤40 分钟，之后每分钟出结果数≥1 个。 9、检测模块试剂位≥20 个，支持测试过程中在线更换试剂。																																																																																												

	10、加样针：可重复使用钢针。携带污染率：≤0.1PPM。具备液位探测、气泡探测、凝块探测功能。 11、▲加载样本数：样本位≥100 个，支持原始管上机检测。 12、试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储。 13、孵育系统：孵育温度在 37±0.5℃。 14、试剂及耗材支持在线添加，支持浓缩清洗液自动在机稀释，无需停机。 15、仪器系统可采用模块组合式设计，连接同品牌免疫模块，具有模块拓展可能。 16、操作系统：触摸屏，简化的操作。 17、设备可 24 小时待机。 18、设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测。 19、48 小时不能完成维修，需提供备用机至少 1 台。 20、除了试剂、质控品其余耗材如缓冲液、清洗液、吸头、反应杯、系统清洗液等完成试验所必需的耗材均无偿提供。可将耗材算入试剂价格内。耗占比不得高于 37%。 二、配置清单（若有） 三、有无专机使用的耗材试剂：有 <table><tr><th>项目</th><th>试剂/每盒或每套（元）</th><th>单人份测试价（元）精确到小数点 2 位</th><th>权重</th><th>单人份价格*权重</th><th>收费元）</th><th>收费*权重</th></tr><tr><td>抗 RNP/Sm 抗体</td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td>10</td><td>210</td></tr><tr><td>抗 Sm 抗体</td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td>10</td><td>210</td></tr><tr><td>抗 SS-A 抗体</td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td>10</td><td>210</td></tr><tr><td>抗 SS-B 抗体</td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td>10</td><td>210</td></tr><tr><td>抗 Ro-52 抗体</td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td>20</td><td>420</td></tr><tr><td>抗 Scl70 抗体</td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td>10</td><td>210</td></tr></table>	项目	试剂/每盒或每套（元）	单人份测试价（元）精确到小数点 2 位	权重	单人份价格*权重	收费元）	收费*权重	抗 RNP/Sm 抗体			21		10	210	抗 Sm 抗体			21		10	210	抗 SS-A 抗体			21		10	210	抗 SS-B 抗体			21		10	210	抗 Ro-52 抗体			21		20	420	抗 Scl70 抗体			21		10	210	
项目	试剂/每盒或每套（元）	单人份测试价（元）精确到小数点 2 位	权重	单人份价格*权重	收费元）	收费*权重																																													
抗 RNP/Sm 抗体			21		10	210																																													
抗 Sm 抗体			21		10	210																																													
抗 SS-A 抗体			21		10	210																																													
抗 SS-B 抗体			21		10	210																																													
抗 Ro-52 抗体			21		20	420																																													
抗 Scl70 抗体			21		10	210																																													

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目	抗 PM-Scl 抗体			21		10	210
	抗 Jo-1 抗体			21		10	210
	抗 CENP-B 抗体			21		20	420
	抗 PCNA 抗体			21		20	420
	抗核小体抗体			21		20	420
	抗组蛋白抗体			21		20	420
	抗核糖体 P 蛋白抗体			21		20	420
	抗 AMA-M2 抗体			24		20	480
	心磷脂 IgG 抗体			1		20	20
	心磷脂 IgM 抗体			1		20	20
	心磷脂 IgA 抗体			1		20	20
	抗髓过氧化物酶抗体			14		20	280
	抗蛋白酶 3 抗体			14		20	280
	抗肾小球基底膜抗体			14		20	280
	SLA/LP			4		100	400
	gp210			4		20	80
	Sp100			4		20	80
	LKM-1			4		38	152
	LC-1			4		20	80
	谷氨酸脱羧酶抗体			3		50	150
	酪氨酸磷酸酶抗体			3		50	150
	胰岛素自身抗体			3		50	150
	胰岛细胞抗体			3		50	150
	所有耗材校准品免费赠送			合计	A		6762
	耗占比%				A*100/6762		

包 2

序号	设备名称	设备参数	备注
1	全自动白带分析仪	一、技术参数： 1、基本功能：能实现阴道分泌物标本全自动扫描、入库、洗脱、稀释、混匀、加样、涂片、图像采集、自动分析并出具报告；报告包括干化学分析、形态学、微生物生态分析并发布报告。 2、信息系统：与 LIS 实现双功连接，并根据指令实现单项或全项检测，避免出现标本错位等。 3、仪器参数： 3.1 可选染色模式，可人工选择，也可根据 LIS 指令自主决定对标本进行染色操作。 3.2 采用一次性测试卡板，测试卡可拍照保存 3.3 能自动判断浊度并自动稀释到合适浓度。 3.4 具有自动聚焦、细胞跟踪技术：每个标本可聚焦达 30 层，AI 计算最清晰的层面进行图像采集；并进行人工智能 AI 识别系统，阳性识别率大于 98%，对有形成份自动分类计数，自动判读。 3.5 图像系统能采集 3-4 个视频，图片具备动图微调功能。 3.6 能实现自动识别白细胞、红细胞、上皮细胞、霉菌、杆菌、滴虫、菌丝，线索细胞等，识别准确性高于 95%。 4、全自动送样与进样装置 4.1 进样方式：放入试管架，自动移动试管架，自动判断有无标本，无标本自动跳过，试管架充满后提示报警； 4.2 具有条形码识别系统，旋转式扫描； 4.3 具有涡旋振荡器，对标本进行震荡混匀和洗脱 5、内置全自控数码显微系统，全自动实现，自动聚焦视野、跟踪细胞，40 倍显微镜光学放大，全视野扫描，采图量根据需要进行设置。 6、检验项目： 6.1 形态学：对标本中白细胞、红细胞、霉菌、上皮细胞、线索细胞、滴虫、菌丝等有形成份进行自动分析识别、归类、计数。	

		6.2 理化学：≥六项（白细胞酯酶、氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶、唾液酸酶法、酸碱度、过氧化氢）干化学联合检测以上。 6.3 项目选择：形态学与理化学项目可任意选择可单独检测也可合并检测。 7、报告方式：提供形态学与理化学、微生态分析多种报告方式，图文并茂。 8、单机检测速度：≥60 标本/小时。 ▲9、具有配套白带采集棉签（具有注册证，满足临床白带采集要求），适配仪器全自动检测需求。 10、质控功能：具备原厂配套的通过认证的质控品，至少包含干化学阴、阳性两个浓度。 11 售后及其它： 11.1、除了检测试剂需单独购买。其余耗材如质控品、校准品、缓冲液、清洗液、采样针清洗液等均无偿提供。 ▲11.2、按照附表 1 填写试剂报价，单人份试剂价格≤17 元（含采样器、检测管等所有耗材）。 11.3 在仪器开始使用的 6 个月内，厂家派一名熟练工程师在实验室随时解决出现的问题。6 个月后日常故障维修响应时间不超过 8h。 11.4 每年按照国际或国内标准要求为检测系统免费提供至少 1 次检定/校准，并提供相应报告及证书。 二、每套设备配置清单（数量需满足上述参数要求） 1. 全自动白带分析仪 1 台。 2. 各类设备的控制电脑、以上设备相关的各类配件等若干。 3. 连接 LIS 系统操作电脑 1 台。 三、配套耗材、试剂及耗材、试剂清单 有配套试剂及耗材，试剂详见附表 1 试剂清单。耗材满足参数要求。 附表 1：试剂清单： <table><tr><th>序号</th><th>试剂名称</th><th>试剂/每盒或每套 (元)</th><th>单人份测试价（元）</th></tr><tr><td>1</td><td>白带分析仪配套试剂</td><td></td><td></td></tr></table>	序号	试剂名称	试剂/每盒或每套 (元)	单人份测试价（元）	1	白带分析仪配套试剂			
序号	试剂名称	试剂/每盒或每套 (元)	单人份测试价（元）								
1	白带分析仪配套试剂										
2	全自动大便分析仪	一、技术参数：									

	1、功能模块：样本架式轨道循环上样系统、样本性状自动摄像系统、多步骤气动样本稀释混匀系统、三通道自动聚焦显微镜摄像系统、恒温孵育系统、金标卡自动检测系统、自动废物回收系统、全方位故障报警系统。 2、具有配套密闭式样本采集管，具有内外定位装置，可进行两端穿刺加注或吸样，吸样针倒置上穿定量吸样；采集管内部具有不锈钢材质滤网结构，可有效富集寄生虫卵。 3、专用图文处理电脑工作站；提供所投产品的详细技术参数资料、彩图，配置图形自动识别软件。 4、检测要求：样本采集上机自动运送、检测、回收全过程封闭。 ▲4.1 每套检测速度≥ 160 标本/小时，单机检测速度≥ 80 标本/小时。 4.2 便理学：能全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读。 4.3 便有形成分：能实现便形态学（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、原虫、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读。 4.4 便化学检测：能实现粪便隐血、腺病毒、轮状病毒、钙卫蛋白等检测与结果自动判读。 5、进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力。 6、样本性状摄像单元：高清 CMOS 摄像头，配置 LED 照明系统，性状照片能储存与调用 7、样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液稀释，并可进行智能二次稀释。满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求。 8、高频往复式气动混匀或机械混匀装置，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分。 9、CMOS LED 显微镜多视野断层扫描成像，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像，用于检测白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵、溶组织阿米巴、人牙囊原虫、蓝氏贾第鞭毛虫包囊、蓝氏贾第鞭毛虫滋养体、夏科雷登结晶、粪类圆线虫、梅氏唇鞭毛虫包囊、梅氏唇鞭毛虫滋养体、日本血吸虫卵、膜壳绦虫卵等镜下所有有成分项目，仪器具备寄生虫卵自动追	
--	--	--

	踪功能，低倍镜定位，高倍镜追踪放大成像。 9、试剂卡仓数量≥ 6个，支持同时测试 6~12 个 POCT 项目，单卡盒装卡≥ 50 张，一次性可装载试剂卡≥ 300 张。具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能。 10、具备自动传输、检测、回收金标卡功能。 11、试剂卡反应温度：$37 \pm 1^{\circ}\text{C}$，所有试剂卡反应时间：≤ 4 分钟，具有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能； 12、配置自动图形识别软件，能对白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵、溶组织阿米巴、人牙囊原虫、蓝氏贾第鞭毛虫包囊、蓝氏贾第鞭毛虫滋养体、夏科雷登结晶、粪类圆线虫、梅氏唇鞭毛虫包囊、梅氏唇鞭毛虫滋养体、日本血吸虫卵、膜壳绦虫卵等不少于 20 种有形成分进行自动图形识别，能够对寄生虫卵、成虫及原虫进行自动识别分类。 13、LIS 系统双向通讯功能，内置条码扫描。 14、厂家具有自产配套试剂（粪便隐血、轮状病毒等），需提供注册证。 15 售后及其它： 15.2、除了检测试剂需单独购买。其余耗材如质控品、校准品、缓冲液、清洗液、采样针清洗液等均无偿提供，可将耗材（或辅助试剂）成本算入试剂价格内。 ▲15.3、按照附表 1 填写试剂报价，并计算试剂耗占比，精确到每种试剂的价格（精确到小数点 1 位），综合耗占比粪便常规≤ 3.5 元（包括样本采集器）；粪便隐血≤ 2.5 元；轮状病毒≤ 6 元。 15.4 每年按照国际或国内标准要求为检测系统免费提供至少 1 次检定/校准，并提供相应报告及证书。 二、每套设备配置清单（数量需满足上述参数要求） 1. 全自动粪便处理分析仪 1 套，共 2 台。 2. 各类设备的控制电脑、以上设备相关的各类配件等若干。 3. 连接 LIS 系统操作电脑 1 台。 三、配套耗材、试剂及耗材、试剂清单 有配套试剂及耗材，试剂详见附表 1 试剂清单。耗材满足参数要求。 附表 1：试剂清单：	
--	---	--

		<table><tr><th>项目</th><th>试剂 / 每盒 或每套（元）</th><th>单人份测试价 （元）精确到小 数点 2 位</th><th>权 重</th><th>单人份 价格* 权重</th><th>收费 （元）</th><th>收 费* 权 重</th></tr><tr><td>粪便常规 （包括样本 采集器）</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td>4</td><td>400</td></tr><tr><td>粪便隐血</td><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td>12</td><td>60</td></tr><tr><td>轮状病毒</td><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="3">所有耗材校准品免费赠送</td><td>合 计</td><td>A</td><td></td><td>560</td></tr><tr><td colspan="3">耗占比%</td><td colspan="4">A*100/560</td></tr></table>	项目	试剂 / 每盒 或每套（元）	单人份测试价 （元）精确到小 数点 2 位	权 重	单人份 价格* 权重	收费 （元）	收 费* 权 重	粪便常规 （包括样本 采集器）			100		4	400	粪便隐血			5		12	60	轮状病毒			5		20	100	所有耗材校准品免费赠送			合 计	A		560	耗占比%			A*100/560				
项目	试剂 / 每盒 或每套（元）	单人份测试价 （元）精确到小 数点 2 位	权 重	单人份 价格* 权重	收费 （元）	收 费* 权 重																																							
粪便常规 （包括样本 采集器）			100		4	400																																							
粪便隐血			5		12	60																																							
轮状病毒			5		20	100																																							
所有耗材校准品免费赠送			合 计	A		560																																							
耗占比%			A*100/560																																										

包 3

序号	设备名称	设备参数	备注
1	全自动化学发光免疫分析仪	1. ▲系统检测速度≥200 测试/小时/台。 2. 检测原理：化学发光分析技术或电化学发光法。 3. 具备可扩展性，无需使用额外样本轨道，可根据实验室需求拼接≥3 个免疫模块。或通过流水线将各单机模块组合。 4. 仪器占地面积单模块宽≤2.5 米，双模块联机宽≤4 米。若流水线组合应满足实验室场地需要。（需提供实验室场地图纸） 5. 样本针：涂层不锈钢加样针或者一次性 Tip 头。使用涂层不锈钢加样针要求携带污染率<0.1 ppm。具备液面探测、压力监测、凝块和气泡检出等功能。 6. 单模块试剂冷藏位≥45 个，试剂仓存储温度≤12℃。 7. 进样区样本容量≥100 个，单样本架可装载样本数≥5 个，仪器执行样本检测时也可以调整任意样本位为急诊样本位, 优先处理加急样本。 8. ▲检测项目：包含术前八项（乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒 e 抗原、乙型肝炎病毒 e 抗体、乙型肝炎病毒核心抗体，丙型肝炎病毒抗体、梅毒特异性螺旋抗体、人类免疫缺陷病毒抗原&抗体联合检测）。并且吸	

	样后到出结果检测时间全部≤30 分钟。 9. ▲HBsAg 试剂需具有检测突变病毒株的能力，避免漏检风险，一次测定即可同时得到定性与定量结果，原倍血清(不稀释)检测范围最高≥120IU/mL（附试剂说明书）。且 HBsAg（乙肝病毒表面抗原）定量可溯源至 WHO 国际单位。提供溯源文件。 10. 可以不停机随时加载试剂、标准品、质控品、辅助液体及耗材。试剂盒和耗材使用防止人为操作失误设计。 11. 可提供上机试剂每盒单个包装≥100 人份（需提供试剂注册证）。 12. 可以将试剂盒从一台分析仪转移到另一台分析仪上使用，并追踪剩余测试量。如不能实现，一旦设备故障，仪器上试剂无法使用造成损耗，由供应商赔付。 13. 自动样本预稀释及重测：可自动进行样本预稀释重测；可根据需求设定样本自动重测规则。 14. 仪器信息集中管理，掌握每个分析模块的运行状态、试剂、质控、校准、机载库存、耗材预警和通知警报等信息。 15. 可提供仪器的远程诊断系统，及时快速的解决仪器故障，保障仪器正常使用；具备在线出错信息查询功能。 16. 系统软件免费连接医院 LIS 系统。 17. 主试剂按照集中带量采购价格执行，除了试剂、质控品其余耗材如缓冲液、清洗液、反应杯、吸头、系统清洗液等完成试验所必需的耗材按照单人份价格总体报价。 二、配置清单： 提供联机电脑 3 台用于连接 LIS 系统。 三、配套耗材、试剂及耗材、试剂清单 主试剂按照集中带量采购价格执行，除了试剂、质控品其余耗材如缓冲液、清洗液、反应杯、吸头、系统清洗液等完成试验所必需的耗材按照单人份价格总体报价。	
--	---	--

包 4

序号	设备名称	设备参数	备注
1	冰箱	一、技术参数： 1. 冷冻室(L)：≥125 2. 变温室(L)：≥37 3. 冷藏室(L)：≥179 4. 制冷方式：风冷 5. 按键方式：触摸 6. 类别：三门 7. 制冷剂：R600a 8. 冷冻能力(kg/12h) (新国标)：5.5 9. 额定电压/频率：220V/50Hz 10. 综合耗电量(kW·h/24h) (新国标)：0.64 11. 能效等级(新国标)：1 级 12. 压缩机类型：变频 13. 噪音值 dB(A)：35	
2	动态血压计	一、技术参数： 1、测量方法：脉搏波法 2、阶梯放气方式：微处理器控制气阀精确阶梯放气实现精准快速测量，测量时长不大于 50 秒，提升测量舒适度 3、测量精度：压力误差≤±3mmHg，心率不大于±2bpm 或±2%取大者，并可提供计量器具证书或第三方检验报告支持 ▲4、测量范围：收缩压：40-255mmHg 舒张压：10-195mmHg 心 率：40-240bpm 超广量程，适用于更广泛的医疗场景 ▲5、过压保护：袖带压力不超过 300mmHg 6、测量间隔：默认标准测量间隔，白天间隔 30 分钟、晚上间隔 60 分钟；默认加强测量间隔，白天间隔 20 分钟、晚上间隔 30 分钟；并提供 10、20、30、40、	

	50、60、90、120 等时间间隔定制 ▲7、数据传输：支持 GPRS 无线传输或 USB 接口两种传输方式 ▲8、数据存储：GPRS 条件下云端无限存储，单机存储 999 组测量数值 ▲9、大容量锂电池供电：电池容量不小于 1200mAh，内置电池无掉电风险，实时保证设备正常运转 ▲10、无气管一体式穿戴设计 ▲11、袖带结构设计：袖带可拆卸，并可取出气囊再清洗，便于使用清洁卫生、防臭 12、多种袖带型号：三种型号可选袖带，可涵盖 18cm-47cm 臂围范围 13、自动补测：遇到测量失败，≤5 分钟自动补测 14、加压噪音：多重降噪处理，负荷工作下≤45dB，创造患者熟睡条件 15、声音设置：语音播报，设备有独立声音开关，可自行开关声音，同时支持夜间自动关闭声音功能 16、分析软件：支持云端 SaaS 模式，可提供数据表图、血压趋势图、血压数据统计图表 ▲17、支持专家远程判读：SaaS 系统支持专家在线远程判读报告，并拥有提示功能 18、报告数据分析：能够统计全天血压数据、日间血压数据、夜间血压数据分析，并包括血压负荷、血压下降率、清晨血压数值、带有血压异常标注，并显示在动态血压报告上 ▲19、移动端操作：支持微信小程序移动端租借设备、查看动态血压报告结果 20、诊断报告页眉自动带有医院名称，并可生成 Word、PDF 格式动态血压报告，多格式电子报告实现无纸化办公 ▲21、支持 HL7 协议，可以与医院管理系统无缝连接 二、配置清单（若有） <table><tr><th>物料名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>主机（含袖带）</td><td>1</td></tr></table>	物料名称	数量	主机（含袖带）	1	
物料名称	数量					
主机（含袖带）	1					

		使用说明书 合格证 保修卡 充电数据线	1 1 1 1	
3	重症塔吊	一、技术参数： 1. 吊桥主体具备极高的抗拉强度和屈服强度，采用 6005 高强度铝合金型材，加工级别达到 T6。 2. 吊塔承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°。 3. 箱体采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸≤50×200mm。支持预制白板模块，后期可将白板模块拆卸更换为临床所需的模块。 4. 所有吊桥上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在吊桥内不外露，保证箱体在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。 5. 托盘采用铝合金一体压铸，厚度≥20mm，表面喷涂防滑荔枝纹。托盘两侧有封闭式铝合金边轨，无开口。 6. 输液杆可升级一体式输液泵架，双杆设计，套泵和输液瓶分杆挂置，且配有套泵集线卡扣。 7. 所有吊桥箱体可旋转角度≥345 度。 8. 吊桥基础架负载 10000N·m 的作用力持续 10min，法兰盘水平倾斜角小于 0.6°。 9. ▲气体终端插拔次数 50，000 次以上。 10. 气源终端采用 Z 字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。 11. 电源采用双排五插插座，插座斜 45° 置与箱体之上 12. 采用进口医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损 PVC 材质，坚韧性强，通过生物相容性检测。 13. 滑车滚动轴承与横梁导轨槽无间隙，箱体通过滑车移动时晃动量小，安全稳		

		定，滑车移动距离$\geq 600\text{mm}$。 14. 吊桥具备气体刹车系统，可保障箱体移动灵活和定位准确的需要，防止箱体自行产生滑动、旋转。 15. 吊桥悬梁承载负荷：$\geq 400\text{KG}$，单个滑车承载负荷：$\geq 320\text{KG}$，箱体承载负荷：$\geq 200\text{KG}$，普通托盘承载重量$\geq 80\text{Kg}$。 16. 吊桥防尘等级达到 IP3X 或以上；吊桥外壳防火等级要求达到 UL94-V0。 17. 吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照 IS09227:2022 标准，外观评价参照 IS010289-1999, 外观评级为 10。 二、配置清单： 1、横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）。 2、干区配置：仪器托盘 2 层，下层为可折叠托盘；德标气体终端 3 个：氧气 1 个、空气 1 个、负压吸引 1 个；220V/10A 国标电源插座 6 个，六类 RJ45 网络接口 2 个，等电位端子 2 个，网篮 1 个，线缆收纳挂钩 1 个，线缆收纳盒 1 个。 3、湿区配置：仪器托盘 2 层，其中一层带抽屉；德标气体终端 3 个：氧气 1 个、空气 1 个、负压吸引 1 个；220V/10A 国标电源插座 6 个，等电位端子 2 个，双关节输注泵组合架 1 个；线缆收纳挂钩 1 个，线缆收纳盒 1 个。													
4	红外线治疗仪	一、技术参数： <table><tr><th>项目</th><th>技术规格和配置要求</th></tr><tr><td>一</td><td>参数配置</td></tr><tr><td>1</td><td>电源：220V 50Hz</td></tr><tr><td>▲2</td><td>高效率耐温陶瓷远红外线放射板发出的光为不可见光。发射光谱波长：3-25um</td></tr><tr><td>3</td><td>双向转轴，上下仰角 120 度，左右旋转 330 度。方便不同部位照射治疗</td></tr><tr><td>4</td><td>双限位器，照射器外观材质为金属材料可长期耐温。具有照射器内部过热断电装置。</td></tr></table>	项目	技术规格和配置要求	一	参数配置	1	电源：220V 50Hz	▲2	高效率耐温陶瓷远红外线放射板发出的光为不可见光。发射光谱波长：3-25um	3	双向转轴，上下仰角 120 度，左右旋转 330 度。方便不同部位照射治疗	4	双限位器，照射器外观材质为金属材料可长期耐温。具有照射器内部过热断电装置。	
项目	技术规格和配置要求														
一	参数配置														
1	电源：220V 50Hz														
▲2	高效率耐温陶瓷远红外线放射板发出的光为不可见光。发射光谱波长：3-25um														
3	双向转轴，上下仰角 120 度，左右旋转 330 度。方便不同部位照射治疗														
4	双限位器，照射器外观材质为金属材料可长期耐温。具有照射器内部过热断电装置。														

▲5	无特别禁忌症，对痿管损坏严重患者及皮肤破损严重，心脏病肝病糖尿病等患者均可使用。	
	6	触摸式按键
	7	电子式定时器，时间采用数字显示，时间设置范围 5-90 分，连续使用功能设定。
	8	强度：弱、中、强三种
	9	标准操作模式：自动设定
	10	悬吊手臂：二节屈伸，随意平衡式。
	11	具备高低升降调节
	▲12	底座：防倾倒底座加稳装置
	二、配置清单：	
	控 制	说 明
		1 组

		箱	内置 PC 板组, 变压器 控制箱规格 A. 操作键：触动开关 B. 定时器： 1. 4 位数七段显示器 2. 时间设定范围 5min-90min 3. 连续使用功能设定 C. 强度设定：弱（Low）、中（Med）、强（High） D. 全自动设定：单键快速设定（两种全自动设定模式，时间：40/20 分钟，强度：强档） E. 额定电流：0.9A F. 输入电压：220-240Volt, 50/60Hz		
		照 射 器	内置:远红外线放射板 4 片,散热风扇组, 过热安全保护装置 远红外线放射板规格: 1 高强度耐温陶瓷远红外线放射板, 2. 红外线放射源有效面积: 200cm² (50mm ×100mm×4pcs) 3 功率密度: 照射距离 30 公分时, 功率密度小于 50mW/cm²。 操作角度: 具双向转轴, 可微调上下仰角及左右旋转角度。 外壳材质: 可长期耐温的金属材料。	1 个	
		滑 轮 脚座	五爪式带煞车轮塑胶底座	一个	
		底 座 水箱	注水式防倾倒底座加稳装置 材质: 高密度 PE, 可注水 7L	1 个	

		气 压 棒	气压无段式升降	一个		
		支 撑 手肩	二节屈伸，随意平衡式	一个		
		电 源 线		一条		
		距 离 杆	安全照射距离防护设计	2 根		
		保 修 卡 说 明书		各一份		
5	自动化腹 膜透析机	一、技术参数： 1、采用气压驱动的液体导流系统，无需称重 2、适合多重 APD 治疗模式：CCPD/IPD、TPD、aAPD、aTPD 等 3、流量控制精度±2% 4、目标精确度±5ml 5、透析液温度设定控制点，34、35、36、37、38、39℃ 6、透析液温度控制精度±2℃ 7、中文人机交互，8.4 寸 LCD 可翻转式触摸屏、夜间可隐藏屏幕光，中文操作系统引导式文字、图片及语音提示 8、具有远程医疗功能，通过机器云管理平台（RPM），可实时在线监测（更新频率小于 20s）、支持并发症预警、智能处方、治疗结果导出及中心数据综合管理 9、可支持血压计、体重计、血糖仪等体征检测设备的数据自动接入功能，数据自动上传远程平台，提供预警功能 10、匹配市售的 2L、3L 和 5L 透析液 11、具有手控引流、空气监测自动排出、管路堵塞扭折智能判断、超温报警、断电保护等多种安全保护措施 12、单周期注入量范围为 50ml-3500ml，适合各种人群治疗，包括婴幼儿 13、总治疗量范围 0.1L—80L				

		14、总治疗时间 10min-99h 15、具有智能处方卡管理，处方可通过 RFID 智能卡刷卡、远程下载以及本机修改等三种方式获取 16、设备重量≤9kg 二、配置清单（若有） <table><tr><th>名称</th><th>单位</th><th>数量</th></tr><tr><td>自动腹膜透析机</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>腹膜透析用治疗车</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>处方卡</td><td>张</td><td>1</td></tr><tr><td>220V 电源线</td><td>根</td><td>1</td></tr><tr><td>说明书</td><td>本</td><td>1</td></tr><tr><td>合格证</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>远程管理软件</td><td>套</td><td>1</td></tr><tr><td>读卡器</td><td>个</td><td>1</td></tr></table>	名称	单位	数量	自动腹膜透析机	台	1	腹膜透析用治疗车	台	1	处方卡	张	1	220V 电源线	根	1	说明书	本	1	合格证	个	1	远程管理软件	套	1	读卡器	个	1	
名称	单位	数量																												
自动腹膜透析机	台	1																												
腹膜透析用治疗车	台	1																												
处方卡	张	1																												
220V 电源线	根	1																												
说明书	本	1																												
合格证	个	1																												
远程管理软件	套	1																												
读卡器	个	1																												
6	糖化血红蛋白仪	一、技术参数： 1、检测原理：免疫散射比浊法 2、检测速度：≥70 测试/小时 3、检测项目：超敏 C 反应蛋白（HS-CRP）、全量程 C 反应蛋白（hs-CRP+常规 CRP）、血清淀粉样蛋白 A（SAA）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、抗环瓜氨酸肽抗体(CCP)、糖化血红蛋白（HbA1c）、尿微量白蛋白（mALB）、D-二聚体(D-Dimer)、纤维蛋白降解产物（FDP）、补体 C3、补体 C4、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 M（IgM）、胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原 II（PG II）、人血浆脂蛋白磷脂酶 A2(Lp-PLA2)、胰抑素 C																												

	(Cys-C)、$\beta 2$ 微球蛋白 ($\beta 2 - MG$)、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 (NGAL) 4、项目组合：多种项目组合，可一键做 SAA 和 CRP 联检、一键做风湿四项、一键做胃功能两项等 5、特殊参数：SAA 和 CRP 联检结果可以出研究参数 SAA/hs-CRP 的比值；PGI 与 PGII 联检结果可以出 PGR (PGI/PGII) 的比值 6、线性范围：SAA5 ~ 300mg/L，HS-CRP0.5 ~ 300mg/L，全量程 C 反应蛋白 0.5-360mg/L 7、精密度：CV$\leq$5% 8、准确度：测定标准品，平均值与标示值的偏差$\leq$$\pm$5% 9、定标：智能高效刷卡系统，不用自做标准曲线，不用自做空白对照，支持多点校准/定标。 10、反应盘：圆盘式，32 个反应杯位，反应杯 4 阶自动清洗，循环使用；反应盘具有恒温装置。 11、试剂位：10 个试剂位，可兼容抗血清、缓冲液、稀释液。具有试剂冷藏功能。 12、试剂针：具有随量跟踪、垂直防撞功能。每次测试后执行试剂余量检测/报警。试剂针自动高压清洗。 13、样本类型：静脉全血、末梢全血、预稀释血、血清、血浆、尿液。 14、进样方式：开放进样，样本管直接上机。 15、样本信息录入：支持样本条码扫描，也可手动输入样本信息 16、显示屏：10.1 寸高分辨率真彩色触摸屏 17、激光器波长：630nm~690nm 18、加样准确度与重复性：加样准确度误差不超过$\pm$5%，变异系数不超过 2%。 19、仪器稳定性：在正常工作条件下，开机 4 小时和 8 小时后，被测物质测定值的均值与参考物质定值的偏差 (B)，应在$\pm$5%以内。 二、配置清单： 显示屏 10.4 寸显示屏, LVDS 接口, 分辨率 800$\times$600 触摸屏 10.4 寸触摸屏 采样针 机加工五金件，外径 ϕ2.0mm 激光棒 半导体, 波长 650nm, 20cm 聚焦	
--	--	--

		开关电源 300W 单组输出医用型 开关电源 75W 三组输出医用型 KNF 废液泵 双头气液混合泵，PTFE 膜片 电磁阀 双通电磁阀 三通电磁阀 三、有无专机使用的耗材试剂： 1、清洗液 2、探针保养液 3、糖化血红蛋白 (HbA1c) 检测试剂盒	
7	骨密度仪	一、技术参数： 技术参数： 1、全干式技术，诊断扫查更加方便 2、应用测量部位匹配超声频率 3、应用超声轴向传导技术，双发双收模式，多向自相关技术，使得有效数据密度更大 4、有效去除杂波和干扰信号 5、具有矫正系统，有效矫正系统误差 6、▲探头接入：单探头高屏蔽 72 点接入方式，保证超声信号无损传输（提供证明材料） 7、拥有多人种临床数据库 8、全中文菜单 性能参数： 1、测量部位：桡骨和胫骨 2、测量方式：双发双收 3、测量参数：轴向骨传播声速 (SOS)M/S 4、分析数据：T 值、Z 值、同龄百分比、骨强度指数 (BQI)、骨龄 (PAB)、预期发生骨质疏松的年龄 (EOA)、相对骨折风险 (RRF) 5、▲测量准确度：≤0.15%	

	6、▲测量重复性：$\leq 0.15\%$ 7、▲测量时间：1 周期<10 秒 8、▲测量时间：总周期<25 秒 9、▲探头频率：1.20MHz 10、▲数据分析：专用智能实时数据分析系统，根据年龄自动选择成人或儿童数据库 11、温度质控：有机玻璃试样，温度条形指示 12、探头测量导航：能够实时显示探头与骨骼平面轴向夹角、水平角度、方向角度，实时显示角度数值的变化。这些实时显示便于快速矫正检测角度，提高检测速度、数据准确性 13、晶体状态显示：测量时，能够显示探头四个晶体工作状态、超声波接收信号强度 14、日常校准：开机校准，简单方便 15、默认中国人群，可测量 0-100 岁人群（儿童年龄段：0-12 岁，青少年年龄段 12-20 岁，成人年龄段 20--80 岁，老年人年龄段 80-100 岁，只要输入年龄自动识别） 16、温度显示校准块：具有红铜、黄铜、有机玻璃三重校准，校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂标准配备有机玻璃模块 17、报告样式：彩色报告 18、报告版式：能够提供 A4、16K、B5 等多种尺寸报告单及横竖合理排版方式 19、设备主机：机架式商务机，信号处理与分析快速准确 20、专用智能实时数据分析系统，能完成数据的归类，总结，计算统筹占比等工作。 21、进液防护：整机防水等级 IPX0，探头防水等级 IPX7 22、电源电压：AC220V$\pm 10\%$, 50Hz± 1Hz 二、配置清单： 1、高精度数据采集系统 1 套 2、高性能超声骨密度探头 1 只 3、智能分析系统 1 套	
--	--	--

	4、戴尔原装机商务计算机 1 台 5、一体化推车 1 台 6、有机玻璃试样 1 只 7、校准尺 1 把 8、彩色超高容量喷墨打印机 1 台 9、医用消毒型耦合剂（赠品）1 瓶 10、电源线 1 根 11、接地线 1 根 12、超声骨密度专用鼠标垫 1 个 13、使用说明书 1 本 14、附件 1 套	
--	---	--

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目(3)

包 5

序号	设备名称	设备参数	备注
1	眼科手术床	一、技术参数：	
		技术参数	
		1采用不间断供电系统（蓄电池），保证在断开外部供电时，手术台仍可使用升降控制功能。	
		2采用进口低压直流驱动器驱动，免维护。	
		3“T 型”底座式设计，升降立柱	
		4医师手托架高度可调，气囊枕垫、医师手托架可脱卸。	
		5手术台头板、台面均采用包缝成型工艺制作	
		6手术台面具有超低位设计	
		7头板配有电动调节升降机构，配置直线导轨，保证升降的稳定性，在手术过程中能调整到手术的最佳角度。	
		8头板可上折下折，根据临床需要调节不同的角度。	
		9关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3 节，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，框架式活动关节	
		10关键刹车部分：手术床底座部分采用大 T 型结构设计，刹车位于头部正下方，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式	
		11技术参数： 长:2000mm±50mm，宽:600mm±50mm 升降高度:500mm-700mm 台面高度调节:≥200mm（电动） 头板上折:≥20° 头板下折:≥40° 头板垂直升降: +50mm（电动） 输入功率:500VA	
		12设置应急开关。	
		二、配置清单（若有）	

		配置清单											
		序号		数量									
		1	床体部分	1 台									
		2	动力系统部分	1 套									
		3	有线遥控器	1 个									
		4	电源线	1 根									
		5	床垫	1 个									
		6	病人托手架	2 个									
		7	医生手托部分	1 对									
		8	头托部分	1 对									
		9	保险丝	1 个									
2	电脑验光仪	一、技术参数： 1、测量范围：球镜：-30.00D—+25.00D±10%（VD=12mm）（0.12/0.25D 间隔） 散光：0D—±12D（0.12/0.25D 间隔） 轴位：0° —180°（1° /5° 间隔） 2、角膜曲率测量范围：曲率半径：5.00—13.00mm（0.1mm 间隔） 屈光度：25.96D—67.50D（n=1.3375）（0.12/0.25D 间隔） 散光：0D—±12.00D（0.12/0.25D 间隔） 轴位：0° —180°（1° /5° 间隔） 3、可测量瞳距，测量范围：30—85mm 4、可测量角膜直径及瞳孔直径 6、调节力测量 适应性 0D—10D（0.12/0.25D 间隔） 7、全程全自动测量，自动切换左右眼 8、显示器：具有倾斜和旋转功能的触摸屏 9、打印机：易加载和自动裁切热敏阵列打印机 三、配置清单（若有） <table><tr><td>1. （主机）</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2. 附件：</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）打印纸</td><td>3</td><td>卷</td></tr></table>				1. （主机）	1	台	2. 附件：			（1）打印纸	3
1. （主机）	1	台											
2. 附件：													
（1）打印纸	3	卷											

		<table><tr><td>(2) 电源线</td><td>1</td><td>根</td></tr><tr><td>(3) 防尘罩</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>(4) 下颚托垫纸</td><td>1</td><td>卷</td></tr><tr><td>(5) 下颚托垫纸固定针</td><td>2</td><td>根</td></tr><tr><td>(6) 使用说明书</td><td>1</td><td>本</td></tr><tr><td>(7) 球镜模拟眼 / 接触镜夹持器（一体式）</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>(8) 升降台</td><td>1</td><td>个</td></tr></table>	(2) 电源线	1	根	(3) 防尘罩	1	个	(4) 下颚托垫纸	1	卷	(5) 下颚托垫纸固定针	2	根	(6) 使用说明书	1	本	(7) 球镜模拟眼 / 接触镜夹持器（一体式）	1	个	(8) 升降台	1	个	
(2) 电源线	1	根																						
(3) 防尘罩	1	个																						
(4) 下颚托垫纸	1	卷																						
(5) 下颚托垫纸固定针	2	根																						
(6) 使用说明书	1	本																						
(7) 球镜模拟眼 / 接触镜夹持器（一体式）	1	个																						
(8) 升降台	1	个																						
3	眼科超声生物显微镜	一、技术参数： 1. 超声传感器中心频率：50MHz/35MHz 2. 扫描方式：采用线性、无失真、宽视野的扫描方式可同时显示两侧房角 3. 显示范围 17mm*10mm ； 10mm*6.5mm 4. 轴向分辨力：35MHz 探头的轴向分辨力≤0.1mm、50MHz 探头的轴向分辨力≤0.05mm； 侧向分辨力：35MHz 探头的侧向分辨力≤0.15mm、50MHz 探头的侧向分辨力≤0.1mm； 5. 探测深度：35MHZ 探测深度≥6mm； 50MHZ 探测深度≥5mm； 6. 灰阶：≥256 级； 7. 电子游标测距，显示分辨力 0.01mm； 8. 增益范围：30~105dB； 9. 信噪比：≤100 dB； 10. 图像存储能力：硬盘图像存储（硬盘容量：≥500G）； 11. 几何位置精度：纵向几何位置精度≤5%；横向几何位置精度≤10%； 12. 采用高密度 1024 线性扫描，无失真、宽视野的扫描方式,精度为 1um，扫描线间距 15 um； 13. 几何失真度：无插补数据，零失真成像； 14. 多组带阻尼精确定位机械臂； 15. 系统性能：50um 超声放大系统使眼前节图像更清晰； 16. 工作站操作系统：Windows 系统 17. 提供 pdf 格式的图文病例报告，同时备份便于查对，可对病例报告进行存档、检索；																						

		18. 影像实时采集，自动记录冻结前 10 秒 100 幅图像，可以逐幅或连续回放，方便医生进行动态观察； 19. 具有测量和后处理功能，可记录 4 组距离，2 组角度，可测量周长、面积； 20. 可打印图像和病例报告； 21. 图像显示：黑白色及多种伪彩，影像输出格式：avi 格式，随时切入 windows 查看器。 二、配置清单（若有） <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>UBM 主机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>2</td><td>UBM 探头</td><td>1 支</td></tr><tr><td>3</td><td>机械臂</td><td>1 个</td></tr><tr><td>4</td><td>传感器</td><td>1 支</td></tr><tr><td>5</td><td>电源线</td><td>1 根</td></tr><tr><td>6</td><td>脚踏开关</td><td>1 个</td></tr><tr><td>7</td><td>用户手册</td><td>1 本</td></tr><tr><td>8</td><td>软件操作手册</td><td>1 本</td></tr><tr><td>9</td><td>合格证</td><td>1 张</td></tr><tr><td>10</td><td>保修卡</td><td>1 张</td></tr><tr><td>11</td><td>显示器</td><td>1 台</td></tr><tr><td>12</td><td>计算机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>13</td><td>打印机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>14</td><td>键盘</td><td>1 个</td></tr><tr><td>15</td><td>鼠标</td><td>1 个</td></tr><tr><td>16</td><td>小键盘</td><td>1 个</td></tr><tr><td>17</td><td>工作台车</td><td>1 台</td></tr><tr><td>18</td><td>眼杯</td><td>3 套</td></tr><tr><td>19</td><td>仪器罩</td><td>1 个</td></tr><tr><td>20</td><td>UBM 工作站软件</td><td>已装入系统</td></tr></table>	序号	名称	数量	1	UBM 主机	1 台	2	UBM 探头	1 支	3	机械臂	1 个	4	传感器	1 支	5	电源线	1 根	6	脚踏开关	1 个	7	用户手册	1 本	8	软件操作手册	1 本	9	合格证	1 张	10	保修卡	1 张	11	显示器	1 台	12	计算机	1 台	13	打印机	1 台	14	键盘	1 个	15	鼠标	1 个	16	小键盘	1 个	17	工作台车	1 台	18	眼杯	3 套	19	仪器罩	1 个	20	UBM 工作站软件	已装入系统	
序号	名称	数量																																																																
1	UBM 主机	1 台																																																																
2	UBM 探头	1 支																																																																
3	机械臂	1 个																																																																
4	传感器	1 支																																																																
5	电源线	1 根																																																																
6	脚踏开关	1 个																																																																
7	用户手册	1 本																																																																
8	软件操作手册	1 本																																																																
9	合格证	1 张																																																																
10	保修卡	1 张																																																																
11	显示器	1 台																																																																
12	计算机	1 台																																																																
13	打印机	1 台																																																																
14	键盘	1 个																																																																
15	鼠标	1 个																																																																
16	小键盘	1 个																																																																
17	工作台车	1 台																																																																
18	眼杯	3 套																																																																
19	仪器罩	1 个																																																																
20	UBM 工作站软件	已装入系统																																																																
4	裂隙灯显	1、光学设计类型：平行式夹角式																																																																

	显微镜（数码）	2、总倍率：6X、10X、16X、25.6X、40X 3、数码图像采集方式：目镜下位外挂式单反相机，像素≥2400 万 4、配置角膜同步闪光照相装置、同轴背景光照明补偿系统、自动眼位识别 5、滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 6、裂隙高度和裂隙宽度（mm）：1 ～ 14 和 0 ～ 14 连续可调（mm） 7、配 led 光源 <table><tr><td rowspan="7">标 配</td><td colspan="2">名称</td><td>数量</td><td>单位</td><td>备注</td></tr><tr><td rowspan="5">硬件</td><td>计算机</td><td>1</td><td>台</td><td></td></tr><tr><td>打印机</td><td>1</td><td>台</td><td></td></tr><tr><td>光学体</td><td>1</td><td>套</td><td></td></tr><tr><td>数字采集系统</td><td>1</td><td>台</td><td></td></tr><tr><td>电动升降台</td><td>1</td><td>台</td><td></td></tr><tr><td>软件</td><td>裂隙灯图像系统软件</td><td>1</td><td>套</td><td></td></tr></table>	标 配	名称		数量	单位	备注	硬件	计算机	1	台		打印机	1	台		光学体	1	套		数字采集系统	1	台		电动升降台	1	台		软件	裂隙灯图像系统软件	1	套		
标 配	名称			数量	单位	备注																													
	硬件	计算机		1	台																														
		打印机		1	台																														
		光学体		1	套																														
		数字采集系统		1	台																														
		电动升降台		1	台																														
	软件	裂隙灯图像系统软件	1	套																															
5	裂隙灯显微镜	一、光学系统： 1. 光学类型：伽利略平行夹角式 2. 分辨力：≥2300 • N 线对/mm 3. 目镜：12.5X 4. 总倍率：6X、10X、16X、25X、40X 5. 视度调整范围：-7D~+7D 6. 目镜观察夹角：13° 7. 无线式光学体（照明电源线） 照明系统： 1. 光源类型：12V/50W LED 灯泡 2. 照明类型：上照明 3. 裂隙宽度：0mm~14mm 连续可调 4. 裂隙高度：1mm~14mm 连续可调 5. 光栏直径：Φ0.2 mm-Φ14 mm 6. 裂隙角度：水平旋转 0° ～180° 7. 照明倾角：5° 、10° 、15° 、20° 8. 滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、双钴蓝片																																	

		9. 配置无极调光旋钮 二、配置清单 1、光学主机：一台 2、电动升降台：一台																																						
6	消毒锅	一、技术参数： <table><tr><th colspan="2">技术参数</th></tr><tr><td>1</td><td>满足预真空小型灭菌器 B 级标准。腔内有效容积≥18 升。</td></tr><tr><td>2</td><td>快速 B 级程序运行时间：≤22 分钟（完整 B 级程序：含四次预真空、灭菌和 6 分钟干燥时间）</td></tr><tr><td>3</td><td>快速 S 级程序运行时间：≤11 分钟（完整 S 级程序：含两次预真空、灭菌和 2 分钟干燥时间）</td></tr><tr><td>4</td><td>真空泵：自带有冷凝装置</td></tr><tr><td>5</td><td>实际程序真空度数值：≤ -0.95Bar。可量化</td></tr><tr><td>6</td><td>水箱：灭菌器内置净水箱废水箱，灭菌用水不循环使用。</td></tr><tr><td>7</td><td>装载量：≥5 千克器械；≥1.8 千克织物。</td></tr><tr><td>8</td><td>智能干燥：具有智能温湿度传感器，根据现有温湿度情况自动调整干燥强度。</td></tr><tr><td>9</td><td>门锁：电动吸附门锁，一键自动开关。</td></tr><tr><td>10</td><td>灭菌程序≥5 个。</td></tr><tr><td>11</td><td>自动生成高温蒸汽灭菌，无需外接蒸汽发生装置。</td></tr><tr><td>12</td><td>配备原厂的灭菌打包盒，滤纸可重复灭菌≥1000 次，不开盒保证内部器械≥180 天无菌。</td></tr><tr><td>13</td><td>存档功能：灭菌器电脑可以储存≥100 锅物理检测报告（包括温度、压力、时间），支持无纸化存档，也可使用 CF 卡储存。</td></tr></table> 二、配置清单（若有） <table><tr><th colspan="3">配置清单</th></tr><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>灭菌器</td><td>1 台</td></tr></table>	技术参数		1	满足预真空小型灭菌器 B 级标准。腔内有效容积≥18 升。	2	快速 B 级程序运行时间：≤22 分钟（完整 B 级程序：含四次预真空、灭菌和 6 分钟干燥时间）	3	快速 S 级程序运行时间：≤11 分钟（完整 S 级程序：含两次预真空、灭菌和 2 分钟干燥时间）	4	真空泵：自带有冷凝装置	5	实际程序真空度数值：≤ -0.95Bar。可量化	6	水箱：灭菌器内置净水箱废水箱，灭菌用水不循环使用。	7	装载量：≥5 千克器械；≥1.8 千克织物。	8	智能干燥：具有智能温湿度传感器，根据现有温湿度情况自动调整干燥强度。	9	门锁：电动吸附门锁，一键自动开关。	10	灭菌程序≥5 个。	11	自动生成高温蒸汽灭菌，无需外接蒸汽发生装置。	12	配备原厂的灭菌打包盒，滤纸可重复灭菌≥1000 次，不开盒保证内部器械≥180 天无菌。	13	存档功能：灭菌器电脑可以储存≥100 锅物理检测报告（包括温度、压力、时间），支持无纸化存档，也可使用 CF 卡储存。	配置清单			序号	名称	数量	1	灭菌器	1 台	
技术参数																																								
1	满足预真空小型灭菌器 B 级标准。腔内有效容积≥18 升。																																							
2	快速 B 级程序运行时间：≤22 分钟（完整 B 级程序：含四次预真空、灭菌和 6 分钟干燥时间）																																							
3	快速 S 级程序运行时间：≤11 分钟（完整 S 级程序：含两次预真空、灭菌和 2 分钟干燥时间）																																							
4	真空泵：自带有冷凝装置																																							
5	实际程序真空度数值：≤ -0.95Bar。可量化																																							
6	水箱：灭菌器内置净水箱废水箱，灭菌用水不循环使用。																																							
7	装载量：≥5 千克器械；≥1.8 千克织物。																																							
8	智能干燥：具有智能温湿度传感器，根据现有温湿度情况自动调整干燥强度。																																							
9	门锁：电动吸附门锁，一键自动开关。																																							
10	灭菌程序≥5 个。																																							
11	自动生成高温蒸汽灭菌，无需外接蒸汽发生装置。																																							
12	配备原厂的灭菌打包盒，滤纸可重复灭菌≥1000 次，不开盒保证内部器械≥180 天无菌。																																							
13	存档功能：灭菌器电脑可以储存≥100 锅物理检测报告（包括温度、压力、时间），支持无纸化存档，也可使用 CF 卡储存。																																							
配置清单																																								
序号	名称	数量																																						
1	灭菌器	1 台																																						

		2	托盘支架	1 个		
		3	灭菌盒	2 个		
		4	灭菌纸	2 张		
		5	密封圈	1 根		
		6	排水管	2 根		
		7	英文说明书	1 套		
		8	中文说明书	1 套		
		9	CF 卡	1 个		
		10	读卡器	1 个		
		7	眼科手术 显微镜	一、技术参数：		
技术参数						
1	光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），T*镀膜					
2	电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1:6 连续变倍比					
3	变倍系数： $\gamma = 0.4x - 2.4x$					
4	放大倍数：3.4 x -20.4 x（目镜 10X）					
5	视场直径：10.1-60.6mm（目镜 10X）					
6	主刀镜双目镜筒：180 度倾斜角可调双目镜筒， f=170 mm					
7	目镜：10 x、12.5 x（可选）					
8	目镜屈光补偿：+5D 到-8D					
9	物镜：f=200 毫米					
10	景深增强系统：具有智能景深增强系统					
11	助手镜光路系统：独立四光路 0 度助手镜，支持助手镜独立调焦变倍					
12	助手镜双目镜筒：180 度倾斜角可调双目镜筒， f=170 mm					
13	镜体倾斜：自动锁定齿轮驱动，使用旋钮手动调节倾斜角度±90 度					
14	XY 水平移动范围：40mmx40mm					
15	复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y 水平移动系统自动复位至中心位置					

		16	照明方式：立体同轴照明系统	
		17	光源：双卤素灯 12V/100W	
		18	备用灯泡：当主照明灯故障时可完全自动切换到备用灯，无需中断手术	
		19	保护装置：防紫外线滤光片、防红外线保护装置、旋入式视网膜保护装置	
		20	滤光片：蓝光屏蔽滤光片（视网膜保护滤光片）、KK40 增加色温滤光片	
		21	控制面板：液晶控制面板	
		22	≥9 组个性化用户参数设置	
		23	故障诊断码显示	
		24	≥14 功能全封闭防水脚踏	
		二、配置清单（若有）		
		序号	名称	数量
		1	手术显微镜主机	1
		2	落地式支架系统	1
		3	防尘套	1
		4	消毒帽	6
		5	消毒手柄	6
		6	多功能脚控	1
		7	脚踏连接线	1
8	非接触式 眼压计	一、技术参数：		
		1.	测量范围：1-60mmHg	
		2.	测量幅度：1mmHg/0.1mmHg 步幅变化	
		3.	工作距离：11mm	
		4.	自动检测和显示眼别	
		5.	操控方式：自动。设备可自动 3D 追踪眼位，自动微调焦、自动测量，提高检查效率和减少人为操作带来的误差。	
		6.	测量模式：普通模式、IOL（人工晶状体）模式	

		7. 可根据角膜厚度自动修正眼压值 8. 显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值 9. 下颌托升降：电动升降 10. 测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害 11. 显示器：≥ 7 英寸彩色显示器，触摸屏，大屏幕可呈现眼部结构细节，有利于精准对焦，提供测量准确性。 二、配置清单（若有） 1. 非接触式眼压计主机，1 台； 2. 电动升降台，1 台； 3. 说明书，1 个； 4. 防尘罩，1 个； 5. CCD 数码相机，1 套； 6. 电脑工作站，1 套； 7. 彩色打印机，1 台； 8. 采集软件，1 套；	
9	全自动综合验光仪	一、技术参数： 验光头测量范围： 1. 球镜：$-29.00D$—$+26.750D$（$0.25D/1.00D/2.00D/3.00D$ 间隔） 2. 柱镜：$0.00D$—$\pm 8.750D$（$0.25D/1.00D/2.00D/3.00D$ 间隔） 3. 轴位：0°—180°（$1^\circ/5^\circ/15^\circ$ 间隔） 4. 交叉柱镜：$\pm 0.25D/\pm 0.50D$ 5. 瞳距：48—$80mm$（远用）50—$74mm$（近用） 6. 辅助镜片：遮挡片、小孔镜（直径 $2mm$）、红色马杆镜片、红/绿镜片、偏振片（$45^\circ/135^\circ$）、PD 检查镜、$\pm 0.50D$ 固定交叉柱镜、$+1.5D/+2.00D$ 检眼补偿镜分离棱镜（$6\Delta B.U/10\Delta B.I$） 7. 棱镜：0—20Δ（$0.1\Delta/0.5\Delta/2\Delta$ 间隔） 8. 可在同一镜片上同时看到两个相互分离的图像，患者能直观对比两个图像的清晰差异。 9. 视野角度：广角观察视野≥ 40 度	

	101 灯泡：内置高亮度 LED（白色）近用照明灯，冷光源 11. 屏幕：大屏幕高清晰彩色液晶触摸显示器，液晶屏可以翻转，既可作为近用视力表用，也可方便验光师向患者进行具体讲解。 视力表投影仪 1. 视标：33 种 2. 投影距离：2.9-6.1 米 3. 视标放大倍数：30 倍 4. 视标尺寸：直径 275 毫米 330（宽）*225（高）毫米（5 米距离） 5. 灯泡：3W, 白色 LED 冷光源，免换灯泡，连续使用寿命≥5 万小时。无噪音。 4. 波长：373 至 801nm 5. 图像亮度：230cd/m 平方（在 5m 距离），可调 6. 遮挡片：1 种开放式. 5 种水平方式. 5 种垂直方式. 21 种单格方式 7. 滤色片：红/绿 8. 电源：220.230—240 伏，50/60 赫 9. 视标转换速度：0.2 秒 10. 自动关机功能：10 分钟 综合检眼台 1. 综合检眼仪与电脑验光仪之间联动互锁 2. 电动智能手臂：免去人工操作 3. 桌面升降范围：700—860mm 4. 手臂升降范围：300mm 5. 手臂摆动范围：0°—90° 6. 额定电压：AC200V 10A 7. 电源插座：AC250V 10A 8. 照明灯：AC220V 27W 二、配置清单（若有） 综合验光仪机头 1 个、控制箱 1 个、继电器箱 1 个、近点卡 1 盒、近点杆 1 根、前额托 1 个、面罩 1 盒、触摸屏专用笔 1 支、防尘罩 1 个、通讯电缆（MB-RB）1 根、通讯电缆（CB-RB）1 根、备用保险丝 2 根、打印纸 3 卷、电源线 1 根、铁	
--	---	--

		氧体磁心（只用于单位和标准类型）3 个、操作手册 1 册。 三、有无专机使用的耗材试剂（若有，需提供清单）：无	
--	--	--	--

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目(3)

二、商务要求

一、供货期及供货地点

详见投标须知前附表

二、验收

1. 验收内容主要以国家、行业相关技术标准规范、招标文件和双方合同确认合同内容为依据，对相关内容进行逐一核查。中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

2 采购人根据项目需要，可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方机构参与验收。参与验收的投标人或第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3. 若在验收时对质量出现争议时请相关部门进行鉴定，费用由中标人承担。

4 .其他验收规定：安装调试完毕后，如果采购人需要进行现场实验验证，中标方须配合实验验证（包括一定比例的拆机验证），直至完全满足合同要求。

三、售后服务

1、在质保期内，所有产品一旦发生质量问题，中标人应保证在接到通知后，委派专业售后工程师在约定的时间内到达用户现场进行维修，费用由中标人负责。若中标人未按约定时间对设备进行维修的，采购人有权聘请第三方维修机构进行维修，产生的费用及对设备的折损由中标人承担。

质保期内若产品因质量问题或设备发生故障 7 日内无法修复的，中标人须在 2 个日历日内提供同型号产品备用机、并承担备用机及维修产品所需的往返费用。质保期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因对采购人造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

质保期外，中标人在接到采购人故障通知后优先安排售后工程师到达现场进行维修服务，只收取零备件成本费用。

2、培训要求：投标人须提供专业的人员上门免费培训，保证操作者能掌握设备的操作技能；提供完善的系统培训方案，有针对性的培训课程及相关学习资料。

3、根据医院信息化建设整体规划和发展要求，投标人必须根据国家或者省卫计委最新的数据集标准，以及能够满足标准的变化，技术规范与医院其它业务系统实现信息整合，达到医院内部数据信息共享、上传国家和省卫健委和区域平台的数据共享要求。

四、质保期：

以招标文件采购清单中所列质保期为准

五、付款方式：

详见投标须知前附表

六、投标有效期

详见投标须知前附表

七、其他要求

1、中标人提供的设备及配套设备必须标牌、技术说明文件齐全，设备包装完好；所有产品应为生产厂家生产的原装、标配产品。

2、所投设备的产品合格证、使用说明书、彩页、随机技术文件及图纸、资料，在产品到货验收时移交采购人。需书面承诺保证在招投标过程及供货过程中所提供材料的真实性，否则承担一切法律责任，并由投标人法定代表人或授权代表签署并加盖公章；

3、投标人必须无条件保证所提供的产品，在制造、技术标准、检验标准，符合国际、国家有关产品制造和验收标准。

4、各投标人应按招标文件编制报价，若由于投标人原因错计的报价将不予以支付，并认为是对采购人的优惠已包含在报价预算中，一旦中标后不得要求另行调整增加，并不得以此为由影响项目服务质量，任何因忽视或误解项目实施现

场实际情况而导致的索赔或付款申请将不被批准，若因此对采购人造成损失，采购人将向中标人索赔。

5、中标设备如需接入医院信息系统，需免费开放接口且承担相应所有接口费。

6、信息安全

①需接入医院的网络（系统）的设备，必须通过渗透测试、漏洞扫描、风险评估等安全检查后方能接入。

②设备在接入网络（系统）和运维过程中涉及到的接入费用、模块变更、安全检查等费用，由采购合同的供货商负责承担。

③严禁设备携带各类网卡接入互联网，包括但不限于 2G、3G、4G、5G、WIFI 等。

④严格遵守相关法律法规，做好网络及数据安全保密工作，确保设备内存储的患者个人信息、医疗数据不被泄漏。



采购合同范本

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用 说 明



1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购



(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☒是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：



☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否



验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☐ 一次性验收

☐ 分期/分项验收：____（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐ 是 ☐ 否

(8) 履约验收其他事项：____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			



第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。



3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求



7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。



(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。



13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止



16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。



18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。



22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目(3)

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	



第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

注意事项：本合同仅供参考，合同未尽事宜甲乙双方在签订合同时可具体约定，原则上不能超越和违背招标文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

第七章 响应文件格式

投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	响应文件封面
2	报价部分
2.1	投标函
2.2	开标一览表
2.2.1	开标一览表（自导）
2.3	报价明细表
3	资格审查资料
3.1	投标供应商授权委托书
3.1.1	法定代表人身份证明
3.1.2	法定代表人授权委托书
3.2	一般资格
3.2.1	具有独立承担民事责任的能力
3.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
3.2.3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
3.2.4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
3.2.5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
3.2.6	法律、行政法规规定的其他条件
3.3	本项目的特定资格要求
3.4	投标所需的其他资格审查资料
4	响应性文件
4.1	投标文件技术响应内容信息
4.2	与技术评分相关资料

序号	文件夹/文件名称
4.3	投标文件商务响应内容信息
4.4	与商务评分相关资料
4.5	质保期整包延长承诺函.
4.6	其它补充材料
4.7	优惠性政策情况
4.7.1	中小企业声明函
4.7.2	节能环保产品声明及证明材料
4.7.3	残疾人福利性单位声明函
4.7.4	监狱企业声明函

响应文件封面

【替换为项目名称】

响应文件

项目序列号： _____

项目名称： _____

标包名称： _____

标包编号： _____

供应商： _____

详细地址： _____

联系人： _____

电 话： _____

日 期： __年__月__日

投标函

- 1、我公司就【替换为项目名称】的【替换为标包名称】的【投标报价名称】（元）为（大写）：____元人民币，小写：____元。【投标报价名称 1】（%）以折扣率形式进行报价为____%，【投标报价名称 2】（%）以下浮率形式进行报价为____%。
- 2、交付期（日历天）：____
- 3、备注：____
- 4、开标一览表内其他内容：____

供应商名称（盖章）：____

法定代表人或授权代表：____

地 址：____

电 话：____

传 真：____

邮 编：____

日 期：__年__月__日



开标一览表（自导）

开标一览表

项目名称:

投标包号:

序号	货物名称	制造商	产地	规格型号	单位	数量	单价	小计

总报价合计大写：

元

小写：

元

注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。

2.有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应载明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:



报价明细表

报价明细表

格式自拟

法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（投标人全称）法定代表人姓名（身份证号码：），参加贵方组织的项目名称（项目编号：）的招标采购活动，代表本公司处理招标采购活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)
---	---

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签章）：

投标人（公章）：

法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（投标人全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：）的招标采购活动，代表本公司处理招标采购活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（印章）：

被授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日



具有独立承担民事责任的能力：具有有效的统一社会信用代码的营业执照；



具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，应提供 2023 年度经审计的财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表或利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或基本开户银行 2024 年以来出具的资信证明；



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或人员、设备一览表（格式自拟）



有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2024 年 01 月至今任意 3 个月依法缴纳社会保险的相关证明材料（如社保局出具的书面证明或网银缴费凭证或社保缴纳凭证票据等），提供 2024 年 01 月至今任意 3 个月依法缴纳税收的相关证明材料（如税务局出具的书面证明或网银缴费凭证或完税凭证票据等等）；



参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明)；



法律、行政法规规定的其他条件：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标人需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标”。

本项目的特定资格要求：

【标项 1、2、3、4、5】

a、投标产品属于医疗器械管理的产品且投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料。

b、投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）或医疗器械备案证书（凭证）。

c、针对本项目允许原装进口产品投标的产品，投标人所投的包 1-血药浓度分析仪、全自动自身免疫分析系统；包 3-全自动化学发光免疫分析仪；包 4-红外线治疗仪；包 5-电脑验光仪、消毒锅、眼科手术显微镜、非接触式眼压计、全自动综合验光仪若为原装进口产品的，须提供投标产品制造商或有效授权单位出具的针对本次项目的唯一有效授权书（授权关系连贯）。



投标所需的其他资格审查资料

投标文件技术响应内容信息

技术部分响应表				
招标文件技术参数要求			投标文件技术参数响应内容	
序号	货物名称	详细参数	详细参数	偏离说明

投标人名称（盖章）：
年 月 日



与技术评分相关资料

投标文件商务响应内容信息

商务部分响应表				
招标文件商务要求			投标文件商务响应内容	
序号	商务要求	招标文件商务要求	投标响应具体内容	偏离说明

投标人名称（盖章）：
年 月 日



与商务评分相关资料



质保期整包延长承诺函

质保期整包延长承诺函

致： 贵州省人民医院_____

_____（投标人全称）_____，参加贵单位组织的项目编号为：____，项目名称：____，包号为：_____的政府采购活动，在此郑重承诺：

在满足招标文件质保期要求的基础上，整体延长____年。

投标人(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日



其它补充材料

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附 2

中小企业划型标准规定（节选）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

附 3

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告

(2019 年第 16 号)

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》(市监认证函〔2019〕513 号)要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局
2019 年 4 月 3 日

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

序号	一级目录		二级目录		认证机构名录
	产品代码	产品名称	产品代码	产品名称	
1	A020101	计算机设备	A02010104	台式计算机	中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任



泰禾云工程咨询有限公司

招标文件

			A02010105	便携式计算机	公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司
			A02010107	平板式微型计算机	
2	A020106	输入输出设备	A02010601	打印设备	
			A02010604	显示设备	
			A02010609	图形图像输入设备	
3	A020202	投影仪			
4	A020204	多功能一体机			
5	A020519	泵	A02051901	离心泵	中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
6	A020523	制冷空调设备	A02052301	制冷压缩机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证
			A02052305	空调机组	

			A02052309	专用制冷、 空调设备	有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司
			A02052399	其他制冷 空调设备	
7	A020601	电机			中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司
8	A020602	变压器			中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
9	A020609	镇流器			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司

10	A020618	生活用 电器	A0206180101	电冰箱	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认 证有限公司
			A0206180203	空调机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认 证有限公司 合肥通用机械产品认证 有限公司
			A0206180301	洗衣机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认 证有限公司
			A02061808	热水器	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认 证有限公司 合肥通用机械产品认证



泰禾云工程咨询有限公司

招标文件

					有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)
11	A020619	照明设备			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信(北京)认证有限公司
12	A020910	电视设备	A02091001	普通电视设备(电视机)	中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司
13	A020911	视频设备	A02091107	视频监控设备	广州赛宝认证中心服务有限公司
14	A031210	饮食炊事机械			中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
15	A060805	便器			中国质量认证中心
16	A060806	水嘴			北京新华节水产品认证有限公司
17	A060807	便器冲			方圆标志认证集团有限

		洗 阀			公司
18	A060810	淋浴器			

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

序 号	目 录	认证机构名录
1	环境标志产品	中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司



附 4 政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目（3）的更正公告

一、项目基本情况

采购项目编号(财政)：THZB2024-459CGHW

原公告的采购项目名称：贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目（3）

项目序列号：P5200002024000E38

首次公告日期：2025-01-09 16:30:02

二、更正信息

更正事项：采购公告, 采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	采购内容及技术要求-包2-全自动大便分析仪	8、高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分。	8、高频往复式气动混匀或机械混匀装置，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分。

更正日期：

三、其他补充事宜

其余事项不变

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：贵州省人民医院

地址：贵阳市中山东路83号

联系方式：0851-85927490

2. 采购代理机构信息

名称：泰禾云工程咨询有限公司

地址：贵阳市观山湖区金融商业区内建勘大厦16楼1-9号

联系方式：17785846494

3. 项目联系方式

项目联系人：刘玉瑶、张健、贾翔瑞

电 话：17785846494

贵州省人民医院2024年度医疗设备采购项目
(3)