



# 贵州省政府采购项目 竞争性磋商文件

项目编号： MCHC-DZ--ZC20256086

项目名称： 贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心  
实验室公用常规仪器设备采购项目

明诚汇采项目管理有限公司

## 代理机构通讯录

单位全称：明诚汇采项目管理有限公司

办公地址：贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场6号栋7层

公司QQ号：971935038

电子邮箱：0851-6892118@163.com

联系人：赵丹丹、陈怡、何娜娜

联系电话：0851-86892235-729

## 结 算 账 户

开 户 名：明诚汇采项目管理有限公司

开 户 行：中国工商银行贵阳市省新支行

账 号：2402002109671121747

## 投标保证金交纳专户

收款单位：贵州省公共资源交易中心

开 户 名：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

账 号：0109001400000182-0002

支 行 号：313701099123



**敬告：投标前请认真阅读本文件。**

# 目 录

|      |                    |        |
|------|--------------------|--------|
| 第一部分 | 采购邀请 .....         | - 3 -  |
| 第二部分 | 竞争性磋商相关资料明细表 ..... | - 7 -  |
| 第三部分 | 竞争性磋商须知 .....      | - 13 - |
| 第四部分 | 评审标准 .....         | - 29 - |
| 第五部分 | 商务要求 .....         | - 37 - |
| 第六部分 | 采购需求 .....         | - 39 - |
| 第七部分 | 合同主要条款（参考） .....   | - 60 - |
| 第八部分 | 响应文件格式 .....       | - 76 - |

## 第一部分 采购邀请

### 项目概况

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易平台(<http://ggzy.guizhou.gov.cn>)网上登录获取采购文件，并于 2025 年 8 月 15 日 09:30 时（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：MCHC-DZ--ZC20256086

项目名称：贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

项目序列号：P520000202500085C

预算金额（元）：1,415,000.00

最高限价（元）：1,380,000.00

采购需求：

标项 1

名称：贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：1,415,000.00

单位：批

简要规格描述：详见磋商文件

备注：/

合同履行期限：详见磋商文件

本项目（否）接受联合体投标

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取采购文件

时间：2025年8月5日至2025年8月12日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

方式：贵州省公共资源交易网->网上交易大厅->文件下载板块（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

售价（元）：0

### 四、响应文件提交

截止时间：2025年8月15日09:30时（北京时间）

地点：贵州省公共资源交易中心。

### 五、响应文件开启

开启时间：2025年8月15日09:30时（北京时间）

地点：贵州省公共资源交易中心。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定具体要求如下：

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；②财务状况报告（经合法审计机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或投标截止时间前3个月内银行出具的有效的资信证明）；③依法缴纳税收（2024年6月至今任意3个月的纳税证明）和社会保障资金（2024年6月至今任意3个月的社保缴纳证明）的相关材料，如不需缴纳税收和社保的，须提供有效的证明材料；④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，供应商的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

【MCHC-DZ--ZC20256086】

供应商须承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道中查询未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被取消投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

## 2. 投标保证金情况

（1）投标保证金金额：10,000.00 元

（2）投标保证金交纳截止时间：2025 年 8 月 15 日 09:30 时（北京时间）

（3）投标保证金交纳方式：以银行转账、保证保险、银行保函或合法担保机构出具的担保等非现金形式提交。（详细按照贵州省公共资源交易中心规定执行）

（4）开户银行及账号

单位名称：贵州省公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

账 号：0109001400000182-0002

（特别提示：贵州省公共资源交易系统以银行转账方式交纳的投标保证，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标）

3. PPP 项目：否

4. 采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

5. 交货地点：采购人指定地点

6. 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：无

## 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：贵州医科大学

地址：贵州省贵安新区贵州医科大学云漫湖校区

项目联系人：李老师

联系方式：0851-88545068

## 2. 采购代理机构信息

名称：明诚汇采项目管理有限公司

地址：贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场 6 号栋 7 层

联系方式：0851-86892235-729

## 3. 项目联系方式

项目联系人：赵丹丹、陈怡、何娜娜

电话：18585801763

公司名称：明诚汇采项目管理有限公司

日期：2025年8月4日

## 第二部分 竞争性磋商相关资料明细表

说明：本表是对采购内容的概况介绍，如有冲突，以本表为准。

|         |  |
|---------|--|
| 项目名称    | 贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目  |
| 项目编号    | <p>采购项目编号(财政)：MCHC-DZ--ZC20256086</p> <p>交易项目编号系指：P520000202500085C</p> <p>项目序列号系指：P520000202500085C</p> <p>标包编号系指：P520000202500085C</p> <p>注：供应商编制响应文件时，项目编号可编辑时，填写采购项目编号(财政)、交易项目编号均可。</p>   |
| 项目类型    | 货 物  |
| 中小企业    | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购： <u>否</u> ，具体内容： <u>/</u> 。  |
| 所属行业    | 依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号，本项目所属行业为： <u>工业</u> 。   |
| 联合体     | 本项目不接受联合体投标  |
| 供应商资格要求 | <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的具体要求如下：</p> <p>（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（扫描件加盖投标单位公章）</p> <p>（2）财务状况报告（经合法审计机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或投标截止时间前3个月内银行出具的有效的资信证明）；（扫描件加盖投标单位公章）</p> <p>（3）依法缴纳税收（2024年6月至今任意3个月的纳税证明）和社会保障资金（2024年6月至今任意3个月的社保缴纳证明）的相关材料，如不需缴纳税收和社保的，须提供有效的证明材料；（扫描件加盖投标单位公章）</p> <p>（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；</p> |



|       |  |
|-------|--|
|       | <p>（自行承诺，提供承诺函加盖投标单位公章）</p> <p>（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（自行声明，提供声明函加盖投标单位公章）</p> <p>2. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，供应商的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。供应商须承诺：在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）等渠道中查询未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被取消投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。</p> <p>3. 法律法规及磋商文件规定的有关条款要求。</p> <p><b>注：提供的资质证明材料不清晰，不能有效证明供应商资质情况，将视为该资质未提供。</b></p> |
| 采购预算  | 1,415,000.00元  |
| 最高限价  | 1,380,000.00元  |
| 投标保证金 | <p>1. 投标保证金金额：10,000.00元。</p> <p>2. 投标保证金形式：以银行转账、保证保险、银行保函或合法担保机构出具的担保等非现金形式提交。（详细按照贵州省公共资源交易中心规定执行）</p> <p>3. 投标保证金有效期：同投标有效期。</p> <p>4. 投标保证金交纳细则详见投标须知中的保证金缴纳要求。</p>   |
| 调价原则  | <p>1. 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更；</p> <p>2. 任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。</p>   |
| 投标报价  | <p>1. 投标报价：采购单位指定地点价（含税）。</p> <p>2. 投标报价应包括：货物价、运输费（到达采购人指定地点）、安装调试费、培训、各种税费（含关税）、可能产生的水电改造等直至</p>   |

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>货物到达使用地点并能正常投入使用所发生的一切费用，即总价包干。</p> <p>3. 投标货币：人民币。</p> <p>4. 供应商的投标报价不得超过本项目的最高限价，否则按无效投标处理。</p> <p>5. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内（2小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料（证明材料为近1年同类采购合同、发票和银行收款凭证等）；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。。</p>   |
| 最终单价<br>计算依据 | <p>若出现供应商未逐项对投标货物单价进行最终报价时，则按照以下方式计算供应商的最终单价。</p> <p>1. 根据供应商的首次报价（即响应文件中的报价）及最终报价，按照上浮或下浮比例计算出上浮率或下浮率：<br/> <math display="block">\text{上浮率或下浮率} =  (\text{首次报价} - \text{最后报价})  / \text{首次报价} \times 100\%</math></p> <p>2. 根据供应商各投标货物首次单价报价及最终报价的上浮率或下浮率，计算出各投标货物的最终单价：<br/> <math display="block">\text{最终单价} = \text{首次单价报价} \times (1 + \text{上浮率}) \text{ 或 } \text{首次单价报价} \times (1 - \text{下浮率})</math></p> |
| 供应商的<br>代替方案 | 不接受代替方案   |
| 响应文件<br>的递交  | <p>1. 投标有效期：提交响应文件截止之日起90个日历日。</p> <p>2. <b>电子响应文件：</b>供应商须按照贵州省公共资源交易平台“采购类投标文件编制工具（采购文件在线编制版）”编制电子响应文件，并在提交响应文件截止时间前将完整的加密电子响应文件（.GPT格式）上传到贵州省公共资源交易平台(<a href="http://ggzy.guizhou.gov.cn">http://ggzy.guizhou.gov.cn</a>)，提交响应文件截止时间前未完成响应文件传输或撤回响应文件的，视为未递交响应文件。提交响应文件截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收响应文件。</p> <p>3. <b>纸质响应文件：</b>供应商中标后在领取成交通知书时须提供纸质响应文件1份【按照贵州省公共资源交易平台“采购类投标文件编制</p>                                  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p><b>工具（采购文件在线编制版）”编制完成后导出的PDF文件打印纸质响应文件（须胶装），即供应商须确保上传到贵州省公共资源交易中心的加密电子响应文件（.GPT格式格式）、中标后递交的纸质响应文件内容完全一致】。</b></p> <p>4. 响应文件提交</p> <p>截止时间：详见贵州省政府采购网竞争性磋商公告；</p> <p>地 点：贵州省公共资源交易中心。</p> <p>5. 响应文件开启</p> <p>开启时间：详见贵州省政府采购网竞争性磋商公告；</p> <p>地 点：贵州省公共资源交易中心。</p> |   |
| 磋商 | 时 间  | 同响应文件开启时间   |
|    | 地 点  | 贵州省公共资源交易中心（贵州省贵阳市遵义路65号，具体谈判室于当日在贵州省公共资源交易中心开标区获取）   |
|    | 磋商方式   | <p><b>1. 本项目为电子标，供应商须在线递交响应文件、解密响应文件、确认报价，并参与磋商及二次报价。</b></p> <p>2. 供应商须在投标保证金交纳成功后至提交响应文件截止时间前将完整的加密电子响应文件（.GPT 格式）上传到贵州省公共资源交易平台(网址：<a href="http://ggzy.guizhou.gov.cn">http://ggzy.guizhou.gov.cn</a>)中，提交响应文件截止时间前未完成响应文件传输的，视为响应文件未递交成功。提交响应文件截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收响应文件。</p> <p><b>3. 响应文件解密指令将在响应文件开启时间发出，供应商须线上解密，并在解密指令发出后使用 CA 锁（数字证书）或登录“标信通/贵州交易通”APP（加密、解密使用的 CA 锁或“标信通/贵州交易通”APP 须保持一致）在规定时间内完成解密并确认报价。</b></p> <p>注：</p> <p><b>1. 本磋商文件要求签字盖章的，供应商签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照</b></p> |

|         |  |   |
|---------|--|---|
|         |  | <p><b>片的，均视为有效。</b></p> <p>2. 供应商在使用过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心技术部门咨询，联系方式：<br/>0851-85971363/85971912/85971671。</p>                     |
| 评 审     | 评审方法   | 综合评分法   |
|         | 评审标准及方法  | 详见“第四部分 评标标准”   |
|         | 其 它  | <p>1. 不满足磋商文件中带“★”部分，其投标按无效投标处理。</p> <p>2. 磋商文件中“第二部分 竞争性磋商相关资料明细表”与其他地方不一致的，以“第二部分 竞争性磋商相关资料明细表”为准。</p> <p>3. 本磋商文件解释权为采购人及采购代理机构。</p> |
| 发布公告的媒介 | 本次采购公告在贵州省政府采购网、贵州省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（贵州省）及代理机构网站等媒体上发布。  |   |
| 磋商文件变更  | 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。   |   |
| 废 标     | <p>1. 符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；</p> <p>2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；</p> <p>3. 供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；</p> <p>4. 因重大变故，采购任务取消的；供应商不得以任何理由要求采购人作出赔偿。</p>        |   |
| 备 注     | <p>1. 如响应文件中有英文或其它语种时，请翻译成简体中文。</p> <p>2. 成交供应商自政府采购合同签订之日起2个工作日内将政府采购合同递交至采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后方可退还其投标保证金。（因成交供应商未按时递交政府采购合同而造成投标保证金未退还的，一切后果与本采购代理机构无关）</p> |   |

|           |  |
|-----------|--|
| 响应文件真实性审查 | 采购人有权对成交候选人响应文件内容的真实性进行审查，如提供虚假材料，将取消其中标资格，其投标保证金、代理服务费均不予退还，并报财政部门备案。   |
| 收费标准      | <p>本项目费用包括代理服务费和专家论证费用，参照计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号、国家发展改革委(发改价格〔2015〕299号)等文件的计算标准，向成交供应商收取22,000.00元。</p> <p><b>结 算 账 户</b></p> <p>开户名：明诚汇采项目管理有限公司</p> <p>开户行：中国工商银行贵阳市省新支行</p> <p>账 号：2402002109671121747</p> <p><b>注：供应商虚假应标的其投标保证金及代理服务费均不予退还。</b></p> |
| 代理机构通讯录   | <p>单位全称：明诚汇采项目管理有限公司</p> <p>办公地址：贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场6号栋7层</p> <p>公司QQ号：971935038</p> <p>电子邮箱：1127776333@qq.com</p> <p>项目联系人：赵丹丹、陈怡、何娜娜</p> <p>联系电话：18585801763、0851-86892235-729</p>  |

## 第三部分 竞争性磋商须知

### 一、说 明

#### 1.1 定义

1.1.1 “采购人”（或称“招标人/招标单位”）系指获得资金或贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。

1.1.2 “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的投标人。

1.1.3 “采购代理机构”（以下简称“代理机构”）是指依法取得招标资格并从事招标代理业务的服务机构。本次采购代理机构名称、地址、电话见磋商公告。

1.1.4 “制造商”（或称“生产企业”、“生产制造商”）系指产品的直接生产创造者，不包括委托加工、委托生产制造等企业。

1.1.5 “货物或产品”系指“采购需求”中所列的所有物品、备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

1.1.6 “货物配套服务”系指采购文件规定供应商须承担的运输、安装调试、技术服务(包括设计、开发、集成等)、培训、验收、售后服务和其它类似的义务。

1.1.7 “采购文件”系指磋商文件。

1.1.8 “响应文件”系指投标文件。

1.1.9 “天”、“日”系指日历天数。

#### 1.2 资金来源

采购人已落实本项目采购资金，用于支付采购后所签订合同的款项。

#### 1.3 合格的供应商

1.3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》供应商资格要求。

1.3.2 符合“竞争性磋商相关资料明细表”中供应商资格要求及磋商文件规定的其它资格要求。

1.3.3 中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商均可参加磋商。

1.3.4 供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的，允许分支机构参与投标，须取得其所属法人的授权书，并提供其所属法人为其承担履约责任的承诺书。

1.3.5 一个供应商只能委托一个代表参与同一项目的投标，一个代表只能代表

一个供应商。如果供应商存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

1.3.6 本项目不接受联合体投标。

1.3.7 采购人有权对供应商进行资格复审。

1.3.8 只有在法律上和财务上独立、合法运作，且符合供应商资格要求的供应商才能参加投标。

1.3.9 不接受任何供应商的选择性投标方案，同时也不接受任何供应商针对同一品牌同一型号的选择性报价。即同一供应商只允许投报同一品牌中一个型号的产品，不允许投报同一品牌两个以上（含两个）型号的产品，且对同一型号产品，不允许报两种以上（含两种）的价格，否则，该投标将视为无效投标。

1.3.10 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

#### 1.4 合格的货物和服务

1.4.1 交货时供应商应承诺提供中标货物的产品出厂合格证明。

1.4.2 合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应按采购人的规定。本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

1.4.3 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要的元部件装配而成

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目 【MCHC-DZ--ZC20256086】

的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

1.4.4 供应商所提供的必须是其合法生产或代理的货物，并能够按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、效期及时供货。

#### 1.5 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，投标资料表中所述的招标代理机构和采购单位均无义务和责任承担这些费用。

#### 1.6 供应商质疑

1.6.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

1.6.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.6.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

1.6.4 采购人、采购代理机构接收供应商质疑函的方式：采购人、采购代理机构只接收供应商以书面形式递交的质疑函，且质疑函的格式应遵照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，《政府采购供应商质疑函范本》下载网址：“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）。

1.6.5 质疑函一式两份，全部递交至采购代理机构。

递交地点：贵州省贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场6号栋7层

联系部门：招标六部

联系电话：0851-86892235-729



## 二、磋商文件编制

### 2.1 磋商文件由下述部分组成：

第一部分 采购邀请

第二部分 竞争性磋商相关资料明细表

第三部分 竞争性磋商须知

第四部分 评审标准

第五部分 商务要求

第六部分 采购需求

第七部分 合同主要条款（参考）

第八部分 响应文件格式

2.2 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

### 2.3 磋商文件的澄清

2.3.1 供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，须在投标截止时间 3 个工作日前以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将以书面形式做出答复，逾期不接受。

### 2.3.2 磋商文件的修改

采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.3 对磋商文件进行的澄清或修改，请供应商登陆贵州省公共资源交易平台（<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）进行查看。

※ 注：供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。

### 三、响应文件编制说明

#### 3.1 投标的语言及计量标准

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用**简体中文**书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以**简体中文**翻译本为准。

#### 3.2 响应文件构成

3.2.1 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

3.2.1.1 投标函

3.2.1.2 法定代表人身份证明书

3.2.1.3 法定代表人授权书

3.2.1.4 政府采购报价一览表

3.2.1.5 投标货物数量及分项报价表

3.2.1.6 货物主要部件（包括附件）分项报价目录表

3.2.1.7 备品备件清单及报价目录表

3.2.1.8 投标货物一览表及说明报告

3.2.1.9 供应商基本情况表

3.2.1.10 供应商资格证明文件

3.2.1.11 商务要求偏离表

3.2.1.12 采购需求偏离表

3.2.1.13 供应商针对评分提供的相关证明材料

3.2.1.14 代理服务费确认书

3.2.1.15 投标保证金函

3.2.1.16 投标企业声明函

3.2.1.17 供应商认为需要补充的其他资料

#### 3.3 响应文件格式

供应商应按磋商文件附件中提供的“响应文件格式”填写。

#### 3.4 投标报价和货币

3.4.1 在投标有效期和合同有效期内，供应商的报价应固定不变。投标报价应按“竞争性磋商相关资料明细表”的要求报价，以**人民币**为结算单位。

3.4.2 投标报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的税收。

3.4.3 对于非标准货物的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由供应商自行设计）。

3.4.4 投标报价编制原则：

3.4.4.1 按市场价取费。

3.4.4.2 本项目报价包括：详见“竞争性磋商相关资料明细表”。

3.4.4.3 各供应商应按采购人提供的服务需求，计算项目实施工作量和报价，若由于供应商原因漏项、漏算、错算等造成报价失误，采购人将认为这些项目费用已包含在总价中，一旦成交后不得要求另行调整增加，并不得以此为由影响服务质量。

### 3.5 供应商资格的证明文件

3.5.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.5.2 供应商提交的证明其中标后能履行合同的证明文件应满足以下要求：

3.5.2.1 供应商已具备履行合同所需的财务、技术能力。

3.5.2.2 供应商应有能力履行对投标货物和服务的实施（应提供在实施地点后续服务情况）和其它服务的义务。

### 3.6 证明货物和服务的合格性符合磋商文件规定的文件

3.6.1 供应商应提交证明文件证明其拟供合同的货物和服务的合格性符合磋商文件规定，该证明文件作为响应文件的一部分。

3.6.2 证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件，以及符合采购需求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，至少应包括：

3.6.2.1 货物和服务采购主要技术指标的详细说明。

3.6.2.2 对照磋商文件服务需要及要求，逐条说明所提供的货物和服务已对采购人的招标要求做出了实质性的响应，或申明与服务需要及要求中条文的偏差和例外。

3.6.3 响应文件附件可以包含以下内容：

3.6.3.1 服务说明，包括服务计划的详细描述。

3.6.3.2 关键货物和服务明细表。

3.6.3.3 验收标准。

3.6.3.4 详细的售后服务方案。

3.6.3.5 供应商推荐的供选择的配套服务表。

3.6.3.6 供应商认为需要说明的其他内容。

### 3.7 投标保证金

#### 3.7.1 投标保证金交纳要求

3.7.1.1 本项目投标保证金金额详见竞争性磋商相关资料明细表。

3.7.1.2 投标保证金提交形式：银行转账、保证保险、银行保函或合法担保机构出具的担保等非现金形式。

3.7.1.2.1 投标保证金以银行转账形式提交的，应当从投标单位基本账户转出，并在响应文件中提供由贵州省公共资源交易平台出具的保证金交纳凭证。

各供应商交纳投标保证金，应按贵州省公共资源交易中心相关规定办理。在交纳保证金前，请先在交易平台的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后，通过公司账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。

投标保证金交纳账户信息：

投标保证金户名：贵州省公共资源交易中心

投标保证金开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

账号：0109001400000182-0002

贵州省公共资源交易平台采用保证金与项目绑定的模式，请交纳保证金后及时在省中心交易平台（<http://ggzy.guizhou.gov.cn>）中绑定要投标的项目，绑定后保证金生效。

为确保保证金交纳成功，建议在保证金交纳截止时间前一个工作日的16:00时前完成保证金绑定。绑定成功后，可在交易平台打印保证金收据。

未绑定项目的保证金在60日内将自动进行退款。

#### 保证金绑定流程

请登陆交易平台，点击【保证金管理】菜单下的【交纳流水查看】，查看该笔保证金是否鉴收成功并生成流水。

保证金鉴收成功并生成流水后，点击【项目绑定】菜单中绑定要投标的项目，点击【绑定】按钮，选择对应交纳流水进行绑定，绑定成功后保证金方可生效。

项目绑定成功后，点击【交纳凭证】按钮，可打印保证金交纳凭证，此时保证金绑定成功。

**投标保证金须在投标截止时间前完成绑定，最终以交易系统内的绑定时间为准。投标截止时间后完成绑定的，视为未交纳投标保证金。**

3.7.1.2.1 投标保证金以保证保险、银行保函或合法担保机构出具的担保等非现金形式交纳的：

供应商可以通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函等（注：其内容应载有采购人名称、投标单位名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，供应商应在投标文件中提交下载打印的电子保函复印件，采购人或采购代理机构不再验证真伪；

对在贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函），供应商应在投标文件中提交投标保函复印件，并在递交投标文件时一并提交原件给采购人（单独提交的保函原件无须密封），采购人或采购代理机构在开标现场对其进行真伪验证，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳投标保证金。

3.7.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购单位免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知3.7.4.3条款的规定不退还供应商的投标保证金。若因此对采购代理机构和采购单位造成严重后果，供应商应承担相应的法律责任。

3.7.3 凡没有根据本须知3.7条款的规定提交有效的投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

#### **3.7.4 投标保证金的退还**

3.7.4.1 投标保证金的退还方式以贵州省公共资源交易中心最新规定为准。

3.7.4.2 投标保证金的退还时间按财库〔2014〕214号文规定的时间退还。

3.7.4.3 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

3.7.4.3.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

3.7.4.3.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3.7.4.3.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

3.7.4.3.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

3.7.4.3.5 磋商文件规定的其他情形。

3.7.4.4 若发生质疑或投诉，与质疑或投诉有关的供应商的投标保证金有效期将延长，待质疑、投诉处理完毕之后予以办理。

3.7.4.5 根据财库〔2014〕214号文的规定，未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。如逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

3.7.4.6 满足保证金退款条件的保证金退还申请，在经贵州省公共资源交易中心财务核验通过后的第T+2个工作日到账，咨询电话：0851-85971671/85971629。

### 3.8 投标有效期

3.8.1 根据本须知4.2条款规定，响应文件应自“竞争性磋商相关资料明细表”中规定的磋商之日起，并在“竞争性磋商相关资料明细表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

3.8.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，不会影响其投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知3.7条款有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长的有效期内继续有效。

## 四、响应文件的递交

本项目为电子标，供应商须在线递交响应文件、解密响应文件、确认报价，并参与磋商及二次报价。

### 4.1 电子响应文件的编制与递交

4.1.1 请各供应商仔细阅读本磋商文件对响应文件的有关要求，并按照贵州省公共资源交易中心“采购类投标文件编制工具（采购文件在线编制版）”要求编制和加密，如果未按照要求编制完成和加密的，采购人或采购代理机构或贵州省公共资源交易平台有权拒绝接收。

4.1.2 供应商须在递交响应文件截止时间前将完整的加密电子响应文件（.GPT格式）上传到贵州省公共资源交易平台（<http://ggzy.guizhou.gov.cn>），投标截止时间前未完成响应文件传输或撤回响应文件的，视为未递交响应文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收响应文件。

### 4.2 投标截止时间

采购代理机构可以按本须知2.3.2条款规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购单位和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 4.3 迟交的响应文件

在“竞争性磋商相关资料明细表”中规定的投标截止时间后上传的任何响应文件，采购人或采购代理机构或贵州省公共资源交易平台将拒绝接收。

### 4.4 响应文件的补充、修改或撤回

4.4.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

4.4.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改。

4.4.3 从提交响应文件截止时间至供应商在响应文件格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知3.7条款规定不予退还。

## 五、评审程序和评审方法

### 5.1 磋商规定

采购代理机构在“竞争性磋商相关资料明细表”中规定的日期、时间和地点组织竞争性磋商。

### 5.2 磋商小组

5.2.1 磋商小组成员由采购单位代表1人，和有关技术方面评审专家2人，共3人组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

5.2.2 采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

### 5.3 响应文件的澄清

5.3.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，通过贵州省政府采购电子评标系统发出。供应商的澄清、说明或者更正应当通过贵州省政府采购电子开标系统回复。

### 5.4 响应文件的初审

5.4.1 磋商小组将要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质性响应是指无实质性偏离、反对、设定条件或提出保留，与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符。实质性偏离是指：

5.4.1.1 实质性影响合同的范围和履行；

5.4.1.2 实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；

5.4.1.3 不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位；

5.4.1.4 磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4.2 实质上没有响应磋商文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝并作无效标处理：



5.4.2.1 供应商未按磋商文件要求缴纳投标保证金的。

5.4.2.2 资格审查或符合性审查未通过的。

5.4.2.3 投标函未按磋商文件格式及要求进行印章或签字的，或响应文件的签字人无法定代表人有效授权委托书的。

5.4.2.4 响应文件未能对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

5.4.2.5 响应文件附有采购人不能接受的条件；

5.4.2.6 供应商与在贵州省公共资源交易中心报名和购买磋商文件的单位在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的；

5.4.2.7 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等方式投标的；

5.4.2.8 供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

5.4.2.9 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

5.4.2.10 违反《中华人民共和国政府采购法》和国家相关法律法规投标的。

## 5.5 评审方法

### 5.5.1 响应文件的详审

5.5.1.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.5.1.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 5.5.2 磋商过程

5.5.2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.5.2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.5.2.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.5.2.4 最后一轮磋商结束后，所有实质性响应的供应商通过贵州省政府采购电子评标系统提交最后报价。

5.5.2.5 磋商小组应给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。被磋商小组认定为未实质性响应磋商文件的响应文件，供应商不再进入下一轮磋商报价。

5.5.2.6 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

注意事项：根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）》文规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

### 5.5.3 确定成交供应商

5.5.3.1 磋商结束后，采购人在磋商小组推荐的成交候选人排名中，确定最终成交供应商。

5.5.3.2 采购代理机构将在磋商公告发布的媒体上公示成交结果。

5.5.3.3 确定成交供应商后，采购代理机构将以书面形式向供应商发出成交通知书，成交通知书一经发出即发生法律效力。

5.5.3.4 磋商文件、磋商文件澄清文件、响应文件、响应文件澄清文件、供应商现场承诺书和成交通知书将作为签订合同的依据。

## 六、磋商纪律、原则

6.1 评审工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法令，保护采购单位、供应商的合法权益，做到公正、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。

6.2 评审工作由磋商小组进行，磋商小组由评审专家和采购人代表组成。

6.3 磋商小组及有关人员应严格遵循国家的有关法律、法令、公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德，不得有损害国家和企业利益的行为，如有发生，将追究法律责任。

6.4 磋商工作接受贵州省财政厅政府采购监督管理处的管理和监督。

6.5 磋商期间，磋商小组和有关工作人员必须严格遵守磋商工作纪律和保密的规定，不得以任何形式，将磋商情况和投标情况透露给与投标有关的单位和个人；如有违反，将按照有关法律、法规的规定进行处理。

6.6 从磋商之日起，至成交通知书发出之日止，任何供应商不得与磋商小组成员、采购单位及有关工作人员私下接触或联系。供应商企图影响评审的任何活动或采用不正当手段骗取成交的，成交无效，并将依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规进行处理。

6.7 评审的依据是磋商文件的规定和要求，以及响应文件和磋商小组审核的响应文件的补充资料，而不是其他任何资料。

6.8 磋商小组有权要求供应商对响应文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效标接收。

6.9 磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，依据磋商文件的规定和要求，就响应文件提供的资格、资质、资信证明文件，以及有关资料，对供应商的资格进行确认后，并按照磋商文件中规定的评审办法进行评审。

6.10 磋商小组对评审结果共同负责，并在评审报告上签名确认。

## 七、合同的授予

### 7.1 成交结果公示

7.1.1 采购代理机构在磋商公告发布的媒体上公示成交结果。

7.1.2 对本项目成交结果存在质疑的供应商，可以在法定时期内采用书面原件形式列举具体理由，同时提交有效证据向采购代理机构提出质疑。

7.1.3 供应商行使质疑权时，须坚持“谁质疑谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方缴纳相关调查论证费用后，再予以退还投标保证金。

7.1.4 无论是质疑或被质疑，供应商均须主动配合采购代理机构或采购人寻找相关证据，并承诺同意延长投标保证金及投标样品（若有）的退还时间。对于采购代理机构要求补充的证据材料，供应商不能无故推脱或者不予配合，否则，采购代理机构有权不退还其投标保证金。

### 7.2 追加磋商服务数量的权力

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 7.3 成交通知书

7.3.1 成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

7.3.2 成交供应商须在五个工作日内到采购代理机构领取成交通知书原件，逾期将视为自动放弃成交资格。因成交供应商不领取成交通知书对采购人项目造成影响的，将不退还其投标保证金。

7.3.3 成交通知书是政府采购合同的一个组成部分。

7.3.4 成交供应商缴纳了代理服务费、领取了成交通知书，与采购单位签订采购合同，并将采购合同递交至代理机构备案后，代理机构将按照本须知第3.7条的规定退还所有投标保证金。

7.3.5 在合同未履行前，出现影响成交结果的情况，对于成交供应商经济损失，采购代理机构和采购人无需承担赔偿责任。

7.3.6 采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。

## 7.4 签订合同

7.4.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

7.4.2 磋商文件、磋商文件的澄清、成交供应商的响应文件、成交供应商的澄清文件及成交通知书等，均为签订经济合同的依据。

7.4.3 成交供应商在成交通知书发出之日起三十日历日内未能按磋商文件要求与采购人签订采购合同，逾期将视为自动放弃成交资格，采购人将顺延下一成交候选人为成交供应商，依次类推。

## 7.5 代理服务费

成交供应商应按竞争性磋商相关资料明细表中的要求和金额向采购代理机构交纳代理服务费。

## 第四部分 评审标准

### 一、磋商小组

（一）磋商小组成员由采购单位代表1人，和有关技术方面评审专家2人，共3人组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评审工作由磋商小组负责，与供应商有利害关系的人不得进入磋商小组。

（三）磋商小组成员名单在成交结果确定前保密。

### 二、磋商方法

（一）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

（二）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在贵州省政府采购电子评标系统发出。供应商的澄清、说明或者更正应当贵州省政府采购电子开标系统回复。

（三）磋商小组所有成员应当在贵州省政府采购电子评标系统与单一供应商分别进行磋商并发起最后报价。

1. 进行【磋商及最后报价】评审时，由组长选择【磋商】或【二次报价】，组长选择需要发起的环节后点击【发起】，然后确定发起类型。在发起期间，组长还可设置供应商回复时长。

2. 发起类型如果选择【磋商】，则需要先选择需要磋商的供应商，确定供应商之后需要添加磋商议题，最后点击保存。

3. 发起类型如果选择【二次报价】，在供应商回复完成并确认报价之后进入下一环节。

（四）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

(五) 最后一轮磋商结束后，所有实质性响应的供应商须在贵州省政府采购电子评标系统提交最后报价。

(六) 磋商小组在线发出【二次报价】后，供应商在规定时间内未报价的，按无效标处理。

(七) 磋商小组应给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。被磋商小组认定为未实质性响应磋商文件的响应文件，供应商不再进入下一轮磋商报价。

(八) 磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

(九) 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

三、供应商资格审查记录表

| 序号 | 资格审查内容<br>供应商名称   | A-1 | A-2 | A-3 | ..... |
|----|---|-----|-----|-----|-------|
| 1  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（扫描件加盖投标单位公章）   |     |     |     |       |
| 2  | 财务状况报告（经合法审计机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或投标截止时间前3个月内银行出具的有效的资信证明）；（扫描件加盖投标单位公章）                          |     |     |     |       |
| 3  | 依法缴纳税收（2024年6月至今任意3个月的纳税证明）和社会保障资金（2024年6月至今任意3个月的社保缴纳证明）的相关材料，如不需缴纳税收和社保的，须提供有效的证明材料；（扫描件加盖投标单位公章） |     |     |     |       |
| 4  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（自行承诺，提供承诺函加盖投标单位公章）   |     |     |     |       |
| 5  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（自行声明，提供声明函加盖投标单位公章）  |     |     |     |       |
| 6  | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，供应商的信用  |     |     |     |       |

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

【MCHC-DZ--ZC20256086】

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   | 记录作为本项目资格审查的重要依据。供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道中查询未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被取消投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（自行承诺，提供承诺函加盖投标单位公章）。 |  |  |  |  |
| 7 | 法律法规及采购文件规定的有关条款要求。   |  |  |  |  |
| 8 | 结论（通过或不通过）  |  |  |  |  |

#### 四、供应商符合性审查

| 序号         |       |                              | 供应商名称 | A-1 | A-2 | A-3 | ..... |
|------------|-------|------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
|            |       |                              |       |     |     |     |       |
| 1          | 商务符合性 | 商务条款是否全部满足                   |       |     |     |     |       |
| 2          | 技术符合性 | 采购需求中“非▲”技术参数（规格）要求是否全部满足    |       |     |     |     |       |
| 3          | 无效标审查 | 按本项目采购文件5.4.2无效标条款规定，审查是否通过。 |       |     |     |     |       |
| 结论（通过或不通过） |       |                              |       |     |     |     |       |

#### 五、评审标准

本次磋商采用**综合评分法**。

本项目评分项包括：价格分、技术分和商务分，评分因素详见评分表。评分分值保留至两位小数。评审时，磋商小组专家依照评分表对每个有效供应商的响应文件进行独立评审、打分。

评分标准涉及到需提供的资料、文件等必须是真实有效的，弄虚作假者一经查实其投标将做无效投标处理，同时该供应商相关违法行为将提交到贵州省财政厅监督管理部门处理。



## (一) 评分细则：

| 评分项          | 评分标准  | 分值  |
|--------------|---|-----|
| 报价分<br>(35分) | <p>投标报价得分 = (磋商基准价 / 最后磋商报价) × 35</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>磋商基准价指满足采购文件要求且投标价格（或扣除后价格）最低的最后报价；最后磋商报价指满足采购文件要求的各投标单位的最后报价。</li> <li>供应商提供的产品<b>全部</b>由小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）生产制造，投标报价给予 <u>10%</u> 的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</li> <li>磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内（2 小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料（证明材料为近 1 年同类服务合同、发票和银行收款凭证等）；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。</li> </ol> | 35分 |
| 技术分<br>(48分) | <p>技术参数评价分：（客观分）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>标注“▲”条款（重要条款，总数量15条）一条不满足扣3分，扣完为止，满分45分。</li> <li>非“▲”条款作为实质性响应要求，不再作为评审项进行评分。</li> </ol> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>含有“▲”条款的产品须提供技术参数确认函（加盖产品制造商公章）对技术参数逐条应答佐证，技术参数确认函不满足采购文件要求的，按“负偏离”扣分。非“▲”条款均为实质性响应条款，必须满足。</li> <li>含有“▲”条款的产品为“序号1、序号3、序号7、序号13、序</li> </ol>   | 45分 |

|  |  |    |
|--|--|----|
|  | 号14。”。   |    |
|  | <p><b>售后服务方案（3分）：（主观分）</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 售后服务方案具体全面，服务范围广泛，保障措施完善，人员齐全，服务体系全面合理、售后服务及时性科学合理得 3 分；</li> <li>2. 售后服务方案较简单，服务范围、保障措施、人员配置、服务体系一般、售后服务及时性较合理得 2 分；</li> <li>3. 售后服务方案粗陋，服务范围、保障措施、人员配置、服务体系较差、售后服务及时性较差得 1 分；</li> <li>4. 售后服务方案不满足采购人需求或未提供售后服务方案得 0 分。</li> </ol> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 售后服务方案具体全面，服务范围广泛，保障措施完善，人员齐全，服务体系全面合理、售后服务及时性科学合理等指：             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 提供的方案基于采购需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；</li> <li>b. 准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</li> <li>c. 针对不同的需求，能提供个性化的解决方案，可以举例论证；</li> <li>d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</li> </ol> </li> <li>2. 售后服务方案较简单、服务范围、保障措施、人员配置、服务体系一般、售后服务及时性较合理等指：             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 方案基本完整，与采购需求不存在响应缺项；</li> <li>b. 对方案分步骤作出论证，展开分析或列明可行的具体解决方案；</li> <li>c. 针对不同的需求，能提供较为可行的解决方案；</li> <li>d. 提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。</li> </ol> </li> <li>3. 售后服务方案粗陋，服务范围、保障措施、人员配置、服务体系较差、售后服务及时性较差等指：             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</li> </ol> </li> </ol> | 3分 |

|              |   |    |
|--------------|---|----|
|              | <p>b. 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单。</p> <p><b>4. 售后服务方案不满足采购人需求指：</b></p> <p>a. 方案不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b. 方案不切实际，操作困难，与采购需求相违背。</p>  |    |
| 商务分<br>(17分) | <p><b>质保期评价(满分4分)：（客观分）</b></p> <p>满足采购文件要求的质保期不得分，在此基础上每整体增加1年质保期得2分，本项最多得4分。</p> <p><b>注：提供承诺书，不提供或承诺的内容有歧义的不得分，承诺书原件在成交后合同签订前交采购人备案。</b></p>   | 4分 |
|              | <p><b>授权评价(满分5分)：（客观分）</b></p> <p>磋商小组根据供应商提供的“含有▲条款的产品”制造商出具的针对本项目的有效销售授权书进行评价：</p> <p>提供“含有▲条款的产品”制造商出具的授权书（若供应商为所投产品制造商，则该产品可不提供授权书，视为已提供），得5分。提供不全或未提供的，得0分。</p> <p><b>注：含有“▲”条款的产品为“序号1、序号3、序号7、序号13、序号14”。</b></p>          | 5分 |
|              | <p><b>售后服务承诺函评价(满分5分)：（客观分）</b></p> <p>磋商小组根据供应商提供的“含有▲条款的产品”制造商出具的针对本项目的售后服务承诺函进行评价：</p> <p>提供含有“▲”条款的产品的制造商或有效授权单位（提供证明文件且包含完整有效授权链）出具的针对本项目的售后服务承诺函，得5分。提供不全或未提供的，得0分。</p> <p><b>注：含有“▲”条款的产品为“序号1、序号3、序号7、序号13、序号14”。</b></p> | 5分 |
|              | <p><b>业绩评价(满分3分)：（客观分）</b></p> <p>根据供应商的2023年1月至今类似项目（含本项目采购的任意含有“▲”条款的产品即可）自有业绩个数进行评价，每提供一份有效业绩得1分，满分3分。</p> <p><b>注：</b></p> <p>1. 提供中标通知书（或中标公告截图）、采购合同、项目验收材</p>  | 3分 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>料作为证明材料（复印件加盖投标单位公章），未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不予计分，同一采购单位业绩证明材料视为一份。</p> <p>2. 含有“▲”条款的产品为“序号 1、序号 3、序号 7、序号 13，序号 14”。</p> |  |
|--|--|--|

## （二）价格分的计算：

1. 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为磋商基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×报价分

2. 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

3. 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（1）中小企业价格扣除（含监狱企业、残疾人福利性单位），在供应商资格、符合性审查均满足磋商文件的前提下：

1) 如专门面向中小企业采购，供应商报价不享受价格扣除优惠政策。

2) 如非专门面向中小企业采购，则对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### ①中小企业价格扣除

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中小企业须提供中小企业声明函且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。

中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。（中小企业划型标准附后）

### ②监狱企业价格扣除

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及相关规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目 【MCHC-DZ--ZC20256086】  
管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### ③残疾人福利性单位价格扣除

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及相关规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

### （三）评审总得分计算方法：

评审总得分 =  $F_1 + F_2 + \dots + F_n$

$F_1$ 、 $F_2$ …… $F_n$ 分别为各项评审因素的得分；

注：以上打分计算最终得分保留小数两位。

### （四）排序原则：

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

### （五）成交原则：

由磋商小组对符合采购要求的供应商提供的服务质量、投标价格、企业业绩等综合进行评分，并按最终得分由高到低向采购人推荐前三名成交供应商，原则上由采购人现场依序确定成交供应商。

## 六、本评审标准的解释权为采购代理机构。

## 第五部分 商务要求

### 一、项目情况介绍：

1. 本项目的所有货物交货时的拆箱、安装、调试等工作由成交供应商完全负责，但必须在采购人指定的工作人员参与下进行；所有的运保费、拆箱费、安装调试费、验收费用等由成交供应商承担，供应商需进行供货地点现场勘查（地点为需方单位），由此可能产生的费用由成交供应商承担。因成交供应商投标时考虑不周，造成项目实施漏项或估计不足的，漏项和增项部分所涉及费用由成交供应商自行解决，采购人不另行支付费用。

2. 对影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术要求中指出与否，供应商都应在提供的响应文件中明确列出。采购人在验收中如发现成交供应商提供的产品功能、质量、技术参数不符合合同规定的内容，有权全部退换货或部分退换货，拒付不符合合同规定部分的货款。成交供应商须在采购人要求换货后3日内向采购人提供符合采购人质量要求的产品，成交供应商还应对由退、换货引发的采购人损失承担全部赔偿责任。

3. 成交供应商严格按国家有关标准及采购文件有关要求执行。货物为原厂商未启封全新包装产品，具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。严格按照每种产品的要求进行包装和运输。所提供产品到达指定地点时，包装完好，拆封后原机整机无污染、表面无划损、无任何缺陷隐患。

4. 供货时如果采购文件中规定的技术规格的货物因停产或其他原因造成市场上无法供货时，成交供应商须提供性能指标达到或优于原有配置的设备供采购人选择，并经采购人书面同意后按采购要求供货且价格不变。

5. 供应商在成交后设备搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡事故，不得影响采购人声誉，因伤亡人员事故产生的所有费用由成交供应商自行负责，与采购人无关。成交供应商同时须对现场环境进行相应保护，服从采购人管理。若因成交供应商原因导致现场的损坏，成交供应商应赔偿相应费用。应对安装工人进行专业培训，保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能。如安装工人认为安装条件未达到，不能充分保障自身安全时，应主动向采购人提出，直至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无须负责。

何责任。

6. 供应商响应文件中所提供的资料（包括但不限于商务资料、技术资料）均为真实有效，若提供虚假材料谋求中标的，将被视为虚假应标、取消其投标资格或中标资格、依法追究其相应的法律责任、投标保证金不予退还、并纳入不良行为记录名单。

## 二、付款方式：

验收合格后，供应商（乙方）向采购人（甲方）开具增值税专用发票，交由采购人（甲方）办理入库等相关付款手续后，采购人（甲方）一次性付清设备全款。

## 三、交货时间及地点：

1. 交货时间：接到成交通知书后，在合同签订后30个日历日内完成所有设备的到货、签收、安装、调试等工作。

2. 交货地点：采购人指定地点。

## 四、验收：

1. 设备验收分为两阶段：商务验收和技术验收。

（1）商务验收：供应商将货物运送至采购人指定地点并卸货，采购人先对产品名称、数量、规格型号、生产厂家、外观等基础事项验收。在书面验收文件签字确认后，视为商务验收合格。

（2）技术验收：在商务验收合格的基础上，由供应商负责对该批货物进行安装调试，全部货物经采购人使用部门确认均能正常运行，各项指标均符合相关技术条件和质量要求的情况下，在书面验收文件签字确认后，视为技术验收合格。

2. 若供应商交付货物未通过商务验收或者技术验收的，如发现有假冒伪劣产品、存在严重质量问题的，采购人有权自行委托省级及以上质检机构对有问题的产品进行质检，相关费用由供应商自行承担。有以上情况采购人有权拒绝接受不符合验收标准的货物，并要求供应商重新提供；若供应商二次提供仍未通过验收的，采购人有权单方解除本合同并重新确定供应商。

3. 供应商按照采购人要求提供的安装验收阶段资料逐一填写完毕并交给采购人验收人员。

## 五、质保期：

1. 质保期：整包质保期2年，供应商承诺更高质保期的，按更高质保期执行。

2. 质保期内，供应商负责对该设备免费进行维护、修理、免费更换零件。供应商在接到采购人维修保养通知后，应在2小时内做出回应，并在48小时内派遣工作人员到现场进行维护服务。因特殊原因造成的不能及时到场维保的，应及时向采购人作书面说明情况，否则，因此而造成的一切损失需由供应商自行承担。质保期内无法维修的设备须整机进行更换，若原有机型停产，须提供配置不低于原有机型或优于原有机型的全新设备进行更换。

3. 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4. 在质保期内，用户在使用过程中如出现任何对使用有疑问的情况，成交供应商必须在接到用户通报后立即给予明确答复。

## 六、培训要求

供应商在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至采购人掌握运行操作、维修保养技术。

七、其他未尽事宜，待合同签订时双方再议。



## 第六部分 采购需求

### 一、说明：

1. 供应商必须详细描述投标设备所采用核心部件的品牌、技术参数等内容。
2. 凡在“采购需求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在响应文件中将其标配参数详细列明。
3. “采购需求”内的设备、配件或部件名称是习惯性名称，对供应商没有任何限制性，名称与之不符可以参与投标，以投标产品的技术规格为准。
4. 供应商应注意投标的风险，认真阅读和理解磋商文件，选择符合或优于磋商文件要求的产品参与投标。如所供产品存在技术偏离，供应商应如实填写技术规格偏离表，若评审时磋商小组掌握了确切事实说明某供应商或制造厂家没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该响应文件将被拒绝。若用户验收时发现货物中存在指标低偏离，将拒绝支付合同货款，并追究相应的法律责任。
5. 本项目整包中标，供应商不得拆分包中序号投标，否则按无效投标处理。
6. 采购文件中的采购产品，若有属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中规定的政府强制采购产品的，供应商应当提供节能产品参加投标，并提供合法认证机构出具的节能产品证书，否则投标无效。

### 二、采购清单

| 序号 | 设备名称         | 数量 | 单位 | 备注   |
|----|--------------|----|----|------|
| 1  | 百万分之一天平      | 1  | 台  | 核心产品 |
| 2  | 注射泵          | 2  | 台  |      |
| 3  | 全自动脑立体定位仪    | 1  | 台  | 核心产品 |
| 4  | 非接触式超声波细胞破碎机 | 1  | 台  |      |
| 5  | 二氧化碳培养箱专用摇床  | 2  | 台  |      |
| 6  | 二氧化碳培养箱      | 9  | 台  |      |
| 7  | 倒置生物显微镜      | 1  | 台  |      |
| 8  | 蛋白水平及垂直电泳及转膜 | 3  | 台  |      |
| 9  | 制冰机          | 1  | 台  |      |
| 10 | 静音超声波清洗机     | 1  | 台  |      |

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

【MCHC-DZ--ZC20256086】

|    |         |    |   |  |
|----|---------|----|---|--|
| 11 | 双开门冰箱   | 4  | 台 |  |
| 12 | 超净工作台   | 5  | 台 |  |
| 13 | 台式高速离心机 | 1  | 台 |  |
| 14 | 高速冷冻离心机 | 4  | 台 |  |
| 15 | 烤箱      | 2  | 台 |  |
| 16 | 漩涡混匀器   | 3  | 台 |  |
| 17 | 普通摇床    | 6  | 台 |  |
| 18 | pH计     | 2  | 台 |  |
| 19 | 电子分析天平  | 2  | 台 |  |
| 20 | 微波炉     | 2  | 台 |  |
| 21 | 金属浴     | 2  | 台 |  |
| 22 | 磁力搅拌器   | 2  | 台 |  |
| 23 | 液氮罐     | 1  | 台 |  |
| 24 | 空气浴振荡器  | 1  | 台 |  |
| 25 | 通用水平电泳槽 | 1  | 台 |  |
| 26 | 超声破碎仪   | 1  | 台 |  |
| 27 | 斑马鱼养殖缸  | 80 | 台 |  |

### 三、详细技术要求

注：技术参数（规格）要求中标注“▲”条款共 15 条；其余未标注“▲”条款为实质性要求内容，必须全部满足，不作为技术参数打分。

| 序号 | 设备名称              | 技术参数（规格）要求   | 备注     |
|----|-------------------|--|--------|
| 1  | 百万分之一天平<br>(核心产品) | 一、技术参数<br>1. 最大称量：≥3.1g；<br>2. 可读性：1ug；<br>3. ▲典型重复性(5%载荷)：≤0.5ug；<br>4. ▲典型线性误差：≤1.2ug；<br>5. ▲偏载误差（1g）：≤1ug；<br>6. 灵敏度偏差（2g）：≤0.025mg；<br>7. 稳定时间：≤8s； | ▲条款：3条 |

|   |     |   |        |
|---|-----|---|--------|
|   |     | <p>8. 高分辨率电磁力补偿传感器；</p> <p>9. 具有中、英文操作系统；双终端控制，包含主操作终端触摸屏以及天平上方辅助显示屏；</p> <p>10. 主动式温控系统；</p> <p>11. 天平运行状态显示灯，显示天平当前的运行状态, 防止出错；红外感应装置；</p> <p>12. 温度漂移和用户时间设置触发的全自动内校；</p> <p>13. 可设置的最小称量值, 确保称量结果的可信度；</p> <p>14. 水平控制系统随时监控天平水平状态，提供天平正确调水平指示；</p> <p>15. 多级防震系统；</p> <p>16. 具有内置结果记事本；具有密码保护功能；具有用户管理权限；</p> <p>17. 具有USB、LAN等通讯接口，能实现各种数据输出；</p> <p>18. 方法库中存储SOP（包括样品系列和允差）；</p> <p>19. 全自动防静电风罩开关门；</p> <p><b>二、仪器配置：</b></p> <p>1. 百万分之一天平主机 1台；</p> <p>2. 中文电容式主操作显示屏 1套；</p> <p>3. 辅助显示屏 1套；</p> <p>4. 微量样品取样工具 1套；</p> <p>5. 标准品玻璃称量漏斗(不超过2g) 20个；</p> <p>6. 专用百万分之一天平台 1套；</p> <p>7. 数据存储U盘 1个。</p> |        |
| 2 | 注射泵 | <p>1. 稳定精度：±0.35%；复位精度：±0.05%；</p> <p>2. 注射器材质：塑料或玻璃；</p> <p>3. 注射器规格单通道：0.5 μL~60mL；注射器规格双通道：0.5 μL~10mL；</p> <p>4. 最小流速：≤0.54pL/min(单通道/双通道)；最大流速：≥39.7mL/min(单通道)，11.7mL/min(双通道)；</p>   | ▲条款：0条 |

|   |                     |   |        |
|---|---------------------|---|--------|
|   |                     | 5. 显示：≥4.3" WQVGA TFT彩色显示，触摸操作屏。  |        |
| 3 | 全自动脑立体定位仪<br>(核心产品) | <p>1. 操作臂上下、左右、前后移动范围≥80mm，搭配高精度丝杆，运行精度≤1 μm；操作臂垂直方向可180°旋转并可在该范围内任意位置锁定，分辨率≤2°；水平方向可360°旋转并可在该范围内任意位置锁定，分辨率≤5°；</p> <p>2. ▲定位仪移动控制功能，不少于以下4种控制方式：<br/>①PC端软件界面箭头控制；②PC端输入目标坐标位置后自动移动到目标坐标；③微操含有转盘和按键，能精细控制定位仪运动，按钮可控制持续移动，微操转盘执行≤1 μm位移；④电脑键盘按键控制定位仪运动。</p> <p>3. ▲定位仪移动速度调节功能：<br/>①在软件中可设置三轴移动速度，其中AP轴和ML轴有5种移动速度可选：2.00 mm/s、1.00 mm/s、0.50 mm/s、0.20 mm/s、0.10 mm/s；DV轴有9种移动速度可选：2.00 mm/s、1.00 mm/s、0.50 mm/s、0.20 mm/s、0.10 mm/s、0.05 mm/s、0.01 mm/s、0.005 mm/s、0.001 mm/s；<br/>②在微操端可通过按键对三个轴以一定速度进行移动；</p> <p>4. ▲脑图谱校准功能，通过四点（Bregma点、Lambda点、左位点、右位点）确定动物颅骨与脑图谱的比例以及冠状/矢状/水平面的倾斜角度并同步至脑图谱，无需调平也能精准定位；</p> <p>5. 自动开颅程序，2种形状选择：方形或圆形，长宽或直径参数（输入范围：0~20mm）及深度（输入范围：0~20mm），AP轴和ML轴5种移动速度可选，DV轴9种移动速度可选；</p> <p>6. ▲多位点程序设定，用户可手动输入或脑图谱上选择至多10个坐标，含四种移动触发模式：等待时长、接收信号、手动和注射模式，等待时长模式下</p> | ▲条款：7条 |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>用户可以设定在每个位点停留时间（范围：00:00:00~23:59:59），注射模式下可设置注射前等待时长、注射体积（范围：0.6nL~5000.0nL）、注射速率（范围：0.02nL/s~200nL/s）、留针时间（范围：0~60min）等；</p> <p>7. ▲组织移除程序，2种形状选择（方形或圆形），长宽或直径参数输入范围：0~20mm，及深度输入范围：0~20mm；支持2种针头规格27G、30G，6个梯度的密度系数设置1-6，AP轴和ML轴5种移动速度可选，DV轴9种移动速度可选；含有三维视图，显示层数并实时显示组织吸除的进程；</p> <p>8. ▲Z轴回缩功能，当用户定义Bregma/Lambda点之后，定位仪在执行X、Y方向的移动时，无论探针位于Z轴的任意位置，需要使探针先回缩至高于动物头骨表面回缩的位置，保证电机的水平方向移动不会触碰到动物的头骨，回缩距离可调，范围为0-10mm；</p> <p>9. 具有消除功能，采用高精度的步进电机与主机螺旋杆连接，通过软件精密算法来消除电机反向运动时，电机齿轮间缝隙引起的误差；</p> <p>10. 配合注射泵通过渗透原理持续均匀给药，给药部位包含皮下、腹腔、血管、脑部等几乎全身部位，脑区给药深度可达9mm，可选体积包括100 μL、200 μL、2mL，最长给药时长可达6W；</p> <p>（一）注射模块</p> <p>1. 最大行程：70mm；行程分辨率：0.099um/微步；</p> <p>2. 可搭配的注射器量程：0.5uL~1000uL；针对自定义注射器进行校准，获得精确的流量和液量；</p> <p>3. 控制器可存储100组参数,且支持参数的导入或导出；</p> <p>4. 线速度范围：0.5um/min~200mm/min；</p> |  |
|--|--|---|--|

|   |              |  |         |
|---|--------------|--|---------|
|   |              | <p>5. 基于工作流的模块化编程, 配备专用PC方法编程器提供灌注、抽取、延时、循环模块, 专用PC控制软件提供匀速、匀加速/匀减速、延时、循环模块;</p> <p>(二) 颅钻模块</p> <p>1. ▲颅钻转速<math>\geq 35,000\text{rpm}</math>;</p> <p>2. 颅钻可以选择正向或逆向旋转; 颅钻可以手动或脚踏方式控制;</p> <p>3. 颅钻可通过颅钻夹持器固定到脑立体定位仪, 通过操作臂的上下移动进行微步进控制; 颅钻可根据实验要求选择<math>0.5\sim 1.0\text{mm}</math>范围内多种规格钻头;</p> <p>4. 品牌整机电脑1套, 配置不低于以下: 正版操作系统, 含预装软件; CPU为I7 13代及以上处理器; 内存<math>\geq 16\text{G}</math>; SSD+机械硬盘, 固态硬盘<math>\geq 2\text{T}</math>, 机械硬盘<math>\geq 1\text{TB}</math>; 独立显卡, 显存<math>\geq 2\text{G}</math>; 具有USB3.0高速数据传输接口, <math>\geq 27</math>寸液晶显示器(显示器分辨率<math>\geq 1980\times 1024</math>), DVD刻录光驱, 配套鼠标键盘等。</p> <p>(三) 配置清单:</p> <p>全自动脑立体定位仪1套、小鼠适配器1台、小鼠耳杆1对、夹持器1支、注射泵1台、微量进样器2个、小鼠脑立体定位仪专用麻醉面罩1个、颅钻1台、颅钻钻头2包。</p> |         |
| 4 | 非接触式超声波细胞破碎机 | <p>1. 操控方式: <math>\geq 7</math>寸 TFT 触摸控制+真彩医用级电阻屏; 保护装置: 温度监测+温度报警;</p> <p>2. 破碎支架容量: <math>0.2\text{mL}\times 18</math>个/<math>0.5\text{mL}\times 12</math>个/<math>2\text{mL}\times 10</math>/(<math>5-10</math>)<math>\text{mL}\times 4</math>个/<math>50-100\text{mL}</math>均可定制;</p> <p>3. 工作频率: <math>15-80\text{KHz}</math>混频方式; 超声功率: <math>500\text{W}</math>; 超声功率可调: <math>1-100\%</math>可调; 占空比: <math>0.1-9.9\%</math>; 定时(mim): <math>0-9999\text{m}</math>可设置; 超声脉冲时间可调: <math>0.1-99.9\text{s}</math>可调;</p> <p>4. 旋转器功率: <math>\geq 20\text{W}</math>; 水槽容积: <math>\geq 2000\text{mL}</math>; 冷水机功率: <math>\geq 300\text{W}</math>; 设温范围: <math>0\sim 40^\circ\text{C}</math>; 适配器: <math>0.1-</math></p>          | ▲条款: 0条 |

|   |             |  |        |
|---|-------------|--|--------|
|   |             | <p>100mL可选。</p> <p>5. 配置清单：超声主机1台；便携式冷却循环机1台、不锈钢适配器2套；保温套管2根；电源线1根。</p>  |        |
| 5 | 二氧化碳培养箱专用摇床 | <p>1. 采用直流无刷马达，磁力驱动设计；</p> <p>2. 防水蒸汽，电线圈、振动电机等电子元件都有涂层保护，而其余的电路元件如控制面板、LED显示器全都放置在箱体外部；</p> <p>3. 远程控制单元，远程控制器置于箱体外面。清晰显示各参数值，不需要开启培养箱即可查看设置参数；</p> <p>4. 远程控制器跟摇床通过电缆线连接，线缆通过密封的玻璃门，即使培养箱没有电源接口也可以使用；</p> <p>5. 远程控制器可以通过磁铁，或挂钩固定在箱体外侧壁，或直接放置在箱体顶部；</p> <p>6. 控制方式：微电脑控制，LED数显，远程控制器；</p> <p>7. 驱动方式：磁力驱动；</p> <p>8. 振荡模式：圆周振荡；</p> <p>9. 转速：30~300rpm；</p> <p>10. 精度：±1rpm；</p> <p>11. 振幅：≥25mm；</p> <p>12. 定时范围：连续或者99h59min；</p> <p>13. 定时增长：1min；</p> <p>14. 平板尺寸(W×L)：约300mm×330mm；</p> <p>15. 承载量100mL×16、250mL×9、500mL×5、1000mL×4、2000mL×1。</p> | ▲条款：0条 |
| 6 | 二氧化碳培养箱     | <p>1. 工作环境温度：5~40℃；工作环境湿度：20~80%；电源：220V±10%，50 Hz±1；工作体积≥184升；标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/17块；</p> <p>2. 高效腔体内置风扇助力对流，确保温度、CO<sub>2</sub>浓度和湿度均一性；</p> <p>3. 温度控制范围：高于室温5℃~50℃；温度控制精</p>   | ▲条款：0条 |

|   |         |  |        |
|---|---------|--|--------|
|   |         | <p>度：<math>\pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>；温度均一性：<math>\pm 0.2^{\circ}\text{C}</math>（在<math>37^{\circ}\text{C}</math>下）；</p> <p>4. 具有温度跟踪报警功能；</p> <p>5. 具有二氧化碳跟踪报警功能；</p> <p>6. 具有程序自检功能；</p> <p>7. 具有断电自动启动功能；</p> <p>8. 保温方式：直热式，直接六面加热；</p> <p>9. 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度；</p> <p>10. 二氧化碳控制范围：0~20%；二氧化碳控制精度：<math>\pm 0.1\%</math>；二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到<math>5 \pm 0.2\%</math>；二氧化碳浓度控制：箱体内TC 热导传感器在线检测<math>\text{CO}_2</math>浓度。</p> <p>11. HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次；</p> <p>12. 配置：主机1台，3块隔板，1个水盘。</p> |        |
| 7 | 倒置生物显微镜 | <p>1. 光学系统：模块化无限远光学系统，实现明场，相差以及荧光观察，可扩展偏光以及霍夫曼等观察方式；</p> <p>2. 机身：全铝合金机身，成像稳定；四个电源孔，方便取电以及功能扩展；</p> <p>3. 观察筒：铰链式三目观察筒，瞳距调节范围53mm~75mm；</p> <p>4. 目镜：大视野平场目镜，高眼点，可调屈光度，视场数<math>\geq 23</math>；</p> <p>5. 物镜：标配全套物镜视场数<math>\geq 25</math>，无限远长工作距离平场半复物镜UPLFLN4X/0.13 工作距离<math>\geq 17.15\text{mm}</math>；无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan10X/0.25 PH 工作距离<math>\geq 4.1\text{mm}</math>；无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 Plan20X/0.45 PH 工作距离<math>\geq 5\text{mm}</math>；无限远长工作距离平场消色差物镜Plan40X/0.58 工作距离<math>\geq 2.5\text{mm}</math>；</p>             | ▲条款：2条 |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>6. 调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值<math>\leq 0.002\text{mm}</math>;</p> <p>7. 物镜转盘：</p> <p>①编码式5孔内定位转换器，物镜倍率可在显微镜自带的显示屏上实时显示当前使用倍率；带光强记忆功能；可升级与同品牌软件互联互通，软件可识别对应物镜，并且匹配相关预设参数；有防霉装置。</p> <p>②语音播报功能：转动物镜，设备可以报出物镜倍数、物镜种类等信息。</p> <p>8. 载物台：基准固定载物台尺寸约<math>200\text{mm} \times 245\text{mm}</math>，加长板可扩展<math>270\text{mm} \times 245\text{mm}</math>，支持匹配移动尺；台面样品卡槽可翻转；</p> <p>9. ▲显微镜成像系统：显微镜相机<math>\geq 2000</math>万高像素荧光相机、大靶面1"彩色芯片，像元尺寸不低于<math>2.4\text{ }\mu\text{m} \times 2.4\text{ }\mu\text{m}</math>，最大分辨率<math>5480 \times 3648</math>下最高可达22 FPS，128 Mb图像缓存，光谱响应：<math>380 \sim 650\text{ nm}</math>，USB 3.0 B型接口；</p> <p>10. 软件功能</p> <p>①标配软件系统支持多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，并可通过Directshow接口兼容其他相机，一个软件可接多台相机。</p> <p>②功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。软件可对大功率荧光光源进行BGU通道控制，软件可对电动平台XY轴和Z轴自动对焦进行控制。</p> |  |
|--|--|--|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>③支持实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），支持多重拍摄，最大支持7重拍摄，支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能，支持实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。</p> <p>11. 用户管理：系统集成身份认证功能，预设管理员、组长、普通用户三个类型账号，不同类型账号按需设置相应使用权限，管理员可自由添加设置用户，软件使用需进行用户登记认证。</p> <p>12. 审计追踪：根据GMP关于计算机化系统使用要求设计，配合用户管理模块，系统自动记录软件使用日志，包括用户登录信息：用户名、日期、登录时间；拍照和录像操作信息：记录客户拍照、录像的操作信息，包括时间、保存路径和文件名。</p> <p>13. 配专用PC控制端。</p> <p>品牌整机电脑1套，配置不低于以下：正版操作系统，含预装软件；CPU为I7 13代及以上处理器；内存≥16G；SSD+机械硬盘，固态硬盘≥2T，机械硬盘≥1TB；独立显卡，显存≥2G；具有USB3.0高速数据传输接口，≥27寸液晶显示器（显示器分辨率≥1980×1024），DVD刻录光驱，配套鼠标键盘等。</p> <p>14. ▲基于深度学习的图像分析模块</p> <p>①基于神经网络的算法模型，可通过训练获取图像分析模型；</p> <p>②简单易用的在线图像训练模块，包含定位、检查、分类和识读工具；</p> <p>③分析模型包含全面的图像分析功能：特征识别、定</p> |  |
|--|--|---|--|

|   |              |   |        |
|---|--------------|---|--------|
|   |              | <p>位、分类、计数和大小面积统计功能；</p> <p>④图像分析模块可快速部署及升级训练好的分析模型；</p> <p>⑤分析模型提供SDK二次开发，可自由开发不同图像识别分析应用；</p> <p>15. 教学模式</p> <p>①显示屏分辨率：≥80×160</p> <p>②操作电压：≥3.3V</p> <p>③优化设计的PCB板，输送配件母料包含管道、软管、快接头为防止仪器过程中产生静电，</p> <p>④全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率&lt;5×10的6次方Ω·cm。</p>  |        |
| 8 | 蛋白水平及垂直电泳及转膜 | <p><b>一、通用电泳仪电源</b></p> <p>1. 输出范围：电压：5~600V；电流：1~1200mA；功率：1-500w；</p> <p>2. 分辨率：电压1V、电流1mA、功率1w；定时范围：1min~99h59min；外形尺寸：约308mm×242mm×100mm（L×W×H）；</p> <p><b>二、垂直电泳槽</b></p> <p>1. 凝胶数量：4块；</p> <p>2. 凝胶厚度：1.0mm（标配）；0.75mm、1.5mm；预制胶：兼容BIO-RAD等各种迷你预制胶；玻璃板尺寸：100mm×83mm；凝胶尺寸：83mm×73mm；</p> <p>3. 梳子规格：1.0mm厚，10、15齿（标配）；0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿；</p> <p>4. 铂金电极：Φ0.25mm；外形尺寸：约180mm×120mm×160mm（L×W×H）；</p> <p><b>三、垂直转印槽</b></p> <p>1. 转印尺寸：110mm×90mm；</p> <p>2. 转印数量：2块；</p> <p>3. 铂金电极：Φ0.25mm；外形尺寸：约180mm×120mm×160mm（L×W×H）。</p> | ▲条款：0条 |

|    |          |  |        |
|----|----------|--|--------|
| 9  | 制冰机      | 1. 进水方式：自动进水；<br>2. 功率 $\geq 1170\text{W}$ ；<br>3. 制冰量 $\geq 450\text{KG}$ ；<br>4. 储冰量 $\geq 220\text{KG}$ ；<br>5. 冰桶尺寸约 $660\text{mm} \times 565\text{mm} \times 1050\text{mm}$ 。   | ▲条款：0条 |
| 10 | 静音超声波清洗机 | 1. 操控方式：感应触控；<br>2. 容量： $\geq 10\text{L}$ ；<br>3. 工作频率： $40\text{KHz}$ ；<br>4. 超声功率： $200\text{W}$ ；<br>5. 功率可调： $40 \sim 100\%$ ；<br>6. 加热功率： $300\text{W}$ ；<br>7. 设温范围： $\text{RT} \sim 80^\circ\text{C}$ ；<br>8. 时间控制： $1 \sim 999\text{min}$ ；<br>9. 内槽尺寸：约 $300\text{mm} \times 240\text{mm} \times 150\text{mm}$ ；<br>10. 配置：托架排水套装、降音盖、硅橡胶垫片各1件。   | ▲条款：0条 |
| 11 | 双开门冰箱    | 1. 产品类别：对开门；1级能效。<br>2. 总容积： $\geq 630\text{L}$ ；<br>3. 冷藏室容积： $\geq 400\text{L}$ ；<br>4. 制冷方式：风冷式；<br>5. 冷冻能力： $2\text{kg}/24\text{h}$ ；<br>6. 压缩机：变频。  | ▲条款：0条 |
| 12 | 超净工作台    | 1. 洁净度： $100\text{级} @ \geq 0.5\mu\text{m}$ ；<br>2. 菌落数： $\leq 0.5\text{个}/\text{皿.时}$ ( $\Phi 90\text{mm}$ 培养皿)；<br>3. 平均风速： $0.25 \sim 0.45\text{m/s}$ (快、慢双速)；<br>4. 振动/半峰值： $\leq 0.5\mu\text{m}$ (X、Y、Z方向)；<br>5. 噪声： $\leq 62\text{dB(A)}$ ；<br>6. 照度： $\geq 300\text{Lx}$ ；<br>7. 电源： $\text{AC}/50\text{HZ}/220\text{V}$ ；<br>8. 功耗： $\leq 0.8\text{KW}$ ；<br>9. 高效过滤器规格及数量： $1355 \times 558 \times 50 \times \textcircled{1}$ ；<br>10. 荧光灯/紫外灯规格及数量： $30\text{W} \times \textcircled{1}/30\text{W} \times \textcircled{1}$ ； | ▲条款：0条 |

|    |         |   |        |
|----|---------|---|--------|
|    |         | 11. 适用人数：双人单面；<br>12. 工作区尺寸(mm)：约1360×650×520。  |        |
| 13 | 台式高速离心机 | 1. ▲最高转速与离心力：最高转速 $\geq 18,000$ rpm；最大离心力 $\geq 31,152 \times g$ ；<br>2. 容量：水平转子最大容量：4×400 mL；角转子最大容量 $\geq 6 \times 100$ mL；<br>3. 主机重量 $\leq 100$ kg；<br>4. 温度控制：温度范围： $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ；<br>5. 噪音水平： $\leq 58$ dB (A)；<br>6. 制冷功能：待机制冷功能，维持敏感样品低温状态；预冷速度：从室温到4℃最快10分钟；节能与冷藏：待机与持续冷藏自由切换，8小时不使用后自动待机；<br>7. 转子材质：铝合金和碳纤维两种材质；转子选择： $\geq 5$ 种转子可选；<br>8. 酶标板转头：可一次离心 $\geq 6$ 块96孔标准版，最大转速 $\geq 4000$ rpm，最大离心力 $\geq 2250 \times g$ ；<br>9. 角转头最大容量 $\geq 6$ 个×100mL，该转头最大离心力 $\geq 18500 \times g$ ，最高转速 $\geq 13000$ rpm；<br>10. ▲转子无需工具可更换：无需工具可在3秒内快速更换转子；<br>11. 转子快锁：具有卡扣式快速锁定转子盖；<br>12. 转子识别：转子静态识别，安装后锁定最大转速；<br>13. 生物安全性：所有转子可高温灭菌，至少5个转子经过气密性认证；<br>14. 操作界面：可通过触摸操作进行程序编辑和查看仪器健康状况，监控设备累计使用时间；计时功能：两种计时模式，可选择在离心开始时计时或到达设定转速后开始计时；参数锁定：一键锁参功能，防止参数误改；加减速控制：9档加速/10档减速；参数预存储：不少于100组常用参数预存储，一键调 | ▲条款：2条 |

|    |         |   |        |
|----|---------|---|--------|
|    |         | <p>用；程序自定义：一个程序里可自定义至少10步不等速/不等时连续离心；转子日志：监控设备与转子使用情况，可记录设备与特定型号转子累计运行次数；操作记录：可记录至少500条操作过程和报警日志；运行记录：至少记录100条离心机历史运行记录，以图表的形式展示温度与转速随时间的变化情况；账号管理：具有账号管理系统；预约功能：周一至周日全覆盖循环预约；设备监控系统：具有转子动平衡实时监控、设备电流电压监控等多种设备状态监控系统，及时弹窗提醒设备异常；结束提示：离心结束时可选择自动开盖和声音提示；紧急开锁：具有紧急开锁装置；</p> <p>15. 机盖设计：电吸自锁设计，接触即可关门；</p> <p>16. 配置清单：主机1台，6×50mL角转子×1（搭配15mL适配器），2×96孔板转子×1。</p>  |        |
| 14 | 高速冷冻离心机 | <p>1. ▲最高转速<math>\geq 16000\text{r/min}</math>，转速精度<math>\leq \pm 10\text{r/min}</math>；最大相对离心力<math>\geq 21532\times g</math>，可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增；</p> <p>2. 最大容量：<math>\geq 4\times 100\text{mL}</math>；</p> <p>3. 噪音<math>\leq 65\text{dB (A)}</math>；</p> <p>4. 定时范围：1min~99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式；温度设置范围：<math>-20^{\circ}\text{C}\sim +40^{\circ}\text{C}</math>，以<math>1^{\circ}\text{C}</math>递增，温度控制精度<math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>5. 加/减速曲线：11档加速曲线、12档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线；</p> <p>6. 驱动系统：大力矩交流变频电机驱动，具有升降速快，转速稳定的特点；具有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全；</p> <p>7. 配备通过第三方认证的气密性角转子；</p> | ▲条款：1条 |

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

【MCHC-DZ--ZC20256086】

|    |       |   |        |
|----|-------|---|--------|
|    |       | <p>8. <math>\geq 7</math>寸高灵敏度触摸屏控制，设置参数与运行参数同屏显示；</p> <p>9. 用户可设置多组程序；自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况；</p> <p>10. 变频压缩机组，环保节能；内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命；</p> <p>11. 配置要求：离心机1台；<math>6 \times 50\text{mL}</math>尖底角转子配<math>6 \times 15\text{mL}</math>尖底适配器；<math>24 \times 1.5/2\text{mL}</math>角转子（最高转速<math>\geq 15000\text{r/min}</math>，最大相对离心力<math>\geq 21532 \times g</math>）。</p> |        |
| 15 | 烤箱    | <p>1. 工作室材质：不锈钢；</p> <p>2. 微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能；</p> <p>3. 热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室温度均匀；</p> <p>4. 电源电压为：220V-50Hz；</p> <p>5. 温度波动：<math>\pm 1^\circ\text{C}</math>；</p> <p>6. 控温精度：<math>\leq 0.1^\circ\text{C}</math>；</p> <p>7. 定时范围：0~9999min；</p> <p>8. 控温范围：室温+10~200<math>^\circ\text{C}</math>；</p> <p>9. 工作室尺寸：约600mm<math>\times</math>550mm<math>\times</math>645mm。</p>          | ▲条款：0条 |
| 16 | 漩涡混匀器 | <p>1. 电源：220V；</p> <p>2. 功率：<math>\geq 40\text{W}</math>；</p> <p>3. 转速：<math>\geq 2800</math>转/分；</p> <p>4. 工作方式：连续、点触、调速；</p> <p>5. 多元功能：碗型振动台与平板型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式；</p> <p>6. 自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式。</p>   | ▲条款：0条 |
| 17 | 普通摇床  | <p>1. 电源：220V；</p>  | ▲条款：0条 |

|    |        |  |        |
|----|--------|--|--------|
|    |        | 2. 功率： $\geq 40\text{W}$ ；<br>3. 频率：40～240转/分；<br>4. 旋幅：回转半径约15mm；<br>5. 速度：无极调速、数字显示；<br>6. 托盘尺寸：约320×265mm；<br>7. 定时：0～120分/连续。  |        |
| 18 | pH计    | 1. 测量范围及精度：pH:-2～16.00，精度： $\pm 0.01\text{pH}$ ，mV:-2000～2000，精度： $\pm 1\text{mV}$ ，温度:-5～105℃，精度： $\leq 0.3^\circ\text{C}$ ；<br>2. 具备PH和mV两种测量模式；<br>3. 具备自动和手动两种温度补偿模式；<br>4. 四组内置缓冲液组，全自动识别缓冲溶液，最多5点PH校正，一次按键完成校准；<br>5. 可一次按键完成校准、测量已经测量模式的切换；<br>6. 具备全自动及手动两种终点判定功能，并可显示终点稳定图标；<br>7. 校准后显示电极斜率和电极状态图标；<br>8. 具备开机自检功能；<br>9. 采用大于4英寸段码LCD显示屏；<br>10. 主机带存储数据功能，可存储200组数据，有RS232接口可以接打印机，有USB接口可以输出到电脑，有参比接口可以连接参比电极。<br>11. 仪器配置：仪器主机1套；三合一复合电极1支；配套电极支架1个；袋装PH值4.01、7.00、9.21缓冲液各1袋；使用说明书1套。 | ▲条款：0条 |
| 19 | 电子分析天平 | 1. 超大带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键；内藏式下称吊钩、过载保护秤盘；秤盘下方配气流防风罩，使密闭性更高，数据真实可靠性更强；<br>2. 显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护；具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板；   | ▲条款：0条 |



|    |     |   |        |
|----|-----|---|--------|
|    |     | 3. 具有全方位传感器保护功能，从六个方向最大限度保护传感器不受外力损害；<br>4. 全铝制天平底座，防止低频振动；具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器）；<br>5. 实际分度值： $\leq 0.0001\text{g}$ ；最大称量范围：200g；重复性（ $\leq$ ）： $\pm 0.0001\text{g}$ ；最大允许误差（ $\leq$ ）： $\pm 0.0002\text{g}$ ；校准砝码值：200g；<br>6. 类型：外部自动校准；<br>7. 天平的外形尺寸：约365mm×223mm×338mm；秤盘尺寸： $\Phi 90\text{mm}$ ；风罩有效容积：约150mm×165mm×200mm。                                   |        |
| 20 | 微波炉 | 1. 微波功率 $\geq 700\text{W}$ ；<br>2. 额定电压220V；<br>3. 容量 $\geq 20\text{L}$ ；<br>4. 产品认证：3C；<br>5. 内胆尺寸约：（长×宽×高）315×329×210mm；<br>6. 多种功能可选，温度、时间均可调。   | ▲条款：0条 |
| 21 | 金属浴 | 1. LCD液晶显示；<br>2. 具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行；微处理器控制；<br>3. 设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间；<br>4. 温度校准功能及短振荡点动功能；直流无刷电机驱动；<br>5. 多重安全保护功能；<br>6. 控温范围：室温+5℃~100℃；温度均匀性： $\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$ ；温度稳定性： $\pm 0.3^\circ\text{C}$ ；温度显示精度： $\leq 0.1^\circ\text{C}$ ；升温速度： $\leq 20\text{min}$ （20℃到100℃）；最高温度： $\geq 105^\circ\text{C}$ ；<br>7. 振荡转速范围：200~1500rpm（步进1rpm）；振荡幅 | ▲条款：0条 |

|    |        |  |        |
|----|--------|--|--------|
|    |        | 度与方式：2mm(水平回转)；<br>8. 时间设置最长：99h59min。   |        |
| 22 | 磁力搅拌器  | 1. 电源：AC220V±10%；<br>2. 工作方式：连续；<br>3. 最大搅拌容量：≥5000mL；<br>4. 加热功率：≥600W（内无级调温）；<br>5. 搅拌转速：0~1500r/min；<br>6. 电机转矩：≥50mN•M；<br>7. 台面尺寸：≥Φ140mm（表面镀黑铝合金）；<br>8. 台面安全温度：≥350℃；<br>9. 控温范围：室温~250℃。                     | ▲条款：0条 |
| 23 | 液氮罐    | 1. 采用高强度铝合金制造；<br>2. 高真空多层绝热设计；<br>3. 几何容积：约31.5L<br>4. 静态蒸发率：≤0.35L/d<br>5. 静态保存期：约90d<br>6. 提筒尺寸：约82mm×84mm<br>7. 盒子尺寸：约76mm×76mm<br>8. 提筒数量：6个<br>9. 冻存盒数量（2mL）：≥600个<br>10. 提筒层数：5层（带冻存管盒）<br>11. 锁盖：带锁盖。        | ▲条款：0条 |
| 24 | 空气浴振荡器 | <b>一、功能参数：</b><br>1. 机箱外壳采用冷轧钢板制造，内胆采用8K-304不锈钢板制造，具有防酸防碱、视觉通透明亮的效果；<br>2. 运行稳定可靠，噪音低；<br>3. 温度采用微处理器控制，脉冲调宽式加热原理；<br>4. 选用测量、转换一体的数字化温度传感器；<br>5. 具有定时功能智能选择，从而确保实验物品的安全；具有三轴同步式机芯；转速调节由三相异步电机采用变频方式实现，无碳刷滑动环节、无火花； | ▲条款：0条 |

|    |         |  |        |
|----|---------|--|--------|
|    |         | <p>6. 定时设定范围根据实验需要，0分钟～999小时内可任意设定培养时间；均匀加速启动，并具有开盖即停功能；</p> <p><b>二、技术参数：</b></p> <p>1. 容积≥75L；</p> <p>2. 振荡频率50～280 rpm；振幅24mm；</p> <p>3. 温度范围室温+5～60℃（最低25℃）；控温精度±0.5℃；温度均匀性±0.5℃；环境温度10～30℃；</p> <p>4. 定时范围0分钟～999小时；工作时间连续；</p> <p>5. 箱内尺寸（mm）≥450×440×370；托盘尺寸（mm）≥340×380×2层；</p> <p>6. 上下两层可自由配置夹具，标配万能夹具。</p>   |        |
| 25 | 通用水平电泳槽 | <p>1. PCR电泳：梳子1mm25齿×4排，可一次跑100个样品（含Maker）；</p> <p>2. 多种规格凝胶托盘任意组合（W×L）：120×120mm、120×60mm、60×120mm、60×60mm；</p> <p>3. 梳子13、18、25齿均支持8道和12道排枪加样；</p> <p>4. 耐高温凝胶托盘，100℃高温不变形，无需将琼脂糖晾到温热再灌胶；</p> <p>5. 不使用橡胶密封圈，活动电极采用内嵌式设计，无漏液顾虑；</p> <p>6. 梳子规格：1.0mm：11+11齿/25齿；1.5mm：6+6齿/13齿、8+8齿/18齿、11+11齿/25齿；</p> <p>7. 梳子数量：双刃式9把；</p> <p>8. 缓冲液体积：最大≥1000mL；</p> <p>9. 铂金电极：Φ0.25mm；</p> <p>10. 外形尺寸：约300×170×80mm（L×W×H）。</p> | ▲条款：0条 |
| 26 | 超声破碎仪   | <p>1. 外壳采用优质不锈钢压花板制作，无焊接处；</p> <p>2. 产品清洗温度在0～80℃范围内任意可调，工作时间数码控制，LED数字显示1-99分钟任意可调；</p> <p>3. 具有排水装置，快速排出废液；</p>  | ▲条款：0条 |

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

【MCHC-DZ--ZC20256086】

|    |        |   |         |
|----|--------|---|---------|
|    |        | 4. 容量 $\geq 13\text{L}$ ;<br>5. 超声功率 $\geq 300\text{W}$ ;<br>6. 频率: $40\text{KHz}$ ;<br>7. 加热功率 $\geq 400\text{W}$ 。                                      |         |
| 27 | 斑马鱼养殖缸 | 1. 每套养殖缸包含缸体、盖板、插板;<br>2. 养殖缸容积 $\geq 3\text{L}$ ;<br>3. 养殖缸需采用食品级PC材质;<br>4. 缸体需注塑一次成型, 具有自洁设计, 耐 $120^{\circ}\text{C}$ 高温消毒;<br>5. 盖板蓝色, 包含喂食孔、注水孔和测温孔。 | ▲条款: 0条 |

## 第七部分 合同主要条款（参考）

（本合同条款仅供参考，最终合同条款以采购文件要求及采购人要求的条款为准）

### 政府采购货物买卖合同 （试行）

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

## 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）  
（如有）

乙方3（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）  
（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

（2）采购计划编号：\_\_\_\_\_

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

☐否

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

【MCHC-DZ--ZC20256086】

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\_\_\_\_\_

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是  
☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_☐强制采购 ☐优先采购☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_☐强制采购 ☐优先采购☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_



☐ 强制采购☐ 优先采购☐ 否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐ 是☐ 否☐ 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐ 全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐ 分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐ 成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐ 绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

## 3. 合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，完成日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

(2) 履约地点：\_\_\_\_\_

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

## 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：\_\_\_\_\_ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起\_\_\_\_\_日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：\_\_\_\_\_

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：\_\_\_\_\_

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：\_\_\_\_\_（产权过户登记等）

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

【MCHC-DZ--ZC20256086】

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商）          |  |
|-----------------------------------|--|------------------|--|
| 单位名称（公章或合同章）                      |  | 单位名称（公章或合同章）     |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章）                  |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|                                   |  | 拥有者性别            |  |
| 住 所                               |  | 住 所              |  |
| 联 系 人                             |  | 联 系 人            |  |
| 联系电话                              |  | 联系电话             |  |
| 通信地址                              |  | 通信地址             |  |
| 邮政编码                              |  | 邮政编码             |  |
| 电子邮箱                              |  | 电子邮箱             |  |
| 统一社会信用代码                          |  | 统一社会信用代码         |  |
|                                   |  | 开户名称             |  |
|                                   |  | 开户银行             |  |
|                                   |  | 银行账号             |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。        |  |                  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝

其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。



15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

【MCHC-DZ--ZC20256086】

当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

|                     |                             |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| 第二节<br>第1.2（6）<br>项 | 联合体具体要求                     |  |
| 第二节<br>第1.2（7）<br>项 | 其他术语解释                      |  |
| 第二节<br>第4.4款        | 履约验收中甲方<br>提出异议或作出<br>说明的期限 |  |
| 第二节<br>第4.6款        | 约定甲方承担的<br>其他义务和责任          |  |
| 第二节<br>第5.4款        | 约定乙方承担的<br>其他义务和责任          |  |
| 第二节<br>第6.1款        | 履行合同义务的<br>顺序               |  |
| 第二节<br>第7.1款        | 包装特殊要求                      |  |
|                     | 指定现场                        |  |
| 第二节<br>第7.2款        | 运输特殊要求                      |  |
| 第二节<br>第7.3款        | 保险要求                        |  |
| 第二节<br>第8.2（1）<br>项 | 质量保证期                       |  |
| 第二节<br>第8.2（3）<br>项 | 货物质量缺陷<br>响应时间              |  |
| 第二节<br>第11.1款       | 其他应当保密的<br>信息               |  |
| 第二节<br>第12.2款       | 合同价款支付时<br>间                |  |
| 第二节<br>第13.2款       | 履约保证金不予<br>退还的情形            |  |
| 第二节<br>第13.3款       | 履约保证金退还<br>时间及逾期退还<br>的违约金  |  |

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

【MCHC-DZ--ZC20256086】

|                      |                    |   |
|----------------------|--------------------|---|
| 第二节<br>第14.1（3）<br>项 | 运行监督、维修<br>期限      |   |
| 第二节<br>第14.1（5）<br>项 | 货物回收的约定            |   |
| 第二节<br>第14.1（6）<br>项 | 乙方提供的其他<br>服务      |   |
| 第二节<br>第15.1款        | 修理、重作、更<br>换相关具体规定 |   |
| 第二节<br>第15.2（2）<br>项 | 迟延交货赔偿费            |   |
| 第二节<br>第15.3款        | 逾期付款利息             |   |
| 第二节<br>第15.4款        | 其他违约责任             |   |
| 第二节<br>第19.2款        | 解决争议的方法            | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__<br>种方式解决：<br>（1）向_____仲裁委员会申请仲<br>裁，仲裁地点为_____；<br>（2）向_____人民法院起诉。 |
| 第二节<br>第23.1款        | 其他专用条款             |   |

**注意事项：**

1. 本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以签订合同时约定，原则上不能超越和违背磋商文件及其补充文件、投标响应文件及投标有关承诺的范围及内容。
2. 本合同条款仅供参考，最终合同条款以采购文件要求及采购人要求的条款为准。

## 第八部分 响应文件格式

（响应文件封面格式）

（项目名称）

# 响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

投标单位名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_

联 系 电 话：\_\_\_\_\_

## 1. 投标函

明诚汇采项目管理有限公司：

根据贵方为\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_的投标邀请（项目编号：\_\_\_\_\_），签字代表（全名、职务）经正式授权，并代表\_\_\_\_\_供应商名称\_\_\_\_\_提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

① 愿按照磋商文件中的磋商须知、合同条款、采购需求等要求提供所需货物及服务。

② 作为响应文件的一部分，我方愿提供人民币（大写）：\_\_\_\_\_作为本项目投标保证金。

③ 如果我方成交，我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

④ 我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑤ 我方响应文件自磋商之日起有效期为\_\_\_\_\_90\_\_\_\_\_日历日。

⑥ 如果在规定的磋商时间后，我方在有效期内撤回服务，我方的投标保证金将不予退还。

⑦ 我方同意提供按照贵方可能要求的与其服务有关的一切数据或资料。

⑧ 与本次采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人签字：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 2. 法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正面复印件

粘贴处

法定代表人身份证反面复印

件

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



### 3. 法定代表人授权委托书

明诚汇采项目管理有限公司：

我\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_的法定代表人，现委派我单位\_\_\_\_\_先生（女士），全权代表我单位处理\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_采购活动（项目编号：\_\_\_\_\_）中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。（授权人无转委托）

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 法定代表人身份证<br>正面复印件粘贴处 | 法定代表人授权代表身份证<br>正面复印件粘贴处 |
| 法定代表人身份证<br>反面复印件粘贴处 | 法定代表人授权代表身份证<br>反面复印件粘贴处 |

附授权代表情况：

姓 名：\_\_\_\_\_ 性 别：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_（座机）

手 机：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人电话：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

年 月 日

4. 政府采购报价一览表（格式）

供应商名称(盖章): \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_ 单位: （元）

| 序号     | 货物名称 | 型号及规格                | 数量 | 单位 | 制造商名称 | 投标单价 | 交货时间 | 交货地点 |
|--------|------|----------------------|----|----|-------|------|------|------|
|        |      |                      |    |    |       |      |      |      |
|        |      |                      |    |    |       |      |      |      |
|        |      |                      |    |    |       |      |      |      |
|        |      |                      |    |    |       |      |      |      |
| 投标总价合计 |      | (小写): 人民币          元 |    |    | (大写)  |      |      |      |

供应商法定代表人或授权代表签字: \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

- 注:
1. 请供应商按磋商文件中采购清单逐项填写;
  2. 本表所填单价均应包括其他所有费用;
  3. 此表投标总价合计金额为本项目实施所有费用合计, 即总价包干价。
  4. 此表可自行扩展。

5. 投标货物数量及分项报价表

供应商名称：
 项目编号：
 （价格单位：人民币元）

| 序号        | 投标产品名称 | 简要规格 | 数量 | 单位 | 投标产品制造厂 | 投标价 | 投标价组成           |      |             |       |          |     |    |     |
|-----------|--------|------|----|----|---------|-----|-----------------|------|-------------|-------|----------|-----|----|-----|
|           |        |      |    |    |         |     | 产品总价            | 产品单价 | 备品备件费及特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输费 | 税费 | 检定费 |
|           | 1      | 2    | 3  | 4  | 5       | 6   | 7               | 8    | 9           | 10    | 11       | 12  | 13 | 14  |
|           |        |      |    |    |         |     |                 |      |             |       |          |     |    |     |
|           |        |      |    |    |         |     |                 |      |             |       |          |     |    |     |
| 总 计       |        |      | /  | /  | /       |     |                 | /    | /           | /     | /        | /   | /  | /   |
| 全部投标产品总金额 |        |      |    |    |         |     | (小写)：人民币 元 (大写) |      |             |       |          |     |    |     |

供应商（公章）：

供应商法定代表人或其授权委托人（签字）：

日 期：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。3、项6投标价=项7产品总价×项3数量。4、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13+项14 5、必须注明投标货物增值税税率。6、投标总价应等于“开标一览表”中的投标总价；如投标总价与“开标一览表”不符以“开标一览表”为准。

## 6. 货物主要部件（包括附件）分项报价目录表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 货物主要部件 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价 |
|----|--------|-------|----|----|----|
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 7. 备品备件清单及报价目录表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 货物主要部件 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价 |
|----|--------|-------|----|----|----|
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 8. 投标货物一览表及说明报告

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 货物名称 | 招标规格参数 | 投标品牌规格参数及型号 | 制造商名称、产地 | 数量 | 单位 | 交货时间 | 备注 |
|----|------|--------|-------------|----------|----|----|------|----|
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |

主要内容应包括：

1. 投标货物型号、规格、技术参数、特点和说明；
2. 投标货物的质量标准、检测标准、检测手段；
3. 对投标货物的设计、制造、安装、测试等方面采取技术和组织措施；
4. 对投标货物的使用寿命及相关服务的承诺；
5. 交货的地点、时间、方式、进度及运输方式；
6. 质量保证及技术服务；
7. 备品备件提供情况；
8. 投标单位认为有必要说明的其它问题。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

9. 供应商基本情况表

|                |       |      |                  |     |    |
|----------------|-------|------|------------------|-----|----|
| 单位名称           |       |      | 邮政编码             |     |    |
| 单位地址           |       |      | 监督电话             |     |    |
| 法人代表           |       |      |                  |     |    |
| 联系人            |       |      | 联系电话             |     |    |
| 经济性质           |       | 固定资产 | 原值               |     |    |
| 总公司<br>注册资金    |       |      | 净值               |     |    |
| 近三年的年度<br>总营业额 | 2022年 |      | 流动资产             |     |    |
|                | 2023年 |      | 公司2024年<br>度纳税总额 |     |    |
|                | 2024年 |      | 公司2024年<br>度利润   |     |    |
| 经营网点<br>分布情况   | 名称    | 地址   | 电话               | 联系人 | 备注 |
|                |       |      |                  |     |    |
|                |       |      |                  |     |    |
|                |       |      |                  |     |    |
|                |       |      |                  |     |    |
|                |       |      |                  |     |    |
|                |       |      |                  |     |    |
|                |       |      |                  |     |    |
| 其他             |       |      |                  |     |    |

## 10. 供应商资格证明文件

按“第二部分 竞争性磋商相关资料明细表”中的供应商资格要求提供

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心  
实验室公用常规仪器设备采购项目



## 11. 商务要求偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 磋商文件条款号 | 商务要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
|---------|------|------|------|----|
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：1、“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、请按投标的实际情况，逐条对应磋商文件的“商务要求”中的要求认真填写该表。

3、此表可自行扩展。

## 12. 采购需求偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 磋商文件条款号 | 采购需求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
|---------|------|------|------|----|
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：1、“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、请按投标的实际情况，逐条对应磋商文件的“采购需求”中的要求认真填写该表。

3、此表可自行扩展。

### 13. 供应商针对评分提供的相关证明材料

按评分标准中的内容要求提供

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心  
实验室公用常规仪器设备采购项目

## 14. 代理服务费确认书

明诚汇采项目管理有限公司：

若我公司在本次采购活动中成交，在领取成交通知书时将按竞争性磋商文件规定的费率向贵单位支付代理服务费。

供应商：（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

供应商地址：\_\_\_\_\_

时间：      年      月      日

注：“代理服务费确认书”为响应文件的附件请一同放入响应文件中。

## 15. 投标保证金函

（采购代理机构）：

鉴于我单位参加（项目名称）（项目编号：）（包号：）的  
投标，随同响应文件，我方附投标保证金人民币元整（¥ 元）并作出  
如下保证：

（1）本保证金的有效期自年月日至年月日（90日）。若采购人要求延长响应文  
件的有效期限，经我方同意后，本保证金的有效周期相应延长。

（2）在本保证金有效期内，如我方有违反《中华人民共和国政府采购法》及下  
列任何一种违反采购文件规定的事实，你方可不予退还我方投标保证金。

- 1）放弃投标或在采购文件规定的响应文件的有效期限内撤回响应文件；
- 2）中标后，未能在采购文件规定的期限内提交履约担保证件；
- 3）中标后，拒绝在采购文件规定的期限内签订合同。

保证金交纳凭证

投标申请人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（姓名） 签名）

日期： 年 月 日

## 16. 投标企业声明函

### (1) 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，将在中标公告中公开成交供应商的《中小企业声明函》

③不满足上述条件的供应商可不提供本表。

## （2）残疾人福利性单位声明函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：不满足上述条件的供应商可不提供本表。

### (3) 供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称\_\_\_\_\_

我公司自愿参加\_\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标，并郑重作出如下声明承诺：

#### 一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

#### 二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第十八条 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；



(五)提供假冒伪劣产品；

(六)擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5 %的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

(一)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

(二)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

(三)供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五)供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同供应商的响应文件相互混装；

(六)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

投标供应商：（盖章）

日期：年月日

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心  
实验室公用常规仪器设备采购项目

## 17. 供应商认为需要补充的其他资料

(一) 针对磋商文件要求承诺的内容提供承诺函

(二)

(三)

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心  
实验室公用常规仪器设备采购项目

## 20. 制造商出具的授权函

致：明诚汇采项目管理有限公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派主要营业地址设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目编号：\_\_\_\_\_）（项目名称：\_\_\_\_\_）（包号：\_\_\_\_\_）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对带投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（代理商名称）年月日接受此件，以此为证。

代理商名称：

制造商名称：

（签章）

（签章）

签字人职务和部门

签字人职务和部门

签字人姓名

签字人姓名

制造商出具的授权函格式参考

## 附件1

## 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业

人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



## 附件2

## 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志 产品认证机构名录的公告

### 2019年第16号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019年4月3日

（此件公开发布）

## 参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录    |        | 二级目录      |           | 认证机构名录  |
|----|---------|--------|-----------|-----------|---|
|    | 产品代码    | 产品名称   | 产品代码      | 产品名称      |   |
| 1  | A020101 | 计算机设备  | A02010104 | 台式计算机     | 中国质量认证中心<br>北京赛西认证有限责任公司  |
|    |         |        | A02010105 | 便携式计算机    |   |
|    |         |        | A02010107 | 平板式微型计算机  |   |
| 2  | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备      |   |
|    |         |        | A02010604 | 显示设备      | 中国网络安全审查技术与<br>认证中心<br>广州赛宝认证中心服务有<br>限公司                           |
|    |         |        | A02010609 | 图形图像输入设备  |   |
| 3  | A020202 | 投影仪    |           |           |   |
| 4  | A020204 | 多功能一体机 |           |           |   |
| 5  | A020519 | 泵      | A02051901 | 离心泵       | 中国质量认证中心<br>电能（北京）认证中心有<br>限公司<br>方圆标志认证集团有限公<br>司                  |
| 6  | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机     | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>合肥通用机械产品认证有<br>限公司<br>北京中冷通质量认证中心<br>有限公司 |
|    |         |        | A02052305 | 空调机组      |   |
|    |         |        | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |   |
|    |         |        | A02052399 | 其他制冷空调设备  |   |
| 7  | A020601 | 电机     |           |           | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>电能（北京）认证中心有                               |

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

【MCHC-DZ--ZC20256086】

|    |         |           |                 |     |   |
|----|---------|-----------|-----------------|-----|---|
|    |         |           |                 |     | 限公司<br>中国船级社质量认证公司  |
| 8  | A020602 | 变压器       |                 |     | 中国质量认证中心<br>电能（北京）认证中心有<br>限公司<br>方圆标志认证集团有限公<br>司                  |
| 9  | A020609 | 镇流器       |                 |     | 中国质量认证中心<br>深圳市计量质量检测研究<br>院<br>中标合信（北京）认证有<br>限公司                  |
| 10 | A020618 | 生活用<br>电器 | A020618010<br>1 | 电冰箱 | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>中家院（北京）检测认证<br>有限公司                       |
|    |         |           | A020618020<br>3 | 空调机 | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>中家院（北京）检测认证<br>有限公司<br>合肥通用机械产品认证有<br>限公司 |
|    |         |           | A020618030<br>1 | 洗衣机 | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>中家院（北京）检测认证<br>有限公司                       |
|    |         |           | A02061808       | 热水器 | 中国质量认证中心<br>威凯认证检测有限公司<br>中家院（北京）检测认证<br>有限公司<br>合肥通用机械产品认证有        |

贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

【MCHC-DZ--ZC20256086】

|    |         |        |           |             |   |
|----|---------|--------|-----------|-------------|---|
|    |         |        |           |             | 限公司（范围仅限于“热泵热水器”）                           |
| 11 | A020619 | 照明设备   |           |             | 中国质量认证中心<br>深圳市计量质量检测研究院<br>中标合信（北京）认证有限公司  |
| 12 | A020910 | 电视设备   | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心<br>北京泰瑞特认证有限责任公司<br>广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备   | A02091107 | 视频监控设备      |   |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |           |             | 中国质量认证中心<br>北京鉴衡认证中心<br>中国市政工程华北设计研究总院有限公司  |
| 15 | A060805 | 便器     |           |             | 中国质量认证中心<br>北京新华节水产品认证有限公司<br>方圆标志认证集团有限公司  |
| 16 | A060806 | 水嘴     |           |             |   |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀  |           |             |   |
| 18 | A060810 | 淋浴器    |           |             |   |

## 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录     | 认证机构名录  |
|----|--------|---|
| 1  | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司<br>中标合信（北京）认证有限公司<br>中环协（北京）认证中心<br>天津华诚认证有限公司 |

备 注：若国家有最新的名录公告，以最新公告的名录为准。

## 强制采购节能产品

| 品目序号 | 名称                   |                         |
|------|----------------------|-------------------------|
| 1    | A020101计算机设备         | ★A02010104 台式计算机        |
|      |                      | ★A02010105 便携式计算机       |
|      |                      | ★A02010107 平板式微型计算机     |
| 2    | A02010601打印设备        | ★A0201060102 激光打印机      |
|      |                      | ★A0201060104 针式打印机      |
|      | A02010604显示设备        | ★A0201060401 液晶显示器      |
| 6    | ★A02052301制冷压缩机      | 冷水机组                    |
|      |                      | 水源热泵机组                  |
|      |                      | 溴化锂吸收式冷水机组              |
|      | ★A02052305 空调机组      | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） |
|      |                      | 单元式空气调节机(制冷量>14000W)    |
|      | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调                    |
| 9    | ★A020609 镇流器         | 管型荧光灯镇流器                |
| 10   | ★A0206180203 空调机     | 房间空气调节器                 |
|      |                      | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） |
|      |                      | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W)    |
|      | A02061808 热水器        | ★电热水器                   |
| 11   | A020619 照明设备         | ★普通照明用双端荧光灯             |
| 12   | ★A020910 电视设备        | A02091001 普通电视设备（电视机）   |
| 13   | ★A020911 视频设备        | A02091107 视频监控设备（监视器）   |
| 15   | ★A060805 便器          | 坐便器、蹲便器、小便器             |
| 16   | ★A060806 水嘴          |                         |

注：以“★”标注的为政府强制采购产品。

### 供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的在线官网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。**

履约保证金：供应商可通过“**贵州省公共资源交易综合金融服务平台**”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函），安全可靠、快速出函。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。

# 报价与最高限价表

标包名称：贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

| 序号 | 报价名称 | 报价形式 | 最高限价           | 报价单位 | 是否主报价 | 报价形式说明 |
|----|------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1  | 投标报价 | 金额报价 | 138000<br>0.00 | 元    | 是     |        |



# 评标办法前附表

## 1、项目基本信息

项目编号：P520000202500085C

项目名称：贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

## 2、标包信息

**标包1：贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目**

基本信息

标包编号：P520000202500085C001

标包名称：贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：是

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：百万分之一天平、全自动脑立体定位仪

报价评审：有

预算金额(元)：1415000

— — — — —

评标参数：

磋商及多轮报价：(注:磋商与报价的次数是包含投标文件中的报价次数)

磋商最大轮次：2

报价最大轮次：2

| 评标步骤  | 序号 | 评审因素  | 评审标准  | 分值 |
|-------|----|---|---|----|
| 资格性审查 | 1  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；(扫描件加盖投标单位公章)   | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；(扫描件加盖投标单位公章)   |    |
|       | 2  | 财务状况报告（经合法审计机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或投标截止时间前3个月内银行出具的有效的资信证明）；（扫描件加盖投标单位公章）                          | 财务状况报告（经合法审计机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或投标截止时间前3个月内银行出具的有效的资信证明）；（扫描件加盖投标单位公章）                          |    |
|       | 3  | 依法缴纳税收（2024年6月至今任意3个月的纳税证明）和社会保障资金（2024年6月至今任意3个月的社保缴纳证明）的相关材料，如不需缴纳税收和社保的，须提供有效的证明材料；（扫描件加盖投标单位公章） | 依法缴纳税收（2024年6月至今任意3个月的纳税证明）和社会保障资金（2024年6月至今任意3个月的社保缴纳证明）的相关材料，如不需缴纳税收和社保的，须提供有效的证明材料；（扫描件加盖投标单位公章） |    |
|       | 4  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（自行承诺，提供承诺函加盖投标单位公章）   | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（自行承诺，提供承诺函加盖投标单位公章）   |    |
|       | 5  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（自行声明，提供声明函加盖投标单位公章）  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（自行声明，提供声明函加盖投标单位公章）  |    |
|       |    |   |   |    |

| 评标步骤  | 序号 | 评审因素  | 评审标准  | 分值 |
|-------|----|---|---|----|
|       | 6  | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，供应商的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道中查询未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被取消投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（自行承诺，提供承诺函加盖投标单位公章）。 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，供应商的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道中查询未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被取消投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（自行承诺，提供承诺函加盖投标单位公章）。 |    |
|       | 7  | 法律法规及采购文件规定的有关条款要求。   | 法律法规及采购文件规定的有关条款要求。   |    |
| 符合性审查 | 1  | 商务符合性   | 商务条款是否全部满足  |    |
|       | 2  | 技术符合性   | 采购需求中“非▲”技术参数（规格）要求是否全部满足   |    |
|       | 3  | 无效标审查   | 按本项目采购文件5.4.2无效标条款规定，审查是否通过。  |    |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素                  | 评审标准  | 分值   |
|------|----|-----------------------|---|------|
| 商务评审 | 1  | 质保期评价(满分4分)：（客观分）     | 满足采购文件要求的质保期不得分，在此基础上每整体增加1年质保期得2分，本项最多得4分。<br>注：提供承诺书，不提供或承诺的内容有歧义的不得分，承诺书原件在成交后合同签订前交采购人备案。   | 4.00 |
|      | 2  | 授权评价(满分5分)：（客观分）      | 磋商小组根据供应商提供的“含有▲条款的产品”制造商出具的针对本项目的有效销售授权书进行评价：<br>提供“含有▲条款的产品”制造商出具的授权书（若供应商为所投产品制造商，则该产品可不提供授权书，视为已提供），得5分。提供不全或未提供的，得0分。<br>注：含有“▲”条款的产品为“序号1、序号3、序号7、序号13、序号14”。     | 5.00 |
|      | 3  | 售后服务承诺函评价(满分5分)：（客观分） | 磋商小组根据供应商提供的“含有▲条款的产品”制造商出具的针对本项目的售后服务承诺函进行评价：<br>提供含有“▲”条款的产品的制造商或有效授权单位（提供证明文件且包含完整有效授权链）出具的针对本项目的售后服务承诺函，得5分。提供不全或未提供的，得0分。<br>注：含有“▲”条款的产品为“序号1、序号3、序号7、序号13、序号14”。 | 5.00 |
|      |    |                       |   |      |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素             | 评审标准  | 分值    |
|------|----|------------------|---|-------|
|      | 4  | 业绩评价(满分3分)：(客观分) | <p>根据供应商的2023年1月至今类似项目（含本项目采购的任意含有“▲”条款的产品即可）自有业绩个数进行评价，每提供一份有效业绩得1分，满分3分。</p> <p>注：<br/>1.提供中标通知书（或中标公告截图）、采购合同、项目验收材料作为证明材料（复印件加盖投标单位公章），未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不予计分，同一采购单位业绩证明材料视为一份。<br/>2.含有“▲”条款的产品为“序号1、序号3、序号7、序号13、序号14”。</p>          | 3.00  |
| 技术评审 | 1  | 技术参数评价分：(客观分)    | <p>1.标注“▲”条款（重要条款，总数量15条）一条不满足扣3分，扣完为止，满分45分。<br/>2.非“▲”条款作为实质性响应要求，不再作为评审项进行评分。</p> <p>注：<br/>1.含有“▲”条款的产品须提供技术参数确认函（加盖产品制造商公章）对技术参数逐条应答佐证，技术参数确认函不满足采购文件要求的，按“负偏离”扣分。非“▲”条款均为实质性响应条款，必须满足。<br/>2.含有“▲”条款的产品为“序号1、序号3、序号7、序号13、序号14。”。</p> | 45.00 |
|      | 2  | 售后服务方案（3分）：(主观分) | <p>1.售后服务方案具体全面，服务范围广泛，保障措施完善，人员齐全，服务体系全面合理、售后服务及时性科学合理得3分；<br/>2.售后服务方案较简单，服务范围、保障措施、人员配置、服务体系一般、售后服务及时性较合理得2分；</p>  | 3.00  |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素 | 评审标准  | 分值 |
|------|----|------|---|----|
|      |    |      | <p>3.售后服务方案粗陋，服务范围、保障措施、人员配置、服务体系较差、售后服务及时性较差得1分；</p> <p>4.售后服务方案不满足采购人需求或未提供售后服务方案得0分。</p> <p>注：</p> <p>1.售后服务方案具体全面，服务范围广泛，保障措施完善，人员齐全，服务体系全面合理、售后服务及时性科学合理等指：</p> <p>a.提供的方案基于采购需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；</p> <p>b.准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c.针对不同的需求，能提供个性化的解决方案，可以举例论证；</p> <p>d.对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>2.售后服务方案较简单、服务范围、保障措施、人员配置、服务体系一般、售后服务及时性较合理等指：</p> <p>a.方案基本完整，与采购需求不存在响应缺项；</p> <p>b.对方案分步骤作出论证，展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c.针对不同的需求，能提供较为可行的解决方案；</p> <p>d.提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。</p> <p>3.售后服务方案粗陋，服务范围、保障措施、人员配置、服务体系较差、售后服务及时性较差等指：</p> <p>a.只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> |    |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素 | 评审标准   | 分值    |
|------|----|------|--|-------|
|      |    |      | b.部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单。<br>4.售后服务方案不满足采购人需求指：<br>a.方案不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；<br>b.方案不切实际，操作困难，与采购需求相违背。   |       |
| 报价评审 | 1  | 报价评审 | (1)报价评审总报价 = 投标报价<br>(2)报价评审得分 = (最低报价评审总报价 / 各投标人的报价评审总报价) * 35.00<br>备注：所报价均以扣除后的价格参与评审（若有）。<br>报价扣除说明：<br>小微型企业价格扣除率：10.00%<br>监狱、福利性企业视为：小微型企业<br>扣除后的金额报价=金额报价*（1-扣除率）<br>扣除后的下浮率报价=下浮率报价*（1+扣除率）<br>扣除后的折扣报价=折扣报价*（1-扣除率）<br>备注信息：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除 | 35.00 |

# 开标一览表

项目名称：贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

项目编号：P520000202500085C

(一) 唱标记录

标包名称:贵州医科大学干细胞中心和转化医学研究中心实验室公用常规仪器设备采购项目

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 交货时间 | 签名 |
|----|--------|---------|------|----|
| 1  |        |         |      |    |
| 2  |        |         |      |    |
| 3  |        |         |      |    |
| 4  |        |         |      |    |
| 5  |        |         |      |    |
| 6  |        |         |      |    |
| 7  |        |         |      |    |
| 8  |        |         |      |    |

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员（附签到表）



招标人代表：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_ 监标人：\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 投标文件格式

| 序号 | 文件夹/文件名称 |
|----|----------|
| 1  | 响应文件     |
| 2  | 报价一览表    |
| 3  | 中小企业声明函  |

（响应文件封面格式）

（项目名称）

---

# 响 应 文 件

（正本/副本）

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

投标单位名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_

联 系 电 话：\_\_\_\_\_

## 1. 投标函

明诚汇采项目管理有限公司：

根据贵方为\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_的投标邀请（项目编号：\_\_\_\_\_），签字代表（全名、职务）经正式授权，并代表\_\_\_\_\_供应商名称\_\_\_\_\_提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

① 愿按照磋商文件中的磋商须知、合同条款、采购需求等要求提供所需货物及服务。

② 作为响应文件的一部分，我方愿提供人民币（大写）：\_\_\_\_\_作为本项目投标保证金。

③ 如果我方成交，我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

④ 我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑤ 我方响应文件自磋商之日起有效期为\_\_\_\_\_90\_\_\_\_\_日历日。

⑥ 如果在规定的磋商时间后，我方在有效期内撤回服务，我方的投标保证金将不予退还。

⑦ 我方同意提供按照贵方可能要求的与其服务有关的一切数据或资料。

⑧ 与本次采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人签字：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日

## 2. 法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正面复印件

粘贴处

法定代表人身份证反面复印

件

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 3. 法定代表人授权委托书

明诚汇采项目管理有限公司：

我\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_的法定代表人，现委派我单位\_\_\_\_\_先生（女士），全权代表我单位处理\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_采购活动（项目编号：\_\_\_\_\_）中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。（授权人无转委托）

法定代表人身份证  
正面复印件粘贴处

法定代表人授权代表身份证  
正面复印件粘贴处

法定代表人身份证  
反面复印件粘贴处

法定代表人授权代表身份证  
反面复印件粘贴处

附授权代表情况：

姓 名：\_\_\_\_\_ 性 别：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_（座机）

手 机：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人电话：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

年 月 日

#### 4. 政府采购报价一览表（格式）

供应商名称(盖章): \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

单位: (元)

| 序号     | 货物名称 | 型号及规格                | 数量 | 单位 | 制造商名称 | 投标单价 | 交货时间 | 交货地点 |
|--------|------|----------------------|----|----|-------|------|------|------|
|        |      |                      |    |    |       |      |      |      |
|        |      |                      |    |    |       |      |      |      |
|        |      |                      |    |    |       |      |      |      |
|        |      |                      |    |    |       |      |      |      |
| 投标总价合计 |      | (小写): 人民币          元 |    |    | (大写)  |      |      |      |

供应商法定代表人或授权代表签字: \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

- 注: 1. 请供应商按磋商文件中采购清单逐项填写;  
2. 本表所填单价均应包括其他所有费用;  
3. 此表投标总价合计金额为本项目实施所有费用合计, 即总价包干价。  
4. 此表可自行扩展。

## 5. 投标货物数量及分项报价表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

(价格单位：人民币元)

| 序号        | 投标产品名称 | 简要规格 | 数量       | 单位 | 投标产品制造厂 | 投标价 | 投标价组成 |      |             |       |          |     |    |     |
|-----------|--------|------|----------|----|---------|-----|-------|------|-------------|-------|----------|-----|----|-----|
|           |        |      |          |    |         |     | 产品总价  | 产品单价 | 备品备件费及特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输费 | 税费 | 检定费 |
|           | 1      | 2    | 3        | 4  | 5       | 6   | 7     | 8    | 9           | 10    | 11       | 12  | 13 | 14  |
|           |        |      |          |    |         |     |       |      |             |       |          |     |    |     |
|           |        |      |          |    |         |     |       |      |             |       |          |     |    |     |
| 总 计       |        |      | /        | /  | /       |     |       | /    | /           | /     | /        | /   | /  | /   |
| 全部投标产品总金额 |        |      | (小写)：人民币 |    |         |     |       | 元    | (大写)        |       |          |     |    |     |

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。3、项6投标价=项7产品总价×项3数量。4、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13+项14 5、必须注明投标货物增值税税率。6、投标总价应等于“开标一览表”中的投标总价；如投标总价与“开标一览表”不符以“开标一览表”为准。



## 6. 货物主要部件（包括附件）分项报价目录表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 货物主要部件 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价 |
|----|--------|-------|----|----|----|
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

## 7. 备品备件清单及报价目录表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 货物主要部件 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价 |
|----|--------|-------|----|----|----|
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |
|    |        |       |    |    |    |

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 8. 投标货物一览表及说明报告

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 货物名称 | 招标规格参数 | 投标品牌规格参数及型号 | 制造商名称、产地 | 数量 | 单位 | 交货时间 | 备注 |
|----|------|--------|-------------|----------|----|----|------|----|
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |
|    |      |        |             |          |    |    |      |    |

主要内容应包括：

1. 投标货物型号、规格、技术参数、特点和说明；
2. 投标货物的质量标准、检测标准、检测手段；
3. 对投标货物的设计、制造、安装、测试等方面采取技术和组织措施；
4. 对投标货物的使用寿命及相关服务的承诺；
5. 交货的地点、时间、方式、进度及运输方式；
6. 质量保证及技术服务；
7. 备品备件提供情况；
8. 投标单位认为有必要说明的其它问题。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

9. 供应商基本情况表

|                |    |       |    |                  |    |  |     |  |    |  |  |
|----------------|----|-------|----|------------------|----|--|-----|--|----|--|--|
| 单位名称           |    |       |    | 邮政编码             |    |  |     |  |    |  |  |
| 单位地址           |    |       |    | 监督电话             |    |  |     |  |    |  |  |
| 法人代表           |    |       |    |                  |    |  |     |  |    |  |  |
| 联系人            |    |       |    | 联系电话             |    |  |     |  |    |  |  |
| 经济性质           |    |       |    | 原值               |    |  |     |  |    |  |  |
| 总公司<br>注册资金    |    |       |    | 净值               |    |  |     |  |    |  |  |
| 近三年的年度<br>总营业额 |    | 2022年 |    | 流动资产             |    |  |     |  |    |  |  |
|                |    | 2023年 |    | 公司2024年<br>度纳税总额 |    |  |     |  |    |  |  |
|                |    | 2024年 |    | 公司2024年<br>度利润   |    |  |     |  |    |  |  |
| 经营网点<br>分布情况   | 名称 |       | 地址 |                  | 电话 |  | 联系人 |  | 备注 |  |  |
|                |    |       |    |                  |    |  |     |  |    |  |  |
|                |    |       |    |                  |    |  |     |  |    |  |  |
|                |    |       |    |                  |    |  |     |  |    |  |  |
|                |    |       |    |                  |    |  |     |  |    |  |  |
|                |    |       |    |                  |    |  |     |  |    |  |  |
|                |    |       |    |                  |    |  |     |  |    |  |  |
|                |    |       |    |                  |    |  |     |  |    |  |  |
|                |    |       |    |                  |    |  |     |  |    |  |  |
| 其他             |    |       |    |                  |    |  |     |  |    |  |  |

## 10. 供应商资格证明文件

按“第二部分 竞争性磋商相关资料明细表”中的供应商资格要求提供

## 11. 商务要求偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 磋商文件条款号 | 商务要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
|---------|------|------|------|----|
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：1、“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、请按投标的实际情况，逐条对应磋商文件的“商务要求”中的要求认真填写该表。

3、此表可自行扩展。

## 12. 采购需求偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 磋商文件条款号 | 采购需求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
|---------|------|------|------|----|
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |
|         |      |      |      |    |

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：1、“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、请按投标的实际情况，逐条对应磋商文件的“采购需求”中的要求认真填写该表。

3、此表可自行扩展。

### 13. 供应商针对评分提供的相关证明材料

按评分标准中的内容要求提供



## 14. 代理服务费确认书

明诚汇采项目管理有限公司：

若我公司在本次采购活动中成交，在领取成交通知书时将按竞争性磋商文件规定的费率向贵单位支付代理服务费。

供应商：（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

供应商地址：\_\_\_\_\_

时间：    年    月    日

注：“代理服务费确认书”为响应文件的附件请一同放入响应文件中。

## 15. 投标保证金函

（采购代理机构）：

鉴于我单位参加（项目名称）（项目编号：）（包号：）  
的投标，随同响应文件，我方附投标保证金人民币元整（¥ 元）  
并作出如下保证：

（1）本保证金的有效期限自年月日至年月日（90日）。若采购人要求延长响应文件的有效期限，经我方同意后，本保证金的有效周期相应延长。

（2）在本保证金有效期内，如我方有违反《中华人民共和国政府采购法》及下列任何一种违反采购文件规定的事实，你方可不予退还我方投标保证金。

- 1）放弃投标或在采购文件规定的响应文件的有效期限内撤回响应文件；
- 2）中标后，未能在采购文件规定的期限内提交履约担保证件；
- 3）中标后，拒绝在采购文件规定的期限内签订合同。

保证金交纳凭证

投标申请人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（姓名） 签名）

日 期： 年 月 日

## 16. 投标企业声明函

### (1) 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

**注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**2、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，将在中标公告中公开成交供应商的《中小企业声明函》**

**③不满足上述条件的供应商可不提供本表。**

## （2）残疾人福利性单位声明函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：不满足上述条件的供应商可不提供本表。

### (3) 供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称\_\_\_\_\_

我公司自愿参加\_\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标，并郑重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第十八条 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

第七十二条供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；

(五)提供假冒伪劣产品；

(六)擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5%的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

(一)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

(二)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

(三)供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五)供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同供应商的响应文件相互混装；

(六)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动,严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定,如声明承诺不实,将承担由此发生的全部法律责任。

投标供应商：\_\_\_\_\_(盖章)\_\_\_\_\_

日期：年月日

## 17. 供应商认为需要补充的其他资料

(一) 针对磋商文件要求承诺的内容提供承诺函

(二)

(三)



## 20. 制造商出具的授权函

致：明诚汇采项目管理有限公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派主要营业地址设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目编号：                    ）（项目名称：                    ）（包号：            ）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对带投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（代理商名称）年月日接受此件，以此为证。

代理商名称：            制造商名称：

（签章）

（签章）

签字人职务和部门            签字人职务和部门

签字人姓名

签字人姓名

制造商出具的授权函格式参考

政府采购报价一览表（格式）

供应商名称(盖章): \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_ 单位: (元)

| 序号     | 货物名称 | 型号及规格              | 数量 | 单位 | 制造商名称 | 投标单价 | 交货时间 | 交货地点 |
|--------|------|--------------------|----|----|-------|------|------|------|
|        |      |                    |    |    |       |      |      |      |
|        |      |                    |    |    |       |      |      |      |
|        |      |                    |    |    |       |      |      |      |
|        |      |                    |    |    |       |      |      |      |
| 投标总价合计 |      | (小写): 人民币        元 |    |    | (大写)  |      |      |      |

供应商法定代表人或授权代表签字: \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

- 注: 1. 请供应商按磋商文件中采购清单逐项填写;  
2. 本表所填单价均应包括其他所有费用;  
3. 此表投标总价合计金额为本项目实施所有费用合计, 即总价包干价。  
4. 此表可自行扩展。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

**注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**2、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，将在中标公告中公开成交供应商的《中小企业声明函》**

**③不满足上述条件的供应商可不提供本表。**

## 非公开招标电子招标不见面开标须知

### 一、关于开标(解密)程序

本项目采用不见面开标（磋商、谈判、询价、协商），供应商无须到现场递交投标（响应）文件和参加开标（磋商、谈判、询价、协商）会议。

1.响应准备：供应商应在投标（响应）截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆不见面开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2.出现下列情形之一，将予以拒收投标（响应）文件：①投标（响应）截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标（响应）截止时间前未交纳投标保证金。

3.投标（响应）文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标（响应）文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标（响应）文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标（响应）文件。

(环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>)

4.报价结果确认：供应商在解密完成后，应对响应内容在规定的时间内进行确认。未在规定时间内对响应内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认报价结果，报价结果不会进行公开。（政府采购法第三十八条规定：(四)谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。)

5.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过不见面开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

## 二、关于非公开招标方式电子标程序

1.参与磋商（谈判、询价、协商）：在完成不见面解密后，供应商需使用不见面开标系统在线等待专家发出的磋商(谈判、询价、协商)议题，收到信息后需要在规定的时间内在线答复以及上传附件。答复后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章，需签章成功后点击信息发送；未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃磋商(谈判、询价、协商)；责任由供应商自行承担。（政府采购法第四十条(三)询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。)

2.参与多轮报价：供应商需使用不见面开标系统在线等待专家发出的多轮报价询问，收到后可进行报价以及上传附件。答复后需要使用

数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。需签章成功后点击信息发送；未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃磋商(谈判、询价、协商)；责任由供应商自行承担。

3. 最终报价：供应商需对专家发起的最终报价进行答复，答复后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。签章完成后可将回复内容发送至专家。最终报价答复完成后不允许修改报价。未在规定时间内完成动作的视为供应商放弃；责任由供应商自行承担。

4.放弃磋商（谈判、询价、协商）/报价：供应商可在每一轮收到专家发送的磋商（谈判、询价、协商）/报价信息后选择放弃磋商（谈判、询价、协商）/报价，放弃后需要使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行签章。签章完成后可将放弃内容发送至专家。放弃后供应商不可参与后续评审，即被视为无效供应商。

5.回复超时：未在规定时间内完成操作的供应商将被视为放弃磋商（谈判、协商）不参与评标计算。该供应商会被视为无效供应商。

## 二、关于投标（响应）文件递交方式及要求

本项目为不见面开标项目：供应商须在递交投标（响应）文件截止时间前完整的将加密电子投标（响应）文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标（响应）文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标（响应）文件传输或撤回投标（响应）文件的，视为未递交投标（响应）文件。投标（响应）截止时间后，贵州省公共

资源交易平台不再接收投标（响应）文件。不见面开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标（响应）文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人（成交供应商）须按采购人要求提交与电子投标（响应）文件一致的纸质投标（响应）文件。

### 三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标（磋商、谈判、询价、协商），并根据实际情况向监督部门报告：

1.交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；

2.受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；

3.发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；

4.发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；

5.其他非供应商原因，导致开标（磋商、谈判、询价、协商）无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标（磋商、谈判、询价、协商）；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标（磋商、谈判、询价、协商）时间。

### 四、关于注意事项

1.不见面开标以及磋商（谈判、询价、协商）会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标/磋商（谈判、询价、协商）结束，如因不

能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。

2.供应商参加不见面开标（磋商、谈判、询价、协商）项目，应在投标（响应）截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标（响应）文件。

3.供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标（响应）文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保磋商（谈判、询价、协商）过程中可正常在线进行投标（响应）文件解密、确认报价、磋商（谈判、询价、协商）异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4.投标（响应）文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou>

5.请早于项目开标（磋商、谈判、询价、协商）时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#/detection>，移动CA证书（贵州交易通APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check>）。

6.开标及磋商（谈判、询价、协商）全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后



果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标、磋商（谈判、询价、协商）过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

**(咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：53003563**

**4 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561)**

**(如采购文件中其他章节关于不见面开标描述与本须知不一致的以本  
须知为准)**